

DNS na dodávky laboratorních přístrojů -02-2022																
Kód	Položka	CPV kódy	Název cpv	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ	Specifikace zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Maximální celková cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Přístroj na úpravu vody	42912000-2	Stroje k filtrování nebo čištění kapalin	• přístroj bez vnitřního zásobníku • vybavený UV lampou a ultrafiltrem endotoxinů • maximální rozměry: 555 x 310 x 310 mm (v x š x h) • možnost nastavení maximálních parametrů vstupní vody v rozsahu min 0,1 – 50 µS/cm • možnost jednoduché uživatelské výměny ultračisticích patron • součástí dodávky bude náhradní ultračisticí patrona, desinfekční cartridge pro čištění přístroje, náhradní sterilní výstupní filtr, náhradní ultrafiltrační cartridge, přívodní 5 m hadice s koncovými rychlospojkami pro připojení na zdroj a přístroj samotný Parametry výstupní vody: • konduktivita (+25 °C): 0.055 µS/cm • odpor (+25 °C): 18.2 MΩ.cm • TOC hodnota: 1-5 ppb • RNase <0.003 ng/ml • DNase <0.4 pg/µl • Bakterie <0.1 CFU/ml • Bakteriální endotoxiny <0.2 EU/ml • částice <0.2 µm • účinek 1.0 l/min	1	Thermo Scientific - Barnstead MicroPure UV/UF (= kat.č. výrobce 50132370)	viz. přiložená technická specifikace	139 200,00 Kč	139 200,00 Kč	178 220,00 Kč	XXXXX	XXXXXX	4831	4900	73070	XXXXXX
Název projektu„Internacionalizace vzdělávání na UHK – infrastruktura“, číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013351.								Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		139 200,00 Kč						