

Objednávka vydaná číslo OZT/22/03399 / Ke

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

24639511/0710

Plátce DPH:

Ano

Dodavatel :

AURA Medical s.r.o.

K Verneráku 1193/4

14800 Praha

IČO: 65412559

Telefon:

Fax: 244 910 169

E-mail: servis@auramedical.cz;  
info@auramedical.cz

Objednáváme u Vás :

Datum vystavení : 17.5.2022

Datum odeslání :

Datum splnění :

č.ř.	název položky	množství mj	předpoklad cena/mj	cena celkem
1.	Oprava, Přístroj ultrazvukový, typ: VIAMO SSA-640A/E1, v.č. E111496163, i.č. 4056863	1	83 112,00	83 112,00
Celková částka :			Kč	83 112,00

Smluvní servis !

Závada: nepřepíná se do stand by režimu, kontakt: Hudečková Martina I.2811

#### Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
- oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 44, § 45, § 46,
- při plnění v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů,
- dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví při plnění této objednávky nebo při činnostech s tímto plněním souvisejících. Zejména se jedná o osobní údaje pacientů a jiných osob (identifikační údaje, informace o zdravotním stavu, podstoupené léčbě apod.), informace o interním



Martina Hudečková  
Fakultní nemocnice Hradec Králové  
Sekolská 581  
500 05 Hradec Králové

V Praze 28.7.2022

## Věc: cenová nabídka na náhradní díl

Vážená paní Hudečková,

na základě Vaší objednávky servisu číslo: OZT/22/03399/Ke ze dne 23. 06. 2022, byl proveden servisní zásah na ultrazvukovém přístroji VIAMO SSA-640A S/N: E111496163. Při tomto servisním zásahu byl zjištěn problém s baterií UZ přístroje. Vzhledem ke stáří baterie a vyčízenosti UZ přístroje se jedná o běžnou ztrátu kapacity baterie. Baterie je neopravitelná a je nutná její výměna. Na základě těchto zjištění Vám zasílám cenovou nabídku na náhradní díl potřebný pro opravu ultrazvukového přístroje.

### Cenová nabídka:

Náhradní díl		Bez DPH	Vč. DPH 21%
HIGH CAPACITY BP	1ks	68.688,- Kč	83.112,- Kč

Celková cena opravy bude účtována dle servisní smlouvy UZ-082/2015.

Prosíme o potvrzení cenové nabídky a zaslání zpět na adresu společnosti AURA Medical s.r.o. nebo emailem na adresu [servis@auramedical.cz](mailto:servis@auramedical.cz)