

Obecná a technická specifikace - příloha č.1 ZD

Minimální požadavky na dodávku pohybového přístroje pro cvičení horních a dolních končetin pro DS Chýnov

Popis:	Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.			
---------------	---	--	--	--

Obecné požadavky na plnění zakázky	ANO	NE	Nabídnutý parametr	poznámka
---	------------	-----------	---------------------------	-----------------

Nabídková cena musí obsahovat:

Obchodní název nabízeného výrobku	ANO	NE	Nabídnutý parametr	poznámka
- doprava až do místa montáže, montáž a uvedení do provozu s odzkoušením všech funkcí zařízení				
- zajištění výchozí elektrovizní zprávy o připojení				
- zaškolení obsluhy a údržby				
- zajištění záručního servisu s podmínkou nástupu servisního technika od zavolání požadavku v pracovní dny nejpozději do 24hod. a termín dodání náhradních dílů a zprovoznění stroje do 48 hod. od nahlášení poruchy				
Záruka na stroje musí být minimálně 24 měsíců.				
Součástí předání stroje je:				
- vystavení podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu				
- dodání technické a uživatelské dokumentace, včetně popisu ovládacích prvků v českém jazyce, návodu k obsluze a údržbě, CE				
- dodání přehledu periodických bezpečnostně-technických kontrol prováděných uživatelem a servisní firmou vč. popisu zajištění záručního servisu				

Technická specifikace stroje - minimální požadované funkce zařízení	ANO	NE	Nabídnutý parametr	poznámka
--	------------	-----------	---------------------------	-----------------

Zařízení musí být nové, nerepasované.				
Univerzální, elektromotorem s řemenovým převodem poháněný přístroj pro oddělené cvičení horních a dolních končetin				
Nastavení přístroje pro cvičení pasivní, asistované a v aktivním režimu dolních nebo horních končetin				
Rychlost otáčení při pasivním a asistovaném cvičení cca od 1 do cca 90 ot/min.				
Rameno otočné a výškově nastavitelné				
Procvičování horních a dolních končetin vzlašť nebo jen samostatně dolních končetin				
Možnost cvičení na volnoběh s plynule nastavitelnou zátěží				
Schopnost přístroje při cvičení reagovat na případné spasy v končetinách				
Ovládání pomocí barevného 5" dotykového displeje a velkými vystouplými tlačítky				
Bezpečnostní nášlapy pro chodidla s oporou paty s možností změny poloměru otáčení				
Elektromagnetická brzda pro plynulé nastavení brzdného odporu				
Hmotnost přístroje cca 37 kg				
Výška přístroje cca 116 cm				
Rozměr nožičky pro najetí vozíkem min. š 31 cm x v 4,5 cm				

Požadované příslušenství k přístroji:	ANO	NE	Nabídnutý parametr	poznámka
Rychlá fixace nártů				
Lýtkové úchyty				

Potvrzují pravdivost vyplněných údajů a prohlašují, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci.

06.06.2022

STANISLAV KALIVODA
podpis a razítko uchazeče