

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

Půjčitel: VDI Technologies, s.r.o.
Se sídlem: Petráská 1180/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: MUDr. Miroslavem Navrátillem, jednatelem
IČ: 17108501

a

Vypůjčitel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
Zastoupený: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906

I. Předmět smlouvy

1. Půjčitel zapůjčuje vypůjčitelu do bezplatného užívání pro jeho pracoviště 1. Interní kardioangiologickou kliniku VDI monitor číslo VDI-M-2022-14 pro analýzu elektrické depolarizace srdečních komor skládající se z:

- Digitálního zesilovače biologických signálů BioSDA16, výrobce: M&I, sériové č. 17052001-0002,
- výpočetní stanice NUC včetně 2 monitorů,
- přístrojového vozíku a nabíjecího zařízení,
- softwarového řešení VDI vision pro zobrazení depolarizačních map v reálném čase,
- a softwarového řešení VDI scientific pro experimentální zpracování a analýzy změřených dat.

dále jen jako "VDI monitor" nebo „Předmět výpůjčky“. Hodnota VDI monitoru je 1 200 000,- Kč bez DPH (Kč - české koruny), sazba DPH je 21 %. Půjčitel je výhradním vlastníkem předmětu výpůjčky.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky nemá při předání žádné vady a že vypůjčitel byl o jeho užívání půjčkatelem řádně proškolen a po uvedení do provozu byl vyhotoven předávací protokol podepsaný pracovníky smluvních stran pověřenými předáním a převzetím:

- Půjčitel pověřil plněním předmětu této smlouvy tohoto zaměstnance: [REDACTED]
- Vypůjčitel pověřil plněním předmětu této smlouvy tohoto zaměstnance: [REDACTED], popř. vedoucího

2. Půjčitel k Přístrojům poskytl návod k použití a další dokumentaci vyžadovanou právními předpisy v platném znění.
3. Vypůjčitel se zavazuje používat VDI monitoru v souladu s touto smlouvou, všemi příslušnými právními předpisy a návodem k použití. Vypůjčitel není oprávněn umožnit používání VDI monitoru jakékoli třetí osobě; poruší-li Vypůjčitel některou z těchto povinností, je Půjčitel oprávněn požadovat okamžité vrácení VDI monitoru.
4. Vypůjčitel nepožaduje žádnou pomoc s interpretací dat nebo výsledků a nenárokují si žádná práva ve vztahu k VDI monitoru a jeho součástí či příslušenství.
5. Vypůjčitel je povinen chránit VDI monitor před ztrátou, poškozením nebo zničením, a to až do doby jeho vrácení Půjčiteli. Odpovědnost za jakékoli použití VDI monitoru nese Vypůjčitel, který odpovídá za to, že VDI monitor nebude používán v rozporu s právními předpisy.
6. Po ukončení výpůjčky z jakéhokoli důvodu se Vypůjčitel zavazuje vrátit VDI monitor, vč. veškerého příslušenství, Půjčiteli plně funkční, nepoškozený a ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to vždy nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne tohoto ukončení. VDI monitor bude vrácen Vypůjčitelem na základě písemného protokolu podepsaného pověřenými zaměstnanci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí. Vypůjčitel se zavazuje zajistit, že VDI monitor bude Půjčiteli vrácen bez jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací.

III. Doba výpůjčky

1. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky ode dne předání, instalace a provedení instruktáže obsluhy do konce platnosti této smlouvy, která vyprší dne **31. července 2023**. Smlouva může být písemně (v listinné podobě) prodloužena po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
2. Smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Jakékoli předchozí ústní nebo písemné dohody mezi stranami, jejichž obsah je shodný s obsahem této smlouvy, nejsou považovány za závazné.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran a pouze ve formě písemných číslovaných dvojjazyčných dodatků.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě podpisů v různých dnech je platnost stanovena datem pozdějšího podpisu.

6. Právní vztahy smluvních stran plynoucí z této smlouvy se řídí právem České republiky a jurisdikci soudů České republiky.

Za vypůjčitele:

V Hradci Králové
dne


29. 07. 2022



prof. MUDr. Vladimír Palicka, CSc., dr. h. c.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové
ředitelství
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ 00179906, tel. 4905833380

Za půjčitele:

V Jihlavě
dne 21.7.2022


MUDr. Miroslav Navrátil
jednatel
VDI Technologies, s.r.o.



Fakultní nemocnice Hradec Králové

POŽADAVEK na pořízení přístroje pro rok: **2022**

Požadavek č.:	
Poptávka č.:	
Popt./obj. č.:	
Vyřízeno:	
Dne:	

VYPLŇUJE ŽADATEL, předejte OZT

Pracoviště:	<i>Název kliniky/odboru</i> I. interní kardiologická klinika, Elektrofyziologie a kardiostimulace
Název přístroje, typ:	<i>Název přístroje (ideálně k požadavku přiložit nabídku)</i> VDI monitor
Počet kusů:	1ks
Odhadovaná cena:	<i>Odhadovaná cena/kus (celkem včetně DPH) nebo hodnota zapůjčeného/najatého/darovaného přístroje</i> 500.000,- Kč <i>přesahuje-li cena bez DPH 100 tis Kč, vyplňte PŘÍLOHU A (str. 3)</i>
Ekonomický přínos:	<i>Zdůvodnění přínosnosti pro pracoviště, požadavek na obnovu z prostředků FN HK v budoucnosti, u nájmu odhadované náklady nájmu</i> EKG s vysokou vzorkovací frekvencí v rámci výuky názorně předvede detailní záznamy křivek při použití kardiostimulační techniky. Zároveň bude v kombinaci se simulátorem arytmií sloužit k ověření funkce této techniky.
Obnova stávajícího přístroje – požadavek na rozšíření, modernizaci:	<i>Havárie, Obnova stávajícího zařízení, Rozšíření, Modernizace...</i> <i>U obnovy je nutné uvést inventární číslo přístroje, který je tímto nákupem obnovován a k požadavku přiložit návrh na vyřazení toho přístroje</i>
Základní popis a použití přístroje:	<i>Uvést specifikaci požadovaného zařízení, popř. přiložit nabídku</i> Přístroj díky vysoké vzorkovací frekvenci zobrazuje max. detaily EKG, které se dají využít při pregraduální i postgraduální výuce studentů. Základní specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - 12ti (14ti) svodové EKG - vzorkovací frekvence 5kHz/24bit - „real-time“ zpracování a zobrazení EKG - frekvenční rozsah 0,01-2000Hz - CMRR ≥ 100dB <p style="text-align: right;"><i>přesahuje-li cena/kus bez DPH 100 tis Kč, vyplňte PŘÍLOHU (str. 3) – základ pro vypsání výběrového řízení</i></p>
Požadavky na používaný spotřební zdravotnický materiál:	
Popis	Roční náklady
<i>Popis požadovaného spotřebního materiálu (je již používán ve FN HK, nebo je specifický)</i>	<i>Vyčíslení ročních nákladů na SZM</i>
Výrobci/dodavatelé, jejichž výrobky mohou být poptány/jimiž mohou být zapůjčeny či darovány:	
Výrobce:	1) VDI Technologies s.r.o. 2) 3)
Dodavatel:	VDI Technologies s.r.o. Petrská 1180/3, Nové Město (Praha 1), 110 00
Přiložena prospektová dokumentace nebo nabídka:	<i>Přiložit nabídku požadovaného zařízení/prospektovou dokumentaci</i>

VYPLŇUJE ŽADATEL

SCHVALOVACÍ PROCES

<p>Finanční krytí: <i>Vybrat jednu z možností</i></p> <p>1) RFN – příslušný segment dle interního členění FNHK (nutné schválení garanta segmentu)</p> <p>2) DIV – decentralizované investice kliniky (podléhají schválení vedení kliniky)</p> <p>3) Finanční dar – darovací účet kliniky</p> <p>4) Podnikatelský záměr – podléhají schválení FNHK</p> <p>5) Dotace, výzkumný záměr</p> <p>6) Rozpočet stavby (při stavbě/rekonstrukci budovy)</p> <p>7) Rozvojové projekty – podléhají schválení FNHK</p> <p>8) Věcný dar</p> <p>9) Nájem</p> <p>10) Výpůjčka od dodavatele ✓</p>	<p>Vyjádření OFA:</p> <p>- k čerpání rozpočtu</p> <p>- k rozložení plateb</p> <p>datum: _____ podpis: _____</p>
<p>Závazné umístění: <i>Přesné určení místa provozu zařízení (oddělení, patro, číslo dveří)</i> Kardiostimulace, 1. patro</p> <p>Nákladové středisko: 1182</p> <p>Inventární úsek:</p> <p>Požadavky na stavební a instalační úpravy: <i>Potřebné úpravy místa provozu (výmalba, úpravy podlah, klimatizace ...)</i> Nejsou požadovány</p>	<p>Vyjádření TO/IO ke stavební připravenosti:</p> <p>datum: _____ podpis: _____</p>
<p>Požadavky na stavební a instalační úpravy: <i>Potřebné úpravy místa provozu (výmalba, úpravy podlah, klimatizace ...)</i> Nejsou požadovány</p>	<p>Vyjádření OEOH ke spotřebě médií:</p> <p>datum: _____ podpis: _____</p>
<p>Potřebná napojení na síť: <i>Potřebné napojení (přívody vody, plynů, napojení na odpady...)</i> Nejsou požadována</p>	<p>Vyjádření hygienika:</p> <p>datum: _____ podpis: _____</p>
<p>Požadavky na odbornou montáž: Instalace dodavatelem.</p>	<p>Vyjádření OVS:</p> <p>datum: _____ podpis: _____</p>
<p>Požadovaný termín dodání: 6-7/2022</p> <p>Délka výpůjčky: <i>Délka výpůjčky v měsících</i> Doba neurčitá</p>	<p>Vyjádření OVS:</p> <p>datum: _____ podpis: _____</p>
<p>Požadováno připojení na datovou síť FN HK – kvůli: ukládání dat (např. do PACS), přenosu či synchronizaci dat (registry oborové, SÚKL), dálkové správy přístroje apod.? <i>Odpověď: ANO/NE</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO, tedy vyplňte PŘÍLOHU B (str. 4)</p>	<p>Vyjádření hygienika:</p> <p>datum: _____ podpis: _____</p>
<p>Vyřizuje: _____ Tel.: _____</p> <p><i>Osoba odpovědná/pověřená (konzultace technických parametrů, konzultace přípravy místa provozu)</i></p> <p>datum: 30.6.2022</p>	<p>Vyjádření hygienika:</p> <p>datum: _____ podpis: _____</p>
<p>Razítko a podpis ved. pracovníka:</p> <p>datum: 30.6.2022</p>	<p>Další vyjádření: <i>Vyplňuje OZT</i></p> <p>26. 07. 2022 Souhlasím</p> <p>datum: _____ podpis: _____</p>
<p>Pozn.: přesahuje-li cena bez DPH 100 tis Kč, vyplňte PŘÍLOHU A (str. 3) je-li přístroj připojen do datové sítě FN HK, vyplňte PŘÍLOHU B (str. 4)</p> <p>Stanovisko garanta segmentu (popř. náměstka/ředitele): <i>V případě zdroje financování RFN, finančního daru, věcného daru či výpůjčky bez jeho souhlasu nebude požadavek realizován!!!</i></p> <p>_____ 4.7.2022</p>	<p>Pořadí důležitosti:</p>

PŘÍLOHA A požadavku na pořízení přístroje (cena bez DPH vyšší jak 100 tis Kč)

VYPLŇUJE ŽADATEL, předejte OZT spolu s Požadavkem na nákup přístroje

Pracoviště: <small>Název kliniky/odboru</small> I. interní kardiologická klinika, Elektrofyzologie a kardiostimulace	
Název přístroje, typ: <small>Název přístroje (ideálně k požadavku přiložit nabídku)</small> VDI monitor	
Podrobná specifikace provozně technických parametrů přístroje pro zadání veřejné zakázky: <small>Podrobná specifikace provozně technických parametrů, minimálně dvou srovnatelných zdravotnických prostředků - základ pro vypsání výběrového řízení/veřejné obchodní soutěže</small> <p>Přístroj díky vysoké vzorkovací frekvenci zobrazuje max. detaily EKG, které se využívají při pregraduální i postgraduální výuce studentů v rámci seznámení s kardiostimulační technikou.</p> <p>Základní specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none">- 12ti (14ti) svodové EKG- vzorkovací frekvence 5kHz/24bit- „real-time“ zpracování a zobrazení EKG- frekvenční rozsah 0,01-2000Hz- CMRR \geq 100dB- vstupní šum \leq 1μVpp (0,1-35Hz) \leq 1,5μVpp (0,1-100Hz)- rozsah vstupního signálu \geq \pm25mV- rozsah vstupní polarizace \geq \pm500mV- výstupní rozlišení 10nV	
datum: <small>Datum vyplnění</small> 30.6.2022	podpis: <small>Podpis osoby, která vypracovala parametry</small>