

# VÝZVA

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v poptávkovém řízení v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem:

## Servis digestoří a médiových stěn laboratorních stolů

Objekt F2, areál UP v Olomouci, Šlechtitelů 27,

Olomouc - Holice

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Univerzita Palackého v Olomouci  
Křížkovského 511/8  
779 00 Olomouc  
IČ: 61989592  
DIČ: CZ61989592

Kontaktní osoby ve věcech veřejné zakázky:

██  
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  
Šlechtitelů 241/27  
779 00 Olomouc - Holice

### **Informace o předmětu veřejné zakázky, technická specifikace, zadávací a obchodní podmínky:**

Předmětem veřejné zakázky je provedení servisních prohlídek digestoří a médiových stěn laboratorních stolů včetně provedení výměny rychlospojek vodoinstalace v médiových stěnách laboratorních stolů v objektu s označením F2, v areálu UP v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc – Holice.

Servisní prohlídka digestoří bude provedena v rozsahu:

- kompletní kontrola celkového stavu digestoře
- kontrola opotřebovaných dílů včetně výměny vodících lanek a svorek
- kontrola elektrických komponentů digestoře
- opakovaná revize elektrického spotřebiče (digestoře) dle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 včetně změn Z2:2021 a opravy Opr.2:2022 a dle ČSN EN 50699:2021, včetně vyhotovení protokolu (dříve též „revize“ elektrických spotřebičů)
- kontrola průtoku vzduchu včetně vyhotovení protokolu o měření
- kontrola uzavíracích armatur
- čištění digestoře

Servisní prohlídka mediových stěn laboratorních stolů bude provedena v rozsahu:

- kompletní kontrola instalací mediové stěny
- výměna rychlospojek vodoinstalace – studená, teplá a demineralizovaná voda
- kontrola rychlospojek technických plynů včetně případné výměny.
- kontrola uzavíracích armatur

Servisní prohlídky a výměny rychlospojek budou prováděny v jednotlivých laboratořích po částech dle odsouhlaseného harmonogramu. Součástí předmětu plnění je též vyhotovení a předání protokolů o kontrole, měření apod. a vyhotovení dokumentace vyměněných rychlospojek instalací včetně fotodokumentace. Veškeré dokumenty budou předány 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na vhodném nosiči dat.

#### **Termíny plnění:**

1. Předložení harmonogramu a odsouhlasení zadavatelem nejpozději **do 15 dnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu**
2. Úplné dokončení plnění včetně předání všech dokumentů nejpozději **do 120 dnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu**

#### **Místo plnění:**

Místem plnění je objekt s označením F2 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 241/27, 779 00 Olomouc – Holice.

#### **Platební podmínky:**

Úhrada ceny za Předmět plnění bude zadavatelem provedena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po předání předmětu plnění veřejné zakázky na základě datovaného předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokladu podepsaného osobou oprávněnou za zadavatele. Faktura dodavatele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů a bude vystavena se splatností **30 dnů** ode dne doručení faktury zadavateli.

#### **Kritérium hodnocení:**

Základním kritériem pro hodnocení je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude doložena oceněným soupisem stavebních prvků, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí výzvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady související s plněním veřejné zakázky.

Nabídku podá uchazeč elektronicky e- mailem na adresu [redacted] nebo v písemné formě osobně na adrese kontaktní osoby ve věcech veřejné zakázky a to nejpozději do **2.8.2022 9:00 hodin**.

#### **Obsah nabídky:**

1. Nacenený soupis stavebních prvků, dodávek a služeb s výkazem výměr

#### **Podklady ke zpracování nabídky, přílohy výzvy:**

Příloha č. 1: Soupis stavebních prvků, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Olomouci dne 25.7.2022

