



Příloha č. 1

Technická specifikace a kupní cena stanovená Prodávajícím
dle odstavce 3.4. kupní smlouvy

Projekt	ČASŤ 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - laparoskopické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Laparoskopie		
Výhruze	Ing. Karol Mátes		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik a.r.o.	ČI: 04115490	
Adresa dodavatele	Lechošská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Cloudové úložiště pro stávající záznamové zařízení - 1 kpl	Olympus ISM Premium SoftwareLicense Bundle		
Výrobce	Gyvus ACMI, Inc.		

Cloudové úložiště pro stávající záznamová zařízení - 1 kpl
--

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerespavovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky je rovněž provedení pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize a to zejména jestliže se jedná o	základní požadavek	ANO
Základní technická požadavky:		
Cloudové úložiště pro stávající záznamová zařízení - 1 kpl		
Zabezpečení, centralizované řízení pro úkroční a správu modulárních dat	základní požadavek	ANO
Integrace do služby Active Directory prostřednictvím LDAP / LDAPS - dodržování požadavku na správu hesel v nemocnici / požadavky na složitost	základní požadavek	ANO
Možnost vzdáleného přístupu EasyView	základní požadavek	ANO
Lékaři mohou prohlížet videa a obrázky	základní požadavek	ANO
Hledat případy podle jména, ID, data atd.	základní požadavek	ANO
Porovnat současný stav pacienta a se stavem z historických záznamů	základní požadavek	ANO
Zachytit další statické obrázky z videa v databázi, přidávat titky a popisy	základní požadavek	ANO
Přístup z PC v nemocniční síti či iPad zařízení	základní požadavek	ANO
Řízení a nastavování pravidel pro přístup do archivu dle uživatelských skupin s různými právy	základní požadavek	ANO
Časově řízené funkce umožňuje nahrávání na pozadí před započtením samotného nahrávání pro eliminaci nezadýchání dýchacích momentů	základní požadavek	ANO
Časově řízené funkce umožňuje stříhání a editaci videa	základní požadavek	ANO
Možnost samostatného HW řešení nebo virtuálního přístupu na HW zadevatele	základní požadavek	ANO
Automatizovaný záznam aktivovaní zrcazením nového pacienta na příslušných záznamových zařízeních pro případné záznamování	základní požadavek	ANO
Licence pro připojení jednotlivých sítí	základní požadavek	ANO
Možnost streamování videa jednotlivě nebo celou obrazovku v závislosti na licenci	základní požadavek	ANO
Podpora integrace do HIS za pomoci HL7	základní požadavek	ANO
Podpora integrace PACS a DICOM 3.0 (video a obrázky)	základní požadavek	ANO
Umožňuje přístupu zabezpečení pro všechny připojené systémy (WSUS)	základní požadavek	ANO
Umožňuje vzdálenou IT podporu (VPN)	základní požadavek	ANO
Rozšířitelné úložiště pomocí dalších diskových polí na serveru	základní požadavek	ANO
Možnost nastavení automatické správy označování historických záznamů	základní požadavek	ANO
Plně certifikováno dle GDPR	základní požadavek	ANO
Min. požadavky HW server: procesor 2,4 GHz (nebo vyšší), 16GB RAM, 10Gb, 250 GB pro VSS systém, 1,5TB pro knihovnu del VSS	základní požadavek	ANO
EasyCut software pro stříhání a úpravu videa s možností hoření prezentací	základní požadavek	ANO
EasyCut SW umožňuje:		
Ukládat klipy jako samostatné filmy nebo je spojit do jednoho filmu	základní požadavek	ANO
Import videa i zmienu	základní požadavek	ANO
Požření a ukládání obrázků během úpravy	základní požadavek	ANO
Odesílání nového obsahu do neklíčkových prohládatelských vyukových knihoven	základní požadavek	ANO
Možnost postupného přehrávání více klipů bez pauzy	základní požadavek	ANO
Zvýraznění záznamů a umístění klipů na obrazovce	základní požadavek	ANO
Úpravy z místního disku nebo ze sítě	základní požadavek	ANO
Snadná instalace do více SW systémů	základní požadavek	ANO
Podpora aplikace PowerPoint pro propojené a vložené video	základní požadavek	ANO
Volitelné přehrávání video z MP4 do formátu WMV	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
Dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČI (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zakázkové/instrukční (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatelské na pracovišti k obouza přístroje, včetně dohlášení povolení lékaře/výrobce, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlásuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti uvedeným v technických kštech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařazení

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předněm nutně splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována v parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (pro

Dne 24-05-2022

Dne

RICHARD LROUTIN

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele



Projekt	ČASŤ 1 PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY - intenzivní medicína - Operační stůl		
Místo	Nemocnice Strakonice, s.s.		
Pracoviště	OS Gynekologie		
Výkazy	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:	[redacted]		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Operační stůl gynekologie 1kpl	Maquet Meera		
Výrobce	MAQUET GmbH		

Operační stůl gynekologie – 1 kpl

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužívaného, narepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v letech	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Operační stůl gynekologie – 1 kpl		
operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru - dolu, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, laterální náklony, zádovalá sekce, nožní segmenty, motorický podélný posun desky nebo bez posunu, ostatní polohování stolu mechanicky, výškové stavitelný v rozsahu 600 až 1050 mm	základní požadavek	ANO
základna včetně podvozku z ocelové litiny, 4 dvojitá kola s integrovanou v základně chráněna proti znečištění	základní požadavek	ANO, kolečka skryta v základně, výškově
vysoká stabilita zajištěná dosednutím základny na podlahu	základní požadavek	ANO
operační stůl s min. pěti segmentovou operační deskou o maximální šířce 590 mm včetně euraištl (základní pánevní díl, zádovalý díl, Návěšná podložka stlopná, nastavitelná ve dvou polohách, nožní díl s možností sábovka)	základní požadavek	ANO
operační deska stolu RTG transparentní	základní požadavek	ANO
nápojení jednotlivých sekcí desky s jednoduchými zapadkami, bez dotahování šrouby (výjma položky hlavy)	základní požadavek	ANO
jednotlivě ovládaná předloha posice polosed, "pláčové lehátko" a „mřížek“	základní požadavek	ANO
možnost uložení až 10 předložených nastavení operačního stolu do paměti	základní požadavek	ANO až 30 poloh
funkce na dálkové ovládání - IR bezdrátový ovladač nebo kabelový přípojny ovladač; ovladač s displejem a komunikací v českém jazyce, výškové polohování, trendelenburg, anti-trend, naklápění do stran, polohování zádovalé sekce a podložek nohou, zobrazení stavu nabíje balení stolu	základní požadavek	ANO, ovladač v Čj, barevný dotykový displej
možnost připojení dvou kabelových ovladačů současně (musí být nožní pro lékaře, ruční pro sestru)	základní požadavek	ANO
ovládání na boku základny stolu s indikací aktuálního stavu balení - akumulátory s vysokou kapacitou – na 1 týden provozu	základní požadavek	ANO
možnost oboustranného sestavení operační desky (tzn. změnu zádovalého segmentu za nožní segment a opačně)	základní požadavek	ANO
Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu 25°/35°	základní požadavek	ANO 25°/35°
kombinace Trendelenburgové polohy a náklonu min. 25°/20°	základní požadavek	ANO 25°/20°
laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20°	základní požadavek	ANO 20°
zádovalá sekce - polohování v rozsahu +70° / -40°	základní požadavek	ANO +70° / -40°
elektricky stavitelné podložky nohou v rozsahu + 80° / - 90°	základní požadavek	ANO + 80° / - 90°
nosnost operačního stolu musí být 450 kg, v reverzní pozici minimálně 250kg	základní požadavek	ANO 454 kg, 250 kg reverz
polohování operačního stolu snadno ovladatelné, umožňující snadnou údržbu a hygienu	základní požadavek	ANO
komfortní polohování zabraňující vzniku proleženin – 80 mm vysoké, dvouvrstvé	základní požadavek	ANO 80 mm
laminovaná deska 310 mm motorický (možná varianta s posunem i bez)	základní požadavek	ANO 310 mm
možnost elektrického posunu pro snazší manipulaci se stolem	základní požadavek	ANO
nosnost v šavlech 160 kg	základní požadavek	ANO 160 kg
možnost fixace (zlomení stolu) 220°	základní požadavek	ANO 220°
rozcach zdvihů stolu 600 - 1050 mm	základní požadavek	ANO 600 - 1050 mm
Kompletní gynekologické příslušenství	základní požadavek	ANO
Vyhřívací podložka pod pacienta	základní požadavek	ANO
Další požadavky na přání		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v Čj (1x tištláný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně přidělení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano", nebo "ne"

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (přílohy)

Dne 24.-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele

RICHARD KRUTÍK



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Operační stůl		
Místo	Nemocnice Strakonice, s.r.o.		
Precizivité	OS Chirurgie		
Výkonné	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochoťská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Operační stůl chirurgie 1kpl	AXIS 500		
Výrobce	Schaefer Medical AG		

Operační stůl chirurgie – 1 kpl

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Operační stůl chirurgie – 1 kpl		
Mobilní operační stůl s bateriovým napájením s vestavěným nabíjecím systémem	základní požadavek	ANO
Elektrohydraulicky ovládané pohony	základní požadavek	ANO
Excentricky umístěný teleskopický sloup s nerezovým povrchem (ne guma nebo plast) pro snadný přístup C ramena bez nutnosti podélného posuvu desky stolu	základní požadavek	ANO
Stůl musí umožnit v základní poloze transparentnost od nohou až po ramena (délka min 1400 mm) bez nutnosti manipulace s pacientem	základní požadavek	ANO, 1400 mm
Zvýšené napájecí a pohonné systémy (záloha pohonů a napájení, paralelní pracující)	základní požadavek	ANO
Kapacita baterií na jedno nabití min na 5 dní provozu	základní požadavek	ANO
Nabíjecí systém v noze operačního stolu	základní požadavek	ANO
Ovládací pomůcky ručního ovládací a nouzový ovládací na op. stole (pro všechny pohony stolu včetně arelace)	základní požadavek	ANO
Arelace stolu pomocí hydraulických válců, (ne zabřžděním pojezdových kol)	základní požadavek	ANO
Stabilní pojezdová kola s průměrem minimálně 120 mm pro snadnou manipulaci stolu s pacientem	základní požadavek	ANO
Možnost arelace pojezdových kol pro přímý směr vpřed i vzad pro snadnou manipulaci	základní požadavek	ANO
Nejméně 7 dílná ložní plocha s anidekubním čalouněním (tl. min 60 mm), RTG transparentní	základní požadavek	ANO tloušťka 69 mm
Všechny plochy stolu odnímatelné, dezinfikovatelné, antidekubní matrace	základní požadavek	ANO
Nosnost minimálně 220 kg v dynamickém režimu (pohyb s pacientem)	základní požadavek	ANO
Nosnost maximální ve statickém režimu 350 kg	základní požadavek	ANO
Europlíšty pro montáž příslušenství (podle celé desky stolu)	základní požadavek	ANO
Možnost konfigurace stolu do pozice „Beach chair“	základní požadavek	ANO
Odnímatelné nožní segmenty pro snadnou montáž ortopedického příslušenství	základní požadavek	ANO
Motorické funkce:		
Inklinační funkce (Anitredelenburg) +78° / -26°	základní požadavek	ANO +28°/28°
Boční naklon levý/pravý +18° / -18°	základní požadavek	ANO +18°/18°
Deska sedací nahoru / dolů +78° / -40°	základní požadavek	ANO +78°/40°
Flex/reflex (zlomení stolu do tvaru písmene A / do tvaru písmene V- beach chair) 220°/104°	základní požadavek	ANO 220°/104°
Zvedání/klazení stolu v rozsahu 686 -1092 mm	základní požadavek	ANO 686-1092 mm
Nulová pozice jedním tlačítkem	základní požadavek	ANO
Manuální funkce:		
Deska hlavová nahoru/dolů +30° / -30°	základní požadavek	ANO +30°/30°
Desky nožní nahoru/dolů +15° / -95°	základní požadavek	ANO +15°/95°
Desky nožní – vyklonění o min 90° do stran	základní požadavek	ANO
Arelace pojezdových koleček pro přímý směr	základní požadavek	ANO
Ortopedicko-traumatologické příslušenství pro horní, dolní a boční extenzi	základní požadavek	ANO
Vyhřívací podložka pod pacienta	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek – zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyřazení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele

RICHARD KRUTÍK



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Operační světlo		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	OS Chirurgie, Gynekologie		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z.Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Operační světlo 4ks	Maquet Volista Access		
Výrobce	MAQUET GmbH		

Operační světlo - 4 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, neresaveného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrotechnické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Operační světlo - 4ks		
Zdroj - monochromatické bílé diody LED	základní požadavek	ANO, bílé LED jednobarevné
Intenzita podle Ec - až 160 000 lx	základní požadavek	ANO, až 160 000 lx
Barevná teplota - 4 300 K	základní požadavek	ANO 4300 K
Index podání barev CRI Ra - min. 95	základní požadavek	ANO 95
Plynulé nastavení osvětlení v rozmezí 30 až 100%	základní požadavek	ANO 10 - 100%
Nastavení průměru osvětlené plochy 20 až 25 cm, bez efektu „bublín“ nebo barevných skvrn	základní požadavek	ANO
Endo mód - osvětlení zatmaveného operačního sálu - zelené LED, jiná barva není přípustná, instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná	základní požadavek	ANO, zelený endo mód
Ovládání na závěsu lampy, případně na nástěnném panelu	základní požadavek	ANO, na lampě i nástěnném panelu
Standardní příprava pro HD kameru	základní požadavek	ANO
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.


V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

.....

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRU





Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - laparoskopické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Laparoskopie		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	iČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Hystero-resektoskop – 2 ks	Olympus TCRis Hystero-Resectoscope		
Výrobce	Olympus Winter & Ibe GmbH		

Hystero-resektoskop – 2 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Hystero-resektoskop – 2 ks		
1 kompletní sada obsahuje:	základní požadavek	
HD teleskop, průměr 4 mm, úhel pohledu 12°, délka 190 mm, podpora funkce selektivního barevného zobrazování	základní požadavek	ANO
světlovodný kabel, pr. 2,8 mm, délka 3m, autoklavovatelný	základní požadavek	ANO
vnější rotační plášť s kontinuálním propiactem, průměr 8,5 mm, připojení hadic pomocí konktorů s kohoutem	základní požadavek	ANO
rotační dvoiventil pro single flow resekcí v solném roztoku s obturátorem	základní požadavek	ANO (obturátor včetně vnitřního pláště)
pasivní pracovní element	základní požadavek	ANO
vnitřní plášť obsahuje vysoce odolnou keramickou izolační špičku	základní požadavek	ANO (včetně obturátoru)
ergonomický design a vyvážený nástroj pro minimalizaci únavy operátora	základní požadavek	ANO
ochrana proti pulzování operačního pole	základní požadavek	ANO
snadné skládání a rozkládání resektoskopu pomocí rychloupínání - „zacvakávání“, bez nutnosti šroubování nebo manuálního uzamykání	základní požadavek	ANO
možnost připojení resekcí klíčků různých velikostí (malá, střední, velká)	základní požadavek	ANO
možnost připojení vapoizační elektrody ve tvaru hříbku	základní požadavek	ANO
možnost připojení páskové resekcí elektrody pro větší koagulační efekt	základní požadavek	ANO
možnost připojení jehlové incizní elektrody	základní požadavek	ANO
možnost připojení kulčkové koagulační elektrody	základní požadavek	ANO
Bipolární resektoskop vč. teleskopu, HF kabelu a světlovodného kabelu jsou sterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C	základní požadavek	ANO
systém zaručující možnost opakovaného použití s odolností vůči běžně užívaným typům dezinfekčních prostředků	základní požadavek	ANO
součástí dodávky je:	základní požadavek	
sterilizační kontejner plastový s víkem a vnitřním pořadačem	základní požadavek	ANO
HF kabel bipolární pro připojení na generátor	základní požadavek	ANO
příslušenství nutné pro uvedení do provozu – pracovní resekcí elektrody – klíčka resekcí velká, jehlová incizní elektroda a kulčková koagulační elektroda	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tšišný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné školení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (pro

24 -05- 2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - urologické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracovna	CHIR	
Výřiz	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:	[REDACTED]	
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Intrakorporální litotriptor - 1 ks	Shockpulse_SE	
Výrobce	Olympus	

Intrakorporální litotriptor - 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i požární servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a požárního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Intrakorporální litotriptor – 1 ks		
určeno pro fragmentaci konkrémentů v močových cestách na drobné částičky a jejich odsávi sondou během samotné litotrypse (sondy mají odsávací kanál)	základní požadavek	ANO
obě energie jsou přenášeny simultánně jednou sondou (více prostoru pro odsávání větších konkrémentů), ne kombinací více sond najednou	základní požadavek	ANO
obě energie jsou ovládané a řízené z jedné řídicí jednotky	základní požadavek	
použití kombinovaných sond pro přenos obou energií pro uleteroskopie (URS), perkutánní nefroskopie (PEK), perkutánní mini nefroskopie (tzv. miniPEK) i pro řešení lithazy v měchyži	základní požadavek	ANO
možnost použití restenlizovatelých i jednorázových sond	základní požadavek	ANO
sondy pro PEK, miniPEK a silnější pro URS mají odsávací kanál	základní požadavek	ANO
barevné označení sond pro snadné rozpoznání na sále	základní požadavek	ANO
funkčnost obou energií bez nutnosti napojení na tlakové rozvody či kompresor	základní požadavek	ANO
ovládání přístroje start / stop přímo z měniče v ruce operátora = snížení počtu ovládacích pedálů na operačním sále	základní požadavek	ANO
lze připojit i nožní pedál pro ovládání přístroje	základní požadavek	ANO
nastavení úrovně odsávání konkrémentů přímo na měniči v ruce operátora	základní požadavek	ANO
nastavení úrovně výstupního výkonu litotriptoru na měniči v ruce operátora	základní požadavek	ANO
plug and play zapojení, snadná obsluha	základní požadavek	ANO
ultrazvuková energie: 19.500 Hz - 21.500 Hz, výstup max. 100W	základní požadavek	ANO
příslušenství restenlizovatelé v samém sterilizátoru (mimo jednorázových sond)	základní požadavek	ANO
umístění řídicí jednotky nabitelného endoskopického vozíku	základní požadavek	ANO
použití s jakou centrálním odsáváním	základní požadavek	ANO
instalace bez nutnosti stavebních úprav	základní požadavek	ANO
možnost zachycování konkrémentů do zachytivé nádoby	základní požadavek	ANO
restenlizovatelé příslušenství	základní požadavek	ANO
Nabídka musí obsahovat:		
generátor s ruční aktivací – 1ks	základní požadavek	ANO
měníč pro dodání obou energií – 1ks	základní požadavek	ANO
momentový klíč pro aretaci sond na měniči – 1ks	základní požadavek	ANO
nožní pedál – 1 kus	základní požadavek	ANO
3ks-sondy restenlizovatelé pro přenos obou energií najednou pro PEK a cystolitázu, průměr 3,40mm (10,2 Fr.)	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyhození nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktový list)

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele

RICHARD KRUTINA



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - urologické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	CHIR		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochoťínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Operační cystoskop - 1 ks	Operační cystoskop		
Výrobce	Olympus		

Operační cystoskop - 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpávaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Operační cystoskop - 1 ks		
Operační cystoskop	základní požadavek	ANO
30° teleskopem	základní požadavek	ANO
průměr pracovního kanálu - 4mm, šikmý okulár	základní požadavek	ANO
Dodávka obsahuje:		
operační cystoskop včetně zavadače, 1 ks	základní požadavek	ANO
vnější rotační píst s kontinuálním proplachem, 25 Fr., 1 ks	základní požadavek	ANO
kohoutové sekce s 2 kohouty, 1 ks	základní požadavek	ANO
sterilizační kontejner včetně víka 1 ks	základní požadavek	ANO
včetně světlovodného kabelu, svazek min. 2.8 mm, délka kabelu min 3m, 1ks	základní požadavek	ANO
úchopové kleště tří ramenné, 3,25x 400 mm, 1ks	základní požadavek	ANO
úchopové kleště se zoubky na, 3,25x 400 mm, 1 ks	základní požadavek	ANO
všechny výše uvedené položky jsou autoklárovatelné	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.


V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHAR





Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - urologické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	CHIR		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Rigidní cystoskop terapeutický - 1ks	Diagnostický rigidní cystoskop 17 Fr.		
Výrobce	Olympus		

Rigidní cystoskop terapeutický - 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpávaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Rigidní cystoskop terapeutický - 1 ks		
rigidní cystoskop	základní požadavek	ANO
zahnuté anatomické tvarování distální části pro snazší zavádění pro mužské pacienty	základní požadavek	ANO
průměr cystoskopu max. 17Fr.	základní požadavek	ANO
cystoskopický plášť se 2 bezúdržbovými kohouty a snadným sestavením	základní požadavek	ANO
Dodávka obsahuje:		
rigidní cystoskop včetně standardního zaveděče s úzkým kanálem pro trvalou irigaci v průběhu zavádění, slouží pro dilataci močových cest v průběhu zavádění, 1 ks	základní požadavek	ANO
HDTV teleskop, 4mm, 70° 1ks	základní požadavek	ANO
Cystoskopický most pro 4 mm optiku	základní požadavek	ANO
stenizační kontejner včetně víka 1 ks	základní požadavek	ANO
včetně světlovodného kabelu, svazek min. 2.8 mm, délka kabelu min 3m , 1ks	základní požadavek	ANO
všechny výše uvedené položky jsou autoklávovatelné	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatně zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.


Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICH





Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - urologické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	CHIR		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Rigidní cystoskop terapeutický - 1 ks	Terapeutický rigidní cystoskop 21 Fr.		
Výrobce	Olympus		

Rigidní cystoskop terapeutický - 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpásovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v děle	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Rigidní cystoskop terapeutický - 1 ks		
rigidní cystoskop	základní požadavek	ANO
zahnuté anatomické tvarování distální části pro snazší zavádění pro mužské pacienty	základní požadavek	ANO
průměr cystoskopu max. 21Fr.	základní požadavek	ANO
cystoskopický plášť se 2 bezúdržbovými kohouty a snadným sestavením	základní požadavek	ANO
Dodávka obsahuje:		
rigidní cystoskop včetně standardního zavaděče s úzkým kanálem pro trvalou irigaci v průběhu zavádění, slouží pro dilataci močových cest v průběhu zavádění, 1 ks	základní požadavek	ANO
HDTV teleskop, 4mm, 70° 1ks	základní požadavek	ANO
HDTV teleskop, 4mm, 12° 1ks	základní požadavek	ANO
Albarranův mústek s ovládacím a nastavením úhlu na distálním konci, jeden vstup do pracovního kanálu s možností použít nástroj s průměrem min. 7Fr., 1 ks	základní požadavek	ANO
úchopové kleště se zoubky na branžích 7Fr., délka min 330 mm, 1ks	základní požadavek	ANO
úchopové kleště 9 Fr. délka min 330 mm, 1 ks	základní požadavek	ANO
sterilizační kontejner včetně víka 1 ks	základní požadavek	ANO
včetně světlovodného kabelu, svazek min. 2,8 mm, délka kabelu min 3m, 1ks	základní požadavek	ANO
všechny výše uvedené položky jsou autoklávovatelné	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data) v aplikacím formátu

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTIN



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - urologické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	CHIR		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochoťská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Flexibilní video-cystoskop	CYF-VH_Cysto-Nephro-Videoskop		
Výrobce	Olympus		

Flexibilní video-cystoskop - 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Flexibilní video-cystoskop - 1 ks		
CCD čip v distálním konci flexibilního video-cystoskopu v HDTV rozlišení	základní požadavek	ANO
širokoúhlé HDTV zobrazení pro plné využití plochy připojeného HDTV monitoru	základní požadavek	ANO
vestavěný konektor pro připojení video-endoskopu do video-systému	základní požadavek	ANO
vestavěný světlovodný kabel pro připojení do zdroje světla	základní požadavek	ANO
pohyb distálního konce nahoru / dolů: 220° / 130°	základní požadavek	ANO
endoskop má aretační funkci pro fixaci zahnutí distálního konce – pro cílené biopsie	základní požadavek	ANO
přímý směr pohledu 0°	základní požadavek	ANO
průměr zaváděcího tubusu 16,5 Fr.	základní požadavek	ANO
úhelný design distálního konce pro snadnější a bezpečnější zavádění, průměr 2,7 mm	základní požadavek	ANO
hloubka ostrosti v rozmezí 3 – 50 mm	základní požadavek	ANO
zorné pole 120° pro lepší panoramatický přehled	základní požadavek	ANO
průměr pracovního kanálu 6,5 Fr. (2,2 mm)	základní požadavek	ANO
pracovní délka 380 mm	základní požadavek	ANO
přípojný adaptér na pracovní kanál se dvěma vstupy a s možností plynulé regulace opakovaně použitelného těsnění kolem nástroje	základní požadavek	ANO
podpora funkce úzko-pásmového zobrazení (NBI) pro velmi přesnou a včasnou diagnostiku onkologických urologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomu a jejich léčbu. Tento přínos je doložen v četných studiích, a také v doporučení Evropské urologické společnosti (v EAU Guidelines)	základní požadavek	ANO
endoskop má 4 programovatelná tlačítka pro ovládání video-systému včetně zkoušky těsnosti	základní požadavek	ANO
úchopové kličky 5 Fr. x 640 mm	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktové data) v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA

Horní
IČO



Projekt	CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Vozík zdravotnický		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Chirurgie, interna		
Výřizuje	Ing. Karel Metas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Vozík zdravotnický 10ks	METAL LINE PROFÍ MAXI		
Výrobce	KLARO, spol. s r.o.		

10ks Vozík zdravotnický

Pops popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	Ano
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	Ano
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	Ano
Základní technické požadavky:		
10ks Vozík zdravotnický		
konstrukce: ocel s práškovou barvou - antimikrobiální povrch, antivibrační vyztuha	základní požadavek	Ano
prac. deska: nerez ocel AISI304 - jemný profil s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg	základní požadavek	Ano, nosnost 20 kg
plechová zásuvka: kompaktní plast, čelo (ABS); 3/4 zásuvka MINI (nosnost: 10 kg)	základní požadavek	Ano, nosnost 10 kg
čelo zásuvky dle vzorníku barev	základní požadavek	Ano
teleskopické kulíčkové pinovýsuvy s dotahem a dotlumením	základní požadavek	Ano
centrální zamykání	základní požadavek	Ano
plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku	základní požadavek	Ano
tláčné madlo: ocel s práškovou barvou (šedá)	základní požadavek	Ano
4x otočné kolo d=10 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	základní požadavek	Ano, kolo d=12,5cm, 2x brzda
celková nosnost: 150 kg	základní požadavek	Ano, 150 kg
§102 cm x h50 cm x v102 cm bez příslušenství	základní požadavek	Ano, §102 x h50 x v105 cm
Další požadavky na plnění:		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	Ano
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	Ano
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	Ano

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.


Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

24 -05- 2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

RICHARD KR





Projekt	ČAST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - interní medicína - EKG Holter	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	interna kardiologie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení EKG Holter	Cardioday, Seer1000	
Výrobce	Getemed	

1kspl EKG Holter pro interní oddělení

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky o pozáručního servisu, je také provedení pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
1kspl EKG Holter pro interní oddělení		
EKG záznamník:	základní požadavek	ANO
požadovaný počet záznamníků: 4 ks	základní požadavek	ANO, 4 ks
hmotnost max 53 g bez baterie	základní požadavek	ANO, 53 g
zobrazení live křivek na obrazovce PC přes Bluetooth	základní požadavek	ANO
pacientský kabel: 5 vodičový pro záznam 3 kanálového EKG, 4 ks	základní požadavek	ANO
délka záznamu - min. 7 dní	základní požadavek	ANO, 7 dní
detekce kardiostimulátoru ve všech monitorovaných kanálech	základní požadavek	ANO
výdrž přístroje bez nutnosti výměny akumulátoru/baterie nebo dobíjení min. 7 dní	základní požadavek	ANO
záznam událostí u pacienta jediným tlačítkem	základní požadavek	ANO
USB kabel, PC aplikace a Bluetooth Kit pro záznamníky	základní požadavek	ANO
Paměťové médium - Digitální paměť, pevná	základní požadavek	ANO
Detekce odpojeného svodu	základní požadavek	ANO
Min stupeň krytí IP43	základní požadavek	ANO, IP43
Rozměry záznamníku: Výška: 64 mm Šířka: 71 mm bez kabelu Šířka: 84 mm s kabelem Hloubka: 20 mm	základní požadavek	ANO, 64x71x20mm
Vyhodnocovací stanice SW:	základní požadavek	ANO
holterovská analýza EKG křivky	základní požadavek	ANO
HR a ST analýza	základní požadavek	ANO
Detekce Afib.	základní požadavek	ANO
detekce stimulátoru	základní požadavek	ANO
histogramy RR intervalu	základní požadavek	ANO
zadávání demografických údajů pacientů	základní požadavek	ANO
nastavení vzorových zpráv lékaře s možností následné editace	základní požadavek	ANO
systém musí mít možnost export EKG zprávy do systému MUSE	základní požadavek	ANO
instalace na PC uživatele	základní požadavek	ANO
program v CJ	základní požadavek	ANO
systém musí umožnit připojení a zpracování EKG záznamů z monitorů vitálních funkcí	základní požadavek	ANO
Děti požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předloženo nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTA



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Chir - OS		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik a.s.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochoťská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Harmonický skalpel pro CHIR-OS - 1 kpl	Systém Olympus Thunderbeat	Hybridní generátor USG-410, převodník TD-TB400, hybridní instrumenty Thunderbeat	
Výrobce	Olympus Medical Systems Corp.		

Harmonický skalpel pro CHIR-OS - 1 kpl
--

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Harmonický skalpel pro CHIR-OS - 1kpl:		
5ks Hybridní operační jednorázový instrument pro laparoskopickou i otevřenou operativu	základní požadavek	ANO, 5ks v balení
Hybridní spojení bipolární a ultrazvukové energie (tzv. vessel sealing) synergické působení v jednom nástroji v jeden okamžik.	základní požadavek	ANO
Provedení pro laparoskopickou i otevřenou operativu, vhodné pro operaci štítlou	základní požadavek	ANO
na všestranné použití = řez, zatavení, koagulace, disekce a uchopení tkání bez nutnosti výměny nástrojů za jiné.	základní požadavek	ANO
Funkce disekce a ůchopu tkáně	základní požadavek	ANO
Schopnost bezpečného zatavení cév až do průměru 7mm	základní požadavek	ANO, 7mm
Systém pro koherentní rozložení ůchopových sítí po celé délce branží	základní požadavek	ANO
zakřivení ultrazvukové sondy pro minimalizaci kavitačního efektu	základní požadavek	ANO
tloušťka branží umožňující precizní preparaci tkání	základní požadavek	ANO
Schopnost bodové koagulace	základní požadavek	ANO
Mód použití pro koagulaci tkání a zatavení cév využívající bipolární elektrickou energii	základní požadavek	ANO
Mód použití spojení ultrazvukové energie ve spojení s bipolární energií pro rychlý a bezpečný řez tkáně s maximální hemostázou	základní požadavek	ANO
Možnost aktivace pedálem	základní požadavek	ANO
Převodník - transducer - restenilzovatelný kabel pro vícenásobné použití (norma životnosti 1 rok/100 výkonů)	základní požadavek	ANO, 1rok/100 výkonů
1ks Ultrazvuková bipolární jednotka	základní požadavek	ANO, hybridní
multioborový generátor nové generace pro otevřenou a laparoskopickou operativu	základní požadavek	ANO
automatické rozpoznání připojeného nástroje	základní požadavek	ANO
možnost uložení uživatelských nastavení s textovým popisem	základní požadavek	ANO
ruční nebo nožní ovládání	základní požadavek	ANO
nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje	základní požadavek	ANO
zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji	základní požadavek	ANO
menu v českém jazyce	základní požadavek	ANO
podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole	základní požadavek	ANO
hybridní technologie umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv.vessel sealing) až do velikosti 7mm	základní požadavek	ANO, až do 7mm
kompaktní rozměry - 370 š x 100 v x 360 h	základní požadavek	ANO, 370x105x360
Detail požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instrukce (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano", nebo "ne"

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyřazení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (příloha č. 1)

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - laparoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Laparoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IC: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIC: CZ04115490
Typové označení 3D4K operační monitor - 1ks	Sony LMD-X310ST	
Výrobce	Sony Corporation	

3D4K operační monitor - 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v déle	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
3D4K operační monitor 1 ks:		
Úhlopříčka 31", medicínská certifikace	základní požadavek	ANO 31"
Rozlišení obrazu 4096 x 2160	základní požadavek	ANO 4096 x 2160
Svítilivost 435 cd/m2	základní požadavek	ANO 435 cd/m2
Umožňuje zobrazení 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru nebo pomocí ovládacího programovatelným tlačítkem z kamerové hlavy nebo videolaparoskopu	základní požadavek	ANO
Umožňuje digitální úpravu obrazu - tzv. up-scaling rozlišení obrazu s nižším rozlišením na rozlišení 4K a to i pro zobrazení ve 3D	základní požadavek	ANO
Vstupy 3G-SDI, SDI 4x, DVI a HDMI	základní požadavek	ANO 3G-SDI, SDI 4x, DVI a HDMI
funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°	základní požadavek	ANO
Kontrast 1450:1	základní požadavek	ANO 1450:1
Hmotnost max. 12 kg	základní požadavek	ANO, 11,8 kg
Monitor je opatřen ochranným sklem s antireflexní úpravou, odolným proti běžně používaným typům dezinfekčních prostředků	základní požadavek	ANO
Umístění monitoru na kloubové pohyblivé kloubové rameno stávajícího přístrojového vozíku	základní požadavek	ANO
Součástí dodávky budou 2 ks standardních 3D brýlí a 1 ks 3D klipu na dioptrické brýle	základní požadavek	ANO
Součástí dodávky bude pohyblivé kloubové rameno pro umístění stávajícího monitoru na stranu stávajícího přístrojového vozíku	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24 -05- 2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KAVSINA



Projekt	CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKAZKY - Intenzivní medicína - laparoskopické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Laparoskopie		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochoťínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Videolaparoskop - 2ks	Olympus Endoeye 3D 10 mm		
Výrobce	Olympus Winter & Ibe GmbH		

Videolaparoskop pro volitelné 3D/2D zobrazení - 2 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Videolaparoskop pro volitelné 3D/2D zobrazení - 2 ks:		
Integrovaný stereoskopický optický 3D systém, který spojuje rigidní endoskop (optiku), kamerovou hlavu s adaptérem a světlovodný kabel do jednoho nerozebratelného a sterilizovatelného kompletu	základní požadavek	ANO
Rotace obrazu bez ztráty horizontu je využití videolaparoskopu pro všechny typy laparoskopických operačních výkonů jak v hrudníku, tak i v dolní pánevi.	základní požadavek	ANO
Žorné pole: 67°, úhel pohledu: 30°	základní požadavek	ANO
Min. 3 programovatelná tlačítka pro ovládní funkci kamerové jednotky	základní požadavek	ANO, 3 programovatelná tlačítka
Průměr: 10 mm, pracovní délka: 330 mm	základní požadavek	ANO
Funkce 3D a 2D zobrazení s možností přepínání na hlavě kamery	základní požadavek	ANO
Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení	základní požadavek	ANO
Čištění/dezinfekce: plně ponořitelné v roztocích vhodných k endoskopickým účelům	základní požadavek	ANO
Parní sterilizace v autoklávu při 134°C	základní požadavek	ANO, 134°C
Integrovaný světlovodný kabel délkou min. 2,7 m	základní požadavek	ANO, 2,7 m
Součástí dodávky je sterilizační kontejner.	základní požadavek	ANO
Součástí dodávky je 1ks multioborový elektrochirurgický generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu	základní požadavek	ANO
kompletní řada 25-ti monopolárních a bipolárních režimů, módy pro fez a koagulaci (čistě, smíšené, sprej, nová generace urologické a gynekologické endoresektce ve fyziologickém roztoku, endoskopické módy pro GI, radiofrekvenční ablace tumorů, plasmakinetické módy pro gynekologické využití včetně módu pro bipolární morcelátor)	základní požadavek	ANO
Výkonový rozsah 0 – 320 W	základní požadavek	ANO
možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně	základní požadavek	ANO, 4 nástroje
víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x lištěný, 1xCDA/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečností uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky s plněním. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů doda v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produkt

Dne 24 -05- 2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Intenzivní medicína - laparoskopické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Laparoskopie		
Výřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IC: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochoťská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Světelný zdroj - 2ks	Olympus CLV-S200IR		
Výrobce	Olympus Medical Systems Corp.		

Světelný zdroj určený pro IR fluorescenční diagnostiku pomocí ICG kontrastní látky - 2 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nereparovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Světelný zdroj určený pro IR fluorescenční diagnostiku pomocí ICG kontrastní látky - 2 ks:		
Samostatný světelný zdroj určený pro zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu	základní požadavek	ANO
Hlavní vyšetřovací lampa - 300W xenonová lampa	základní požadavek	ANO, 300 W
Minimální životnost lampy - 500 provozních hodin	základní požadavek	ANO, 500 hodin
Integrovaný záložní zdroj - 12V/35W halogen	základní požadavek	ANO, 12V / 35W
Automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou – dle světelných podmínek operačního pole	základní požadavek	ANO
Součástí dodávky je datový kabel pro automatické řízení intenzity osvětlení připojenou kamerovou jednotkou	základní požadavek	ANO
Součástí nabídky musí být 1 ks laparoskopické optiky 30°, pr. 10 mm určená pro použití pomocí ICG, vč. světlovodného kabelu pr. 4,25 mm, délky min. 3 m a plastového sterilizačního kontejneru	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokumeny prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v CJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyřazení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24 -05- 2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUŽ



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Parní sterilizátor		
Mislo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	OS		
Výkupu	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:	[redacted]		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IC: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Parní sterilizátor 3ks	Azteca AC 450		
Výrobce	Celtrion Medical Technologies Kft.		

3ks Parní sterilizátor

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezavějícího přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v děle	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technická prohlídka, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
3ks Parní sterilizátor		
Sterilizátor se samostatným el. vyvětráním páry mimo komoru	základní požadavek	ANO
Vyhovující normám ČSN EN 285 A2 a ČSN EN 17665-1	základní požadavek	ANO
Sterilizátor o velikosti komory 1 STJ, složný provedení	základní požadavek	ANO
Provoz na 230 V nebo 3x400 V/50 Hz	základní požadavek	ANO
Válcová, horizontálně uložená komora se základnou pro vložení 1 STJ kontajneru → polotov. systém se síly	základní požadavek	ANO
Jednodveřové provedení	základní požadavek	ANO
Ovládací jednotka vpravo od komory	základní požadavek	ANO
Součástí komory topný pláň s izolací pro snížení tepelných ztrát	základní požadavek	ANO
Automaticky uzavíratelné dveře	základní požadavek	ANO
Vestavěná úprava vody	základní požadavek	ANO
Vestavěná tiskárna	základní požadavek	ANO
Počítadlo šarží	základní požadavek	ANO
Vizuální a akustická signalizace stavu procesu	základní požadavek	ANO
Sterilizací procesy 121°C a 134°C	základní požadavek	ANO
Testovací programy Vakuum test, Bowie Dick test, program Priony	základní požadavek	ANO
Programy 134°C a 121°C pro sterilizaci pevného a porézního materiálu, dutých nástrojů		
<ul style="list-style-type: none"> o Balené materiály o Materiály s inenzivním dosoušením o Sklo, pryž o Laparoskopie, endoskopie, optika o Flash program 	základní požadavek	ANO
Integrovaný odpad		
Mechanický filtr na vstupu chladicí vody	základní požadavek	ANO
Bakteriologický filtr pro zavedení komory	základní požadavek	ANO
Vyběva se zařízením na uspoř. vody	základní požadavek	ANO
Ovládání dotykovým displejem v ČZ	základní požadavek	ANO
Ovládání dotykovým displejem, zobrazení grafu procesu a hodnot teploty, tlaku a čísla šarže	základní požadavek	ANO
Připojení sterilizátoru k síti LAN a servisnímu středisku, dálková diagnostika, záznam a archivace procesů na PC a serveru nemocnice	základní požadavek	ANO
Provedení výchozí revize tlakové nádoby včetně pasportu	základní požadavek	ANO
Provedení prvotní validace podle ČSN EN 17665, zpracování validačního protokolu	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČZ (1x tiskárna, 1x CD/USB, př. dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“ nebo „ne“

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (př. [redacted])

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KROJIN



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Intenzivní medicína - EKG přístroj		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Interní fax; ARO/JIP 2x;		
Vytváje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:	[redacted]		
Název dodavatele	Z Techník s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochoňská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení EKG přístroj	MAC2000		
Výrobce	GE Healthcare		

šks EKG přístroj pro interní oddělení
--

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v letech	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
šks EKG přístroj pro interní oddělení:		
12-til svodový EKG přístroj	základní požadavek	ANO
přístroj musí být vybaven indikátorem, který zobrazuje kvalitu snímaného signálu (barevný semafor, tři samostatné indikátory pro každou barvu vedle sebe červená, žlutá, zelená).	základní požadavek	ANO
kontinuální monitoring se záznamem události (arytmii)	základní požadavek	ANO
EKG musí umožnit přenos EKG záznamů do NIS, EKG DICOM vč. licence SW EKG	základní požadavek	ANO
možnost připojení EKG do systému MUSE (archivace dat)	základní požadavek	ANO
defibrilace kardiosimulátoru ze všech svodů vzorkovací frekvence min. 75.000 vzorků/sekunda	základní požadavek	ANO, 75.000
digitální zpracování EKG signálu vzorkovací frekvencí min. 16.000 vzorků/sekunda	základní požadavek	ANO, 16.000
rekvenční rozsah: dolní hranice od 0.04 Hz, horní hranice 150 Hz	základní požadavek	ANO, 0.04 - 150 Hz
režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií	základní požadavek	ANO
software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu pro novorozence, děti a dospělé	základní požadavek	ANO
funkce pro náhled všech 12 křivek současně před listem či odesláním záznamu	základní požadavek	ANO
vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů	základní požadavek	ANO, 100
displej minimální velikosti 7" se zobrazením všech 12 svodů s minimálním rozlišením 640x480	základní požadavek	ANO, 7" 800x480
plnohodnotná klávesnice s funkčními klávesami v českém jazyce	základní požadavek	ANO
provoz ze sítě na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin) s vnitřním sobejím akumulátorů, připojíme pouze interní zdroj napájení	základní požadavek	ANO
uživatelé volitelně šks 12-til svodového záznamu na termo citlivý skládaný papír (formát A4) se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (ID, jméno, příjmení, pohlaví, věk, možnost zadání sestavy obsahující oddělení apod.)	základní požadavek	ANO
rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s	základní požadavek	ANO, 5 / 12,5 / 25 / 50
menu, komunikace a ovládání v ČJ	základní požadavek	ANO
příslušenství: kabel napájecí, kabel pacientský s jednotlivými výměnnými svody, hrudní a končetinové elektrody (hrudní pás + desičky)	základní požadavek	ANO
A EKG se musí dát připojit čtečka čárových kódů pro bezchybné zadání dat pacienta (z NIS)	základní požadavek	ANO
počítačová dodávky je originální vozík pod EKG s držákem pacientského kabelu a odkládací poličkou (ne drátěnou, ale plnou)	základní požadavek	ANO
možnost exportu základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v digitální podobě (j. křivka jako soubor dat umožňující manuální dodatečné rozměření a zpracování, nikoliv její obrázek jako je - pdf, jpg)	základní požadavek	ANO
splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1	základní požadavek	ANO
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky	základní požadavek	ANO
přístroj musí mít možnost připojení přes LAN i WiFi, podpora minimálně standardu 802.11a/g, zabezpečení WPA2/AES s podporou 802.11x	základní požadavek	ANO
přístroj musí mít možnost přenosu pacientských dat z nemocničního informačního systému (NIS) prostřednictvím HL7	základní požadavek	ANO
Detailní požadavky na péči:		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x bilingv. 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně dovozu pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohláším, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální) uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Splnění těchto požadavků bude důvodem k vyřízení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametry dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (přiložené k zadávacímu řízení).

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele

RICHARD KRUTINA



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Intenzivní medicína - plicní vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Plicní oddělení	
Výkazy	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z TECHNIK s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochtovská 275, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10	DIČ: CZ04115490
Typové označení	Bodypletyograf celotělový + opce měření transferfaktoru (CO Difuze) - 2 ks	
Výrobce	Geratherm GmbH, Cirrassia, Lemon Medical GmbH	

Bodypletyograf celotělový + opce měření transferfaktoru (CO Difuze) - 2 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Bodypletyograf celotělový + opce měření transferfaktoru (CO Difuze) - 2 ks		
Základní funkce - statická spirometrie, dynamická spirometrie - křivka průtokobjem, intrathorakální objemy, proudové signál Raw	základní požadavek	ANO
Schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než 8 litrů s přesností ± 3% nebo ± 0,05 litru v rozsahu průtoku 0 - 15 l/s	základní požadavek	ANO, dle požadovaných hodnot
Čistkový odpor proudění vzduchu při průtoku 14 l/s musí být menší než 1,5 cmH2O/s	základní požadavek	ANO, 14l/s, menší než 1,5cm
Kalibrační pumpa 3 l	základní požadavek	ANO, 3L
Výšinná židle z kabiny pro snadnější nástup a výstup invalidních pacientů, výškové slavitelné židle v kabině	základní požadavek	ANO
Výškové ovládací stůl přístroje	základní požadavek	ANO
Možnost ovládní výšky stůlu zvenčí při uzavřené kabině	základní požadavek	ANO
Automatické elektromagnetické uzavírání dveří	základní požadavek	ANO
Možnost otevření dveří zevnitř pacientem	základní požadavek	ANO
Skládaná výplň kabiny přístroje z pěti stran - hrzené neroztílné sklo	základní požadavek	ANO
Nízká nástupová hrana kabiny, max. 10 cm	základní požadavek	ANO, 10 cm
Odpodnost konstrukce přístroje vůči fyzikálním vlivům a chemickým látkám	základní požadavek	ANO
Integrace měření FeNO do programu a možnost srovnání hodnot FeNO s např. FEV1 v jednom grafu	základní požadavek	ANO
Modul pro vyšetření plicní difuze metodou Single breath	základní požadavek	ANO
Methan jako transportní plyn pro vyšetření DLCO - pouze jedna láhev	základní požadavek	ANO
Oficiální vzorkování plynu pro vyšetření DLCO, možnost oficiální doplnění hodnoty Hb, PaO2, COHb a následné přepracování výsledků DLCO	základní požadavek	ANO
Softwarový modul pro provádění bronchoprovokačních testů	základní požadavek	ANO
Externí bronchoprovokační jednotka s programem pro vyhodnocení testů, která je programově kompatibilní s uživatelským prostředím bodypletymografu	základní požadavek	ANO
Výšetření maximálních tlaků MIP/MEP	základní požadavek	ANO
Automatické sledování hodnot mikrotlakostních podmínek	základní požadavek	ANO
Přímá kontrola AT/ERS kritérií jak při měření, tak při vyšetření	základní požadavek	ANO
Přesnosti analýza opakovaného vyšetření	základní požadavek	ANO
Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření	základní požadavek	ANO
Možnost dotace protokolu dle potřeb zákazníka	základní požadavek	ANO
Možnost importu datové záznamy z již používaných přístrojů u zákazníka (Spirometry, FeNO)	základní požadavek	ANO
Export datové záznamy a výsledků vyšetřených pacientů do uživatelských SW pro další zpracování a prezentace	základní požadavek	ANO
Export grafů do pdf	základní požadavek	ANO
Součástí dodávky je 2ks analyzátor NO	základní požadavek	
2 ks - Přístroj pro měření vydechnutého NO (pro 15 000 měření)	základní požadavek	ANO
2ks - DC11 Panel Opce Software, software pro Bluetooth spojení s PC, motivační software k měření FeNO, ústředním pacientů	základní požadavek	ANO
6ks - Test Kit, Senzor pro 100 měření životnost 12 měsíců	základní požadavek	ANO
600ks - Bakteriální a virový filtr	základní požadavek	ANO
Další požadavky na příměti		
Dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x bilingvní, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) užívatel na pracovišti k obsluze přístroje, včetně školení pověřených školitelů výměnou, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlášení, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a udupřují skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyřazení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů oddá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktový list, přílohu k návodu).

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele RICHARD KRUTINA



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Přístroj EEG		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	ARO		
Vytváří	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:	[redacted]		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochoťská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Přístroj EEG - 1kpl	TruScan EEG CL 32		
Výrobce	DEYMED Diagnostic s.r.o.		

Přístroj EEG - 1kpl

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	Ano
Záruční doba v délce	24 měsíců	Ano, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoliv výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	Ano
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně	základní požadavek	Ano
Základní technické požadavky:		
Přístroj EEG		
sz kanálová EEG snímací hlavice s možností bezdrátové komunikace a s možností ukládání dat při vypnutí bezdrátového spojení (dosah min. 150 m na volném prostranství), možnost výměny baterií za provozu uživatelem bez výpadku nabitých dat, výdrž baterií min. 30 hod (v bezdrátovém režimu i v režimu ukládání dat na paměťové médium)	základní požadavek	Ano, 32 kanálů
licence software pro nabití, vyhodnocení a zálohování EEG záznamu vč. brainmappingu	základní požadavek	Ano
síťová verze softwaru	základní požadavek	Ano
možnost vzdáleného servisu nádobčí stanice (nutno zajistit připojení k internetové síti)	základní požadavek	Ano
Ridičský systém EEG stanice:	základní požadavek	Ano
výkonné PC se sníženými hlukovými emisemi a pasivním chlazením procesoru, monitor LCD 24 DVI, 8GB RAM, SSD 500 GB	základní požadavek	Ano
Pojízdný stůlek s ramenem pro snímací jednotku:	základní požadavek	Ano
rameno s držákem snímací jednotky	základní požadavek	Ano
výšuvná klávesnice	základní požadavek	Ano
upevnění PC s krytem kabeláže	základní požadavek	Ano
průmyslová kolečka	základní požadavek	Ano
Napájecí zdroj 500W včetně bezpečnostního oddělovacího transformátoru (dle EN 60601-01)	základní požadavek	Ano
Fotostimulační lampy (bílá/červená) držák rameno	základní požadavek	Ano
Laserová tiskárna CB	základní požadavek	Ano
Zálohovací modul EEG:	základní požadavek	Ano
externí pevný disk pro zálohování dat - licence software zálohování	základní požadavek	Ano
Základní sada EEG spotřebního materiálu:	základní požadavek	Ano
EEG čepice (výběr ze standardně dodávaných velikostí), hrudní pás	základní požadavek	Ano
EEG gel 0,5l, 3 ks lupových jehel, stříkačka pro dávkování gelu	základní požadavek	Ano
2 ks přilehvacích elektrod, pár ušních elektrod	základní požadavek	Ano
pár EKG Elektrod	základní požadavek	Ano
prací prostředek na EEG čepice 1l	základní požadavek	Ano
Standardně dodávána EEG čepice velikosti M (55 – 59 cm, barv. červená), jinak možnost výběru ze standardně dodávaných velikostí.	základní požadavek	Ano
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	Ano
1x návod v ČJ (1x tiskárenský, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	Ano
bezplatné zaškolení instruktáž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	Ano

Prohláší, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (p

Dne: 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	:	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Intenzivní medicína - Přístroj EMG/EP
Místo	:	Nemocnice Strakonice, a.s.
Pracoviště	:	ARO
Vyřizuje	:	Ing. Karel Mateš
Kontaktní mail	:	
Dodavatel:		
Název dodavatele		Z Technik s.r.o. IČ: 04115490
Adresa dodavatele		Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy DIČ: CZ04115490
Typové označení Přístroj EMG/EP - 1kpl		EMG/EP přístroj: Nicolet EDX, třída dle MDD IIb Magnetický stimulator Magstim 2002, třída dle MDD IIa
Výrobce		Natus Neurology Inc./ The Magstim Company Ltd.

Přístroj EMG/EP - 1kpl

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Přístroj EMG/EP:		
1ks - 5 kanálový EMG/EP přístroj s programem s kompletním vybavením	základní požadavek	ANO
EMG/EP centrální jednotka, 24" displej TFT s reproduktorovou lištou, mobilní stojan s integrovaným držákem monitoru, plně flexibilním ramenem pro hlavici, ovládací panel, 5-kanálový zesilovač a samostatná hlavice pro připojení elektrod u lůžka pacienta s 5m propojovacím kabelem. Interní elektrický stimulator s externí hlavici a nastavovacími prvky pro intenzitu stimulace a ovládací přístroje. Nožní pedál. Oddělovací transformátor. Laserová černobílá tiskárna s automatickým duplexním listem. Programovatelný synchronizační vstup a výstup pro připojení externích stimulatorů. Modul pro evokované potenciály (VEP, SEP, BAEP) v plném vybavení včetně stimulatorů (akusticky nesená stimulační sluchátka, zrakový stimulator s monitorem VEP).	základní požadavek	ANO
Vyhodnocovací jednotka se SW, SW Office (Word, Excel a PowerPoint) v českém jazyce. Předdefinované a konfigurovatelné závěry ve Wordu.	základní požadavek	ANO
Programy pro NCS, repetitivní stimulaci, jehlkovou EMG, reflexy, TIA analýzu, MUP a Multi-MUP, SF a Macro EMG. Programy pro vyšetření sympatického kožního potenciálu a variabilitu srdeční frekvence (parasympatikus). Programy pro VEP, SEP, BAEP. Konfigurační průvodce umožňující plně nastavení celého systému dle požadavků uživatele. Balíček nástrojů umožňující tvorbu dynamických prezentací vyšetření pro výukové účely (Producer).	základní požadavek	ANO
Základní sada elektrod pro neurologii, EMG a EP.	základní požadavek	ANO
1ks - Magnetický stimulator v následující sestavě:	základní požadavek	ANO
Monofázický magnetický stimulator s ovládacím panelem s velkým aktivním displejem, čitelným od lůžka pacienta pro ovládání stimulačních cívek z předního panelu (např. sestrou). Synchronizační obvody pro spojení s elektromyogramem a možnosti stimulace voltálně spouštěné z magnetického stimulatoru nebo z EMG přístroje.	základní požadavek	ANO
Standardní kruhová stimulační cívka 90 mm s dálkovým ovládním integrovaným v rukojeti (může ovládat přímo stimulujiící osoba od pacienta)	základní požadavek	ANO
Y cívka 110 mm pro stimulaci dolních končetin (ovládání se provádí z panelu stimulatoru)	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění:		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Neoplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (p

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTIN



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Přístroj pro časnou detekci a sledování periferní autonomní neuropatie	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	ARO	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Přístroj pro časnou detekci a sledování periferní autonomní neuropatie - 1ks	SUDOSCAN2, třída dle MDD IIA	
Výrobce	IMPETO MEDICAL	

Přístroj pro časnou detekci a sledování periferní autonomní neuropatie- 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, neraspávaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Přístroj pro časnou detekci a sledování periferní autonomní neuropatie		
přístroj pro časnou identifikaci a sledování periferní autonomní periferie	základní požadavek	ANO
přístroj s integrovaným displejem	základní požadavek	ANO
dvě dokovací jednotky Smart Dock pro Smart elektrody	základní požadavek	ANO
současné vyšetření horních a dolních končetin	základní požadavek	ANO
Průšlenství:		
sada Smart elektrod pro vyšetření HK + DK pro 1 000 pacientů	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.


V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24 -05- 2022

.....

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD K





Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Kardiologograf		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Gyn-por		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Kardiologograf	CTG COROMETRICS 259		
Výrobce	Wipro GE Healthcare Private Limited		

3ks Kardiologograf pro gyn-por oddělení

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
3ks Kardiologograf pro gyn-por oddělení		
kardiologograf pro monitorování dvojčet vč. FMD	základní požadavek	ANO
kardiologograf musí umožnit monitorovat dva plody	základní požadavek	ANO
standardní termocitlivý skládaný papír	základní požadavek	ANO
přístroj musí být kompaktní s minimálními pohyblivými komponenty	základní požadavek	ANO
přístroj musí umožnit vytvoření záznamové značky obsluhou do záznamu CTG	základní požadavek	ANO
možnost připojení ručního značkovače na subjektivní záznam pohybu plodu matkou.	základní požadavek	ANO
možnost nastavení rychlosti posunu záznamového papíru 1, 2, 3 cm / 1 min	základní požadavek	ANO, 1, 2, 3 cm / 1 min
možnost vypnutí posunu záznamového papíru v průběhu monitoringu	základní požadavek	ANO
regulovatelná hlasitost ozvu tepové frekvence plodu	základní požadavek	ANO
nastavení alarmů pro horní a spodní limit tepové frekvence plodu s nastavitelnou hlasitostí alarmu.	základní požadavek	ANO
ultrazvuková sonda s minimálně 9ti krystalovou technologií	základní požadavek	ANO
součástí dodávky musí být dvě sondy UZ, jedna sonda pro snímání děložních kontrakcí, návod v ČJ, stolek pod přístroj	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění:		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instrukce (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření škůtitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce

Dne 24-05-2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRTOUK



Projekt	ČASŤ I PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, s.r.o.	
Pracovně	Endoskopie	
Výzva	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04119490
Adresa dodavatele	Lochoňská 275, 189 00 Praha 18 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Videoproc. se samostatným zdrojem světla 3ks	Videoproc. ELUXEO VP-7000	
Vyrobc	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Videoproc. se samostatným zdrojem světla - 3ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecní požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerapovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v letech	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozaruční servis, musí být jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozaručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Videoproc. se samostatným zdrojem světla		
automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvyraznění obrazu, možnosti nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení s nátlakem do paměti	základní požadavek	ANO
zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HD TV 1920 x 1080p.	základní požadavek	ANO
Zařízení musí umožňovat využití uzkopřímového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita užší pásma vlnových délek centrována kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (žluté světlo). Vybrané pásma vlnových délek korigují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulou krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév	základní požadavek	ANO
Zařízení musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zaručuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti zobrazují červeněji a původně bílé oblasti vypadají bílejší ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezování i detekci lézí a zánětů.	základní požadavek	ANO
Zařízení musí umožňovat funkci zvyraznění křehkých struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti.	základní požadavek	ANO
Zařízení musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvyrazněných křehkých struktur současně	základní požadavek	ANO
Funkce obraz v obraze a překryvání obrazu	základní požadavek	ANO
Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice.	základní požadavek	ANO
Obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video	základní požadavek	ANO
Možnost připojení jednotky pro uměloúložení endoskopického obrazu a charakteristiku lézí v trávícím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení Full HD.	základní požadavek	ANO
DICOM rozhraní:		
Videoproc. musí podporovat přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství	základní požadavek	ANO
Implementace do stávajícího HIS systému.	základní požadavek	ANO
Odeslání obrázků na PACS musí probíhat automaticky	základní požadavek	ANO
Možnost DICOM worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému).	základní požadavek	ANO
Funkce odeslání fotodokumentace přes satelitní endoskopu	základní požadavek	ANO
LED zdroj světla - 3 ks:		
Automatická řízení intenzity světla	základní požadavek	ANO
Integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích	základní požadavek	ANO, ve 4 krocích
Hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod	základní požadavek	ANO, 4 LED diody
Minimální životnost LED diod - 10 000 provozních hodin	základní požadavek	ANO, minimálně 10 000 provozních hodin
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu pomocí optického laseru. Tento způsob přenosu snižuje riziko úniku obrazu v případě výskytu z důvodu možného vzniku korozí jímání na konektoru	základní požadavek	ANO
Podpora optických zobrazovacích metod	základní požadavek	ANO
musí umožňovat využití uzkopřímového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita užší pásma vlnových délek centrována kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (žluté světlo). Vybrané pásma vlnových délek korigují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulou krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév	základní požadavek	ANO
musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zaručuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červeněji a původně bílé oblasti vypadají bílejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezování i detekci lézí a zánětů.	základní požadavek	ANO
Další požadavky na přístroj		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v [] 1x štítek, 1x CD/USB, při dodání přístroje	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení vnitřní údržby (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uvolněte na pracovišti k obsluze přístroje, včetně školení pověřených kůleřů výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky spíše Uchazeč ve slo

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produkt

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele

RICHARD KRUTIN



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Monitor 2ks	Medicinský monitor 32" EIZO, 4K UHD EX3241	
Výrobce	EIZO	

Monitor – 2ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v děle	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Monitor:		
Uhlopříčka min. 26"	základní požadavek	32"
HDTV rozlišení obrazu.	základní požadavek	ANO
Minimální kontrast 1000:1.	základní požadavek	1000:1
Antireflexní úprava.	základní požadavek	ANO
Zobrazovací úhel alespoň 170°.	základní požadavek	178°
Certifikace MDE.	základní požadavek	ANO
Zavěšení – 100 mm VESA/WESA.	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCDI/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

24 -05- 2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: [REDACTED]



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochofínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Umělá inteligence 1ks	CAD AI - umělá inteligence AI-EX-1	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Umělá inteligence – 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerespanovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Umělá inteligence:		
Počítačem asistovaná technologie využívající umělou inteligenci, která napomáhá v reálném čase vyšetření k detekci a charakterizaci polypů v tlustém stěvě.	základní požadavek	ANO
Detekce – grafické označení přítomnosti polypů v tlustém stěvě	základní požadavek	ANO
Charakterizace – rozlišení neoplastických a hyperplastických polypů v tlustém stěvě pomocí barev.	základní požadavek	ANO
Vstup: 1xDVI-I.	základní požadavek	ANO
Výstup: 1xDVI-I, 1xDVI-D.	základní požadavek	ANO
Paměť: integrovaný pevný disk (180 GB) s možností 30 hodin Full HD videozáznamů ve formátu MP4.	základní požadavek	ANO
Rozměry maximálně: š 370 mm x výška 100 mm x hloubka 466 mm.	základní požadavek	š 370 mm x výška 99,0 mm x hloubka 465,6 mm
Váha maximálně: 8 kg.	základní požadavek	7,1 kg
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

24 -05- 2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

RICHARD KRUTÍK



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Odsávací pumpa 2ks	Odsávací jednotka Medela BASIC	
Výrobce	Medela	

Odsávací pumpa - 2ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Odsávací pumpa:		
Odsávací vakuové čerpadlo.	základní požadavek	ANO
Odsávací láhev min. 2 litry.	základní požadavek	2 litry
Nominální vakuum min. 90 kPa.	základní požadavek	90 kPa
Výkon minimálně 30 L / min.	základní požadavek	30 l/min
Další požadavky na plnění:		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.


V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

RICHARD KR





Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - interní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Výkonné	Ing. Karel Matza	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochoňská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Videogastroskop 2ks	Videogastroskop ELUXEO EG-760R	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Videogastroskop – 2ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdiama. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Videogastroskop:		
Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným optickým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV)	základní požadavek	ANO
Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrována kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek kromějí s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktury obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.	základní požadavek	ANO
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem.	základní požadavek	ANO
Optický systém:		
- zorné pole minimálně 140°	základní požadavek	zorné pole 140°
- směr pohledu přímý pohled		směr pohledu přímý pohled
- pracovní vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm		pracovní vzdálenost 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:		
- zevní průměr distálního konce maximálně 5,2 mm	základní požadavek	ANO
- zevní průměr tubusu maximálně 9,3 mm	základní požadavek	zevní průměr distálního konce 9,2 mm zevní průměr tubusu 9,3 mm
- pracovní délka minimálně 1100,0 mm	základní požadavek	pracovní délka 1100,0 mm
Pracovní kanál - vnitřní průměr minimálně 2,8 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 2,8 mm
Ohybová část - rozsah angulace:		
- nahoru minimálně 210°	základní požadavek	ANO
- dolů minimálně 90°	základní požadavek	nahoru 210° dolů 90°
- doprava minimálně 100°		doprava 100°
- doleva minimálně 100°		doleva 100°
Přídavný optický kanál - požadován.	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v [] (1x tlačítky, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uivatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje a zařízení

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložene nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD K.



Projekt	ČASŤ 1 PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY - Intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyhláše	Ing. Karel Mátas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Videokolonoskop 2ks	Videokolonoskop ELUXEO EC-760R-VA.	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Videokolonoskop – 2ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v děle	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Videokolonoskop:		
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva u pacientů s obtížnou anamnézou, stenózami rektu apod.	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HD 1V (High Definition TV).	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korekují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva. v tomto případě vícečetná a drobných cév.	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který združňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barvný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bílejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů.	základní požadavek	ANO
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop má funkci proměnné tuhosti.	základní požadavek	ANO
Optický systém:	základní požadavek	ANO
- zorné pole minimálně 170° - směr pohledu přímý pohled - pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm	základní požadavek	zorné pole 170° směr pohledu přímý pohled pozorovací vzdálenost 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:	základní požadavek	ANO
- zevní průměr distálního konce maximálně 12,0 mm - zevní průměr tubusu maximálně 12,0 mm - pracovní délka minimálně 1690,0 mm	základní požadavek	zevní průměr distálního konce 12,0 mm zevní průměr tubusu 12,0 mm pracovní délka 1690,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,8 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 3,8 mm
Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 180° - dolů minimálně 180° - doprava minimálně 160° - doleva minimálně 160°	základní požadavek	ANO nahoru 180° dolů 180° doprava 160° doleva 160°
Přídavný optický kanál – požadován.	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění:		
document prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano" nebo "ne"

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dotáz v elektronické podobě originální technické listy v [redacted]

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele RICHARD KRUTÝ [redacted]



Projekt	CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Endoskopie		
Vyřizuje	Ing. Karol Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.		IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochoťská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy		DIČ: CZ04115490
Typové označení	Tanký videokolonoskop 1ks	Videokolonoskop ELUXEO EC-760P-VL	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation		

Tanký videokolonoskop – 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v letech	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Tanký videokolonoskop:		
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii břišního střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rektu apod.	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV).	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop musí umožňovat využití uzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korekují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva. v tomto případě vlasečnice a drobných cév.	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), který zohrazuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti objevují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší, ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů	základní požadavek	ANO
Připojení endoskopu k endoskopickému systému pouze přes světelný zdroj, technologie musí umožňovat bezkontaktní napájení endoskopu a přenos obrazu optickým laserem	základní požadavek	ANO
Videokolonoskop má funkci proměnné tuhosti.	základní požadavek	ANO
Optický systém:	základní požadavek	ANO
- zorné pole minimálně 170°	základní požadavek	zorné pole 170°
- směr pohledu přímý pohled	základní požadavek	směr pohledu přímý pohled
- pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm	základní požadavek	pozorovací vzdálenosti 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:	základní požadavek	ANO
- zevní průměr distálního konce maximálně 11,1 mm	základní požadavek	zevní průměr distálního konce 11,1 mm
- zevní průměr tubusu maximálně 11,5 mm	základní požadavek	zevní průměr tubusu 11,5 mm
- pracovní délka minimálně 1690,0 mm	základní požadavek	pracovní délka 1690,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 3,2 mm
Ohybová část – rozsah amplitude:	základní požadavek	ANO
- nahoru minimálně 180°	základní požadavek	nahoru 180°
- dolů minimálně 180°	základní požadavek	dolů 180°
- doprava minimálně 160°	základní požadavek	doprava 160°
- doleva minimálně 160°	základní požadavek	doleva 160°
Přídavný optický kanál – požadován.	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění:		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tlačítky, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení instruktáž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy v

Dne 24-05-2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele

RICHARD KRUTÍ



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Výživa	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Terapeutický videoduodenoskop 2ks	Videoduodenoskop ED-580XT	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Terapeutický videoduodenoskop – 2ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerespaveného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provedení pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické protřikly, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Terapeutický videoduodenoskop		
Přístroj určený pro ERCP diagnostické a terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotězy, litotrypse žlučových kamenů apod	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV.	základní požadavek	ANO
Videoduodenoskop musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti.	základní požadavek	ANO
Optický systém:	základní požadavek	ANO
- zorné pole minimálně 100° - směr pohledu – šikmý pohled se sklonem min 5° - pozorovací vzdálenost minimálně 4,0 – 60,0 mm	základní požadavek	zorné pole minimálně 100° směr pohledu – šikmý pohled se sklonem 8° pozorovací vzdálenost 4,0 – 60,0 mm
Zaváděcí tubus:	základní požadavek	ANO
- zevní průměr distálního konce maximálně 13,1 mm - zevní průměr tubusu maximálně 11,3 mm - pracovní délka minimálně 1250,0 mm	základní požadavek	zevní průměr distálního konce 13,1 mm zevní průměr tubusu 11,3 mm pracovní délka 1250,0 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 4,2 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 4,2 mm
Ohybová část – rozsah angulace:	základní požadavek	ANO
- nahoru minimálně 120° - dolů minimálně 90° - doprava minimálně 110° - doleva minimálně 90°	základní požadavek	nahoru 120° dolů 90° doprava 110° doleva 90°
Další požadavky na plnění:		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné školení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opekování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy v

Dne 24-05-2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTÍK



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Výfukje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:	[redacted]	
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Sušicí skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů 1ks	Sušicí a skladovací skříň DRY-320	
Výrobce	Wassenburg	

Sušicí skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů - 1ks
--

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozaruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozaručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické pomůcky, včetně elektrické revize, a to nejméně jednou ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů - 1ks		
Sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce.	základní požadavek	ANO
Závěsný systém na vertikální zavěšení endoskopů pro minimálně 10 pozic.	základní požadavek	10 pozic
Výklopný závěsný systém pro větší pohodlí a minimalizování poškození při nakládání a vykládání flexibilního endoskopu ze sušicí skříně	základní požadavek	ANO
Vnitřní sušicí endoskopu nepřetržitým vňatím stlačeného medicijního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar	základní požadavek	ANO
Monitorování vstupního tlaku.	základní požadavek	ANO
Vnější sušicí endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr.	základní požadavek	ANO
Maximální doba skladování až 30 dní.	základní požadavek	ANO
Ovládací panel s dotykovým barevným displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zobrazující dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.	základní požadavek	ANO
Nezávislý monitorovací systém, který hlídá důležité parametry celého skladovacího procesu.	základní požadavek	ANO
Uživatelské menu v českém jazyce.	základní požadavek	ANO
Integrovaná iskána	základní požadavek	ANO
Integrovaná čtečka čárových kódů.	základní požadavek	ANO
Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu nebo čip.	základní požadavek	ANO
Čas sušení 90 minut (možnost nastavitelné doby).	základní požadavek	ANO
Maximální rozměry sušicí a skladovací skříně: š 1300 / h 453 / v 2074 mm	základní požadavek	š 1300 / h 453 / v 2074 mm
Průtok vzduchu 100 l / min	základní požadavek	ANO
HEPA filtr 0,2 µm	základní požadavek	ANO
HFEA filtr třídy alespoň H13 (celková účinnost 99,95%)	základní požadavek	ANO
Kompatibilita se všemi typy endoskopů.	základní požadavek	ANO
Možnost připojení na přívod medicijních plynů, lze přestavět na použití s kompresorem a naopek	základní požadavek	ANO
Transparentní okenná dvířka pro pínou viditelnost.	základní požadavek	ANO
Uzávěrný systém zamezující vniknutí i drobných předmětů a prachu a to i v případě výpadku el. energie.	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění:		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §51 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření škoolitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována v parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (pro [redacted]

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele

RICHARD KRUTINKA



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Míst	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Výkazuje	Ing. Karel Metas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochoňská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Modul na sušení a skladování flexibilních endoskopů 1ks	Sušiči a skladovací skříně DRY-320	
Výrobce	Wassenburg	

Modul na sušení a skladování flexibilních endoskopů – 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Modul na sušení a skladování flexibilních endoskopů – 1ks		
Sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce	základní požadavek	ANO
Závěsný systém na vertikální zavěšení endoskopů pro minimálně 10 pozic	základní požadavek	10 pozic
Výklopný závěsný systém pro větší pohodlí a minimalizování poškození při nakládání a vykládání flexibilního endoskopu ze sušiči skříně	základní požadavek	ANO
Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vhnáním sřábného medicijního vzduchu připojením na sřábný kanál při tlaku max. 0,5 bar	základní požadavek	ANO
Monitorování vstupního tlaku.	základní požadavek	ANO
Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému přívodného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr.	základní požadavek	ANO
Maximální doba skladování až 30 dní	základní požadavek	ANO
Ovládací panel s dotykovým barevným displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbytkující dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazování chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, výjmu endoskopu před sušením apod.	základní požadavek	ANO
Nezávislý monitorovací systém, který hlídá důležité parametry celého skladovacího procesu.	základní požadavek	ANO
Uživatelské menu v českém jazyce.	základní požadavek	ANO
Integrovaná tiskárna	základní požadavek	ANO
Integrovaná čtečka čárových kódů.	základní požadavek	ANO
Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu nebo čip.	základní požadavek	ANO
Čas sušení 90 minut (možnost nastavitelné doby).	základní požadavek	ANO
Maximální rozměry sušiči a skladovací skříně: š 1300 / h 453 / v 2074 mm	základní požadavek	š 1300 / h 453 / v 2074 mm
Průtok vzduchu 100 l / min	základní požadavek	ANO
HEPA filtr 0,2 µm	základní požadavek	ANO
HEPA filtr třídy alespoň H13 (celková účinnost 99,95%)	základní požadavek	ANO
Kompatibilita se všemi typy endoskopů.	základní požadavek	ANO
Možnost připojení na přívod medicijních plynů, tzn. přestavět na použití s kompresorem a naopak	základní požadavek	ANO
Transparentní skleněná dvířka pro plnou viditelnost	základní požadavek	ANO
Uzávěrný systém zamezující vniknutí i drobných předmětů a prachu a to i v případě výpadku el. energie.	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění:		
document prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v češtině, 1x CD/USB, při dodání přístroje	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nahánkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produkt

Dne 24. 05. 2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele RICHARD KRUTINA



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - plicní vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Plicní oddělení	
Vytváje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Mácholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Tenký videobronchoskop - 1 ks	Videobronchoskop EB-580S	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Tenký videobronchoskop - 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerespanovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Tenký videobronchoskop:		
Videobronchoskop umožňuje provedení diagnostiky a terapie při bronchoskopii	základní požadavek	ANO
Videobronchoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kdy k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrována kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva v tomto případě vlásečnic a drobných cév. - Videobronchoskop musí umožňovat digitální zpracování signálu (obrazu), které zdůrazňuje nepatrné barevné rozdíly a poskytuje lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy. V důsledku toho se původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny. Výsledkem je, že zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů - Videobronchoskop musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinition TV)	základní požadavek	ANO
Optický systém:		
- zorné pole - minimálně 120°		zorné pole - 120°
- směr pohledu - přímý pohled	základní požadavek	směr pohledu - přímý pohled
- hloubka pole minimálně 2,0 - 100,0 mm		hloubka pole 2,0 - 100,0 mm
Zaváděcí tubus:	základní požadavek	ANO
- zevní průměr distálního konce maximálně 5,3 mm		zevní průměr distálního konce 5,3 mm
- zevní průměr tubusu maximálně 5,1 mm	základní požadavek	zevní průměr tubusu 5,1 mm
- pracovní délka minimálně 600 mm		pracovní délka 600 mm
Pracovní kanál - vnitřní průměr minimálně 2,2 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 2,2 mm
Ohybová část - min. rozsah angulace:		
- nahoru minimálně 210°	základní požadavek	nahoru 210°
- dolů minimálně 130°		dolů 130°
Další požadavky na plnění		
dokumenty prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §81 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k ovládnutí přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“ nebo „ne“

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (příloha č. 1)

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele

RICHARD KRUTÍK



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - plicní vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Plicní oddělení	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení	Terapeutický videobronchoskop – 1 ks	Videobronchoskop terapeutický EB-5801
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Terapeutický videobronchoskop – 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Terapeutický videobronchoskop 1 ks:		
Terapeutický videobronchoskop umožňuje provedení diagnostiky a terapie při bronchoskopii.	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV)	základní požadavek	ANO
Optický systém:		
- zorné pole – minimálně 120°	základní požadavek	zorné pole – 120°
- směr pohledu – přímý pohled		směr pohledu – přímý pohled
- hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm		hloubka pole 2,0 – 100,0 mm
Zaváděcí tubus:	základní požadavek	ANO
- zevní průměr distálního konce maximálně 5,8 mm		zevní průměr distálního konce 5,8 mm
- zevní průměr tubusu maximálně 5,9 mm	základní požadavek	zevní průměr tubusu 5,9 mm
- pracovní délka minimálně 600 mm		pracovní délka 600 mm
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 2,8 mm
Ohybová část – min. rozsah angulace:		
- nahoru minimálně 180°	základní požadavek	nahoru 180°
- dolů minimálně 130°		dolů 130°
Další požadavky na plnění:		
dokumentní prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školiitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24 -05- 2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele.....

RICHARD KRUTIN



Projekt	: CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Diagnostický ultrazvukový přístroj Interna
Místo	: Nemocnice Strakonice, a.s.
Pracoviště	: Interna
Vytvořuje	: Ing. Karel Matas
Kontaktní mail	: [redacted]
Dodavatel:	
Název dodavatele	: Z Technik s.r.o. IČ: 04115490
Adresa dodavatele	: Lochoťská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy DIČ: CZ04115490
Typové označení Diagnostický ultrazvukový přístroj	: Aloka Arleta 850
Výrobce	: FUJIFILM Healthcare Corporation

Diagnostický ultrazvukový přístroj - 1ks
--

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpávaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení - 1ks		
UZ diagnostický přístroj nejvyšší výkonnosti kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků interního oddělení nemocnice - kompletní abdominální diagnostika, dopplerovské vyšetření cév apod. Přístroj musí umožnit vyšetřování orgánů metodou Shear wave elastografie, Strain elastografie a vyšetřování orgánů s pomocí kontrastní látky	základní požadavek	ANO
přístroj premium třídy	základní požadavek	ANO
pokloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být výškové a stranové stavitelné pokloha obslužného pultu	základní požadavek	ANO
Obslužný pult musí umožňovat výběr či změnu přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu	základní požadavek	ANO
printer a záznamová zařízení budou ovládaná z ovládacího panelu přístroje	základní požadavek	ANO
minimálně 10" barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření lapod, plně programovatelný	základní požadavek	ANO, 10,4"
přístroj musí mít současně jak klasickou vysuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu.	základní požadavek	ANO
vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení	základní požadavek	ANO
dynamický rozsah systému min. 320 dB	základní požadavek	ANO, 320 dB
frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 3-22 MHz	základní požadavek	ANO, 1-22 MHz
dosazitelná obrazová frekvence až 880 sr/minů za vteřinu (časová rozlišovací schopnost)	základní požadavek	ANO, 882 sr/s
přístroj musí mít novou technologii vysílání a přijímání UZ paprsků (např. eFocusing), která umožňuje získání vysokoostřího obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez jakékoliv dalšího manuálního zaostrování (fokusace)	základní požadavek	ANO, eFocusing, PixelFocus
manuální STC gain s pomocí mechanických jezdců (nikoliv jen graficky)	základní požadavek	ANO, 8 posuvníků, s možností uložení do paměti
držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k provlékání kabelů sond na zem	základní požadavek	ANO
držáky hlavice sond musí být po obou stranách přístroje	základní požadavek	ANO
minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy	základní požadavek	ANO, 4
minimálně 2 parkovací konektory	základní požadavek	ANO, 2
minimálně 1 konektor pro nezávislou tučkovou sondu (možnost dokoupení)	základní požadavek	ANO, umožňuje
hmotnost přístroje kvůli dobré manevravitelnosti musí být do 150 kg	základní požadavek	ANO, 150 kg
startovací doba přístroje do 100 sekund	základní požadavek	ANO, <100s
monitor s rozlišením min. 1600 x 900 s úhlopříčkou minimálně 22" a o velikosti zobrazení vlastní aktivní vyseče ultrazvukového 2D obrazu min. 17 x 30 cm	základní požadavek	ANO, 22" OLED, 1920x1080pix, 17x30cm
požadovaná minimální zobrazení:	základní požadavek	Splňuje
B-mode na základních frekvencích na všech nabídnutých sondách	základní požadavek	ANO
B-mode na harmonických frekvencích na všech nabídnutých sondách	základní požadavek	ANO
PW - putní doppler a panoramatické zobrazení	základní požadavek	ANO
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku - POWER doppler (ANGIO doppler)	základní požadavek	ANO
Dual Gate Doppler - simultánní zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW	základní požadavek	ANO
trapezoidní zobrazení na lineárních sondách alespoň 30 stupňů	základní požadavek	ANO, 30°
úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení. zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovským zobrazení	základní požadavek	ANO, Compound Imaging
simultánní duální zobrazení - B - mode a B-mode + CFM v reálném čase	základní požadavek	ANO
rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase	základní požadavek	ANO
redukce speklí - nastavení ve více krocích	základní požadavek	ANO, HI REZ 8 kroků
zobrazení s použitím kontrastních látek s možností provedení kvantitativní analýzy - požadováno u konvenční abdominální sondy a lineární sondy, možnost současného zobrazení kontrastní/fundamentální zobrazení	základní požadavek	ANO, CHI, C252, L441
přístroj musí umožňovat zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu (kvantifikace)	základní požadavek	ANO, RTE
přístroj musí umožňovat Shear Wave elastografii včetně zobrazení indexu kvality vyšetření (poměr úspěšných a neúspěšných měření), musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s	základní požadavek	ANO, SWE, SWM



automatické měření parametru Atenuace (pro zpřesnění hepatální diagnostiky – měření steatozy jaterního parenchymu)	základní požadavek	ANO, Attenuation Measurement
současné měření Shearwave, šířím histogramu a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následně zobrazení všech výsledků v jednom reportu	základní požadavek	ANO, Combi Elasto
panoramatické zobrazení na konvexní a lineární sondě (Panoramic View) bude plně funkční nejen pro B mod, ale i při použití modu B/FLOW, B/POWER FLOW, B/eFLOW (Fine Flow)	základní požadavek	ANO, Panoramic View
přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii (fúzi) - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI/PET obrazu	základní požadavek	ANO, umožňuje RVS
Přístroj musí být vybaven integrovaným ohřívacím sonogel	základní požadavek	ANO
Nabízený přístroj musí mít software pro nedopplerovské zobrazení krevního toku	základní požadavek	ANO DFI
Přístroj musí být vybaven softwarem pro lepší vizualizaci (zvýraznění) punkční jehly na konvexní sondě	základní požadavek	ANO, Needle Emphasis
	základní požadavek	
programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice	základní požadavek	ANO
možnost měření in vivo i ve zmrazeném obraze	základní požadavek	ANO
automatizované měření parametru dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)	základní požadavek	ANO
na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr - pro lepší přehlednost a orientaci lékaře	základní požadavek	ANO
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynutého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu	základní požadavek	ANO
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou a přepínání mezi těmito módy jediným tlačítkem na pomocném LCD displeji	základní požadavek	ANO
rozsaží paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky min.180 sec.	základní požadavek	ANO, 63500 frm, 900 sec
jednotlivě optimálně nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podtrinek vyšetřovaného objektu (pro dvoourčném a dopplerovském zobrazení)	základní požadavek	ANO, Auto-Optimizer
přístroj musí vyvířet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC (např. v JPEG, AVI) i DICOM formátu	základní požadavek	ANO, DICOM, WMV, AVI, MP4, TIFF, BMP, JPEG
HDD velikosti min. 1TB	základní požadavek	ANO, 1TB
Přístroj musí být vybaven na hlavní jednotce minimálně 5 USB porty sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod.	základní požadavek	ANO, 5 (3+2) +1xUSB3.0
přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM	základní požadavek	ANO
připojení do PACS pomocí LAN konektoru součástí dodávky	základní požadavek	ANO
monochromatická tiskárna	základní požadavek	ANO
příkon hlavní jednotky přístroje by neměl překročit 900 VA (hlukost, ohřívání vzduchu v místnosti apod.)	základní požadavek	ANO, 900 VA
Ultrazvukové sondy:	základní požadavek	ANO
konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matric apod. pro vyšetřování orgánů dutiny břicha a retroperitonea, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, hloubka 2D zobrazení min. 40cm	základní požadavek	ANO, C252, single crystal, 1-6MHz, 70°, 40 cm, CHI, RTE, SWE, SWM, Pano,
lineární sonda k vyšetřování malých částí, středních klíček, hlubokého i povrchového cévního systému apod., frekvenčního rozsahu 2 – 12 MHz, velikost zobrazovací plochy do 40 mm	základní požadavek	ANO, L441, 2-12 MHz, 38 mm, CW, CHI, RTE, SWM
lineární multifrekvenční triplexní sonda s frekvenčním rozsahem minim. 5 - 18 MHz (8 mód) pro vyšetření malých částí cév, kontinuální CW doppler na lineární sondě k vyšetřování velmi rychlých toků s využitím celé šíře sondy k vyšetřování stenóz, píštělí a malformací. Sonda bude umožňovat provádění RTE elastografie i Shear Wave elastografie	základní požadavek	ANO, L64, 5-18MHz, CW, Pano, RTE, SWM,
punkční (biopická) elektronická mikrokonvexní sonda 1-5 MHz, s úhlem min. 74 stupňů, včetně punkčního adaptéru	základní požadavek	ANO, C22P, 1-6MHz, 74°, 22 mmR, CHI. + punkční adaptér JSM211
elektronická radiální (360°) rektální sonda pro staging tumorů rektu, frekvence min. 5-10 MHz Tato sonda musí umožňovat provádění elastografie v reálném čase	základní požadavek	ANO, R41R, 5-10MHz, 360°, 6 mmR, radiál, RTE,
lineární mikrokondenzátorová (bezkrystalová) sonda frekvenčního rozsahu min. 2-22 MHz, délka aktivní plochy do 38 mm (možnost dokoupení)	základní požadavek	ANO, umožňuje, 4G CMUT, SML44, 2-22 MHz
rektální sonda dvoourčivová konvexní rovina-min.4 – 8 MHz, min. 200° / lineární rovina-min 5 - 10 MHz, délka aktivní plochy min. 64 mm (možnost dokoupení)	základní požadavek	ANO, umožňuje, Transrectal, C41L47RP, 4-8MHz/5-10MHz, 200°/64mm
vše uvedené sondy musí mít nové typy zmenšených (tzv. smart) konektoru, pro snadnou manipulaci a nižší hladinu šumu	základní požadavek	ANO, Smart Connector
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v češtině (1x český, 1x CDUSB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezpečné zaškolení instruktáž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně jiného pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (pro

Dne: 24.05.2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Intenzivní medicína - Diagnostický ultrazvukový přístroj GYN-POR		
Místo	Nemocnice Strekonicke, a.s.		
Pracoviště	gynekologické - porodnické		
Vyřizuje	Ing. Karol Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Diagnostický ultrazvukový přístroj	Aloka Arietta 850		
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation		

Diagnostický ultrazvukový přístroj - 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nereparovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provedení pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Diagnostický ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnické oddělení - 1ks		
Ultrazvukový přístroj pro gynekologicko - porodnické oddělení bude sloužit především jako přístroj pro vyšetřování gynekologických onemocnění včetně nádorových a pro porodnická vyšetření včetně screeningu VVV, dále jako přístroj pro ortopedické oddělení k vyšetřování dětských kyčlí i novorozenců a kojenců, vyšetřování novorozeneckých ledvin a CNS (novorozeneckých hlaviček) přes velkou konžantu	základní požadavek	ANO
přístroj přemístitelný	základní požadavek	ANO
poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být výškové a stranové stavitelná poloha obslužného panelu	základní požadavek	ANO
Obslužný panel musí umožňovat výběr či změnu přivazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu	základní požadavek	ANO
printér a záznamová zařízení budou ovládnuta z ovládacího panelu přístroje	základní požadavek	ANO
minimálně 10" barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednořádkových zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod. plně programovatelný	základní požadavek	ANO, 10,4"
přístroj musí mít současně jak klasickou vysuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu	základní požadavek	ANO
v ideálním případě digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení dynamický rozsah systému min. 320 dB	základní požadavek	ANO
frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 3-22 MHz	základní požadavek	ANO, 320 dB
dosažitelná obrazová frekvence až 880 snímků za vteřinu (časová rozlišovací schopnost)	základní požadavek	ANO, 1-22 MHz
přístroj musí mít novou technologii vstřížení a příměření UZ paprsků (např. eFocusing), které umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého pole bez jakéhokoliv dalšího manuálního zaostření (fokusace)	základní požadavek	ANO, 882 sn/s
manuální STC gain s pomocí mechanických jezdců (nikoliv jen grafický)	základní požadavek	ANO, eFocusing, PixelFocus
držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k provlékání kabelů sond na zem	základní požadavek	ANO, 8 posuvníků, s možností uložení do paměti
držák hlavic sond musí být po obou stranách přístroje	základní požadavek	ANO
minimálně 4 aktivní elektronické konektory vstupy pro 2D zobrazovací sondy	základní požadavek	ANO
minimálně 2 parkovací konektory	základní požadavek	ANO, 4
minimálně 1 konektor pro nezávislou tučkovou sondu (možnost dokování)	základní požadavek	ANO, 2
hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti musí být do 160 kg	základní požadavek	ANO, umožňuje
startovací doba přístroje do 100 sekund	základní požadavek	ANO, 160 kg
OLED monitor WXGA (1600 x 900) s úhlopříčkou minimálně 22" a o velikosti zobrazení vlastní aktivní výměně ultrazvukového 2D obrazu min. 17 x 30 cm	základní požadavek	ANO, s100s
přístroj musí být vybaven softwárem pro lepší vizualizaci (zvýraznění) punkční jehly na konvexní i vaginální sondě	základní požadavek	ANO, 22" OLED, 1920x1080pix, 17x30cm
požadovaná minimální zobrazení:	základní požadavek	ANO, Needle Emphasis, C41V1, C252
B-mode na základních frekvencích na všech nabídnutých sondách	základní požadavek	ANO, Splňuje
B-mode na harmonických frekvencích na všech nabídnutých sondách	základní požadavek	ANO
PW - pulzní doppler a panoramatické zobrazení	základní požadavek	ANO
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku - POWER doppler (ANGIO doppler)	základní požadavek	ANO
Dual Gate Doppler - simultánní zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW	základní požadavek	ANO
trapezoidní zobrazení na lineárních sondách alespoň 30 stupňů	základní požadavek	ANO, 30°
úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplicitním i tripletním barevném dopplerovským zobrazením	základní požadavek	ANO, Compound Imaging
simultánní duální zobrazení - B - mode a B-mode + CFM v reálném čase	základní požadavek	ANO
rychlé simultánní duplexní i 3livé tripletní zobrazení v reálném čase	základní požadavek	ANO
redukce spektrál - nastavení ve více krocích	základní požadavek	ANO, HI REZ 8 kroků
panoramatické zobrazení na konvexní a lineární sondě (Panoramic View) bude plně funkční nejen pro B mod, ale i při použití modu B/FLOW, B/POWER FLOW, Bk/FLOW (Fine Flow)	základní požadavek	ANO, Panoramic View
přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii (fúzí) - inteligentní fúze ultrazvukového CT/MRI/PET obrazu	základní požadavek	ANO, RV5
Přístroj musí být vybaven integrovaným ohřívacím sonogetu	základní požadavek	ANO
Nabízený přístroj musí mít softwara pro nedopplerovské zobrazení krevního toku (např. DFI - Detective Flow Imaging)	základní požadavek	ANO, DFI
programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice	základní požadavek	ANO
možnost měření v živém i ve zmrzlém obraze	základní požadavek	ANO
automatizované měření parametru dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean), měření spektrální dopplerovské křivky v live i hold image zobrazení, s výpočty parametru: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI index (pulzance), RI index (rezistence) apod.	základní požadavek	ANO



Gynekologický a porodnický SW včetně všech gyn. a por. měření	základní požadavek	ANO
Software pro automatické měření nuchální translucece (NT)	základní požadavek	ANO
Software pro automatické měření fetálního rytmu (FHR)	základní požadavek	ANO
Software pro automatické měření parametru fetální leve komory střední (FS)	základní požadavek	ANO
na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr - pro lepší přehlednost a orientaci lékaře	základní požadavek	ANO
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmenšeném režimu	základní požadavek	ANO
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou a přepínání mezi těmito módy režimem tlačítkem na pomocném LCD displeji	základní požadavek	ANO
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu	základní požadavek	ANO
jednotlačítková optimalizace nastavení vizuálních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvojitězměrné a dopplerovské zobrazení)	základní požadavek	ANO
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientůvých a obrazových dat na interním HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC (např. v JPEG, AVI) i DICOM formátu.	základní požadavek	ANO, DICOM, WMV, AVI, MP4, TIFF, BMP, JPEG
HDD velikosti min. 1TB	základní požadavek	ANO, 1 TB
Přístroj musí být vybaven na hlavní jednotce minimálně 5 USB porty sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod.	základní požadavek	ANO, 5 (3+2) +1xUSB3.0
přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM	základní požadavek	ANO
připojení do PACS pomocí LAN konektoru součástí dodávky	základní požadavek	ANO
monochromatrická tiskárna	základní požadavek	ANO
přikon hlavní jednotky přístroje by neměl překročit 900 VA (hlukost, ohřívání vzduchu v místnosti apod.)	základní požadavek	ANO, 900 VA
Ultrazvukové sondy:	základní požadavek	ANO
konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matric apod. pro vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, hloubka 2D zobrazení min. 40cm	základní požadavek	ANO, C252, single crystal, 1-6MHz, 70°, 40 cm,
konvexní sonda s vysokým rozlišením, s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matric apod. pro screening VVV, frekvenční rozsah min. 2-8 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů	základní požadavek	ANO, C35, Multi Layer, 2-8 MHz, 70°
transvaginální konvexektorová elektronická sonda 2-10 MHz, zobrazovací úhel 200 st., 10 mmR, (včetně punkčního adaptéru), rovný držák vaginální sondy – vhodně pro vyšetřování na lůžku	základní požadavek	ANO, C41V1, 2-10MHz, 200° + JEM-050
lineární sonda k vyšetřování dětských kyčlí, malých částí, sřevních klásek, hlubokého i povrchového cévního systému apod., frekvenčního rozsahu 2 – 12 MHz, velikost zobrazovací plochy do 40 mm	základní požadavek	ANO, L441, 2-12 MHz, 38 mm,
mikrokonvexní sonda s vyšším zakřivením, 4-8 MHz, 21mmR, 80 deg., pro vyšetřování hlaviček přes VF, novorozeneckých a kojeneckých ledvin, mléčičky močového apod.	základní požadavek	ANO, C42, 4-8MHz, 80°, 21 mmR,
Fetální 3D/4D sonda pro 3D/4D zobrazení plodu, min. 2-7 MHz, zobrazovací úhel min. 70 st.	základní požadavek	VC 34, 2-7 MHz, 70°.
transvaginální konvexektorová elektronická sonda 2-10 MHz, zobrazovací úhel 200 st., 10 mmR, (včetně punkčního adaptéru), zahnutý držák vaginální sondy – vhodně pro vyšetřování na gynekologické koze (možnost dokoupení)	základní požadavek	ANO, umožňuje, C41B, 2-10 MHz, 200°, 10 mmR - MP-2445
lineární multifrekvenční biplexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 5 - 18 MHz (8 módů) pro vyšetření novorozeneckých kyčlí, novorozeneckých ledvin, malých částí a cév, kontinuální CW doppler na lineární sondě k vyšetřování velmi rychlých toků s využitím celé šířky sondy. k vyšetřování stenóz, píštělí a malformací (možnost dokoupení)	základní požadavek	ANO, umožňuje, L64, 5-18MHz, CW, Pano, RTE, SWM,
punkční (bioplexní) elektronická mikrokonvexní sonda 1-5 MHz s úhlem min. 74 stupňů, včetně punkčního adaptéru (možnost dokoupení)	základní požadavek	ANO, umožňuje, C22P, 1-5MHz, 74°, 22 mmR, CHI + punkční adaptér JSM211
elektronická radiální (360°) rektální sonda pro staging tumoru rektu, frekvence min. 5-10 MHz. Tato sonda musí umožňovat provádění elastografie v reálném čase (možnost dokoupení)	základní požadavek	ANO, umožňuje, R41R, 5-10MHz, 360°, 6 mmR, radiální RTE,
lineární mikrokondenzátorová (bezkrystalová) sonda frekvenčního rozsahu min. 2-22 MHz, délka aktivní plochy do 38 mm (možnost dokoupení)	základní požadavek	ANO, umožňuje, 4G CMUT, SML44, 2-22 MHz
rektální sonda dvourovňová: konvexní rovina min. 4 - 8 MHz, min. 200° / lineární rovina - min. 5 - 10 MHz, délka aktivní plochy min. 64 mm (možnost dokoupení)	základní požadavek	ANO, umožňuje, Transrectal, C41L47RP, 4-8MHz/5-10MHz, 200°/64mm
Možnost dokoupení v budoucnu lineárními nízkofrekvenčními sondy 3-7 MHz, k vyšetřování hlubokého žilního a lepeného systému u obtížně vyšetřitelných pacientů k detekci hluboké žilní trombózy (možnost dokoupení)	základní požadavek	ANO, umožňuje, L34, 3-7MHz, 38 mm
výše uvedené sondy musí mít nové typy zmenšených (tzv. smart) konektorů, pro snadnou manipulaci a nižší hladinu šumu	základní požadavek	ANO, Smart Connector
přístroj musí umožňovat dokoupení elektronických intraoperačních sond typu T a Finger Grip a také dokoupení rigidních i flexibilních laparoskopických sond	základní požadavek	ANO, umožňuje, C4ZT, C22I, L46K1, C42K, C22K, L44LA, L44LA1 a další
Nabízený přístroj musí umožňovat doplnění o peroperační laparoskopickou robotickou sondu s rozsahem 2-12 MHz s možností uchopení operačním nástrojem za proximální částí sondy	základní požadavek	ANO, umožňuje, L43K 2-12 MHz 26 mm
Další požadavky na plnění		
dokumentaci prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tiskárny, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně dočištění pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečностям uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výro

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele

RICHARD KROUŽEK



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Střekovice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodávatel:	[redacted]	
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IC: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIC: CZ04115490
Typové označení Ultrazvuková jednotka 1ks	Videoprocessor ultrazvukový SU-1-H	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Ultrazvuková jednotka – 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoliv výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Soutáží poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Soutáží je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Ultrazvuková jednotka:		
Elektronické skenování.	základní požadavek	ANO
Typy sond: - zakřivené lineární - radiální	základní požadavek	ANO
Ovládání nočním pedálem a klávesnicí (klávesnice se zabudovaným LCD ovládacím panelem a TOUCHpadem pro snadné ovládání)	základní požadavek	ANO
Zobrazovací módy (základní): - B-mód - M-mód - Color Doppler - Power Doppler - Pulse Doppler - THI (Tissue Harmonic Imaging) - CH (Compound Harmonic)	základní požadavek	ANO
Zobrazovací módy (speciální): - CHI (Contrast Harmonic Imaging) - Elastografie - Možnost ukládání záznamu na vnitřní paměť nebo USB flash disk ve formátu JPEG, TIFF, DICOM. - Musí zajistit přímou archivaci do PACS zadavatele ve formátu DICOM statických obrázků i videosekvencí.	základní požadavek	ANO
Endoskopický procesor pro minisondy – 1 ks musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: - Mechanická metoda skenování pomocí radiálních sond - Možnost připojení minisond s frekvencí minimálně 12, 15 a 20 MHz. - Skenovací mód – „B“ mód. - Ukládání snímků ve formátu JPEG, TIFF.	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v [] (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce

Dne 24 -05- 2022

.....

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARDA KRUTIK



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Ultrazvuková endoskopická sonda 1ks	Endosonografická radiální minisonda P2620-L	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Ultrazvuková endoskopická sonda – 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
- Zobrazovací metoda – mechanická radiální. - Skenování rozsah – 360°. - Zobrazovací mód – „B“ mód Průměr sondy maximálně 2,6 mm. - Frekvence sondy minimálně 20MHz. - Délka sondy minimálně 2 200 mm. - Resterilizovatelná.	základní požadavek	Zobrazovací metoda – mechanická radiální. Skenování rozsah – 360°. Zobrazovací mód – „B“ mód. Průměr sondy 2,6 mm. Frekvence sondy 20 MHz. Délka sondy 2 700 mm Resterilizovatelná.
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školiitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.


Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne **24-05-2022**

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: **RICHARD KAL**





Projekt	CAST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Výkazy	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochoťská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Videogastroskop lineární 1ks	Videogastroskop ultrazvukový - lineární EG-580UT	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Videogastroskop lineární - 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaném výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jednou ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Videogastroskop ultrasonografický elektronický lineární		
Videogastroskop s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků, možnost ovládní základních funkcí z těla endoskopu	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný super CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080i50i (High Definition TV).	základní požadavek	ANO
Optický systém.	základní požadavek	ANO
- zorné pole minimálně 140°	základní požadavek	zorné pole 140°
- směr pohledu - 40° šikmý pohled	základní požadavek	směr pohledu - 40° šikmý pohled
- hloubka pole minimálně 3,0 - 100,0 mm	základní požadavek	hloubka pole 3,0 - 100,0 mm
Zaváděcí tubus:	základní požadavek	ANO
- zevní průměr distálního konce maximálně 13,9 mm	základní požadavek	zevní průměr distálního konce 13,9 mm
- zevní průměr tubusu maximálně 12,4 mm	základní požadavek	zevní průměr tubusu 12,4 mm
- pracovní délka minimálně 1250,0 mm	základní požadavek	pracovní délka 1250,0 mm
Pracovní kanál - vnitřní průměr minimálně 3,8 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 3,8 mm
Ohybová část - rozsah angulace:	základní požadavek	ANO
- nahoru minimálně 150°	základní požadavek	nahoru 150°
- dolů minimálně 150°	základní požadavek	dolů 150°
- doprava minimálně 120°	základní požadavek	doprava 120°
- doleva minimálně 120°	základní požadavek	doleva 120°
Ultrazvukové funkce:	základní požadavek	ANO
- Zobrazovací módy - B mód, M mód, Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler	základní požadavek	Zobrazovací módy - B mód, M mód, Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler
- Metoda snímání - elektronická lineární	základní požadavek	Metoda snímání - elektronická lineární
- Směr snímání - paralelně se směrem zavádění	základní požadavek	Směr snímání - paralelně se směrem zavádění
- Frekvence - 5/7,5/10/12 MHz	základní požadavek	Frekvence - 5/7,5/10/12 MHz
- Velikost pole - rozsah snímání minimálně 150°	základní požadavek	Velikost pole - rozsah snímání 150°
Další požadavky na písmění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízením.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v prodloužené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy v

24-05-2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRU



Projekt	ČASŤ 1 PREDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Intenzivní medicína - endoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Endoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:	[redacted]	
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Videogastroskop radiální 1ks	Videogastroskop ultrazvukový - radiální EG-580UR	
Výrobce	FUJIFILM Healthcare Corporation	

Videogastroskop radiální - 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nereparovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Videogastroskop ultrasonografický elektronický radiální 360°		
Videogastroskop umožňuje ovládání základních funkcí z těla endoskopu.	základní požadavek	ANO
Zobrazovací systém - barevný super CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinition TV).	základní požadavek	ANO
Optický systém:	základní požadavek	ANO
- zorné pole minimálně 140°		zorné pole 140°
- směr pohledu - přímý pohled	základní požadavek	směr pohledu - přímý pohled
- hloubka pole minimálně 3,0 - 100,0 mm		hloubka pole 3,0 - 100,0 mm
Zaváděcí tubus:	základní požadavek	ANO
- zevní průměr distálního konce maximálně 11,4 mm		zevní průměr distálního konce 11,4 mm
- zevní průměr tubusu maximálně 11,5 mm	základní požadavek	zevní průměr tubusu 11,5 mm
- pracovní délka minimálně 1250,0 mm		pracovní délka 1250,0 mm
Pracovní kanál - vnitřní průměr minimálně 2,8 mm.	základní požadavek	vnitřní průměr 2,8 mm
Ohybová část - rozsah angulace:	základní požadavek	ANO
- nahoru minimálně 190°		nahoru 190°
- dolů minimálně 90°		dolů 90°
- doprava minimálně 100°	základní požadavek	doprava 100°
- doleva minimálně 100°		doleva 100°
Ultrazvukové funkce	základní požadavek	ANO
- Zobrazovací módy - B mód, M mód, Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler		Zobrazovací módy - B mód, M mód, Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler
- Metoda snímání - elektronická radiální		Metoda snímání - elektronická radiální
- Směr snímání - kolmý na směr zavádění	základní požadavek	Směr snímání - kolmý na směr zavádění
- Frekvence - 5/7,5/10/12 MHz.		Frekvence - 5/7,5/10/12 MHz.
- Velikost pole - rozsah snímání minimálně 360°.		Velikost pole - rozsah snímání 360°
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instrukci (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) užívatel na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametru dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce

Dne 24 -05- 2022

Jmeno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

RICHARD KAUFMANN