



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1730/2022**
 Číslo obj.: **OBMI220537**
 Smlouva: **NE**
 Datum: **19.05.2022**

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
 Letohradská 3/369
 170 00 Praha 7
 IČO: 63983524
 DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u Městský soud v Praze.

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce
 OZT
 Roentgenova 37/2
 150 00 Praha
 Česká republika

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-C1	Inv. číslo:	
Sériové č.:	11487		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Zápujčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

AB0015 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1	1,0 ks
---	--------

Použitý materiál:

Množství / j.

161275 - Dust filter for HAMILTON-C1	1 ks
160497 - HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter	1 ks
161236 - HEPA FILTER	1 ks

.....
 Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420

Web: www.amimedical.cz



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1724/2022**
 Číslo obj.: **OBMI220537**
 Smlouva: **NE**
 Datum: **19.05.2022**

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
 Letohradská 3/369
 170 00 Praha 7
 IČO: 63983524
 DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u
 Městský soud v Praze.

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce
 OZT
 Roentgenova 37/2
 150 00 Praha
 Česká republika

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-C1	Inv. číslo:	1011371
Sériové č.:	12068		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Zápůjčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

AB0015 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1	1,0 ks
---	--------

Použitý materiál:

Množství / j.

161236 - HEPA FILTER	1 ks
161275 - Dust filter for HAMILTON-C1	1 ks
160497 - HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter	1 ks

.....
 Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420

Web: www.amimedical.cz



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1726/2022**
 Číslo obj.: **OBMI220537**
 Smlouva: **NE**
 Datum: **19.05.2022**

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
 Letohradská 3/369
 170 00 Praha 7
 IČO: 63983524
 DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1996 u Městského soudu v Praze.

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce
 OZT
 Roentgenova 37/2
 150 00 Praha
 Česká republika

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-G5	Inv. číslo:	
Sériové č.:	2312		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Zápujčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:	Množství / j.
AB0011 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-G5	1,0 ks

Použitý materiál:	Množství / j.
279166 - dust filter	1 ks
155714 - GAS INLET MICROFILTER	1 ks

.....
 Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:
 Vystavil: Tel.: +420 Web: www.amimedical.cz



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1731/2022**
Číslo obj.: **OBMI220537**
Smlouva: **NE**
Datum: **19.05.2022**

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Letohradská 3/369
170 00 Praha 7
IČO: 63983524
DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u
Městský soud v Praze.

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce
OZT
Roentgenova 37/2
150 00 Praha
Česká republika

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-G5	Inv. číslo:	
Sériové č.:	2397		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Zápujčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

AB0011 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-G5	1,0 ks
--	--------

Použitý materiál:

Množství / j.

279166 - dust filter	1 ks
155714 - GAS INLET MICROFILTER	1 ks

.....
Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420:

Web: www.amimedical.cz



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-888/2022**
 Číslo obj.: **OBMI220537**
 Smlouva: **ANO**
 Datum: **19.05.2022**

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
 Letohradská 3/369
 170 00 Praha 7
 IČO: 63983524
 DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u Městského soudu v Praze.

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce
 OZT
 Roentgenova 37/2
 150 00 Praha
 Česká republika

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-C1	Inv. číslo:	
Sériové č.:	22721		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Zápůjčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

AB0015 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1	1,0 ks
---	--------

Použitý materiál:

Množství / j.

160497 - HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter	1 ks
161236 - HEPA FILTER	1 ks
161275 - Dust filter for HAMILTON-C1	1 ks

.....
 Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420

Web: www.amimedical.cz



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-879/2022**
Číslo obj.: **OBMI220537**
Smlouva: **ANO**
Datum: **19.05.2022**

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Letohradská 3/369
170 00 Praha 7
IČO: 63983524
DIČ: CZ63983524

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce
OZT
Roentgenova 37/2
150 00 Praha
Česká republika

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u
Městský soud v Praze.

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-C1	Inv. číslo:	
Sériové č.:	22723		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Zápujčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

AB0015 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1	1,0 ks
---	--------

Použitý materiál:

Množství / j.

161275 - Dust filter for HAMILTON-C1	1 ks
161236 - HEPA FILTER	1 ks
160497 - HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter	1 ks

.....
Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420

Web: www.amimedical.cz



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-890/2022**
 Číslo obj.: **OBMI220537**
 Smlouva: **ANO**
 Datum: **19.05.2022**

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
 Letohradská 3/369
 170 00 Praha 7
 IČO: 63983524
 DIČ: CZ63983524

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce
 OZT
 Roentgenova 37/2
 150 00 Praha
 Česká republika

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u Městského soudu v Praze.

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-C1	Inv. číslo:	
Sériové č.:	22722		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Zápujčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

AA0016 - Dopravné po Praze / Brně	1,0 ks
AB0015 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1	1,0 ks

Použitý materiál:

Množství / j.

160497 - HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter	1 ks
161236 - HEPA FILTER	1 ks
161275 - Dust filter for HAMILTON-C1	1 ks

.....
 Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil: Tel.: +420 Web: www.amimedical.cz



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-887/2022**
 Číslo obj.: **OBMI220537**
 Smlouva: **ANO**
 Datum: **20.05.2022**

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

Letohradská 3/369

170 00 Praha 7

IČO: 63983524

DIČ: CZ63983524

Nemocnice Na Homolce

OZT

Roentgenova 37/2

150 00 Praha

Česká republika

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u
 Městský soud v Praze.

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-C1	Inv. číslo:	
Sériové č.:	20554		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Zápujčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

AA0016 - Dopravné po Praze / Brně	1,0 ks
AB0015 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1	1,0 ks

Použitý materiál:

Množství / j.

161275 - Dust filter for HAMILTON-C1	1 ks
160497 - HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter	1 ks
161236 - HEPA FILTER	1 ks

.....
 Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420

Web: www.amimedical.cz



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1727/2022**
 Číslo obj.: **OBMI220537**
 Smlouva: **NE**
 Datum: **19.05.2022**

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

Letohradská 3/369

170 00 Praha 7

IČO: 63983524

DIČ: CZ63983524

Nemocnice Na Homolce

OZT

Roentgenova 37/2

150 00 Praha

Česká republika

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u
 Městský soud v Praze.

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	Galileo	Inv. číslo:	
Sériové č.:	7384		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Zápůjčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

AB0012 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-Galileo	1,0 ks
---	--------

Použitý materiál:

Množství / j.

279166 - dust filter	1 ks
279676 - Replacement filter element	2 ks

.....
 Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420

Web: www.amimedical.cz



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1725/2022**
 Číslo obj.: **OBMI220537**
 Smlouva: **NE**
 Datum: **19.05.2022**

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
 Letohradská 3/369
 170 00 Praha 7
 IČO: 63983524
 DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u Městského soudu v Praze.

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce
 OZT
 Roentgenova 37/2
 150 00 Praha
 Česká republika

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	Galileo	Inv. číslo:	
Sériové č.:	7860		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Nenulová hodnota Paux při kalibraci, nutná oprava senzoru.

Zápujčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

AB0012 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-Galileo	1,0 ks
---	--------

Použitý materiál:

Množství / j.

.....
 Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil: Tel.: +420 Web: www.amimedical.cz



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-2592/2022**
 Číslo obj.: **OBMI220537**
 Smlouva: **NE**
 Datum: **06.06.2022**

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

Letohradská 3/369

170 00 Praha 7

IČO: 63983524

DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u
Městský soud v Praze.

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce

OZT

Roentgenova 37/2

150 00 Praha

Česká republika

Typ činnosti: Dodávka materiálu

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	Galileo	Inv. číslo:	
Sériové č.:	7384		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

Odstranění závady objevené při BTK. Výměna baterií.

Zápujčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

AA0014 - Hodinová sazba servisního technika	1,0 ks
AA0016 - Dopravné po Praze / Brně	1,0 ks

Použitý materiál:

Množství / j.

369089 - Hamilton Galileo internal battery	2 ks
--	------

.....
Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420

Web: www.amimedical.cz