

Cenová nabídka: 21O1NL00374/1

Číslo zakázky: 21ZA0101208

Číslo poptávky odběratele:

Vytvořeno: 17.03.2022
Datum tisku: 17.03.2022 **Platnost do: 31.05.2022**

MERCY, s.r.o.

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno-Slatina

IČ 46966447

tel.: 548 428 411, fax: 548 211 485, www.merci.cz

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C., vložce 6817, 27.07.1992

Fakturační adresa:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1

400 01 Ústí nad Labem-centrum

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Dodací adresa:

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta životního prostředí, budova CPTO

Pasteurova 3632/15

400 96 Ústí nad Labem

tel.:

DIČ: CZ44555601

Vaši nabídku zpracovává: xxx

Odpovědný obchodník: xxx

Kontakt : xxx

Kontakt : xxx

Děkujeme za vaši poptávku a dovoluujeme si nabídnout následující položky:

S ohledem na probíhající pandemii COVID-19 kupující a prodávající sjednávají, že uvedená dodací lhůta je pouze orientační. Proto případné nedodržení dodací lhůty z důvodů spočívajících v pandemii COVID-19 a na ní navazujících opatření včetně případné karantény či onemocnění zaměstnanců a neschopnosti dodat předmět dodávky ze strany dodavatele prodávajícího ze stejných důvodů, není porušením povinnosti prodávajícího (prodáváním s dodáním předmětu dodávky). Vzhledem k tomu při nedodržení dodací lhůty z důvodů uvedených v předchozí větě kupujícímu nevzniknou (nemohou vzniknout) vůči prodávajícímu žádné nároky či práva včetně práva na úhradu smluvní pokuty.

Pozice	Název zařazení	Objednací číslo	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1	Z1161087128		Počítač kolonií Scan 100		310x250/170	1,000	ks	21	41 938,00	31 453,50	31 453,50
			Popisovač: 1 ks v základu, jinak možno použít jakýkoli popisovač							-25,00 %	
2	SL3000001		Popisovač kompatibilní s počítačkou kolonií			4,000	-	21	20,00	20,00	80,00
3	Z1212070511110		Inkubátor chlazený ICP110 MEMMERT (108 l)		745x640/1233	1,000	ks	21	144 990,00	104 392,80	104 392,80
			v základu 2 nerezová síta							-28,00 %	
4	Z1212070110162		Police přídatná nerez pro komory 110, 160 MEMMERT			2,000	ks	21	2 490,00	1 792,80	3 585,60
										-28,00 %	
5	Z1212070110163		Vana odkapová spodní, nerez pro komory 110 a 160 Memmert			1,000	ks	21	4 430,00	3 189,60	3 189,60
										-28,00 %	
6			Kazeta světelná k inkubátoru ICP110			1,000	ks	21	105 180,00	75 729,60	75 729,60
										-28,00 %	
7			Váhy analytické KERN ACJ 300-4M			1,000	ks	21	39 690,00	26 989,20	26 989,20
										-32,00 %	
8			Míchačka magnetická IKA RCT basic			5,000	ks	21	22 329,00	17 863,20	89 316,00
										-20,00 %	

Oblastní kanceláře:
MERCY Ostrava
Kollárova 18
709 00 OSTRAVA
tel.: 596 624 633
e-mail: merci.ostrava@merci.cz

MERCY Plzeň
Thámová 4
301 95 PLZEŇ
tel.: 377 321 716
e-mail: merci.plzen@merci.cz

MERCY Praha
Průhonická 127
251 01 ČESTLICE
tel.: 224 933 010
e-mail: merci.praha@merci.cz

MERCY Ústí n./L.
Zolova 8
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM
tel.: 475 501 138
e-mail: merci.ul@merci.cz



Cenová nabídka: 21O1NL00374/1

Číslo zakázky: 21ZA0101208

Pozice	Název zařazení									
Objednací číslo	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	
č.ř.										
9				2,000	ks	21	15 309,00	12 247,20	24 494,40	
	Teploměr kontaktní elektronický ETS-D6 s možností měření pH									-20,00 %
10	Z1211003378000			3,000	ks	21	10 395,00	8 316,00	24 948,00	
	Teploměr kontaktní elektronický ETS - D5									-20,00 %
11	Z1388066600213			2,000	ks	21	1 935,00	1 451,25	2 902,50	
	Elektroda pH 22L ED, konektor BNC, vč. pufrů									-25,00 %
12	Z1211001545100			5,000	ks	21	1 863,00	1 490,40	7 452,00	
	Tyč stojanová H 16 V,pr.10mm,v.400mm,nerez									-20,00 %
13	Z1211002437700			5,000	ks	21	891,00	712,80	3 564,00	
	Svorka křížová H 44									-20,00 %
14	Z1221003547700			5,000	ks	21	810,00	648,00	3 240,00	
	Tyčka držící H 38									-20,00 %
Součet za nezařazené položky			Cena celkem bez DPH:	401 337,20 Kč	Cena celkem s DPH:		485 618,01 Kč			

Celkový součet za celou sestavu

Celkem bez DPH: 401 337,20 Kč
DPH: 84 280,81 Kč
Celkem včetně DPH: 485 618,01 Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.
 Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky.
 Objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCİ, s.r.o. – viz. www.merci.cz.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci

Němec Petr

Příloha č. I - Technická specifikace Zakázky 1

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry od účastníka*
Manuální počítačka kolonií s lupou	Ergonomická opěrka rukou.	ANO
	Integrovaný USB flashdisk.	ANO
	Temné spodní pole pod miskou pro lepší kontrast mezi vzorkem a podkladem.	ANO
	LED osvětlení s možností nastavení intenzity.	ANO
	Povrch z nerezové oceli.	ANO
	Vhodné pro petriho misky o průměru 55, 65, 90 a 150 mm.	ANO
	Dodání včetně min. 5 ks kompatibilních per.	ANO - 1 ks v základu, jinak možno použít jakýkoli popisovač
	Nastavitelná citlivost dotykové plochy.	ANO

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry od účastníka*
Magnetická míchačka - Předmětem zakázky je 5 ks magnetických míchaček. Z toho 3 míchačky s možností měření teploty roztoků a 2 míchačky s možností měření teploty a pH roztoků.	Typ teploměru - elektronický	ANO
	Parametry elektronického teploměru: rozlišení teploty 0,1 K, min. rozsah teploty od -10 do +400 °C, přesnost měření max. ±0,5 °C.	ANO, -50 až 450 °C
	Parametry elektronického teploměru rozšířeného o měření pH: rozlišení teploty 0,01 K, min. rozsah teploty od -10 do +400 °C, přesnost měření max. ±0,05 °C, rozsah pH 0-14, přesnost pH max. ±0,1.	ANO, -50 až 450 °C
	Dodání včetně držáků na dodávané příslušenství.	ANO
	Možnost použití i v inkubátoru nebo v chlazené místnosti.	ANO
	Kapacita míchání vody min. do 20 l.	20 l
	Min. rozsah otáček 60 - 1500 rpm.	50 - 1500 rpm
	Nastavitelná teplota tomné desky v min. rozsahu 50 - 350 °C.	50 - 360 °C
	Výkon ohřevu min. 600 W.	650 W
	Funkce varující před příliš vysokou teplotou.	ANO

	Pokud materiál ohřívací destičky není odolný vůči většině kyselých a alkalických roztoků, organických rozpouštědel, pak dodání včetně ochranného krytu - 5 ks, pro každou míchačku jeden.	ANO
--	---	-----

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry od účastníka*
Analytické váhy	Analytická váha s interní kalibrací.	ANO
	Váživost min. 300 g.	320 g
	Ověřitelný dílek min. 0,001 g.	0,001 g
	Skutečný dílek min. 0,0001 g.	0,0001 g
	Nerezová vážní deska.	ANO
	Podsvícený display.	ANO
	Minimální pracovní režim: vážení, kontrolní	ANO
	Funkce "tára".	ANO
	Indikátor přetížení.	ANO
	Čas stabilizace max. 5 vteřin.	3 s
	Možnost výstupu dat na PC nebo tiskárnu.	ANO
	Integrovaná vodováha.	ANO
	Ochranný analytický kryt s posuvnými dvířky (z pravé a levé strany, ze shora).	ANO
	Nastavitelné nožičky.	ANO
Součástí dodávky napájecí adaptér.	ANO	

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry od účastníka*
Inkubátor chlazený	Laboratorní inkubátor s kompresorovým chlazením.	ANO
	Vnitřní objem: min. 100 l.	ANO - 108l
	Nucené proudění vzduchu v komoře.	ANO
	Teplotní min. rozsah -12°C až + 60°C.	ANO - v základu, ale osvětlovací kazeta sníží rozsah na 0 - 60°C
	Možnost programovatelného osvětlení (možnost simulace den/noc, 24 hodinový cyklus).	ANO
	Celonerezové opláštění přístroje.	ANO
	Vnitřní komora z nerez oceli.	ANO
	Vnitřní skleněné dveře.	ANO
	Min. příslušenství: 2 ks police perforovaná nerez, 2 ks síto nerez, 1 ks vana odkapová spodní.	ANO - 2 síta v základu, 2 ks police a 1 ks vany jako příslušenství navíc

Funkce zajišťující distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnou skupinou v rozmezí -50% až +50% pro specifické aplikace.	ANO
Digitální časovač v min. rozsahu 1 min až 99 dnů a 23 hodin.	ANO
Funkce garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech.	ANO
Možnost nastavení kalibračních hodnot min. pro teplotu a vlhkost přímo na kontrolním panelu.	ANO
Vícenásobná ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880.	ANO

*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište **"ANO"**, případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nespĺňuje požadovaný parametr, napište **„NE“**, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení **vyřazen**.