

Dodatek č.2 Kupní smlouvy KS-21-00629

1. Na základě dokončovacích prací na místě plnění SVÚ Praha a kontrole provozu a umístění jednotlivých sond, jejich technického řešení a dostupnosti připojení k napájení a ethernetové síti dochází k další optimalizaci technického řešení a cenové kalkulace před dokončením celého systému.
Oproti dosavadnímu řešení vytvořeném dle smlouvy a dodatku č.1 dochází:
 - a) k přidání 3 ks hlubokomrazících bezdrátových sond s radiovým signálem z důvodu nedostupnosti jejich napojení na kabelovou počítačovou síť a slabému signálu, celkem 3 ks,
 - b) k přidání 1 ks CO2 sondy s externím ovladačem,
 - c) k přesunu umístění celkem 18 ks sond z důvodu změny umístění, výměny zařízení nebo změny místa uložení.
2. Smluvní strany dohodly tímto dodatkem optimalizované technické řešení skládající se z níže uvedených komponent, které bude dodáno a nainstalováno dle smlouvy v níže uvedených množstvích a cenách.

Č. Popis položky:	Množství:	Cena bez DPH:	Celkem za položku:	Sazba DPH:
1 ProXimos teplotní sonda – hlubokomrazící bezdrátová - teplotní sonda s rozsahem -100 ~ +150°C, přesností ±0.3 °C - kalibrační list akreditované laboratoře - 3 teplotní body - bezdrátový modul radiový ProXimos – teplota - baterie	3ks	9 704,00	29 112,00	21 %
2 ProXimos CO2 sonda – bezdrátová - sonda CO2 s rozsahem 0 – 10 000 ppm - kalibrační list akreditované laboratoře - bezdrátový radiový modul ProXimos – CO2 - baterie	1ks	23 900,00	23 900,00	21 %
3 Práce technika - instalace sond - kabeláž, průchody, lišty atd.	6,6ks	990,00	6 576,00	21 %
4 Práce IT - nastavení a oživení systému - nastavení koncentrátorů - nastavení parametrů sond, alarmů, atd.	2ks	990,00	1 980,00	21 %
5 Práce technika, změna umístění	18ks	495,00	8 910,00	21 %
Celkem bez DPH:			70 478,00Kč	
DPH 21%:			14 800,38Kč	
Celkem s DPH:			85 278,38Kč	

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Prodávající: **O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.**

V Praze, dne *(viz datum elektronického podpisu)*

Jméno: Jan Kašpar, jednatel společnosti

Kupující (firma/jméno): **Státní veterinární ústav Praha**

V Praze, dne *(viz datum elektronického podpisu)*

Jméno: MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D., ředitel SVÚ Praha

Podpis (razítko):

Podpis (razítko):