

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č.1233

Zastoupená: Ing. Petr Bařka, ředitel

Bankovní spojení: [REDAKCE] a.s.

číslo bankovního účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**kupující**“)

a

Obchodní firma: FOMEI s.r.o.

se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha

IČ: 46504869

DIČ: CZ46504869

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Oddíl C vložka275265

Statutární zástupce: Jaroslav Faltus - prokurista

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo bankovního účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**prodávající**“)

Smluvní strany v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, se dohodly na uzavření kupní smlouvě v tomto znění (dále jen „**smlouva**“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje**“ část č. 1 která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky **60059115** (dále také jako „veřejná zakázka“), to vše ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo rovněž jen „ZZVZ“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy musí být vykládána v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Tato smlouva nabude účinnosti pouze za podmínky závazného schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové kupní ceny, která není kryta z rozpočtu zadavatele. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany budou při realizaci smlouvy postupovat v souladu s příslušným aktuálním programovým dokumentem Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“) pro období 2014–2020 a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny

specifické cíle a výzvy v rámci IROP v platné verzi. Realizace smlouvy musí probíhat v souladu s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět této smlouvy včetně jejich veškerých příloh (dále také jako „výzva“) a v souladu s příručkami, metodikami, oficiálními doporučeními, oznámeními a dalšími písemnými pokyny řídicího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném a účinném znění.

4. Kontaktní údaje smluvních stran pro účely této smlouvy jsou následující:

a) Kontaktní údaje kupujícího

██████████ - vedoucí oddělení zdravotnické techniky

e-mail: ██████████

telefon: ██████████

Kontaktní údaje prodávajícího

██████████ ██████████ ██████████ ██████████

(jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas dále specifikované zboží, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, sjednání závazku prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále sjednání závazku kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
2. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu PHILIPS Brilliance ICT dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tvořící nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Zboží“) a jejich uvedení do plného provozu.
3. Součástí předmětu smlouvy je i provedení instalace Zboží, uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky a odzkoušení bezproblémového provozu za přítomnosti zástupců kupujícího, provedení instruktáže obsluhujícího personálu výrobcem dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Instalace Zboží zahrnuje rovněž jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky, je-li funkce pořizovaného Zboží podmíněna takovým připojením, a ustanovení, sestavení a propojení pořizovaného Zboží.
5. Uvedení pořizovaného Zboží do plného provozu zahrnuje jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro jeho obsluhu, obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení Zboží do plného provoz, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby Zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.
6. Součástí předmětu smlouvy je také:
 - doprava Zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu;
 - odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění předmětu smlouvy, a to v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění;

7. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání zboží:
- zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
 - zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
 - prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.

Článek III.

Termín dodání a místo předání

1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, kupujícímu nejpozději **do 90 dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem dodání Zboží je **Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, 690 02.**
3. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží nejpozději dva pracovní dny před plánovaným termínem dodání, a to pověřenému pracovníkovi [redacted] – vedoucímu oddělení zdravotnické techniky, e-mail: [redacted] telefon: [redacted]
4. Zástupci prodávajícího a kupujícího sepiší a podepiší při dodání předávací protokol. prodávající i kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do předávacího protokolu neomezuje kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.
5. Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě předávacího protokolu nabývá kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná prodávajícím kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

Cena Zboží bez DPH	25 932 000,-Kč
DPH 21 % k ceně Zboží	5 445 720,-Kč
Celková cena vč. DPH	31 377 720,-Kč
2. Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě úplné ceny Zboží, také zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, vybalení, kontrolu, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky a odzkoušení bezproblémového provozu, odvoz a likvidace všech obalů a dalšího materiálu použitých při plnění předmětu smlouvy (v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů), preventivní bezpečnostně technické kontroly, validace parametrů (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována) v průběhu záruční doby.
3. Instruktaž obsluhujícího personálu Kupujícího dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec sjednané ceny Zboží.

4. Prodávající potvrzuje, že sjednaná kupní cena zcela odpovídá nabídce prodávajícího předložené v zadávacím řízení, ve kterém byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou prodávajícího uhradí kupující kupní cenu pro kupujícího výhodnější.
5. Změna kupní ceny je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se ke změně DPH.
6. Zaplacení kupní ceny bude provedeno v české měně, a to na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury) na bankovní účet prodávajícího uvedený v něm uveden. Lhůta splatnosti se sjednává v délce 30 dnů ode dne vystavení faktury.
7. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí Zboží.
8. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná kupní cena a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je kupující oprávněn zaslat ji prodávajícímu zpět k přepracování či doplnění, s tím, že prodávající je povinen vystavit doklad nový, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje.
9. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího.

Článek V.

Kvalita a odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu Zboží zcela nové, tedy Zboží nepoužité, nerepasované, Zboží, které nebylo využité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.
2. Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci uplatněné v zadávacím řízení, ve kterém byla nabídka prodávajícího na dodání Zboží vybrána jako nejvhodnější.
3. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.
4. Prodávající se zavazuje, že dodané bude po dobu uvedenou v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami kupujícího. Prodávající tedy poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží v délce uvedené v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání Zboží.

5. Po záruční dobu se prodávající zavazuje k provádění bezpečnostně technických kontrol a validace, zajištění údržby (včetně náhradních dílů) a plné servisní podpory, včetně BTK a dalších zákonných požadavků pro Zboží dle doporučení výrobce zdarma. Podrobnosti o záručním servisu a servisu Zboží po záruce strany dohodnou v servisní smlouvě se zohledněním závazných podmínek stanovených v zadávacím řízení.
6. Proávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 48 hodin od okamžiku jejich oznámení prodávajícímu. V případě poruchy na Zboží se prodávající zavazuje zajistit pro Kupujícího náhradní Zboží v odpovídající kvalitě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však vždy do 48 hodin od okamžiku oznámení poruchy, či vady Zboží.

Článek VI. Další ujednání

1. Proávající s ohledem na povinnosti kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi prodávajícím a kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy.
2. Proávající se pro případ prodlení s dodáním Zboží řádně a včas zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
3. Proávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění kupujícím oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
4. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
5. Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
6. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v případě, kdy nebudou závazky z této smlouvy plněny prodávajícím a tento bude s jejich plněním v prodlení po dobu více jak jednoho měsíce.
7. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn postoupit svoji pohledávku případně vzniklou na základě této smlouvy či v souvislosti s ní, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Osoba podepisující tuto smlouvu jménem prodávajícího prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.


Kupující:

Prodávající:

V Břeclavi dne

V Praze .dne 24.08.2022


Datum: 2022.08.26 08:34:41
+02'00'


Datum: 2022.08.24 16:28:24
+02'00'

.....
Nemocnice Břeclav, p.o.
Ing. Petr Bařka
ředitel

.....
FOMEI s.r.o.
Jaroslav Faltus - prokurista

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu koupě

Technická specifikace

CT

Popis a stanovení účelu použití:

Multisllice celotělový CT skener nejvyšší kategorie s možností akvizice minimálně 256 současně snímaných řezů na jednu rotaci 360°. Součástí dodávky bude dále veškeré vybavení potřebné pro zpracování obrazových dat v níže uvedeném rozsahu.

Přístroj bude schopen na nejvyšší úrovni provádět diagnostiku v níže v specifikovaných oblastech:

- obecná CT diagnostika
- komplexní CT angiografická diagnostika
- diagnostika perfuzního skenování jater, prostaty, plic, plicních nodulů, ledvin, slinivky, mozku a onkologických nálezů
- komplexní CT neuro diagnostika
- zpřesnění diagnostiky orgánů, které mají umístěny kovové implantáty (minimalizace artefaktů od těchto implantátů, možnost diagnostiky okolních tkáňových struktur)
- nízkodávkové vyšetření plic
- vyšetření trávicího traktu (virtuální kolonoskopie)

Součástí dodávky přístroje bude dále injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku, elektro rozváděč, technologický projekt. Přístroj musí být nový, nerepasovaný.

A) Specifikace CT

- spirální akvizice minimálně 256 řezů na jednu rotaci 360° snímaných prostřednictvím celkového počtu min. 128 detektorových řad v ose "Z"
- Celková šířka detektoru/detektorů v ose "Z" min. 75 mm
- výkon generátoru min. 100 kW
- průměr gantry min. 70 cm
- průměr skenovacího pole (FOV) min. 50 cm
- kontinuální skenování bez nutnosti chladicí přestávky min. 100 s
- minimální šířka řezu max. 0,65 mm ve všech vrstvách současně
- EKG gating
- délka spirálního skenu min. 185 cm
- metoda iterativní rekonstrukce obrazu na úrovni raw dat pro redukci artefaktů a možnosti nadpolovičního snížení dávky či zlepšení prostorového rozlišení rekonstruovaných obrazů oproti standardní FBP rekonstrukci (např. SAFIRE, iDOSE4, VEO, AIDR 3D). Uchazeč nabídnutou metodu IR ve vztahu k RAW datům podrobně popíše v nabídce

B) Akviziční stanice (ovládací konzola)

- HW odpovídající požadavkům na ovládání přístroje

požadované softwarové vybavení:

- program časování vstřiku kontrastní látky (automatický start při dosažení přednastaveného prahu)
- dynamická modulace dávky (co nejnižší možná dávka při zachování dostatečné obrazové informace, včetně protokolů pro vyšetření dětí)
- základní software - 2D, 3D, MPR, MIP, MinIP, Volume rendering atd.
- EKG synchronizační zařízení s možností automatické detekce extrasystol a korekce získaných dat při EKG gatovaných studiích
- připojení na PACS protokolem DICOM dle specifikace

C) Zpracování obrazových dat

Obrazová data budou zpracována a diagnostikována prostřednictvím serverového portálu splňujícího následující požadavky:

- multimodalitní serverový portál pro prohlížení a plnohodnotné zpracování MR, CT a SPECT
- kapacita SW portálu bude umožňovat práci min. 5 současně pracujícím lékařům v režimu „Thin Client“
- počet klientů nebude žádným způsobem omezen ani zpoplatněn licencemi
- minimální SW vybavení:

- SW pro základní obrazové zpracování 2D, MIP, MiniP, MPR, 3D-VRT, 3D-SSD
- SW pro diagnostiku polytraumat
- SW vybavení pro kostní denzitometrii
- SW pro CT angiografie a včetně možnosti automatické subtrakce skeletu, CT-DSA (jak pro vyšetření mozkových tepen, tak pro vyšetření periferních tepen) a vyhodnocování 4D angiografií, zahrnující dále i možnost automatické vaskulární analýzy a kvantifikace stenóz, zakřivené rekonstrukce (curved reconstructions), plánování endovaskulárních výkonů (tj. automatické trasování středu lumina, atd.)
- SW pro diagnostiku plic:
 - Automatická analýza a vyhledávání lézí (CAD) plicních nodulů, jejich kvantifikace a hodnocení v čase
 - Automatické hodnocení plic a dýchacích cest s automatickou segmentací obou plic, všech plicních laloků a dýchacích cest s kvantitativní analýzou plicního objemu a histogramů hustoty (pro každou plíci a lalok).
 - Automatická identifikace oblastí s nízkým útlumem (např. emfyzém) na základě dvouprahové metody, přizpůsobitelné uživatelem, s možností provádět srovnání v jednom a více časových bodech (až 4 studie).
 - Automatická kvantifikace postiženého objemu plic pro obě plíce a všechny laloky s prezentací VR.
 - Automatická segmentace stromu dýchacích cest, extrakce a označení středové linie s endoskopickým a cMPR zobrazením kolmo ke středové čáře.
 - Automatické měření parametrů dýchacích cest, jako je průměr lumen, tloušťka stěny atd.
 - Měření vzduchu zachyceného v každé plíci na základě série na konci inspirace a konce expirace.
 - Aplikace pro automatické zpracování pro hodnocení studií CT hrudníku souvisejících s pneumonií nebo COVID19. Automatická segmentace obou plic, stejně jako automatická segmentace a klasifikace plicních lézí, jako jsou opacity zabroušeného skla (GGO) a konsolidace. Automatická objemová analýza plic i segmentovaných lézí s výpočtem zátěže lézí v každé plíci a celých plic dostupných v tabulkové formě.
- SW pro volumové 3D kalkulace (objem, povrch)
- SW pro vyhodnocení virtuální kolonoskopie - včetně automatické analýzy a vyhledávání lézí (CAD) v lumen střeva, automatické odstranění značené stolice a tekutiny, virtuální disekce střeva, barevné označení pixelů stejné denzity pod povrchem, automatické odstranění tenkého střeva,
- SW pro CT mozkové perfúze vč. zobrazení sumárních map - objemová perfúze (objem min. 16 cm) pro mozek (s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně), SW pro kvantitativní měření perfúzních parametrů dekonvoluční metodou umožňující vytvoření sumárních map a to včetně výpočtu hodnot CBV, CBF, MTT a TTP
- Automatické zpracování obrazových dat na základě klinického kontextu studie s možností automatického přiřazování zobrazovacích postupů ke snímkům na základě informací obsažených v hlavičkách DICOM
- SW pro automatickou fúzi a porovnání snímků z uvedených modalit pro segmentaci onkologických lézí, jejich standardizovanou kvantifikaci a stanovení progresu onemocnění dle standardů RECIST, WHO a PERCIST.

D) Portálová pracovní stanice

Pracovní stanice pro práci s portálovými daty v konfiguraci:

- PC s konfigurací minimálně: procesor s výkonem v bechmarkovém testu Passmark CPU Mark min. 4400, 8 GB RAM, 2TB HDD SATA, DVD RW mechanika - archivace vyšetření na DVD, klávesnice, optická myš, LAN 1 Gbit, min. 4 x USB 2.0, zdroj 500W
- LCD monitor min. 19" pro práci s RIS a NIS
- archivace vyšetření na DVD
- 2 x diagnostický medicínský LCD monitor min. 20" s rozlišením min. 3 MPx
- Předinstalovaný OS MS Windows 10 Professional 64-bit
- plný DICOM vstup / výstup

E) Příslušenství

- Dvoupístový tlakový injektor pro současnou aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku
- dorozumivací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM
- rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu
- kotevní prvky, rámy, kabelové kanály - rozvody, pokud nejsou součástí stavební připravenosti
- záložní zdroj - UPS vyšší kategorie na uchování dat v případě výpadku el. proudu
- technologický projekt a nutné stavební úpravy

F) Rozšíření stávajícího MARIE PACS v rozsahu

- WebVisionSW licence diagnostického DICOM prohlížeče, webová technologie, zabezpečený vzdálený přístup a diagnostika, podpora nových diagnostických přístrojů a metod, online konzultace, autentizace uživatelů, využití na všech koncových zařízeních bez nutnosti instalace speciálního SW, plovoucí licence, "Zdravotnický prostředek třídy IIb".
- 5x konkurenční licence diagnostického prohlížeče