

Made
 in
 Germany



Programovatelný barvící automat **TST 44** kombinuje flexibilitu s rychlostí. Současně lze zpracovat až 12 protokolů pro rutinní a speciální barvení. **TST 44** má celkem 44 stanic, včetně vkládacích a odkládacích stanic, vodních lázní a 30 barvicích stanic. K dispozici jsou také alternativní modely s integrovanou sušicí stanicí.

Díky velkému množství dostupných pracovních stanic lze souběžně zpracovávat různé barvicí protokoly. Změnu činidla ani jednotlivé kroky, jako je odparafinování, není třeba provádět externě.

Současně lze zpracovat až dvanáct košů s 30 sklíčky. K dispozici jsou čtyři stanice pro vložení a vyjmutí košů. Tímto způsobem lze průběžně zpracovávat velké množství sklíček a zefektivnit laboratorní rutinu. **TST 44** má také funkci záložního napájení, která zabraňuje přerušení a resetu probíhajícího procesu a chrání materiál před poškozením.

Plně automatická sekvence barvicích protokolů je dalším důležitým faktorem efektivní organizace práce. Lze uložit až **20 barvicích protokolů**, každý s maximálně **40 kroky**. Výběr ze seznamu **85 činidel** – uživatel upravitelný.

Transportní hlavice se pohybuje ve směru X, Y a Z. Obsahuje odkapávací vaničku, která spolehlivě zabraňuje přenášení kapalin, které ulpívají na sklech nebo koších. Odkapávací vanička se automaticky zasune pod koš, když je přepravován do další lázně. Celulózoový papír ve vaničce absorbuje kapalinu.

TST 44 lze používat s filtrem aktivním uhlím nebo ho připojit k externímu ventilačnímu systému. Zařízení podporuje aktivaci funkce úspory vody. Navíc lze aktivovat sledování reagentů a v nabídce zobrazit aktuální stav činidla, což umožňuje efektivní nakládání s reagenty. Zařízení je vybaveno bezpečnostním ventilem proti přetečení vody

TST 44 se ovládá prostřednictvím LCD displeje v pohodlné pozorovací výšce. Uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby bylo jednoduché a umožňovalo snadné a rychlé vyvolání protokolů. Stav protokolu se během provozu zobrazuje na displeji a lze jej kdykoli zobrazit.



Technická data ACS 720		kat. č.
Rychlost montování:	6 – 11 sekund na sklo	
Dávkovací množství montovacího média:	30 – 150 µl	
Objem montovacího média:	lahev 500 ml	
Rozměry podložních skel:	26 x 76 mm	
Tloušťka podložních skel:	0.9 – 1.2 mm	
Kapacita výstupního zásobníku:	čtyři koše 4 x 30	
Rozměry krycích skel:	24 x 50 mm, 24 x 55 mm, 24 x 60 mm	
Tloušťka krycích skel:	0.13 – 0.17 mm	
Kapacita zásobníku krycích skel:	cca. 300 kusů.	
Rozměry (š/h/v):	630 x 670 x 640 mm	
Hmotnost:	ca. 65 kg	
Napájení:	100–240 V / 50 – 60 Hz / 90 VA	04-7200-04

Technická data TST 44.000 C Standard s přenášecím modulem		kat. č.
Max. počet barvicích protokolů:	20, z nichž 12 protokolů může běžet současně	
Programových kroků:	40 pro každý barvicí protokol	
Volby na krok:	lázeň, čas (1 sec. – 59 min.)	
Stanice v přístroji:	44 stanic, z čehož: 4 vstupní a 4 výstupní stanice, 6 vodních lázní, 30 barvicích lázní s agitací	
Přenášecí modul:	automatické přenesení barvicího koše do montovacího automatu ACS 720	
Objem lázní:	360 ml, s možností snížení objemu na 260 ml	
Bezpečnost:	nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)	
Rozměry(W/D/H):	1,210 x 670 x 640 mm	
Hmotnost:	cca. 118 kg	
Napájení:	230 V / 50 – 60 Hz / 100 VA	04-4720-03
	115 V / 50 – 60 Hz / 100 VA	04-4730-03
Technická data TST 44.200 C se sušicí stanicí a s přenášecím modulem		
Stanice v přístroji:	44 stanic, z čehož: 4 vstupní a 4 výstupní stanice, 4 vodních lázní, 2 sušicích stanic, 30 barvicích lázní s agitací	
Přenášecí modul:	automatické přenesení barvicího koše do montovacího automatu ACS 720	
Teplota sušicí stanice:	nastavitelný od +40 °C do +90 °C	
Napájení:	230 V / 50 – 60 Hz / 1200 VA	04-4740-03
	115 V / 50 – 60 Hz / 1200 VA	04-4755-00
Další technické údaje jsou shodné s TST 44.000.C		

<i>Příslušenství ACS 720</i>	<i>Prodejní jednotka</i>	<i>kat. č.</i>
Filtr s aktivním uhlím (jednorázový) pro ACS 720	1 ks	67-1005-00
Plastový koš pro 30 podložních skel	1 ks	24-1140-00
Zásobník krycích skel 24 x 50 mm	1 ks	24-1350-02
Zásobník krycích skel 24 x 55 mm	1 ks	24-1355-02
Zásobník krycích skel 24 x 60 mm	1 ks	24-1360-02
Odkapávací vanička pro dispensor	balení 10 ks	48-9084-00

<i>Příslušenství TST 44 C</i>	<i>Prodejní jednotka</i>	<i>kat. č.</i>
Filtr s aktivním uhlím (jednorázový) pro TST 44	1 ks	67-1001-00
Barvicí kyveta, objem: 360 ml	1 ks	35-1001-10
Redukční vložka pro barvicí kyvety (260 ml)	1 ks	28-1008-00
Filtrační papírky pro odkapávací vaničku, 25 x 115 mm	balení 10 ks	46-6031-00
Plastový koš pro 30 podložních skel	1 ks	24-1140-00

MEDITE

MEDITE Medical GmbH

Wollenweberstr. 12 • 31303 Burgdorf • Germany

Phone +49 5136 88 84-0 • Fax +49 5136 88 84-55

info@medite.de • www.medite.de

bamed

Distributor:

bamed s.r.o.

Litvínovice 32

37001 Litvínovice

info@bamed.cz - www.bamed.cz

tel.: +420 386 351 974



Ceník pozáručního servisu

Hodnoty v tabulce vyplněné účastníkem odpovídají kalkulaci pro zařízení.

Pozáruční servis (cena v Kč bez DPH)	
Cena servisní hodiny	Cena dopravy (paušální cena*)
880,00	3.808,00

*paušální cena dopravy zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě). Cenu dopravy nelze zadat ve formátu cena / km nebo cena / hod.

Výrobce předepsané kontroly (cena v Kč bez DPH)			
Typ předepsané kontroly (validace, BTK, kalibrace, ověření,...)	Perioda kontroly (počet měsíců)	Cena kontroly**	Cena materiálu (díly co se periodicky musí měnit)
BTK barvicí automat	12	3.000,00	0,00
BTK montovací automat	12	3.000,00	0,00

**cena kontroly zahrnuje – veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě), servisních hodin a kontrolu

Výrobce předepsané kontroly		
Cena dílů a spotřebního materiálu – výrobcem určena periodická výměna		
Název	Perioda výměny (počet měsíců)	Cena / ks v Kč bez DPH
-	-	-

Cena nejčastěji měněných náhradních dílů		
Název	Objednací číslo	Cena / ks v Kč bez DPH
-	-	-

Instruktaž obsluhy zařízení v rámci pozáručního servisu (bez omezení počtu osob)	Cena v Kč bez DPH
Instruktaž	0,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Kupní smlouvy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Obchodní jméno: bamed s.r.o.
Sídlo: Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice
Identifikační číslo: 62525638
Právní forma: Společnost s ručením omezeným,

Čestně prohlašuji jako statutární orgán (jednatel) výše uvedené společnosti, že:

Plnění Veřejné zakázky „**Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN**“
**Část 13 VZ "Barvicí a montovací automat pro zpracování
histologických preparátů"**

bude provedeno společností bamed s.r.o. bez poddodavatelů

V Litvínovicích dne

 Digitálně podepsal
Jiří Bárta
Datum: 2022.08.08
10:48:45 +02'00'

Jiří Bárta
statutární orgán – jednatel
bamed s.r.o.

Vyřizuje / telefon
957 105 105

Datum
07.06.2022

Vážený klient
bamed s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice 1

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 8603357696

Pojištění podnikatelských rizik



073

Pojistník
Adresa sídla
IČO

bamed s.r.o.
Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice 1
62525638

Pojistitel
Adresa sídla
IČO

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
47116617

Pojištěný
Shodný s pojistníkem


Rozsah pojištění
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám

VPP P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti,
ZSU-500/14 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu,
ZPP P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění 10 000 000 Kč
Spoluúčast 10 000 Kč
Počátek pojištění 16.03.2017
Konec pojištění 15.03.2027
Územní platnost Česká republika

S přátelským pozdravem



ředitelka Centra správy pojistných smluv