

Příloha - Technická specifikace

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry od účastníka*
Sterilizátor parní Sterilizátor parní horizontální 3140 M Tuttnauer (34 l)	Horizontální plnění komory	ano
	Objem vnitřní komory v rozsahu min. 30 - max. 35 l	ano
	Minimální vnitřní rozměry komory - průměr 310 mm, hloubka 350 mm	ano
	Elektromechanické poloautomatické řízení	ano
	Vlastní zásobník na destilovanou vodu	ano
	Vestavěný vyvíječ páry	ano
	Minimální rozsah regulace teploty +105 °C až +135 °C	ano
	Minimální nastavitelný čas programu od 3 min. do 60 min.	ano

*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.