

FTN**Objednávka č. 2022/UOZ/1501**

O d b ě r a t e l

Fakultní Thomayerova nemocnice**Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč**

Sídlo odběratele

**Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč****DIČ: CZ00064190 IČ: 00064190**
SpZ: Pr 1043-obch.rejstř.Městského soudu v Praze

D o d a v a t e l

CHEIRÓN a.s.**Kukulova 24****169 00 Praha 6 - Břevnov****DIČ: CZ27094987 IČ: 27094987****Vystaveno: 31.08.2022 Vystavil: [REDACTED]**
Termín: 01.09.2022 Předb.cena: 70984.84 Kč bez DPH
Smlouva:**tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]**
Splatnost faktury je 60 dní + 60 dní bez penalizace

List: 1 Počet položek: 31

Objednáváme u Vás BTK dle §45 zákona č. 89/2021 Sb. v platném znění u níže uvedených přístrojů:
Žádáme o provedení prohlídky v termínu uvedeném na objednávce viz výše či u jednotlivé položky.

- Odsávačka DYNAMIC el., inv.č 2002/2256, výr.č D0212187 **termín 10.09.2022**
inv.úsek: PNEUMOLOG.LŮŽKA NÁSL.PÉČE II, umístění: PAVILON K/přízemí, zodpovídá [REDACTED] tel. 2 [REDACTED] GSM 7 [REDACTED]
- Odsávačka DYNAMIC II el., inv.č 2009/393, výr.č D1909 **termín 10.09.2022**
inv.úsek: INFEKČNÍ ODD.-AMBULANCE, umístění: PAVILON K/suterén, zodpovídá [REDACTED]
- Odsávačka QUICK VAC TRANSPORT el., inv.č 2014/433, výr.č QVT0013 **termín 10.09.2022**
inv.úsek: PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA - JIP, umístění: PAVILON B1/přízemí, zodpovídá [REDACTED]
- Odsávačka elektrická DYNAMIC II/tř.IIa, inv.č 2018/824, výr.č D5776 **termín 10.09.2022**
inv.úsek: PNEUMOLOG.LŮŽKA NÁSL.PÉČE II, umístění: PAVILON K/přízemí, zodpovídá [REDACTED] tel. [REDACTED]
- Jednotka ohřívací Medisize HME Booster Heating Element, inv.č 2018/945, výr.č 18/0179 **termín 21.09.2022**
inv.úsek: RES - LŮŽKA, umístění: PAVILON B3/1. patro, zodpovídá [REDACTED] tel. [REDACTED]
- Jednotka ohřívací Medisize HME Booster Heating Element, inv.č 2018/946, výr.č 20/2251 **termín 21.09.2022**
inv.úsek: RES - LŮŽKA, umístění: PAVILON B3/1. patro, zodpovídá [REDACTED] tel. [REDACTED]
- Jednotka ohřívací Medisize HME Booster Heating Element, inv.č 2018/948, výr.č 17/0296 **termín 21.09.2022**
inv.úsek: RES - LŮŽKA, umístění: PAVILON B3/1. patro, zodpovídá [REDACTED]
- Ventilátor 3100B oscilační vysokofrekvenční, inv.č IM/13064, výr.č TMA16490 **termín 01.09.2022**
inv.úsek: RES - LŮŽKA, umístění: PAVILON B3/1. patro, zodpovídá [REDACTED]
- Odsávačka VICTORIA THORAX, inv.č IM/20018, výr.č V08012889 **termín 10.09.2022**
inv.úsek: PNEUMOLOG. KLIN.- III.STANICE, umístění: PAVILON B5/1. patro, zodpovídá [REDACTED]
- Monitor centrální MINDRAY HYPERVISOR VI, inv.č IM/21181, výr.č CZC23524BT **termín 10.09.2022**
inv.úsek: INT. KLINIKA JIP B3, umístění: PAVILON B3/2. patro, zodpovídá [REDACTED]
- Monitor BENEVIEW T8, inv.č IM/21181:4, výr.č CF-2A113200 **termín 10.09.2022**
inv.úsek: INT. KLINIKA JIP B3, umístění: PAVILON B3/2. patro, zodpovídá [REDACTED]
- Monitor BENEVIEW T8, inv.č IM/21181:5, výr.č CF-2A113201 **termín 10.09.2022**
inv.úsek: INT. KLINIKA JIP B3, umístění: PAVILON B3/2. patro, zodpovídá [REDACTED]

13	Monitor BENEVIEW T8, inv.č IM/21181:6, výr.č CF-2A113202 inv.úsek: INT. KLINIKA JIP B3, umístění: PAVILON B3/2. patro, zodpovídá S [REDACTED]	termín 10.09.2022
14	Nebulizátor AERONEB SOLO, inv.č IM/21278:1, výr.č AP-1306464 inv.úsek: INT. KLINIKA JIP B3, umístění: PAVILON B3/2. patro, zodpovídá [REDACTED]	termín 22.09.2022
15	MONITOR IMEC 10 TRANSPORTNÍ, inv.č IM/21502, výr.č EX-59028673 inv.úsek: INT. KLINIKA JIP B3, umístění: PAVILON B3/2. patro, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
16	MONITOR IMEC 10 TRANSPORTNÍ, inv.č IM/21503, výr.č EX-59028674 inv.úsek: INT. KLINIKA JIP B3, umístění: PAVILON B3/2. patro, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
17	Systém monitorovací centrála BeneVision, inv.č IM/22193, výr.č 610-900150-1 inv.úsek: PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA - JIP, umístění: PAVILON B1/přízemí, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
18	Monitor iMEC15, inv.č IM/22193:4, výr.č JM-95005067 inv.úsek: PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA - JIP, umístění: PAVILON B1/přízemí, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
19	Monitor iMEC15, inv.č IM/22193:5, výr.č JM-95005068 inv.úsek: PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA - JIP, umístění: PAVILON B1/přízemí, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
20	Monitor iMEC15, inv.č IM/22193:6, výr.č JM-95005069 inv.úsek: PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA - JIP, umístění: PAVILON B1/přízemí, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
21	Monitor iMEC15, inv.č IM/22193:7, výr.č JM-95005070 inv.úsek: PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA - JIP, umístění: PAVILON B1/přízemí, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
22	Monitor iMEC15, inv.č IM/22193:8, výr.č JM-95005071 inv.úsek: PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA - JIP, umístění: PAVILON B1/přízemí, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
23	Monitor iMEC15, inv.č IM/22193:9, výr.č JM-95005072 inv.úsek: PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA - JIP, umístění: PAVILON B1/přízemí, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
24	Systém monitorovací centrála BeneVision, inv.č IM/22194, výr.č 610-900105-1 inv.úsek: INT. KLINIKA JIP A4, umístění: PAVILON A4/2. patro, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
25	Monitor iMEC15, inv.č IM/22194:4, výr.č JM-95005061 inv.úsek: INT. KLINIKA JIP A4, umístění: PAVILON A4/2. patro, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
26	Monitor iMEC15, inv.č IM/22194:5, výr.č JM-95005062 inv.úsek: INT. KLINIKA JIP A4, umístění: PAVILON A4/2. patro, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022
27	Monitor iMEC15, inv.č IM/22194:6, výr.č JM-95005063 inv.úsek: INT. KLINIKA JIP A4, umístění: PAVILON A4/2. patro, zodpovídá B [REDACTED]	termín 10.09.2022
28	Monitor iMEC15, inv.č IM/22194:7, výr.č JM-95005064 inv.úsek: INT. KLINIKA JIP A4, umístění: PAVILON A4/2. patro, zodpovídá B [REDACTED]	termín 10.09.2022
29	Monitor iMEC15, inv.č IM/22194:8, výr.č JM-95005065 inv.úsek: INT. KLINIKA JIP A4, umístění: PAVILON A4/2. patro, zodpovídá [REDACTED]	termín 10.09.2022

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 30 | Monitor iMEC15, inv.č IM/22194:9, výr.č JM-95005066
inv.úsek: INT. KLINIKA JIP A4, umístění: PAVILON A4/2. patro, zodpovídá [REDACTED] | termín 10.09.2022 |
| 31 | DEFIBRILÁTOR MINDRAY BENEHEART D3, inv.č IM/22211, výr.č EZ-99025001
inv.úsek: AN - ANESTEZIE, umístění: PAVILON G5/přízemí, zodpovídá [REDACTED] | termín 21.09.2022 |

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s Obchodními podmínkami odběratele uvedenými na <http://www.ftn.cz/obchodni-podminky-235/> a s níže uvedenými povinnostmi dodavatele.

Dodavatel je povinen:

1. Potvrdit přijetí objednávky písemně nebo e-mailem.
 2. Před servisním zásahem telefonicky kontaktovat odpovědnou osobu odběratele uvedenou na objednávce pod přístrojem.
 3. V případě překročení celkové předběžné ceny zaslat cenovou nabídku objednateli a opravu/kontrolu provést až po jejím odsouhlasení.
 4. Označit přístroj štítkem s vyznačeným datem expirace po provedení jakékoli periodické kontroly.
 5. Zaslát na adresu ozt-provoz@ftn.cz v elektronické verzi potvrzené servisní výkazy a případně protokoly o kontrolách.
 6. Na faktuře uvést číslo objednávky a k faktuře přiložit:
 - a. servisní výkaz obsahující potvrzení o provedení práce (jméno, podpis a razítko přebírajícího pracovníka TN),
 - b. po opravě prohlášení, že zařízení je schopno bezpečného provozu.
 - c. po kontrole originální papírový protokol (v případě elektronické fakturace na adresu faktura@ftn.cz zaslat poštou).
- Při nesplnění těchto podmínek a povinností bude faktura vrácena!

Pozn.: pro bezplatný výjezd z areálu potvrdí vjezdový lístek příslušná vrchní či staniční sestra, případně OZT (pavilon G7).

[REDACTED]
vedoucí odboru centrálního nákupu