

Vyplněná příloha č. 2_2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Křeslo pro mobilizaci pacientů

Část veřejné zakázky „Pořízení movitého majetku“: 2

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

Technická specifikace

číslo	specifikace	požadavky	Splněno parametrem nebo ANO / NE
Obecné požadavky			
1 ks multifunkčního zařízení pro polohování a mobilizaci pacientů. Zařízení je určeno pro usnadnění brzké mobilizace, rehabilitace a péče o pacienty ležící na jednotce intenzivní péče, v zařízení poskytující dlouhodobou akutní péči a rehabilitačním oddělení			
Základní vlastnosti přístroje			
1.1	Elektricky výškově nastavitelné zařízení s funkcí sklopného stolu, lehátka a židle	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.2	Baterie o napětí 24 V a kapacitě min. 2,5 Ah.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje 24 V, 2,5 Ah
1.3	Bezpečné pracovní zatížení / hmotnost pacienta min. 200 kg	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje SWL 200 kg, pacienta 200 kg
1.4	Hmotnost zařízení max. 120 kg	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje 115 kg
1.5	Šířka zařízení max. 750 mm a délka max. 2100 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje, 720 x 2 045 mm
1.6	Úhel náklonu vertikalizace min. 75°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje, 75°
1.7	Laterální náklony min. 20°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje, 20°
1.8	Trendelenburg s možností nastavení od 0° do -25°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje, od 0° do -25
1.9	Ukazatel úhlu naklonění	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje, od -30° do 90°

1.10	Nejnižší pozice ložné plochy min. 600 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje, 588 mm
1.11	Bezpečnostní pásy hlavy, ramen, trupu, boků a kolen pro prevenci pádu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.12	Matrace měkká, dezinfikovatelná	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.13	Odolné potahy na všechny části matrace zařízení, dezinfikovatelné a pratelné na min. 70°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje, praní normální program max. 70°
1.14	Hlavový polštář	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.15	Područky odnímatelné, nastavitelné	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.16	Sklopná podpěra nohou s možností nastavení délky	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.17	Odnímatelné a nastavitelné opěrky ramen	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.18	Zvukový signál nízkého nabití baterie	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.19	Funkce nouzového spuštění v případě poruchy	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.20	Funkce rychlého uvedení zařízení do vodorovné polohy	Požadavek je absolutní (musí být splněn)	ANO, splňuje
1.21	Tlačítko nouzového zastavení 2x	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.22	Kolečka s nízkým třením, samostatně brzděné, čistitelné	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.23	Ovládací panel umístěný přímo na zařízení	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.24	Ruční dálkové ovládání (stupeň ochrany min. IPX6) s kabelem pro ovládání z jakékoliv pozice okolo zařízení, délka kabelu min. 150 cm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.25	Hlučnost max. 50 dB.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.26	Zajištění ochrany proti skřípnutí	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
Příslušenství			
1.27	2 ks akumulátorů pro zajištění nepřetržitého provozu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje
1.28	Externí nabíječka baterií	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, splňuje

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje ...B.....
- cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů) 2 450,-Kč bez DPH.....
- frekvence provádění BTK 1x ročně.....
- hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH) 1 615,-Kč bez DPH.....
- cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba 22,-Kč bez DPH.....
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také) Nevyžaduje.....