



B1-018-RT	Identifikační systém pacienta 1ks	Projekt: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016661
-----------	-----------------------------------	--

**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel. (viz položka: č. B/10)
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Medicínský účel:** Bezdrátová identifikace osob pro řízení a dohled nad onkologickými ozařovkami v prostorách nemocničních budov areálu FTN s možností přivolání pomoci

**3. Kompatibilita:** je požadována s lineárními urychlovači TrueBeam Varian

**4. Specifikace:**

MEDORO BB3

**5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.**

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku  Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1. Bezdrátová identifikace osob pro řízení a dohled nad onkologickými ozařovkami s možností přivolání pomoci	ANO	4
2. SW serverová část - licence pro min. 150ks náramků a 2ks lineárních urychlovačů	ANO	4
3. 2ks SW licence - komunikační modul s LU TrueBeam Varian	ANO	4
4. SW - klient pro sledování a kontrolu – neomezená multilicence počtem a časem	ANO	4
5. Síťové přepínače 1Gbit 1ks vč. UPS	ANO	4
6. Strukturovaná kabeláž, včetně patch panelů a instalace	ANO	4
7. Rozvaděče 19"	ANO	4
8. Server podpora výrobce 5 let NBD vč. UPS	ANO	4
9. Přijímače 12ks identifikačních náramků + antény 12ks vč. kabeláže	ANO	4
10. Náramek identifikační bezdrátový (čip) pro pacienty, min. 150 ks	ANO	4
11. Identifikace náramku (čipu) na vzdálenost min. 100 m ve volném prostoru	ANO	4
12. Životnost baterie čipu min. 6 měsíců, možnost výměny baterie	ANO	4
13. Dosah (viditelnost) čipů lze regulovat vysílacím výkonem čtečky, nebo čipu na vzdálenost min. 1m	ANO	4
14. SW umožňuje informovat oprávněného uživatele o výskytu čipů v daných prostorech	ANO	4
15. Zabezpečení zapnutí ozařování pacienta v přítomnosti lékaře (nechtěná expozice)	ANO	4
16. Validace systému	ANO	4