

Nabídka pro

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Dvořákova 1800/75

751 52 Přerov

Czech Republic

Dodavatel


DEYMED Diagnostic s.r.o.

Kudrnáčova 533

549 31 Hronov

Česká republika

DIČ: CZ25284584

**DuoMag MP [39-100]**

#	Množství	Mfr. Part no:	Produkty	Jedn. cena	Koneč. cena
1	1	48-453	DuoMag MP - magnetický stimulátor s monofázickým typem stimulace - stimulační cívka kruhová 125R - stimulační cívka kónická 120BFV, - Pojízdny stolek s ramenem pro upevnění cívky	400 626,00 Kč	400 626,00 Kč


Sumy nabídky

Mezisoučet:	400 626,00 Kč
Sleva 23% (23%):	-92 143,98 Kč
Po slevě:	308 482,02 Kč
DPH 21% (21%):	64 781,22 Kč
Celkem:	373 263,24 Kč

Platební podmínky:

Fakturace s 15 denní splatností

Vypracoval:

**DEY**
Kudrnáčova
IČO: 25284584

**MAGENTICKÝ STIMULÁTOR K EMG
PŘÍSTROJI - specifikace minimálních
požadavků**

Lokace: AGEL Středomoravská nemocniční
a.s. - Nemocnice AGEL Přerov
Kód ID: 00003170
Množství: 1 ks

Technické parametry	Uchazeč	DEYMED Diagnostic s.r.o.
	Název nabízené technologie	DuoMag MP
Kompatibilita	Výrobce	DEYMED Diagnostic s.r.o.
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Se stávajícím vybavením	<i>Uživatel požaduje plnou kompatibilitu se stávajícím systémem EMG TruTrace 4 od společnosti Deymed. Požadujete se veškerý nutný HW i SW nutný pro potopojení a ovládání se stávajícím systémem EMG TruTrace 4</i>	Ano
Technické parametry		
Stimulátor magnetický - mín. monofázický	ANO	Ano
určení	<i>min. pro nízkofrekvenční kortikální a spinální stimulaci</i>	Ano
stimulační frekvence	<i>min. do 2 Hz, min. 0,5 Hz (100% intenzita), min. 1.4 Hz (50% intenzita)</i>	Ano
energie výboje	<i>až 700 J</i>	Ano
Stimulační cívka	<i>ANO, kruhová, průměr min. 125 mm, min. pro spinální stimulaci</i>	Ano
Stimulační cívka	<i>ANO, "osmičková", průměr min. 120 mm, ve tvaru "V" s úhlem min. 100°, min. pro hlubokou kortikální stimulaci</i>	Ano
Příslušenství		
Pojízdný stolek s ramenem pro upevnění cívky	ANO	Ano

DE
Kud
IČO

s.r.o.