

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A. S. - VYŠETŘOVACÍ SVĚTLA					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 1 - VYŠETŘOVACÍ LAMPA - MOBILNÍ					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
Statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Šima, MBA - člen představenstva, MUDr. Kamal Farhan - místopředseda představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	MeWAdia s.r.o.				
Sídlo:	Hlinky 64, 603 00 Brno			IČO:	27683818
Statutární zástupce:	Ing. Attila Kürti, jednatel	Kontaktní osoba:	Bc. Michal Toman		
POKyny K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE		
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1.	Vyšetřovací lampa - mobilní	2	24	<p>Název: LUVIS E 100 M</p> <p>Sériové číslo:</p> <p>Výrobce: DENTIS Co., Ltd.</p> <p>DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO 3 500°/4 000°/4 500° K</p> <p>ANO 42,35cm + 42,42 cm (tolerance)</p> <p>ANO dle vysvětlení ZD</p> <p>ANO 30 - 100%</p> <p>ANO 60 000 Lux</p> <p>ANO 17W</p> <p>Přílohy: Produktové listy v čj a originál v Aj, obsahují i fotografie a technické výkresy s rozměry atd.</p>	
<p>Závazná specifikace zadavatele:</p> <p>Vyšetřovací lampa - mobilní - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:</p> <p style="padding-left: 40px;">otočné rameno na pojízdném stojanu – minimálně 4 kolečka</p> <p style="padding-left: 80px;">2 ramena</p> <p style="padding-left: 80px;">1 hlavice</p> <p style="padding-left: 80px;">výkonné LED diody</p> <p style="padding-left: 80px;">bílé světlo teplota světla 4500 K</p> <p style="padding-left: 80px;">délka ramene lampy je 45 cm</p> <p style="padding-left: 80px;">integrovaný spodní úchyt nastavení lampy</p> <p style="padding-left: 80px;">regulace intenzity osvětlení</p> <p style="padding-left: 80px;">intenzita osvětlení ve vzdálenosti 50 cm od lampy 45.000 lux</p> <p style="padding-left: 80px;">výkon do 50 W</p> <p>U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.</p>					
				V Brně dne 3.4. 2022	
				Zpracoval:	

