


Dodavatel:  <b>Stamed s.r.o.</b> Vřesová 667 33008 Zruč-Senec Česká republika IČO: 29161941, DIČ: CZ29161941, Telefon: +420 725323111 Fax: Mobil: E-mail: obchod@stamed.cz WWW: www.stamed.cz	Odběratel - sídlo: Domov seniorů Vojkov Vojkov 1 25753 Vojkov Česká republika  IČO: 71229132
	Poštovní adresa:  Domov seniorů Vojkov Vojkov 1 25753 Vojkov Česká republika
Forma úhrady: Způsob dopravy:	Místo určení:
Termín: 15.02.2021 Vystaveno: 06.12.2021	Číslo poptávky:

Vážený zákazníku,  
na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na níže uvedené zboží.

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Myčka podložních mís AF2.45PG 112102035	1,00 ks		150 092,17	15,00	150 092,17	172 606,00

Dodací lhůta do 4 - 8 týdnů od závazně objednávký  
Doprava do místa určení a instalace zdarma.  
Pro instalaci je vyžadována stavební připravenost místa určení dle předem zasláního výkresu.  
Doporučená četnost preventivních kontrol: 1x ročně  
Záruční doba 24 měsíců

Snižovaná sazba DPH může být použita v případě, že zboží bude fakturováno jako „pevné zabudování do pobytových sociálních služeb“, v ostatních případech musí být 21%.

## Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 15%	150 092,17	DPH 15%	22 513,83
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
<b>Celkem</b>	<b>150 092,17</b>		<b>22 513,83</b>

Základ [Kč]	<b>150 092,17</b>
Celkem [Kč]	<b>172 606,00</b>

## Registrace:

Evidováno u Krajského soudu v Plzni pod číslem C 27962

  
 -----  
 Razítko a podpis

  
 Vřesová 667, 330 08 Zruč Senec  
 IČ: 29161941 DIČ: CZ29161941 Tel.: 725 323 111  
 www.stamed.cz Email: obchod@stamed.cz

## Požadované technické parametry

Myčka podložních mís	Zde uvést název a označení nabízené myčky
Zadavatelem požadované parametry myčky	Uchazečem nabízené parametry myčky
Myčka nerez 1.4301 sendvičové provedení izolačních stěn (izolace proti hluku a teple)	ANO
Myčka odpovídá EN ISO 15883-1/-3 (2009)	ANO
Mycí komora je vyrobena z hluboko tažené nerezové oceli AISI 304 bez přerušení a spojí se zaoblenými hranami s výstupem DN90 pro odtokový sifon	ANO
Dveře se hermeticky uzavírají samo-dezinfekčním a bezúdržbovým labyrintovým těsněním, což znamená, že nelze použít gumové těsnění.	ANO
Dvojitá ochrana proti otevření dveří - zamykací zařízení, které brání otevření dveří během celého provozního cyklu a systém přerušení činnosti v případě náhodného otevření dveří.	ANO
Termická desinfekce A0 = nastavitelná min A0=60. Zobrazení maximální dosažené hodnoty A0 na konci cyklu.	ANO
Dávkovací čerpadlo pro změkčovač vody s hlídáním hladiny v kanystru	ANO
Myčka je vybavená zásobníkem na kanystr s chemií	ANO
Barevný displej v češtině se zobrazením průběhu cyklu a minimální dosažené teploty v komoře.	ANO
Náplň tři močové lahve nebo jedna mísa včetně víka mísy a jedna močová láhev	ANO
Ochlazení komory na konci cyklu desinfikovanou vodou	ANO
Individuálně řízené trysky pro snížení spotřeby vody.	ANO
Hlášení a identifikaci závad a zobrazením A0 a typu programu na displeji	ANO
Systém automatického vyprázdnění zbytkové vody z čerpadla.	ANO
Systém automatické desinfekce přístroje v případě 24 hodinové nečinnosti	ANO
Vyvíječ páry s maximálním příkonem 3,5 kW, s bezpečnostní pojistkou monitorující hladinu vody.	ANO
Minimálně 3 programy	ANO
Záruka min 24 měsíců.	ANO
Garance dodání náhradních dílů min 10 let	ANO
Cena včetně dopravy, montáže a zaškolení personálu.	ANO
Termín dodání 30 dní od podpisu kupní smlouvy.	ANO

0

### Poznámky pro vyplnění tabulky účastníkem:

- v kolonce "ANO / NE" účastník uvede, zda jím nabízená myčka splňuje požadovaný parametr
- pokud nebude splněn jakýkoliv údaj, požadovaný zadavatelem, bude to považováno jako nesplnění požadavků zadavatele, a takováto nabídka bude vyloučena z hodnocení

Firma: Stamed s.r.o.

Místo: Zruč-Senec

Datum: 6.12.2021

Jméno odpovědné osoby: Stanislav Kohout

Podpis, razítko:



**stamed**  
 Vřesová 667, 330 08 Zruč Senec  
 IČ: 29161941 DIČ: CZ29161941 Tel.: 725 323 111  
 www.stamed.cz Email: obchod@stamed.cz