



Výkyvný rotor s adaptéry pro zkumavky : <ul style="list-style-type: none">• průměr 12 mm, výška do 110 mm (výška je uváděna vč. víčka)• průměr 16 mm, výška 110 mm (výška je uváděna vč. víčka)• průměr 17 mm, výška 95 mm (výška je uváděna vč. víčka)	ANO, adp. pro požadované zkumavky, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 55
Min. kapacita 4 x 250 ml	ANO, 4x250 ml, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 55
Centrifuga umožňuje uživatelskou výměnu rotorů	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 27
Automatická identifikace rotorů	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 20, 28
Centrifuga umožňuje sterilizaci rotorů v autoklávu	ANO, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 55
Vypnutí při nevyvážení	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 20
Zvuková signalizace ukončení centrifugace	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 44
Programovatelná centrifuga – min. 30 uživatelských programů	ANO, 35 programů, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 55
Paměť pro ukládání programů	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 42
Funkce blokování tlačítek proti neúmyslným změnám nastavení	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 33
Automatické zamykání a odemykání víka	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 33
Ochrana proti spadnutí víka	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 33
Hlučnost <65 dB	ANO, <62 dB (A), NÁVOD K POUŽITÍ str. 58
Hmotnost max. 60 kg	ANO, 55 kg, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 55
Max. rozměry (Š x H x V) 50 x 55 x 35 cm	ANO, 47x55x34 cm, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 55
Napájení 230 V, 50 Hz	ANO, 230 V, 50-60 Hz, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 55
Včetně zařízení bude dodáno kompletní příslušenství a spotřební materiál pro okamžité použití zařízení, pro umožnění plnohodnotné instruktáže a k provedení kompletní instalace	ANO, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 55
3) Název přístroje:	
Stolní chlazená centrifuga model 5702 R	Centrifuge 5702/ 5702 R/5702 RH - nízkorychlostní centrifuga - Eppendorf Česká republika
Technické parametry :	
Stolní laboratorní centrifuga chlazená	ANO, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
LCD displej	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 26



Ovládací prvky pro nastavení <ul style="list-style-type: none"> • rychlosti centrifugace • času centrifugace • teploty 	ANO, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57, NÁVOD K POUŽITÍ str. 26
Bezúdržbový indukční motor	ANO, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
Regulovatelné otáčky v min. rozsahu 300 - 4400 rpm v krocích po 100 rpm	ANO, 100-4400 rpm v krocích po 100 rpm, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
Přepočet otáček na odstředivou sílu (g)	ANO, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
Maximální gravitační pole min. 3000 x g	ANO, 3000 x g, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
Rychlost s výkyvným rotorem se závěsy min. 3000 x g	ANO, 3000 x g, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
Centrifugační komora z nerez oceli	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 17
Výkyvný rotor s adaptéry na zkumavky 5 a 10 ml	ANO, rotor A-4-38 s adp. pro zk. 5 a 10 ml, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
Centrifuga umožňuje uživatelskou výměnu rotorů	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 28
Automatická identifikace rotorů	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 28
Teplotní rozsah min. -5 – +40 °C	ANO, -9 až 40 °C, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
Vypnutí při nevyvážení	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 17, 30
Zvuková signalizace ukončení centrifugace	ANO, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 53
Funkce blokování tlačítek proti neúmyslným změnám nastavení	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 27, 41
Automatické zamykání a odemykání víka	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 25
Ochrana proti spadnutí víka	ANO, NÁVOD K POUŽITÍ str. 33
Hlučnost <55 dB	ANO, <46 dB (A), NÁVOD K POUŽITÍ str. 60
Hmotnost max. 35 kg	ANO, 35 kg, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
Max. rozměry (Š x H x V) 50 x 65 x 35 cm	ANO, 38x58x27 cm, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
Napájení 230 V, 50 Hz	ANO, 230 V, 50-60 Hz, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57
Včetně zařízení bude dodáno kompletní příslušenství a spotřební materiál pro okamžité použití zařízení, pro umožnění plnohodnotné instruktáže a k provedení kompletní instalace	ANO, PRODUKTOVÝ LIST str. 1, nabídka str. 57

**(účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce, Evidenční číslo ZP (v Registr zdravotnických prostředků - RZPRO))*

*** (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:*

1. u číselných údajů uvede účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem;



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.

V Poličce dne

Otakar
Klepárník

Digitálně podepsal
Otakar Klepárník
Datum: 2022.08.30
12:19:40 +02'00'

.....
Otakar Klepárník, jednatel




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2 Kupní smlouvy





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení prodávajícího o poddodavatelích s vymezením rozsahu, v jakém se poddodavatelé podílejí na plnění předmětu smlouvy, případně čestné prohlášení prodávajícího, že splní předmět smlouvy bez poddodavatelů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel:	MEDESA s.r.o.
Sídlo:	Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička
IČ:	64254577
Název veřejné zakázky:	Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN
Název části veřejné zakázky	Část č. 10 - Centrifuga

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována pomocí poddodavatelů.**

V místě:	Polička
Dne:	
Osobou (osobami):	Otakar Klepárník, jednatel
Podpis(y), příp. razítko:	Otakar Klepárník Digitálně podepsal Otakar Klepárník Datum: 2022.08.30 12:20:09 +02'00'



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4 Kupní smlouvy

Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát