

OBJEDNÁVKA - Oprava

Odběratel : Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600
333 01 Stod

IČ : 26361086

DIČ : CZ699005333

Obchodní společnost Stodská nemocnice, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Plzeň, oddíl B, vložka 1072.

Řada dokladu : 990

Číslo dokladu : 220129

Sklad : 123.00107

E-mail :

Dodavatel : Olympus Czech Group , s.r.o.

Evropská 176,
160 41 PRAHA 6 -Vokovice

Datum pořízení : 15.09.2022

Datum dodání : 30.09.2022

IČ : 27068641

DIČ : CZ27068641

řádek č.	Označení	Popis	Výrobní číslo	Oddělení
1	00171	gastrověž 2 videokolonoskop CF-HQ190 - odeslán na ex. opravu 26.07.	2417402	interna gastro

Dobrý den

Prosím o cenový návrh opravy endoskopu - Nefunkční tlačítko č.5, nevyhovující lepení ohebné části zaváděcího tubusu.

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky a zašlete na 

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

Cenový návrh číslo:
51789736 /14559

ze dne: 15.09.2022
platný do: 14.11.2022

Číslo Vaší objednávky:
N/A

Stodská nemocnice, a.s.
Interní odd. - GEA

Hradecká 600
.....
333 01 Stod



DATUM INSTALACE: 10.9.2014

PRACOVISTĚ: Interní odd. - GEA
PŘÍSTROJ: videokolonoskop

TYP: CF-HQ190L
VÝROBNÍ Č. : 2417402

NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:

- netěsnost krycí gumy ohebné části
- odštíplé hrany světlovodných čoček
- stopy po průniku vlhkosti do systému ovládací části přístroje
- prasklá dvířka horního krytu ovládací části přístroje
- narušená gumová část ovládacího tlačítka číslo 1
- prasklý kryt multikonektoru u kontaktů

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVĚST :

- částečnou demontáž - již provedeno
- dekontaminace - již provedeno
- výměnu světlovodných čoček
- výměnu krytky distálního konce včetně krycí gumy ohebné části
- výměnu vlhkosti poškozených částí ovládací části přístroje
- výměnu dvířek horního krytu ovládací části přístroje
- výměnu gumové části ovládacího tlačítka číslo 1
- výměnu konektorové části multikonektoru

UPZORNĚNÍ SERVISU: teplota resp. vlhkost v místnosti má negativní vliv na technický stav, provozuschopnost a životnost přístroje. Měly být specifikovány!

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.
Pronájem přístroje se řídí zápujčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

DNE: 15.9.2022

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.