

příloha č. 2

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Myčky instrumentária a obuvi			
2ks Steelco DS 610/2 SL + 1ks Miele PG 8592			
Myčky instrumentária 2 ks			
Dva prokládací (dvoudveřové) mycí a desinfekční automaty s mycím prostorem o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti	ANO	Ano, 10 DIN sít	
Certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát) s ohřevem elektro	ANO	Ano	
Max. příkon 12,8 kW	ANO	Ano, 12,8kW	
Max. vnější rozměry přístroje (vxšxh) 1960x685x700 mm	ANO	Ano, 1960x685x700	
Vnější opláštění nerez	ANO	Ano, nerez	
Osvětlení mycí komory	ANO	Ano	
Směrem dolů motoricky posuvné prosklené dveře	ANO	Ano	
Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické	ANO	Ano	
Termická i chemotermitická dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.	ANO	Ano	
Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu	ANO	Ano	
Mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny	ANO	Ano	
Dvouplášťové konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací	ANO	Ano	
Během mycího cyklu elektricky blokován dveře	ANO	Ano	
Výkonné oběhové čerpadlo o výkonu min. 750W	ANO	Ano, 750W	
Elektronická, mikroprocesorová volně programovatelná řídicí jednotka s dotykovým panelem (min. 40 programů)	ANO	Ano, 20+20	
Výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (+ software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring kompatibilní se stávající mycí a sterilizační technikou provozovanou na CS KNTB Zlín)	ANO	Ano	
Vestavěné dávkovací čerpadlo s měněním průtoků pro tekuté mycí popř. neutralizační prostředky s možností připojení tří dodatečných čerpadel	ANO	Ano	
Vestavěný výkonný horkovzdušný sušící agregát (min. 250 m ³ /hod) s HEPA filtrem H14	ANO	Ano, 250 m ³ /hod s HEPA filtrem H14	
Příslušenství:	---		
Dva mycí vozíky s 5-ti patry na OP instrumentárium (horní 4 úrovně vyjímatelné)	ANO	ano	
Mycí vozík na laparoskopie - 1 ks celkem	ANO	ano	
Myčka obuvi 1 ks			
Jednodveřový mycí a desinfekční automat, certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro max. příkon 9,3 kW	ANO	Ano, 9,3kW	
Termická i chemotermitická dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.	ANO	Ano	
Max. vnější rozměry přístroje (vxšxh): 835(včetně nerezového víka)x600x600 mm	ANO	Ano, 835x600x600	
Vnější opláštění nerez	ANO	Ano, nerez	
Dopředu výklopné celonerezové dveře	ANO	Ano	
Mycí a desinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické	ANO	Ano	
Přednastavené mycí a desinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. Vario TD, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C-10°, atd.)	ANO	Ano	
Bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy	ANO	Ano	
Mycí prostor bez topných těles, topná tělesa skrytá	ANO	Ano	
Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu	ANO	Ano	
Vícekomponentový filtrační systém mycí lázně	ANO	Ano	
Mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny	ANO	Ano, 2	
Kontrola mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen	ANO	Ano	
Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací	ANO	Ano	
Během mycího cyklu elektricky blokován dveře	ANO	Ano	
Automatické dovírání a uzamykání dveří	ANO	Ano	

Vestavěný horkovzdušný sušicí agregát o ventilačním výkonu min. 47 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,5 %)estavěný horkovzdušný sušicí agregát o ventilačním výkonu min. 47 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,5 %)	ANO	Ano, 47 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 - stupeň filtrace min. 99,5 %	
Mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 6 sít DIN, 48 GYN zrcátek nebo 14 párů OP obuvi	ANO	Ano, 14 párů OP obuvi	
Výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. 500 l/min	ANO	Ano, 500l/min	
Nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby	ANO	ano	
Elektronická, programovatelná řídicí jednotka (min. 14 základ. programů)	ANO	Ano, 14 programů	
Výstup pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (+ software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring kompatibilní se stávající mycí a sterilizační technikou provozovanou na CS KNTB Zlín)	ANO	Ano	
Modulární koncepce vnitřního košového vybavení	ANO	Ano	
Jeden vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii	ANO	Ano	
Jeden dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii	ANO	Ano	
Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem	ANO	Ano	
Vestavěný změkčovač vody	ANO	Ano	
Násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích	ANO	Ano	
Nerez podstavec pod myčku (vxšxh): 300x600x600mm	ANO	Ano, 300x600x600mm	
Mycí koše:	---		
Spodní koš/lafeta, pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců, výška osazení závisí na zvoleném horním koši	ANO	Ano	
Vložka pro uložení 10 párů OP obuvi, každý držák délky 265 mm, pro použití v lafetě spodního koše, možná příprava OP obuvi do velikosti 48	ANO	Ano	
Horní koš s vložkou pro uložení 4 párů OP obuvi do velikosti 41	ANO	Ano	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je die něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx