

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 80/2012 Sb. v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

Obchodní firma: Stamed s.r.o.
Se sídlem: Vřesová 667, 330 08 Zruč - Senec
Zastoupený: panem Stanislavem Kohoutem, jednatelem
IČ: 29161941
DIČ: CZ29161941

Bankovní spojení:

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27962

dále jen prodávající

a

Obchodní firma: Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6, příspěvková organizace
Se sídlem: Chittussiho 1108/1a, Praha 6 – Bubeneč, 160 00
Zastoupený: Mgr. Marta Želízková, MBA - ředitelka
IČ: 45243956
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení:

dále jen kupující

(prodávající a kupující dále společně i jako „účastníci smlouvy“ nebo „smluvní strany“)

Čl. II.

Vlastnické vztahy

1) Předmětem této smlouvy je dodávka: **myčka podložních mís a močových lahví – 3 ks** (dále i jen jako „předmět koupě“), a to dle příložené technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. III.

Předmět smlouvy

1) Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje výše uvedený předmět koupě a tento přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.

2) Kupující se touto smlouvou zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu podle této smlouvy.

Čl. IV. Kupní cena

1) Účastníci této smlouvy sjednávají za předmět koupě kupní cenu ve výši 448.350,- Kč plus 15 % DPH, tj. celkem **515.602,50 Kč**.

2) Kupující se zavazuje kupní cenu zaplatit prodávajícímu bezhotovostním převodem. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě řádného daňového dokladu (faktury), který splňuje veškeré zákonné požadavky. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po řádném předání zboží kupujícímu a podpisu předávacího protokolu (dodacího listu) jeho oprávněným zástupcem. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložena kopie kupujícím potvrzeného předávacího protokolu (dodacího listu). Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dní ode dne převzetí zboží kupujícím. Pověřeným zástupcem kupujícího jsou:

Mgr. Marta Želízková, MBA, e-mail: reditelka@ldn6.cz, tel.: 251 001 223, 774 778 886
Dagmar Čtvrtečková, e-mail: hlavnisestra@ldn6.cz, tel: 251 001 220, 725 520 820

3) V případě, že kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny této smlouvy, prodávající má nárok na úrok ve výši 0,05% z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

Čl. V. Dodací lhůta

1) Dodací lhůta předmětu koupě bude nejpozději do 90 dnů od podpisu této smlouvy.

2) Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení s předáním předmětu koupě a veškerého příslušenství v termínu podle čl. V této smlouvy.

Čl. VI.

Vlastnické právo

1) Účastníci smlouvy se dohodli, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

2) K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí ze strany kupujícího.

3) Místem dodání je: LDN Praha 6, Chittussiho 1108/1a, 160 00, Praha 6 – Bubeneč

Čl. VII.
Odpovědnost za vady, záruka

- 1) V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. §2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 2) Záruční doba činí 24 měsíců a řídí se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 3) Prodávající souhlasí se zveřejněním Smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 4) Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Kupující se zavazuje smlouvu v registru smluv uveřejnit neprodleně po doručení podepsané kupní smlouvy na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Ve Zruči


2022

V Praze dne 30. září 2022



_____ jednatel

Stamed s.r.o.



_____ Kupující
Mgr. Marta Želízková, MBA, ředitelka
Léčebna dlouhodobě nemocných

Příloha:

Technická specifikace

Nabídka uchazeče

Prohlášení o shodě

Požadovaná zdravotnická technika
Myčka podložních mís a močových lahví – 3 ks
1. Technické požadavky:

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota
<i>(uchazeč vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních Splňuje / Nesplňuje)</i>	
Název přístroje:	
Myčka podložních mís AF2.X60PG, AT-OS S.r.l	
<i>(uchazeč uvede přesné obchodní označení, model, výrobce)</i>	
Medicínský účel, použití, indikace:	
Myčka podložních mís pro vyprazdňování, výplach, čištění i parní dezinfekci toaletních nádob, zejména podložních mís, vík či urinálních lahví.	
Technické parametry, funkce:	
Mycí automat musí respektovat příslušné normy ČSN EN ISO 15883-1/3	Splňuje
Ovládání v českém jazyce	Splňuje
Koncepce plně automatického a volně stojícího přístroje	Splňuje
Nerezové provedení	Splňuje
Přední plnění s čelními výklopnými dveřmi	Splňuje
Šířka – max 600 mm	Splňuje
Hloubka – max 63 mm	Splňuje
Výška – max 1460 mm ± 10 mm	Nesplňuje
Možnost mytí dalších hygienických předmětů – př. sběrná nádoba na moč, ledvinové misky, plastová umyvadla, apod.	Splňuje
Výklopné dveře se záchytným systémem zabraňujícím případný únik tekutin z urinálních lahví	Splňuje
Kapacita pro automatické vyprázdnění a zpracování min 4x urinální lahve nebo min 2x podložní mísy	Splňuje
Minimálně 3 mycí programy: ekonomický, normální a intenzivní program	Splňuje
Kondenzátor páry	Splňuje
Nastavitelná úroveň termodezinfekce (A0 minimální 600 a výše)	Splňuje
Samodezinfekční program dle příslušné normy	Splňuje
Dotykový ovládací panel	Splňuje
Snímač teploty v mycí komoře	Splňuje
Zámek dveří proti otevření během mycího cyklu/dezinfekce	Splňuje
Kombinace rotačních a pevných mycích trysek	Splňuje

Vizuální a zvukový indikátor konce cyklu	Splňuje
Automat bude opatřen displejem zobrazující průběh programu, zbývajícím čas do konce cyklu, teplotu v komoře, chybové stavy a pod	Splňuje
Vizuální a zvukový indikátor poruchy + chybová hláška na displeji	Splňuje
Alarm či bezpečnostní opatření v případě ucpání sifonu	Splňuje
Automatický dávkovač změkčovače vody	Splňuje
Automatický dávkovač mycího prostředku a možnost kontroly množství	Splňuje
Alarm nedostatečného množství mycího prostředku	Splňuje
Automatické vyprázdnění celého systému na konci každého mycího cyklu	Splňuje
Příslušenství - univerzální koš (pro urinální lahve i podložní mísu)	Splňuje

NABÍDKA UCHAZEČE/DODAVATELE:

Název veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zboží :

„ myčka podložních mís a močových lahví – 3 ks “

Uchazeč/dodavatel:

název:	Stamed s.r.o.
adresa:	Vřesová 667, 330 08 Zruč-Senec
IČO:	29161941
DIČ:	CZ29161941
kontaktní osoba:	████████████████████
telefon:	██████████
e-mail:	obchod@stamed.cz

Nabídková cena:

cena/MJ bez DPH	149 450,- Kč
cena celkem bez DPH	448 350,- Kč
DPH	67 252,50 Kč
sleva	
cena celkem včetně DPH	515 602,50 Kč

Místo:	Ve Zručí-Senci
Datum:	
Vypracoval:	████████████████████
Podpis:	



DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer **AT-OS S.r.l.**
Address **Viale del Lavoro, 19**
Colognola ai Colli (VR) - ITALIA
Product Machine for washing and disinfection - **AF2**
UMDNS Code **17671**
Model Code **AF2.X60PG**

Classification (MDD, Annex IX, rule 15): **IIa**

We herewith declare under our sole responsibility that the above mentioned products meet the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All supporting documentation's are retained under the premises of the manufacturer and the notified body

DIRECTIVES

General applicable directives:

Medical Device Directive: COUNCIL DIRECTIVE of 14 June 1993 concerning medical devices (MDD 93/42/EEC), Annex I; 2007/47/EEC: updating to the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Standards

Standards applicable to this product are:

EN ISO 13485:2016 ; DIN 1988-2:1988 ; DIN EN 1717 :2001 ; DIN EN 13077 :2004 ; EN 61010-1:2010; EN 61010-2-40:2015; EN 60601-1-2:2015 + Recommendation NB-MED/2.12 Rec1; EN ISO 15883-1:2009; EN ISO 15883-3:2009.

Notified Body: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65,
D- 80339 München, Germany – Id code: 0123

Conformity Assessment Route: Annex II.3.

Colognola ai Colli, 26.09.2022

AT-OS S.r.l.

Francesco Avesani
(Regulatory Office)

