

AGEL a.s.
Jungmanova 28/17
110 00 Praha 1, Nové Město
CZ

Číslo zákazníka: 2000019510

V Praze, 11. července 2022

Název: CYSTOSKOP Flexibilní, 1 ks
Lokace: Agel Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
Kód ID: 00003185
Číslo nabídky: Q-90029

	Objednací číslo	Položka	Počet	Jednotková cena	Jednotková cena po slevě	Celková cena	Sazba DPH	DPH celkem
1	N6005550	Flex. cysto-nefro-firboskop CYF-5A Obsahuje: endoskop CYF-5A, transportní box, ETO-krytka, adaptér pro světlovodné kabely, port na pracovní kanál, čistící kartáčky kompatibilita se současně používaným testerem těsnosti, nástroji a ostatním endourologickým vybavením	1					
2	WA03300A	Světlovodný kabel, 2,8 mm x 3 m	1					
3	A2421	Úchopové kleště, flex., zoubky, 5 Fr. x 640 mm	1					
4	A2423	Bioptické kleště, flex., 5 Fr. x 640 mm	1					
5	A0223	Těsnící čepička prac. kanálu, 1,6 mm, 10 ks/bal.	1					

Celková cena po slevě bez DPH: 197 586,00 Kč
DPH 21%: 41 493,06 Kč
Celková cena včetně DPH: 239 079,06 Kč

Další informace, dodací a záruční podmínky

- Cena je platná při standardních cenových podmínkách.
- Platnost nabídky: 90 dnů, dodací lhůta: 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy, záruka: 24 měsíců.
- Doprava, instalace a zaškolení obsluhy jsou v ceně dodávky, servis zajišťuje Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu.
- Tato nabídka a její dílčí podmínky a aspekty jsou obchodním tajemstvím společnosti Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Děkují Vám za Váš zájem a v případě dotazu se na mě, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.



CYSTOSKOP Flexibilní - specifikace
 minimálních požadavků
 Lokace: Agel Středomoravská nemocniční
 a.s. - Nemocnice Prostějov
 Kód ID: 00003185
 Množství: 1 ks

Technické parametry	Uchazeč	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
	Název nabízené technologie	CYF-SA
Kompatibilita	Výrobce	OLYMPUS
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Kompatibilita s	se stávajícím endoskopickým příslušenstvím výrobce Olympus VÝHODOU, NE PODMÍNKOU DODÁNÍ ENDOSKOPU	ano
Technické parametry		
Samostatný odsávací kanál s ventilem	ANO/NE; Uvede dodavatel	ANO
Vestvřený Moiré filtr	ANO/NE; Uvede dodavatel	ANO
Zúžený atraumatický distální konec pro snadnější zavedení do močové trubice	ANO/NE; Uvede dodavatel	ANO
Průměr tubusu	max. 16,5 Fr.	16,5 Fr.
Průměr distálního konce	max. 12 Fr.	11,7 Fr.
Průměr pracovního kanálu	min. 7,2 Fr.	7,2 Fr.
Pracovní délka	min. 380 mm	380 mm
Směr pohledu	přímý	0°, přímý
Zorné pole	min 120°	120°
Hloubka zorného pole [mm] v rozmezí	3 - 50 mm	3-50 mm
Pohyb distálního konce nahoru/dolů	min. 210°/120°	210°/120°
Bioptické kleště - otevírání obou branží	5 Fr. x 640 mm, 1 ks	5 Fr. x 640 mm, 1 ks
Úchopové kleště - otevírání obou branží	5 Fr. x 640 mm, 1 ks	5 Fr. x 640 mm, 1 ks
Tester těsnosti, 1 ks - pokud není kompatibilní se stávající zkoušečkou těsnosti WA2308DA	ANO	kompotibilní
Sada čistících kartáčků	ANO	ano
Světlovodný kabel s délkou min. 3 m	ANO; 1 ks	2,8 mm x 3 m, 1 ks
Adapter pro připojení světlovodu	ANO; 1 ks	ano, 1 ks
Adapter pro připojení proplachu	ANO; 1 ks	ano, 10 ks
Krytka pro sterilizaci endoskopu	ANO; 1 ks	ano, 1 ks
Transportní box	ANO; 1 ks	ano, 1 ks