

LHL s.r.o.



NABÍDKA č. 22NA00686

Dodavatel: LHL s.r.o. Lipová 17/18 400 10 Ústí nad Labem DIČ: CZ27301800 IČ: 27301800 Nabídka č.: 22NA00686 Datum zápisu: 27.07.2022 Platno do:	Odběratel: IČ: 26873346 DIČ: CZ26873346 Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. Jeremenkova 1191/40a 779 00 Olomouc Tel.: Fax: Konečný příjemce: Středomoravská nemocniční a.s., o.z. Nemocnice Šterní 785 01 Šternberk
---	---

"Oxymetry pro společnosti skupiny Agel v ČR"-Agel Středomoravská nemocniční a.s.Nemocnice AGEL
Šternberk,kód ID:00003135,00003136

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
9849LHL:Ruční pulzní oxymetr Masimo Rad-G s SpO2 kabelem RD SET, SpO2, PR, PI, PVI, RRp	5 ks					
R1:Recyklační příspěvek	5 ks					



Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
4774LHL:Prodlužovací kabel SpO2 Masimo G15-12 k oxymetru Rad-G a RD SET sensorům, 3,7m délka	5 ks					
						
4325LHL:Sensor SpO2 prstový klip Masimo pro oxymetr RAD-G, pro dospělé, děti a kojence, váha > 3 kg	5 ks					
						
R2:Recyklační příspěvek	5 ks					

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
4003LHL:Sensor SpO2 jednorázový Masimo RD SET Neo, neonatalní/dospělý, adhezivní, < 3 kg nebo > 40 kg	120 ks					
R2:Recyklační příspěvek	120 ks					
Součet položek				213 554,00	44 846,34	258 400,34
CELKEM K ÚHRADĚ						258 400,34

Vystavil:



Pozn.: Zobrazené fotografie produktů se mohou lišit od skutečných produktů dle konfigurace.

Vyhrazujeme si právo na změnu cen.

**2. Pulzní oxymetr - specifikace
 minimálních požadavků**

Lokace: AGEL Středomoravská
 nemocniční a.s. - Nemocnice AGEL
 Šternberk
 Kód ID: 00003135, 00003136
 Množství: 5 ks

Technické parametry	Uchazeč	LHL S.R.O.
	Název nabízené technologie	Mosimo RAD-G
	Výrobce	Mosimo Inc. USA
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Medicinský účel		
určeno pro dospělé	Ano	Ano
určeno pro děti	Ano	Ano
určeno pro novorozence	Ano	Ano
určeno pro pacienty s velmi nízkou perfuzí	uvede dodavatel	Ano
Technické parametry		
displej	Ano	barevný dotekový displej
SpO2	Ano	Ano-Mosimo SET
rozsah měření	min. 0 - 99%, uveďte	0-100%
přesnost měření	max. ±3%, uveďte	±3%
tepová frekvence	Ano	Ano
rozsah měření	min. 30 - 230 bpm, uveďte	25-240 bpm
přesnost měření	max. ±5 bpm, uveďte	±5 bpm
perfuzní index (Pi)	Ano	Ano
funkce pro neinvazivní, kontinuální vyhodnocování stavu tělesných tekutin pacienta	Ano	Ano-PVI
celkový hemoglobin	Ne	Ne
rozsah měření	min. 0 - 25 g/dL, uveďte	Ne
přesnost měření	max. 1 g/dL (pro min. 8 - 17 g/dL), uveďte	Ne
karboxyhemoglobin	Ne	Ne
rozsah měření	min. 0 - 99%, uveďte	Ne
přesnost měření	max. 3% (pro min. 1 - 40%), uveďte	Ne
methemoglobin	Ne	Ne
rozsah měření	min. 0 - 99%, uveďte	Ne
přesnost měření	max. 1% (pro min. 1 - 15%), uveďte	Ne
pletysmografická křivka	Ano	Ano
NIBP	Ne	Ne
Indikátor kvality signálu	uvede dodavatel	Ano
audiovizuální alarmy	Ano	Ano
nastavení parametrů alarmů	přednastavené hranice, s možností jejich úprav (pro horní i dolní mez)	Ano
paměť měření	Ano	Ano
napájení	uvedte typ a počet baterií	1 ks Lithium ion
doba provozu na baterie	min. 8 hodin, uveďte	24 hodin
hmotnost	max. 350 g	270g
Příslušenství		
Nabíječka/ dokovací stanice	Ano	Ano
Ochranný gumový obal	Ano, pokud je dostupný	Ne
Kabely a senzory pro měření požadovaných parametřů	Ano	Ano
prodlužovací kabel k SpO2 senzorům - délka min. 3 m	Ano, celkem min. 5 ks	5ks
SpO2 prstový klip pro dospělé, děti a kojence (>3kg)	Ano, celkem min. 5 ks	5ks
	reciklační poplatek	
SpO2 senzor jednorázový - neonatální, adhezivní	Ano, celkem min. 120 ks	120 ks 4003LHL RD SET NEO
	reciklační poplatek	
SpO2 senzor ušní	NE	Ne
	reciklační poplatek	
SpO2 prstový klip, dětský (10-50kg)	NE	Ne
	reciklační poplatek	
Manžeta NIBP pro kojence (8-13cm) pro opakované použití	NE	Ne
Hadice pro připojení manžet NIBP	NE	Ne
Součástí nabídky bude i nabídka na veškerý dostupný spotřební materiál	ANO	Ano