



AGEL a.s.
Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

Věc: cenová nabídka přístrojové techniky pro poptávkové řízení "Rehabilitace 1 pro členy skupiny AGEL v Čechách" srpen 2022

3. Přístroj pro lymfodrenáž 00003223 (2 soupravy)

Číslo nabídky: 220801-01

Lokace: Nemocnice AGEL Přerov

Položka nabídky / Přístroj	Cena / ks bez DPH (Kč)	Ks	Cena celkem bez DPH (Kč)	Sazba DPH %	DPH (Kč)	Cena celkem vč. DPH (Kč)
BTL-6000 Lymphastím 12 TOPLINE	73 500,00	2				
Aplikátor kalhoty 24 komor (zip, šedý)	16 950,00	2				
Rozšiřující pás pro kalhoty 24 komor (zip, šedý)	700,00	4				
Aplikátor kalhoty 24 komor velikost XL (suchý zip)	18 800,00	2				
Aplikátor ruka s prsní komorou, 8 komor	5 450,00	4				
Rozdvojka aplikátorů k připojení 2 aplikátorů ruka	2 050,00	2				
Přístrojový stůlek pro BTL-6000	11 650,00	2				
Celkem za část			270 500,00		56 805,00	327 305,00

Za BTL zdravotnická technika, a.s.
Ing. Radovan Sedlář, prokurista

**3. Přístroj pro lymfodrenáž -
specifikace minimálních požadavků**

Lokace: AGEL Středomoravská nemocniční
a.s. - Nemocnice AGEL Přerov
Kód ID: 00003223
Množství: 2 ks

Technické parametry	Uchazeč	BTL zdravotnická technika, o.s.
	Název nabízené technologie	BTL-6000 Lymphostim 12 Topline
Technické parametry	Výrobce	BTL Industries Ltd.
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Přístroj pro 12-ti kanálovou lymfodrenáž	Ano	ANO, 12 kanálů
Barevný displej	Ano	ANO, barevný dotykový displej 5,7"
Uživatелеm definované programy	Ano	ANO >100 pozic
Přednastavené programy	Ano	ANO
Programy	min. drenáž z centra, drenáž z periferie, nastavení doby aplikace, lokální drenáže, rychlosti postupu tlakové vlny a tlakového gradientu, uživatelem programovatelná sekvence	ANO
Plynulé nastavení tlaku	min. 20 - 90 mmHg	ANO, 20–160 mmHg
Nastavení gradientu	Ano	ANO
Režim individuálního vypnutí jednotlivých komor	Ano	ANO
Příslušenství:		
Aplikátor kalhoty	ANO, min. 24 komor, celkem 2 ks	ANO, 2 ks
Aplikátor kalhoty XXL	ANO, min. 24 komor, celkem 1 ks	ANO, 1 ks
Aplikátor noha	ANO, min. 10 komor, celkem 1 ks	ANO, 1 ks
Aplikátor ruka s prsní komorou	ANO, min. 8 komor, celkem 2 ks	ANO, 2 ks
OSTATNÍ		
Záruka (během záruky BTK a servis zdarma)	ANO, min. 24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Přístroj musí mít prohlášení o schodě a CE označení	ANO	ANO, má