

**Příloha č. 1 - Technická specifikace vč. požadavků Zadavatele**

**Monitor transkutánního kyslíku**

Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy)	Scanlab Praha s.r.o., IČO 24176753, Dr. Marodyho 143, 196 00 Praha 9	
Výrobce		
Jednoznačný název a typ modelu přístroje		
<b>Technické požadavky</b>	<b>Splnění požadavku ANO/NE</b>	<b>Poznámky a komentáře</b>
Monitor - 4 měřicí kanály	ano	4 měřicí kanály jsou součástí přístroje
Fotooptický způsob měření	ano	tento princip je u senzorů používán
Senzory bez membrán	ano	membrány u těchto senzorů nejsou
Dotyková obrazovka	ano	
Ovládání v českém jazyce	ano	angličtina, čeština, slovenština
<b>Přenosný</b>	ano	
Možnost připojení k el. energii, ale i provoz na baterii (provoz na baterii min. 2 hod.)	ano	provoz z baterie až 3 hodiny
Schopnost měření po zapnutí přístroje do jedné minuty	ano	max 50 vteřin
Možnost komunikace s PC a tisk výsledných protokolů	ano	tiskárna je součástí dodávky
Součást přístroje:		
50 fixačních kroužků/1 měřicí kanál	ano	200 kroužků celkem
1 lahvička kontaktní kapaliny/1 měřicí kanál	ano	4 kontaktní kapaliny
Barevná tiskárna pro tisk výsledků	ano	součástí dodávky
<b>Další požadavky</b>		
Záruční doba přístroje min. 2 roky	ano	

<p>Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)</p>	ano	
<p>Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)</p>	ano	
<p>Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.</p>	ano	
<p>Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD, provedení zaškolení personálu.</p>	ano	
<p>Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.</p>	ano	
<p>Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu musí být realizovány plně na náklady dodavatele.</p>	ano	
<p>Dodavatel předloží jako součást nabídky požadavky na stavební připravenost pro montáž přístroje</p>	ano	požadavky žádné nejsou

