

AGEL	AGEL	AGEL	AGEL	AGEL	Povinné	Povinné	Povinné	AGEL	Povinné	Vzorec	Kola	Povinné	Vzorec	Povinné	Povinné	Povinné	
											2. kolo						
Položka	ID	Lokace	Název	Ko	Název uchazeče	ICO	Typové označení/ Název nabízené technologie	Vyrobce	Spínaní kvalifikace	Cena za 1 ks bez DPH (cena náklady / pojistné / ostatní o specifikace, dopravu, instalaci, zaškolení, školení všech zúčastněných zúčastněných a dokumentů)	Cena celkem bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH	Sazba DPH %	Phyzická nář Hmotnost (v letech)	Doba zrušení, Sčítan zrušení požadujeme sazba a sazbový základ (v měsících)	Termín dodání (v týdnech)
6	00003207	AGEL Středomoravská nemocnice a.s.	MOTOMED PRO TEZBAP/NA LÚZU	1	Medisson s.r.o.	28124637	MOTOMed leto 2.	RECC-Technik GmbH & Co.KG	AND	307 700,00 Kč	309 700,00 Kč	307 700,00 Kč	309 897,00 Kč	21%	10	24	10

Nabídkový a technický list

MOTomed letto 2 / nohy/ruce pro cvičení na lůžku



MOTomed letto 2 nohy/ruce

- > motorem podporovaný léčebný pohybový přístroj je určen pacientům dlouhodobě připoutaným na lůžko
- > slouží dennímu pasivnímu, asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku na lůžku nebo na lehátku
- > používá se u pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko na klinikách, v pečovatelských zařízeních nebo v domácím prostředí
- > dá se bez námahy dopravit k lůžku, bezpečně upevnit a optimálně nastavovat bez potřeby přesouvat pacienta
- > pomocí otáčivé obslužné jednotky s velkou barevnou obrazovkou
- > software přístroje obsahuje: program na uvolňování křečů, zařízení na ochranu pohybu a uvolňovací pohon, zařízení pro cvičení "servo", trénink symetrie, motivační program MOTOMax, vyhodnocování tréninku jakož i pomocné zařízení pro nasedání do přístroje a vystupování z přístroje
- > důkladné procvičování dolních i horních končetin podporované motorem
- > uvolňovací pohon pro snížení svalového napětí
- > ochrana pohybu a program na uvolňování křečů s automatickou změnou směru otáčení – rozpozná vystřelující křeče a uvolňuje je podle léčebné zásady
- > asistované šlapání "servo"
- > cvičení symetrie
- > motivační program MOTOMax
- > nastavení zátěže od 1 do 20
- > nastavení síly motoru 1 do 10
- > nastavení počtu otáček od 0 do 60 O/min
- > vyhodnocování tréninku a jednotlivých cvičení (údaje o výkonu)
- > bezpečnostní podložky pro chodidla s vnější rotací pro bezpečné držení a správnou polohu během tréninku
- > výbava: základní jednotka s pojízdným zařízením s otáčecí ovládací jednotkou s barevným displejem a nouzovým vypínačem, držáky rukou, chodidlové podložky určené k dezinfekci vč. dezinfikovatelných fix. pásek (1pár), odkládací konzoly, horizontální nastavení vzdálenosti motoru od pacienta – manuální, výškové nastavení pomocí hydraulické páky, lýtková upevnění pro dolní končetiny TrainCare komfort včetně dezinfikovatelných pásek, podložky pro dolní část paží - dezinfikovatelné vč. pásek, rozpínací pojízdné zařízení

6. MOTOMED PRO TERAPII NA LŮŽKU -

specifikace minimálních požadavků

Lokace: AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Kód ID: 00003207

Množství: 1 ks

Technické parametry	Uchazeč	Modisson s.r.o.
	Název nabízené technologie	MOTOMed letto 2
	Výrobce	RECK-Technik GmbH & Co.KG
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Technické parametry		
Léčebný pohybový přístroj na pasivní, aktivní i asistované cvičení	ANO	ANO
Určení	min. pro pacienty v sedě, leže, nebo polosedu na lůžku	pro pacienty v sedě, leže, nebo polosedu na lůžku
Možnost projet přístrojem standardními dveřmi (900 mm)	ANO	ANO
Nastavitelná výška přístroje	ANO	ANO
Funkce	nk, uvolňování křečí, trénink symetrie, motivační progra	pasivní, aktivní pohybový trénink, uvolňování křečí, trénink symetrie, motivační program, vyhodnocování tréninku
Biofeedback; barevná motivace; pohybové hry	NE	NE
Přednastavené programy, individuální nastavení obtížnosti, antispastická kontrola, možnost změny i během terapie	uvede dodavatel	Přednastavené programy, individuální nastavení obtížnosti, antispastická kontrola, možnost změny i během terapie
Modul pro dolní končetiny Pro pasivní pohyb (výpomoc motoru) a pro aktivní pohyb (pouze pohyb pomocí svalů) dolních končetin	ANO	ANO
Nastavitelné pedály	ANO	ANO
Modul pro horní končetiny Pro pasivní pohyb (výpomoc motoru) a pro aktivní pohyb (pouze pohyb pomocí svalů) horní poloviny těla	ANO	ANO
Nastavitelné madla pro HKK	ANO	ANO
Možnost nastavení počtu otáček	ANO, uveďte	ANO, 1-60 ot/min
Možnost nastavení zátěže	ANO, uveďte	ANO, 0-20
Možnost nastavení síly motoru	ANO, uveďte	ANO
Tichý a výkonný motor s výkonem	uvede dodavatel	ANO
Příslušenství		
Kolečka pro snadný transport	ANO	ANO
Držáky pro ruce/ předloktí	ANO	ANO
Držáky pro chodidla/ nártý	ANO	ANO
Držáky lýtek	ANO	ANO
Bezpečnostní upnutí vozičkáře	NE	NE
OSTATNÍ		
Záruka (během záruky BTK a servis zdarma)	ANO, min. 24 měsíců	ANO, 24 MĚSÍCŮ
Přístroj musí mít prohlášení o schodě a CE označení	ANO	ANO