

KUPNÍ SMLOUVA

vč. záručního servisu

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi:

BERINGEI, s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 55/47, 639 00 Brno-střed-Štýřice

IČ: 48169731

DIČ: CZ48169731

Plátce DPH: ANO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75698

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Milanem Bučkem
jednatel

(dále jen „prodávající“)

a

Vsetínská nemocnice a.s.

se sídlem: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

IČ: 26871068

DIČ: CZ26871068

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2946

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Martinem Pavlicou, MHA
předsedou představenstva

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu novou **věž laparoskopickou vč. příslušenství** dle příloh
 - Krycí list nabídky
 - Požadavky na předmět plnění
 - Specifikace předmětu plnění(dále jen „předmět smlouvy“ či „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy.

Spolu s předmětem smlouvy budou kupujícímu předány také doklady potřebné pro řádné užívání předmětu smlouvy dle aktuálně platné legislativy, tj. zejména tč.:

 - a) pro všechny části předmětu smlouvy (viz Příloha Specifikace předmětu plnění) bude dodáno prohlášení o shodě, příp. declaration of conformity (v překladu do českého jazyka) v listinné podobě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 - b) platný doklad opravňující k poskytování autorizovaného servisu na základě zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích;
 - c) platný, výrobcem vystavený doklad pověřující k provádění instruktáží dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích;
 - d) aktuální návod k obsluze v českém jazyce odpovídající dodané verzi přístroje (v tištěné i elektronické podobě);

Všechny části předmětu smlouvy (viz Příloha Specifikace předmětu plnění), v případě, že to vyžaduje legislativa, musí být označeny značkou CE s číslem notifikované osoby a zároveň jedinečnou identifikací prostředku (UDI), či jiným způsobem v souladu s platnou legislativou.
2. Předmětem smlouvy je **rovněž plný záruční servis po dobu 36 měsíců**.
3. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět smlouvy kupní cenu, uvedenou v Příloze Krycí list nabídky.
4. Proávající dále prohlašuje, že na předmětu smlouvy nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem smlouvy disponovat. Součástí dodávky je rovněž veškerá a úplná dokumentace, která opravňuje kupujícího předmět smlouvy užívat, nebo je podmínkou jeho užívání.
5. Předmět smlouvy (přístrojové vybavení) je součástí schváleného projektu 98. výzvy IROP (Prioritní osa 6: **REACT-EU**). V případě přidělení finančních prostředků bude tento projekt s názvem **Rozvoj a zvýšení odolnosti Vsetínské nemocnice a.s.** (registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016284) financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
6. Vyplývá-li z povahy příslušného ustanovení, že předmětem smlouvy je myšlena *nová věž laparoskopická vč. příslušenství* jako taková, vztahuje se konkrétní ustanovení na *věž laparoskopickou vč. příslušenství* jako takovou.

II.

Kupní cena, cena za plný záruční servis

1. Kupní cena za novou **věž laparoskopickou vč. příslušenství**, tj. její dodávka, instalace a cena za plný záruční servis po dobu 36 měsíců je uvedena v Příloze Krycí list nabídky.
2. Plný záruční servis je specifikován v dalších člancích této smlouvy.

3. V kupní ceně za předmět smlouvy je zahrnuto dodání předmětu smlouvy kupujícímu do místa plnění, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), školení obsluhy kupujícího a protokolární předání předmětu smlouvy včetně vystavení instalačního a předávacího protokolu, dopravné, clo a veškeré další související náklady (např. též poplatky, daně aj.); dále též „dodávka a instalace“.
4. Kupní cena - bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání předmětu smlouvy kupujícímu, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy předmětu smlouvy a podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.
6. Cena za plný záruční servis - prodávající je oprávněn vystavit vůči kupujícímu fakturu za poskytování plného záručního servisu vždy za období jednoho měsíce k poslednímu kalendářnímu dni měsíce.
7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Faktury zašle prodávající elektronicky, na adresu: [REDAKCE]
8. Prodávající je povinen uvést na faktuře větu: „**Zakázka je financována z IROP v rámci projektu registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016284**“. Tato povinnost se netýká následných faktur za plný záruční servis.
9. Nezaplátí-li kupující prodávajícímu cenu řádně a včas, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
10. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

III.

Doba a místo dodání předmětu smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy do 100 dnů od účinnosti smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího.
3. Servisní činnosti mohou být vykonávány i v jiných prostorech, pokud tak bude mezi smluvními stranami dohodnuto.
4. Prodávající se zavazuje vyzkoušet kupujícího o připravenosti předání zboží nejméně 10 pracovních dnů předem. Kupující provede při dodání předmětu smlouvy fyzickou převjemku.
5. Kupující předmět smlouvy převezme, nevykazuje-li žádné vady. Pokud nebude předmět smlouvy dodán v požadovaném množství, jakosti, druhu a provedení, má kupující právo dodávku odmítnout. Odmítnutí a důvody vyznačí v dokladech prodávajícího.
6. Dokladem o doručení je dodací list, opatřený podpisem osoby oprávněné k převzetí předmětu smlouvy ([REDAKCE] nebo [REDAKCE] nebo [REDAKCE] nebo [REDAKCE]).
7. Za předání předmětu smlouvy se považuje jeho dodání na adresu sídla kupujícího, dále pak jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání

(čl. I. odst. 1 této smlouvy), prokazatelné zaškolení obsluhy kupujícího včetně vystavení dokladu o zaškolení s možností školit další pracovníky zaškolenou obsluhou, vystavení a podpis protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.

8. Protokol o předání předmětu smlouvy bude obsahovat potvrzení kupujícího o tom, že byla ze strany prodávajícího obsluha předmětu smlouvy seznámena s návodem k použití.
9. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení předmětu smlouvy do provozu.
10. Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět smlouvy řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení, a to až do řádného předání předmětu smlouvy kupujícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

IV.

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy, převod vlastnického práva

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem protokolárního předání předmětu smlouvy (čl. III této smlouvy), obdobně tak vlastnické právo.

V.

Odpovědnost za vady předmětu smlouvy, záruka, servis, PBTk, sankce

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami.
2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na předmět smlouvy záruku po dobu 36 měsíců a po stejnou dobu i plný záruční servis na předmět smlouvy. Záruka začíná běžet od data protokolárního předání předmětu smlouvy. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět smlouvy používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení závady do jejího úplného odstranění.
3. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího po dohodnutou dobu plný záruční servis a dále též údržbu zařízení dle platných právních předpisů a dle doporučení výrobce (označení pro uvedené servisy a činnosti též „servis“). Kupující se zavazuje hradit za to prodávajícímu cenu uvedenou v této smlouvě.
4. Servis dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly (dále jen „PBTk“) předmětu smlouvy dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a to v rozsahu dle předpisu výrobce včetně provedení elektrické revize dle ČSN, provádění aktualizace a upgrade SW, které jsou doporučeny výrobcem (tak, aby byl předmět smlouvy plně funkční a kompatibilní s dalšími systémy),
 - opravy poruch a závad zařízení, tj. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů a jeho následné bezpečné použití při poskytování zdravotní péče,
 - preventivní kontroly a revize všech součástí zařízení a jeho příslušenství, kalibrace a nastavení zařízení, kontrola funkčnosti s přezkoušením provozních údajů atd., dle pokynů výrobce,

- podávání informací o stavu a bezpečnosti servisovaného systému a o případných žádoucích opravách a seřizovacích zásazích,
 - provedení technických změn, které bude obecně nutné pokládat za nezbytné z provozních nebo bezpečnostních důvodů,
 - (po dobu záruky) školení obsluhy kupujícího prodávajícím,
 - provádění opatření k předcházení škod zahrnující min. čištění, mazání a seřizování mechanických částí,
 - vedení evidence servisních prací, kde budou zapsány všechny servisní úkony včetně vyměněných náhradních dílů a dalšího materiálu,
 - dodávky originálů všech náhradních dílů a spotřebního materiálu /*Zde pro odstranění pochybností se upozorňuje, že součástí předmětu smlouvy (dodávky) je rovněž Příslušenství uvedené v Příloze - Požadavky na předmět plnění v uvedeném množství; Na základě této smlouvy však nebude dodáváno Příslušenství definováno v Příloze - Požadavky na předmět plnění, nad rámec množství uvedeného v dané příloze*/, které jsou nutné pro plně funkční provoz předmětu smlouvy bez omezení a je nutno je vyměnit např. při kontrolách, revizích, odstraňování poruch a závad zařízení, tj. všechny součásti či příslušenství předmětu smlouvy s výjimkou dodávky elektrické energie; Kupující tak nebude prodávajícímu hradit ničeho navíc, všechno je již obsaženo v cenách uvedených v Příloze Krycí list nabídky. Cena zahrnuje též veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací předmětu smlouvy, například cenu odborných služeb, dopravní náklady, čas strávený na cestě a ubytování pracovníků prodávajícího, apod.
5. Běžný servis a běžná odborná údržba zařízení budou vykonávány v termínech dle provozních potřeb zařízení, v mírném časovém předstihu, nejpozději však k datu expirace validity předcházející činnosti daného typu. Proávající zodpovídá za dodržování časových intervalů PBTk u zařízení. Pokud nebude dohodnuto jinak, PBTk a běžný servis a běžná odborná údržba budou prováděny v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.
6. Potřebné servisní zásahy (veškeré činnosti mimo výše uvedený běžný servis a běžnou odbornou údržbu; v případě nejasností, zda se jedná o běžný servis a běžnou odbornou údržbu nebo potřebné servisní zásahy, je daná činnost považována za potřebné servisní zásahy) budou prováděny operativně na telefonickou, nebo písemnou výzvu kupujícího v následujících časových relacích (počítáno od okamžiku nahlášení závady kupujícím):
- nástup na servisní zásah do 48 hodin,
 - s dobou odstranění závady bez dodávky náhradního dílu nebo jiného potřebného materiálu do 24 hodin od nástupu na servisní zásah,
 - s dobou odstranění závady s dodáním náhradního dílu nebo jiného potřebného materiálu (i ze zahraničí) do 48 hodin od nástupu na servisní zásah.
- V případě, že nebude možné závadu odstranit do doby výše uvedené (kurzívou označený text), bude prodávajícím bezplatně vypůjčen kupujícímu po dobu opravy odpovídající předmět smlouvy (obdobná konfigurace), a to do doby dalších 24 hodin.
7. V případě, že prodávající v rámci této smlouvy provedl v daném měsíci jakoukoliv činnost, je s četností min. jednou měsíčně povinen o tom informovat kupujícího, a to tímto způsobem
- pracovní výkazy a dodací listy v listinné podobě, potvrzené podpisem obsluhy zařízení, vč. identifikace této osoby (např.: jméno a příjmení hůlkovým písmem), dokladující konkrétní činnosti prodávajícího v daném měsíci,

- protokoly z aktuálně provedených PBTk, z elektrických revizí obsahující naměřené hodnoty, zjištěné skutečnosti a výsledek dané kontroly v podobě doporučení pro další použití zařízení. Originály protokolů z PBTk a elektrických revizí v listinné podobě budou objednateli odesílány bezprostředně po provedení PBTk. Protokoly budou podepsány prodávajícím/zhotovitelem vč. identifikace podepisující osoby (např.: jméno a příjmení hůlkovým písmem).
- 8. Pro případ prodlení prodávajícího s prodlením v termínu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý den trvání prodlení.
- 9. Pro případ prodlení prodávajícího s prodlením v termínu definovaném v odst. 6 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den trvání prodlení.
- 10. V případě, že prodávající neposkytne kupujícímu servis, a to zejména dle čl. V. odst. 4, řádně a včas, je kupující oprávněn objednat předmětný servis u jiného subjektu s tím, že prodávající se zavazuje uhradit cenu, která je předmětem dohody mezi kupujícím a tímto jiným subjektem. Právo na náhradu škody není tímto dotčeno (např. také penále od SÚKL, škoda vzniknuvší pacientovi).
- 11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v žádném případě uvedeném v této smlouvě (zejména čl. III odst. 10, čl. V odst. 8 a 9) týkající se situace upravené „smluvní“ pokutou.

VI.

Salvatorní klauzule

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

VII.

Doklady před podpisem smlouvy

1. Prodávající před podpisem smlouvy doložil kupujícímu následující doklady, které jsou nezbytné pro její uzavření:
 - a) pro odbornou způsobilost k distribuci a servisu zdravotnických prostředků doklad, který bude doložen jednou z níže uvedených možností:
 - a1) Potvrzením ohlášení registrace vydané SÚKL nebo
 - a2) Výpisem z registru SÚKL dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích nebo uvedením URL adresy, na které je možné registraci ověřit, případně
 - a3) Doložením Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti vydané Ministerstvem zdravotnictví dle platných právních předpisů s tím, že po splnění povinnosti registrace na SÚKL bude potvrzení od SÚKL doloženo.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí mít písemnou formu, musí v něm být popsán důvod odstoupení a podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně, v pochybnostech 3. dnem po odeslání. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani práva na zaplacení smluvní pokuty.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovém porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:
 - prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delší 30 dnů od splatnosti,
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy dle této smlouvy delší než 30 dnů,
 - prodlení se servisem delší než 5 dnů,
 - nemožnost odstranit vady dodaného zboží, jakož i v případě, nelze-li věc užívat pro opakovaný výskyt vad (více než 2x), a to i vad různého charakteru, po opravě či výskytu většího počtu vad současně, a to v době záruky,
 - v případě, že se kterékoli prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé,
 - jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým,
 - při nedodání dokladů (dokumentů) uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy při předání předmětu smlouvy, či neoznačení předmětu smlouvy dle čl. I odst. 1 této smlouvy, apod.

IX.

Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozvědí.
2. Prodávající není oprávněn převést práva a povinnosti z této kupní smlouvy či z její části na třetí osobu bez souhlasu kupujícího.
3. Prodávající má povinnost řádně uchovávat a umožnit přístup k veškeré dokumentaci a účetním dokladům souvisejícím s realizací této smlouvy, a to minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, bude použita lhůta delší. Tato povinnost se nevztahuje na plný záruční servis.
4. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného

orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci předmětu smlouvy, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s předmětem smlouvy; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. Uvedené povinnosti se nevztahují na plný záruční servis.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými ustanoveními OZ, zejména jeho § 2079 a následujícími, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při výkladu této smlouvy nemají obchodní zvyklosti přednost před právními předpisy, zejména před OZ.
3. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. S ohledem na ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti jejím podpisem.
8. Podle § 6 odst. 4 ZZVZ je zadavatel při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit. Zadavatel v souladu s tímto ustanovením uvádí, že vzhledem k povaze a smyslu zakázky žádná zvláštní podmínky nestanovuje. Zadavatel požaduje při plnění zakázky dodržovat minimální standardy plynoucí z právního řádu, tj. zákaz nucené a dětské práce, transparentní dodavatelský řetězec, vyplácení spravedlivé mzdy, bezpečné pracovní podmínky, dodržování pracovní doby a platné pracovní smlouvy, dodržování podmínek legálního zaměstnávání, důstojných pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění této veřejné zakázky.

Seznam příloh kupní smlouvy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (záložka *Krycí list*) (Příloha č. 5 Zadávací dokumentace)


Příloha č. 2 – Požadavky na předmět plnění (Příloha č. 6 Zadávací dokumentace)

Příloha č. 3 – Specifikace předmětu plnění (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace)

V Brně

dne

BERINGEI, s.r.o.



Digitally signed by

Date: 2022.10.17

.....
Ing. Milan Bučko
jednatel

Ve Vsetíně

dne

Vsetínská nemocnice a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2022.10.17

.....
Ing. Martin Pavlica, MHA
předseda představenstva

Příloha č. 5 - Krycí list nabídky

Pokyn zadavatele: vyplňte buňky označené ...

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
ZADAVATEL	
název adresa	Vsetínská nemocnice a.s. Nemocniční 955 755 01 Vsetín
zastoupený funkce	<i>Ing. Věrou Prouskovou, MBA</i> předsedkyně představenstva
identifikační číslo	268 71 068
IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
název zakázky	Věž laparoskopická vč. příslušenství
druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na dodávky
režim veřejné zakázky	nadlimitní
druh zadávacího řízení	otevřené řízení
předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH)	4.170.000,00 Kč bez DPH
název projektu	Rozvoj a zvýšení odolnosti Vsetínské nemocnice a.s.
registrační číslo projektu	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016284
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
název adresa sídla podnikání	BERINGEI, s.r.o. Vídeňská 55/47 63900 Brno-Střed-Štýřice
identifikační číslo	48169731
daňové identifikační číslo	CZ48169731
číslo bankovního účtu	██████████
telefon	██████████
datová schránka	██████████
webové stránky	██████████
Kontaktní osoba pro jednání ve věcech zakázky	
jméno, příjmení	Ing. Milan Bučko
funkce	jednatel
telefon	██████████
e-mail	██████████

NABÍDKOVÁ CENA (hodnoticí kritérium)			váha kritéria 100%
1	Věž laparoskopická (1 ks) vč. příslušenství (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
	4 164 260,00 Kč	874 494,60 Kč	5 038 754,60 Kč
2	Plný záruční servis věže laparoskopické (1 ks) vč. příslušenství po dobu 36 měsíců		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena vč. DPH za 36 měsíců (Kč)
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)		DPH za 1 měsíc (Kč)	cena vč. DPH za 1 měsíc (Kč)
0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
K1	4 164 260,00 Kč	874 494,60 Kč	5 038 754,60 Kč

Hodnota (cena) v řádku buňky **K1** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1** a **2**.

Poznámka:

Buňky označené ... * *budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.*

Požadavky na nabídkovou cenu:


- a) nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- b) nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- c) nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

V Brně dne 09.06.2022

účastník: BERINGEI, s.r.o.

jméno, příjmení: Ing. Milan Bučko

funkce: jednatel



Digitally signed by

[Redacted]

Date: 2022.10.17

[Redacted]

Příloha č. 6

POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ – AKTUAL 2

Předmětem plnění je dodání nové, nerepasované, nepoužité **věže laparoskopické vč. příslušenství** dle níže uvedených požadavků.

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

(Pokyn zadavatele: ve sloupci „**Parametry požadavku**“ doplňte údaje (parametry) Vámi nabízené techniky v buňkách, které nejsou označeny textem „**ANO (SPLŇUJE)**“)

Požadavky na předmět plnění		Parametry požadavku
VĚŽ LAPAROSKOPICKÁ (1 ks)		
A	Monitor (1 ks)	
LCD Full HD technologie		ANO (SPLŇUJE)
Úhlopříčka min. 31", formát 16:9		31,5", 16:9
Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px		3840 x 2160 px
Kontrast min. 1000:1		1000:1
Svítivost min. 450 cd/m ²		450 cd/m ²
Zobrazení 2D		ANO (SPLŇUJE)
Funkce PIP, POP		ANO (SPLŇUJE)
Úhel zobrazení min. 178 ° všemi směry		178° všemi směry
Vstupy minimálně: 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI, 1x 3G-SDI a 1x DVI-D		2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI, 1x 3G-SDI a 1x DVI-D
Výstupy minimálně: 2x 12G-SDI a 1x 3G-SDI		2x 12G-SDI a 1x 3G-SDI
Funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920 x 1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840 x 2160 (4K)		ANO (SPLŇUJE)
Formát barevného podání: BT.2020 / BT.709		ANO (SPLŇUJE)
VESA standard pro uchycení monitoru		ANO (SPLŇUJE)
Certifikace MDE		ANO (SPLŇUJE)
Antireflexní, odolný desinfekci		ANO (SPLŇUJE)
SDI kabel v délce min. 8 metrů		8 metrů

B	Kamerová jednotka vč. LED světelného zdroje (1 ks) (požadavky na LED světelný zdroj jsou uvedeny níže v písmenu C)	
	Medicínský atest	ANO (SPLŇUJE)
	Režim zobrazení 2D	ANO (SPLŇUJE)
	Integrovaný HDTV videoprocessor a světelný zdroj s technologií LED nebo samostatná kamerová jednotka a LED zdroj světla	<i>Integrovaný HDTV videoprocessor a světelný zdroj s technologií LED.</i>
	Podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie	ANO (SPLŇUJE)
	Podpora 3čip CCD kamerové hlavy, 3čip CMOS kamerové hlavy, flexibilních i rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci – bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie	ANO (SPLŇUJE)
	Ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem, klávesnicí nebo pomocí endoskopu	<i>Ovládání kamerové jednotky pomocí dotykového displeje, případně lze ovládat i pomocí klávesnice a endoskopu</i>
	Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích	ANO (SPLŇUJE)
	Schopnost nastavení poměru stran zobrazení – 16:10 / 16:9 / 4:3 / 5:4	ANO (SPLŇUJE)
	Vnitřní paměť pro uložení min. 10 předvoleb	10
	Možnost rotace obrazu o 180°, vertikální a horizontální zrcadlení obrazu	ANO (SPLŇUJE)
	Možnost rozšíření o ICG fluorescenční diagnostiku	ANO (SPLŇUJE)
	Zvlášť výstupy pro 2D minimálně: 1x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x Y/C a 1x composite	ANO (SPLŇUJE)
C	LED světelný zdroj – integrovaný, nebo samostatný (1 ks)	
	LED zdroj studeného světla odpovídající xenonovému zdroji o výkonu min. 300 W	<i>integrovaný LED světelný zdroj studeného světla, výkon odpovídající 300W xenonu</i>
	Garantovaná životnost LED lampy min. 10 000 provozních hodin	<i>10.000 provozních hodin</i>
	Ovládání zdroje světla pomocí tlačítek na kamerové hlavě nebo endoskopu	ANO (SPLŇUJE)
	Intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení	ANO (SPLŇUJE)
	Plynulá manuálně i automaticky řízená intenzita světla dle světelných podmínek operačního pole	ANO (SPLŇUJE)
	Podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta)	ANO (SPLŇUJE)
	Automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu	ANO (SPLŇUJE)

D	Kamerová hlava pro laparoskopii (1 ks)	
	3čip CMOS nebo 3čip CCD systém	ANO (SPLŇUJE)
	Režim plné HDTV	ANO (SPLŇUJE)
	Podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta)	ANO (SPLŇUJE)
	Podpora fluorescenční diagnostiky ICG	ANO (SPLŇUJE)
	Integrovaný upínací mechanismus pro optiky	ANO (SPLŇUJE)
	3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla	ANO (SPLŇUJE)
	Ovládání zoomu a ostření pomocí na sobě nezávislých tlačítek na kamerové hlavě	ANO (SPLŇUJE)
	Součástí kamerové hlavy je integrovaný kabel	ANO (SPLŇUJE)
	Ovládání zoomu a ostření pomocí na sobě nezávislých tlačítek na kamerové hlavě nebo mechanicky pomocí zoomovacích a ostřících kroužků	ANO (SPLŇUJE)
	Váha kamerové hlavy max. 300 g	295 g
	Autoklávovatelný systém	ANO (SPLŇUJE)
E	Laparoskopická optika (2 ks)	
	Laparoskopická optika s podporou úzkopásmového zobrazování	ANO (SPLŇUJE)
	Průměr 10 mm	ANO (SPLŇUJE)
	Úhel pohledu 30°	ANO (SPLŇUJE)
	Pracovní délka min. 300 mm	310 mm
	Autoklávovatelná	ANO (SPLŇUJE)
	Příslušenství: Sterilizační kontejner včetně víka pro optiku – 2 ks	ANO (SPLŇUJE)
F	Světlovodný kabel (2 ks)	
	Světlovodný kabel s podporou fluorescenční diagnostiky ICG	ANO (SPLŇUJE)
	Průměr min. 4,2 mm, délka min. 2,5 m	Průměr 4,25 mm, délka 3 m
	Autoklávovatelný	ANO (SPLŇUJE)
G	Insuflační jednotka (1 ks)	
	Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu	ANO (SPLŇUJE)
	Volitelná velikost insuflované dutiny	ANO (SPLŇUJE)
	Jednoduchá obsluha	ANO (SPLŇUJE)
	Automatické vypouštění plynu při přetlaku	ANO (SPLŇUJE)

Možnost připojení k centrálnímu rozvodu CO ₂ nebo k tlakové láhvi		ANO (SPLŇUJE)
Předvolba tlaku v mmHg		ANO (SPLŇUJE)
Rychlost plnění min. 45 l/min		45 l/min
Tlak nastavitelný v min. rozsahu 3 – 25 mmHg		ANO (SPLŇUJE)
Volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině		ANO (SPLŇUJE)
Podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou, volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu		ANO (SPLŇUJE)
Ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru		ANO (SPLŇUJE)
Zvukový a bezpečnostní indikátor (např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO ₂ , ochrana přetlaku dutiny břišní)		ANO (SPLŇUJE)
Možnost použití jednorázového příslušenství		ANO (SPLŇUJE)
Příslušenství (nezbytné ke zprovoznění přístroje a nutné k okamžitému a bezpečnému použití při poskytování zdravotní péče): - 2 ks pedálu pro aktivaci pasivního odtahu kouře - samostatná ohřívací jednotka plynu pro ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě těla včetně 5 ks autoklávovatelných insuflačních hadic s ohřevem plynu (hadice nebudou osazeny čipem počtu použití) - 2 ks insuflační a 2 ks desuflační hadice bez čipu počtu použití, autoklávovatelné - 1 ks vysokotlaké hadice CO₂ - filtr (min. 20 ks)		ANO (SPLŇUJE)
H	2D videolaparoskop (1 ks)	
Režim plné HDTV, případně vyšší rozlišení (např. 4K).		Režim plné HDTV
CCD čip v distálním konci endoskopu		ANO (SPLŇUJE)
Podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta)		ANO (SPLŇUJE)
Integrovaný systém - optika, kamerová hlava, světlovod		ANO (SPLŇUJE)
Úhel pohledu 30°		ANO (SPLŇUJE)
Zorné pole 90°		ANO (SPLŇUJE)
Hloubka ostrosti v min. rozmezí 21 mm až 200 mm		21 – 200 mm
Automatické zaostřování obrazu		ANO (SPLŇUJE)
Vnější průměr videolaparoskopu 10 mm		ANO (SPLŇUJE)
Pracovní délka min. 300 mm		330 mm
Autoklávovatelný systém		ANO (SPLŇUJE)
Příslušenství: Sterilizační kontejner včetně víka – 1 ks		ANO (SPLŇUJE)

I	Laparoskopická oplachová pumpa vč. integrovaného odsávání (1 ks)	
Oplachová peristaltická pumpa včetně integrovaného sání		ANO (SPLŇUJE)
Jednoduché a intuitivní ovládání pomocí tlačítek na nástroji a také na přístroji		ANO (SPLŇUJE)
Průtok min. 2 l/min		2 l/min
Tlak do 450 mmHg		450 mmHg
Podtlak pro sání až do - 60 kPa		ANO (SPLŇUJE)
Ochrana proti přetlakování		ANO (SPLŇUJE)
Příslušenství (nezbytné ke zprovoznění přístroje a nutné k okamžitému a bezpečnému použití při poskytování zdravotní péče): min. 20 ks hadic pro oplach, min. 20 ks hadic pro sání, min. 2 ks odpadní nádoby, min. 60 ks odpadního sáčku s víkem, min. 2 ks rukojetí pro sání a oplach vč. 2 ks laparoskopického nástavce o průměru 5 mm a 2 ks nástavce o průměru 10 mm – plně autoklárovatelné		20 ks hadic pro oplach, 20 ks hadic pro sání, 2 ks odpadní nádoby, 60 ks odpadního sáčku s víkem, 2 ks rukojetí pro sání a oplach (plně autoklárovatelné), 2 ks nástavce o průměru 5 mm (plně autoklárovatelné) a 2 ks o průměru 10 mm (plně autoklárovatelné).
J	Elektrochirurgický generátor vč. odtahu kouře (1 ks)	
Multioborový elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu		ANO (SPLŇUJE)
Podpora bipolární enukleace a plazma resekce ve fyziologickém roztoku		ANO (SPLŇUJE)
Podpora bipolární morcelace		ANO (SPLŇUJE)
Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie		ANO (SPLŇUJE)
Kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (čistě, smíšené, sprej, gynekologická i urologická resekce ve fyziologickém roztoku)		ANO (SPLŇUJE)
Výkonový rozsah u monopolární koagulace v min. rozsahu 0-300 W		0 – 300 W
Výkonový rozsah u bipolární koagulace v min. rozsahu 0-320 W		0 – 320 W
Rychlá a stabilní plazma bez nutnosti kontaktu s tkání při resekci		ANO (SPLŇUJE)
Řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením		ANO (SPLŇUJE)
Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření		ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel preferuje „Možnost připojení až 5 různých nástrojů současně (bipolární, monopolární)“, bude však akceptovat i „Možnost připojení alespoň 4		Možnost připojení 4

různých nástrojů současně (bipolární, monopolární)“.	různých nástrojů současně (mono, bipo).
Zadavatel preferuje „6 různých přípojných pozic pro nástroje“, bude však akceptovat i řešení „alespoň 4 různé přípojných pozice pro nástroje“.	<i>4 různé přípojných pozice pro nástroje</i>
Nastavitelná pronikavost řezu a koagulace	ANO (SPLŇUJE)
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů	ANO (SPLŇUJE)
Aktualizace firmware přes USB rozhraní	ANO (SPLŇUJE)
Možnost exportu / importu uživatelských nastavení na USB klíč	ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel preferuje „Možnost uložení min. 40-ti uživatelských nastavení / procedur – s textovým popisem“, bude však akceptovat i „Možnost uložení min. 35-ti uživatelských nastavení / procedur – s textovým popisem“.	<i>Uložení 39-ti uživatelských nastavení/procedur s textovým popisem.</i>
Podpora USB 1.1 klíčů o kapacitě až 32 GB	ANO (SPLŇUJE)
Ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)	ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel preferuje „Možnost připojení bezdrátového i drátového ovládacího pedálu“, bude však akceptovat i „Možnost připojení 2 typů nožních drátových ovládacích pedálů“.	<i>Možnost připojení 2 typů nožních drátových ovládacích pedálů.</i>
Zadavatel preferuje „Možnost přepínání režimů/nástrojů ze sterilního operačního pole operátorem, bez nutnosti kontaktu s displejem“, bude však akceptovat i řešení „s přepínáním na displeji“.	<i>Přepínání na displeji.</i>
Volitelné režimy autostop, autostart s prodlevou u bipolární koagulace	ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel preferuje Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje o velikosti alespoň 8,4“, bude však akceptovat i Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje o velikosti alespoň 5,5“.	<i>Dotykový displej o velikosti 5,5“.</i>
Možnost volby jasu displeje	ANO (SPLŇUJE)
Možnost nastavení hlasitosti výstražných tónů	ANO (SPLŇUJE)
Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji	ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel preferuje generátor disponující „Ukazatelem připomenutí termínu údržby“, bude však akceptovat i generátor nedisponující funkcí „Ukazatel připomenutí termínu údržby“.	<i>Bez funkce Ukazatel připomenutí termínu údržby.</i>
Zadavatel preferuje Ovládací menu v českém jazyce, bude však akceptovat i Ovládací menu v anglickém jazyce.	<i>Ovládací menu je v anglickém jazyce.</i>
Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta	ANO (SPLŇUJE)
Podpora funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole při připojení k insuflační jednotce nebo k zařízení s aktivním odtažením kouře	ANO (SPLŇUJE)
Součástí elektrochirurgického generátoru je modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární	ANO (SPLŇUJE)

energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatažení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm		
Součástí dodávky je samostatná jednotka pro aktivní odsávání elektrochirurgického kouře (1 ks), řízená HF jednotkou vhodná pro otevřenou i laparoskopickou operativu • odsávání a filtrace elektrochirurgického kouře přes ULPA filtr • min. tři režimy intenzity odsávání, indikátor stupně intenzity odsávání • jednoduché a intuitivní ovládání • použití pro otevřenou i laparoskopickou operativu • včetně: - min. 40 ks filtrů, - min. 20 ks laparoskopické odsávací hadice, - min. 4 ks ULPA filtr • možnost použití jednorázového spotřebního materiálu		ANO (SPLŇUJE)
Příslušenství (nezbytné ke zprovoznění přístroje a nutné k okamžitému a bezpečnému použití při poskytování zdravotní péče): - dvojitý bezdrátový nožní spínač – 1 ks - jednodílný nožní pedál - 1 ks - kabel k neutrální jednorázové elektrodě – 2 ks - neutrální jednorázové dělené elektrody – min. 100 ks - datové kabely pro kompletní zapojení - 1 ks měniče hybridní technologie pro nástroje laparoskopické i pro otevřenou operativu - 1 ks měniče ultrazvukové technologie pro nástroje laparoskopické - samostatný vozík pro elektrochirurgický generátor (1 ks)		ANO.
K	Přístrojový vozík pro laparoskopickou sestavu (1 ks)	
Izolační transformátor		ANO (SPLŇUJE)
Kloubové, stavitelné rameno pro LCD monitor		ANO (SPLŇUJE)
4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná nebo centrální brzda		<i>4 pojízdná kolečka a 4 z nich jsou bržděná</i>
Policový systém na umístění komponent laparoskopické sestavy včetně police na klávesnici		ANO (SPLŇUJE)
Zadní panel vozíku		ANO (SPLŇUJE)
Lišta pro připevnění odpadové nádoby		ANO (SPLŇUJE)
Držák infuzních vaků		ANO (SPLŇUJE)
Držák kamerové hlavy		ANO (SPLŇUJE)
Držák CO ₂ lahve		ANO (SPLŇUJE)
Držák nožního pedálu		ANO (SPLŇUJE)
Kompletní elektroinstalační kabeláž pro připojení všech přístrojů		ANO (SPLŇUJE)
Antistatická povrchová úprava, odolná desinfekci		ANO (SPLŇUJE)

Manipulační madla	ANO (SPLŇUJE)
Centrální elektrický vypínač	ANO (SPLŇUJE)

Prohlašuji, jako uchazeč veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedených v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název		výrobce (uvést)	model, případně typ (uvést)
VĚŽ LAPAROSKOPICKÁ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ			
A	Monitor	OLYMPUS	OEV321 UH
B	Kamerová jednotka vč. LED světelného zdroje	OLYMPUS	Visera Elite II - OTV-S200
C	LED světelný zdroj – integrovaný, nebo samostatný	OLYMPUS.	Visera Elite II - OTV-S200
D	Kamerová hlava pro laparoskopii	OLYMPUS	CH-S200-XZ-EA
E	Laparoskopická optika	OLYMPUS	HD optika
F	Světlovodný kabel	OLYMPUS	Typ WA03310A – průměr 4,25mm, délka 3m
G	Insuflační jednotka	OLYMPUS	UHI-4
H	2D videolaparoskop	OLYMPUS	EndoEye HD II
I	Laparoskopická oplachová pumpa vč. integrovaného odsávání	W.O.M. WORLD OF MEDICINE GmbH	LP100
J	Elektrochirurgický generátor vč. odtahu kouře	OLYMPUS, Buffalo Filter LLC	ESG-400, USG-410, OrVac
K	Přístrojový vozík pro laparoskopickou sestavu	KEYMED (MEDICAL AND INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD.	WM-NP3