

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi

prodávajícím: **Medicton Group s.r.o.**
zapsaným v: OR u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíl C, vložce 21742
se sídlem: Jiráskova 609, 572 01 Polička
zastoupenou: Ing. Vratislavem Fabiánem, Ph.D., jednatelem
IČ: 27485391
DIČ: CZ27485391
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:

a

kupujícím: **Dětské centrum Veská**
zapsaným v : OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 720
se sídlem: Veská 21, 533 04 Sezemice
zastoupená: Mgr. Bc. Markétou Tauberovou, ředitelkou
IČ: 00190543
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží **Monitor vitálních funkcí Bionet BM3** dle objednávky č. PK09/2022_09 ze dne 21. 09. 2022. a technické specifikace, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy a je uvedena v příloze č. 1.

Nedílnou součástí dodávky je:

- dodací list,
- doklad o proškolení obsluhy, vč. uvedení proškolené osoby, která bude nadále oprávněna školit další personál,
- návod k obsluze přístroje v českém jazyce,
- záruční list,
- ES prohlášení o shodě výrobku (EC Declaration of Conformity).

Součástí dodávky je rovněž:

- doklad osoby, která je poučena výrobcem k provádění instruktáže daného zdravotnického prostředku (viz §41 zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích),
- doklady osob, které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem k provádění odborné údržby (viz §45 zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích).

Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu. Závazek prodávajícího splnit předmět smlouvy bude splněn podpisem dodacího listu při převzetí zboží oprávněným zaměstnancem kupujícího. Po provedení instalace a zaškolení obsluhy v místě plnění bude zúčastněnými (prodávající, kupující) podepsán dodací list a ten prodávající přiloží k daňovému dokladu – faktuře.

Oprávněným zaměstnancem kupujícího je:

Jméno: Bc. Ivona Truncová

Kontakt:

**II.
KUPNÍ CENA**

Celková kupní cena za předmět smlouvy dle čl. I., včetně 21% DPH, činí **82 980,59 Kč**. Tato kupní cena obsahuje též náklady na dopravu, clo, pojištění a je cenou konečnou.

**III.
DOBA PLNĚNÍ**

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, dle čl. I. této kupní smlouvy do **6 týdnů od data podpisu této kupní smlouvy**.

**IV.
MÍSTO PLNĚNÍ**

Místem plnění předmětu smlouvy je: Dětské centrum Veská, Veská 21, 533 04 Sezemice.

**V.
ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ**

Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců ode dne podpisu instalačního protokolu oprávněným zaměstnancem kupujícího, na příslušenství potom 6 měsíců.

Záruční a pozáruční servis zajistí servisní středisko prodávajícího:

Adresa: Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6, tel.: 226 224 813

**VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Kupní cena uvedená v čl. II. této smlouvy bude kupujícím zaplacená na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Fakturu vystaví prodávající po provedení instalace zboží a zaškolení obsluhy kupujícího. Splatnost bude do 14 dnů ode dne doručení faktury.

Každá faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře musí být mj. uvedena odvolávka na smlouvu a dodací list.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě, kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Kupující je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny uvedené v čl. II. této smlouvy.

VIII. SANKCE

V případě pozdní úhrady kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě pozdního dodání zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,025 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

V případě nedodržení termínu dodání, bude kupujícím uplatňována smluvní pokuta, a to ve výši 0,025 % z kupní ceny zboží za každý započatý den zpoždění.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
2. Mimo případy subdodávek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tedy prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž kupujícímu náleží jedno vyhotovení a prodávajícímu jedno vyhotovení.

Příloha č. 1: Technická specifikace přístroje Monitor vitálních funkcí Bionet BM3

Ve Veské, dne 20. 10. 2022


V Praze, dne 20. 10. 2022

Za kupujícího:

Za prodávajícího:
Medicton Group s.r.o.
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
jednatel

Příloha č. 1: Technická specifikace přístroj Monitor vitálních funkcí Bionet BM3

Pacientský monitor Bionet BM3 je nástavbou monitoru vitálních funkcí BM1. Jde o všestranný, přenosný, kompaktní monitor určený ke sledování životně důležitých funkcí u pacienta. Hlavní funkce, zobrazování EKG, respirace, SpO2, NIBP a teploty, CO2 na 8,4”

	
Parametry a specifikace	
Barva:	Bílomodrá
Monitorované parametry:	EKG, srdeční frekvence, frekvence dýchání, SpO2, tepová frekvence, systolický TK, diastolický TK, střední TK, teplota, EtCO2, FiCO2, frekvence dýchání dýchacích cest
Funkce monitoru:	EKG, EtCO2 volitelně, FiCO2, HR - tepová frekvence, NIBP, RR, SpO2, teplota
Displej:	8 "barevný TFT-LCD plně dotykový displej)
Rozlišení:	800 x 600 pixelů
Hmotnost (kg):	3.1
Rozměry (mm):	250 x 238 x 163
Zdravotnický prostředek:	Ano
Riziková třída ZP:	IIB
Konektivita:	LAN, HDMI, HL7, USB čtečka čárových kódů, USB datové úložiště
Transportní monitor:	Ano
Připojení externího monitoru:	Ano
Speciální funkce:	Alarmy, Nízká hlučnost, Stav baterie
Zmražení obrazu:	Ano
Specifikace baterií:	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Výdrž baterií:	2 hodiny nepřetržitého provozu
Typ napájení:	230 V / 50 Hz, Interní akumulátor, Síťový adaptér
Možnost připojení tiskárny:	Ano
Šíře papíru:	58 mm
Rychlost tisku (mm/s):	25.5
Rozsah měření SpO2 (%):	0 - 100
Přesnost měření SpO2 (%):	70 až 100% ± 2
Rozsah měření srdeč. tepu (BPM):	30 až 254 tepů/min
Přesnost měření tepu:	±2 údery/min.
Metoda měření krevního tlaku:	Oscilometrická

Rozsah měření tlaku (mmHg):	SYS: 40-260 mmHg; DIA: 20-200 mmHg; MAP 26 - 220
Přesnost měření tlaku (mmHg):	střední chyba: menší než ± 5 mmHg
Měřicí rozsah teploty (°C)::	34°C - 42,5°C (93,2°F - 108°F)
Přesnost měření teploty (°C):	36°C - 39°C $\pm 0,2^\circ\text{C}$, ostatní $\pm 0,3^\circ\text{C}$
Rozsah respirace (nádechů/min):	5 - 120
Přesnost respirace (nádechů/min):	± 3
Rozsah měření EtCO2 (mmHg):	0 - 150
Přesnost měření EtCO2 (mmHg):	0-40 $\pm 2\%$; 41-7 $\pm 5\%$; 71-100 $\pm 8\%$
Počet kanálů:	3, 5
Šířka pásma:	0,5 Hz až 40 Hz
Detekce kardiostimulátoru:	Ano