



Část 6 VZ	Ventilátor transportní MR 1ks	Projekt: A3-078-RT
------------------	--------------------------------------	---------------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě).

2. Medicínský účel: transportní ventilátor pro děti a dospělé určený k ventilaci pacientů při transportu a v rámci vyšetření na MR

3. Kompatibilita: kompatibilita s MR do 3T !!

4. Specifikace:

paraPAC 310 plus, výrobce Smiths Medical ASD, Inc.

5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
Ventilátor transportní MR kompatibilní		
1. Ventilátor transportní pro děti a dospělé	Ano	Návod k obsluze str. 9
2. Rozměry max. š 25 x h17 x v10 cm	Ano 24x16,5x9,3cm	Návod k obsluze str. 67
3. Hmotnost max. 2,5kg	Ano 2,4kg	Návod k obsluze str. 67
4. Pneumatické řízení i pohon, provozuschopný pouze s tlakovým O ₂	Ano	Návod k obsluze str. 9,10
5. MR kompatibilní do 3 Tesla	Ano	Návod k obsluze str. 9,46
6. Provoz bez potřeby elektrické energie po neomezeně dlouhou dobu provozu	Ano	Návod k obsluze str. 9
7. Nastavení úrovně FiO ₂ na 50% a na 100%	Ano	Návod k obsluze str. 11
8. Nastavení ventilačních parametrů: a. Frekvence min. 8-40 dechů/min b. Dechový objem min. 70ml-1300ml	Ano 8-40d/min. 70-1500ml	Návod k obsluze str. 29,15
9. Režimy minimálně: a. CPAP b. CMV c. Demand d. Kyslíková terapie	Ano	Návod k obsluze str. 38-44
10. Nastavení bezpečnostního limitu maximálního inspiračního tlaku 20-60 cm H ₂ O	Ano 20-60 cm H ₂ O	Návod k obsluze str. 17
11. Nastavení úrovně PEEP na ovládacím panelu ventilátoru se zobrazením úrovně PEEP na manometru ventilátoru (není akceptováno řešení s PEEP ventilem u pacienta)	Ano	Návod k obsluze str. 24
12. CPAP s maskou včetně měření úrovně CPAPu	Ano	Návod k obsluze str. 24



Příloha č. 1. Technická specifikace

13. Spontánní dýchání s demand-ventilem	Ano	Návod k obsluze str. 40
14. Kyslíková terapie s nastavením průtoku plynule do 35 l/min.	Ano	Návod k obsluze str. 24
15. Tlačítko pro manuální dech s nastavitelným omezením objemu	Ano	Návod k obsluze str. 16
16. Alarmový systém zálohovaný baterií (bez potřeby dobíjení), optické a akustické alarmy min.: a. špičkový inspirační tlak b. nízký tlak/odpojení okruhu c. porucha cyklování d. nízký zdrojový tlak (napájecího plynu)	Ano	Návod k obsluze str. 77
17. Okruh patientský 10ks	Ano	Nabídka číslo NA220252