



Část 8 VZ	Přístroj pro zprůchodnění dýchacích cest 1ks	Projekt: A3-053-RT
------------------	--	---------------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě).

2. **Medicínský účel:** Akustický systém na neinvazivní zprůchodnění dýchacích cest u pacientů s respiračními chorobami (např. CHOPN, bronchiektázie, pneumonie atd.), především u pacientů hospitalizovaných na JIP

3. **Kompatibilita:** kompatibilita není požadována

4. Specifikace:

Frequencer DYMV2X, výrobce Dymedso Inc., Kanada

5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1. Systém pro terapeutické zprůchodnění dýchacích cest pacienta	Ano	Str. 1 příloženého prospektu
2. Akustický frekvenční systém	Ano	Str. 1 příloženého prospektu
3. Přístroj pro všechny věkové kategorie dospělí, děti a novorozenci	Ano	Str. 6 příloženého prospektu
4. Neinvazivní použití	Ano	Str. 2 příloženého prospektu
5. Přístroj vhodný pro pacienty na umělé plicní ventilaci	Ano	Str. 6 příloženého prospektu
6. Použití u spontánně dýchajících pacientů	Ano	Str. 2 příloženého prospektu
7. Ošetření možné přes oblečení pacienta	Ano	Str. 6 příloženého prospektu
8. Měníč s min. čtyřmi velikostmi adaptérů (pokrytí pacientů všech věkových kategorií)	Ano	Str. 2 příloženého prospektu
9. Nastavení frekvence zvuku pro dosažení optimálního ošetření min. v rozmezí 20 – 60 Hz	Ano	Str. 6 příloženého prospektu
10. Nastavení intenzity ošetření pro pokrytí různých pacientů min. v 10 krocích	Ano	Str. 6 příloženého prospektu
11. Bez nutnosti vyvíjet tlak na pokožku pacienta	Ano	Str. 2 příloženého prospektu
12. Ovládání přístroje pomocí barevné dotykové obrazovky	Ano	Str. 2 příloženého prospektu
13. Stojan mobilní	Ano	Viz. cenová nabídka