

Kupní smlouva 1/42-138/9/2022-7401

Smluvní strany:

1. **CASRI – VĚDECKÉ A SERVISNÍ PRACOVIŠTĚ TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU**
Podbabská 1590/3, 160 00 Praha 6
Zastoupená: ředitelem Mgr. Liborem Soumarem, Ph.D.
IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

dále jen **kupující**

a

2. **MEDESA s.r.o.**
Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička
Zapsaná do OR u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupená: jednatelem Otakarem Klepárníkem
IČ: 64254577
DIČ: CZ64254577
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č.ú.: 354904664/0600

dále jen **prodávající**

a

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „z. č. 89/2012 Sb.“) tuto **kupní smlouvu**:

Čl. I.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu 1 kus „**Hlubokomrazického boxu s příslušenstvím**“ splňující požadavky zadání veřejné zakázky ze dne 5.10.2022 a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Vše musí být nepoužité. Rozsah dodávky je specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy (nabídka ze dne 17.10.2022), která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny zákonem předepsané kvalifikační předpoklady a požadavky, které jsou nutné k prodeji tohoto přístroje.
2. Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat za předpokladu, že zboží bude splňovat požadavky obsažené v této smlouvě nebo v obecně závazných předpisech a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Čl. IV.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku po dobu 24 měsíců od data předání zařízení a uvedení do provozu.
2. Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude po dobu uvedenou v odstavci 1 plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ISO, které má dané zboží splňovat a které se na dané zboží vztahují.
3. Prodávající po nahlášení vady zboží telefonicky a následně písemně provede potvrzení jejího přijetí, neodkladné posouzení a odstranění vady zboží u kupujícího.
4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání. Prodávající je povinen poučit kupujícího o tom jakým způsobem je třeba se zbožím zacházet.
5. Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit při přebírání zboží kupujícím, musí být kupujícím reklamovány na dodacím listu nebo neprodleně následnou písemností.
6. Vady, které lze zjistit až po dodání zboží, musí kupující reklamovat písemně nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. Reklamacie obsahuje stručný popis toho, jak se vada projevuje.
7. V případě reklamace má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:
 - a) právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
 - b) po dobu odstraňování vady je dodavatel povinen zapůjčit náhradní analyzátor tělesné skladby.
 - c) právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického či ekonomického hlediska.
 - d) právo na poskytnutí slevy odpovídající rozdílu ceny vadného plnění a bezvadného výrobku,
8. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
9. Prodávající si je vědom toho, že nesmí prodávat zdravotnické prostředky, existuje-li důvodné podezření, že je jejich používáním ohroženo zdraví a bezpečnost uživatelů nebo třetích osob, a to vzhledem k poznatkům lékařské vědy.

Čl. V.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) prodávající je v prodlení s dodávkou zboží déle než jeden měsíc,
 - b) zboží vykazuje opakující se vady,
 - c) zboží vykazuje podstatnou vadu pro níž nelze zboží užívat a prodávající takovouto vadu neodstranil do 30 dnů ode dne reklamace
2. Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s platbou déle než 2 měsíce.

Čl. VI.
Smluvní pokuty

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury o více jak 10 dní, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zásilky o více jak 10 dní, má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z hodnoty předmětu díla za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.

Čl. VII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
2. Všechna předcházející ujednání, týkající se předmětu smlouvy jsou po podpisu této smlouvy neplatná.
3. Veškerá další ujednání mohou být učiněna jen formou písemného dodatku, podepsaného oběma stranami.
4. Případná neplatnost některého ujednání kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
5. Tuto kupní smlouvu mohou podepisovat statutární zástupci kupujícího a prodávajícího.
6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR, zejména z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.
7. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy ČR.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Tato kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající.

Přílohy: Nedílnou součástí smlouvy je nabídka NA ze dne 17.10. 2022 o 6 listech.

V Praze dne

V Poličce dne

Mgr. Libor Soumar, Ph.D.
ředitel

Otakar Klepárník
jednatel

CASRI - VĚDECKÉ A SERVISNÍ PRACOVNÍSTĚ TĚLESNÉ VÝCHOVY
Podbabská 1590/3, 16000 Praha 6
Oddělení: CASRI - Biochemická laboratoř (Podbabská 1590/3, Praha 6)

V Poličce dne 06.10.2022

Nabídka č. 221006/I/PK

Řada CryoCube F440 - Mraznička ULT[®] kat. číslo F440300031



Nejdůležitějším aspektem dlouhodobého skladování vzorků je bezpečnost. Řada mrazniček CryoCube F440 je vybavena spolehlivými kompresory pro vysoké zatížení (2stupňový kaskádový chladicí systém). Rychlé časy stažení umožňují rychlé opětovné použití po vyčištění/odmrazení přístroje. Mrazničky mají krátké doby zotavení po otevření, aby zajistily dodatečnou bezpečnost vzorku (Door-Open-Recovery / DOR) při návratu na -80°C . Teplotní rozsah této řady mrazniček ULT je od -50°C do -86°C . Většina uživatelů nastavuje nastavenou hodnotu na -80°C . Automatický odvzdušňovací port umožňuje v případě potřeby rychlý opětovný přístup. Pro ještě vyšší bezpečnost vzorků mohou být mrazničky ULT vybaveny CO_2/LN_2 záložní

systemy a záznamník grafů. Systémy sledování teploty lze použít k dálkovému monitorování mrazniček.

- Objem: 440 L (15.5 ft³), např. až 32 000 vzorků
- teplotní rozsah od -50 °C do -86 °C.
- Stěna 130 mm (polyuretanová izolace)
- „Zelené“ chladící kapaliny na bázi uhlovodíků (R290 / R170)
- Vzduchové chlazení
- Účinná izolace složená z tradiční izolace ("n"-verze) a vakuově izolačních panelů ("h"-verze) šetří energii
- 5komorové uspořádání a 5 izolovaných vnitřních dveří pro snadný přístup ke vzorkům
- Účinný řídicí systém kompresoru zkracuje dobu cyklu, snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost mrazničky
- Automatický odvětrávací port na předních dveřích vzpřímených modelů CryoCube zvyšuje spotřebu energie a umožňuje rychlý přístup ke vzorkům
- Uzamykatelný hlavní vypínač zabraňující náhodnému vypnutí
- Umístění zapisovače grafů pro dokumentaci dat
- Ergonomická klika dveří modelů CryoCube založených na konceptu Eppendorf PhysioCare vyžaduje menší sílu a poskytuje snadnější přístup®
- Vzduchem chlazené
- Interiér z nerezové oceli pro snadné čištění během údržby a odmrazování; práškově lakovaná ocel exteriér

Mrazicí stojan: Řada CryoCube F440, kat. číslo 6001021410



- Stojan pro 102 mm/4 v krabicích
- Max. velikost krabice [mm]: 136 x 136
- Boční přístupový stojan
- Vnější rozměry racku (DxŠxV) [mm]: 569 x 139 x 230 (22.4 x 5.5 x 9.1 in)
- Max. číslo krabice na stojan: 8 (4 x 2)
- Nerez
- Pro mrazničku ULT: Premium U410 a HEF U410 (max. 15 racků), řada CryoCube F440 (max. 20 racků), řada CryoCube F570 (max. 25 racků), řada CryoCube F740 (verze s 5 oddíly, oddíl 1-4)^{®®}
- Pro mrazničku ULT: Premium U410 a HEF U410 (max. 120 krabic), řada CryoCube F440 (max. 160 krabic), řada CryoCube F570 (max. 200 krabic), řada CryoCube F740 (verze s 5 oddíly, přihrádka 1-4)^{®®}

Mrazicí stojan: Řada CryoCube F440, kat. číslo 6001021210



- Stojan pro 53 mm/2 v krabicích
- Max. velikost krabice [mm]: 136 x 136
- Boční přístupový stojan
- Vnější rozměry racku (DxŠxV) [mm]: 569 x 139 x 230 (22.4 x 5.5 x 9.1 in)
- Max. číslo krabice na stojan: 16 (4 x 4)
- Nerez
- Pro mrazničku ULT: Premium U410 a HEF U410 (max. 15 racků), řada CryoCube F440 (max. 20 racků), řada CryoCube F570 (max. 25 racků), řada CryoCube F740 (verze s 5 oddíly, oddíl 1-4)^{®®}
- Pro mrazničku ULT: Premium U410 a HEF U410 (max. 240 krabic), řada CryoCube F440 (max. 320 krabic), řada CryoCube F570 (max. 400 krabic), řada CryoCube F740 (verze s 5 oddíly, přihrádka 1-4)^{®®}

| Katalogové číslo | Množství | Název/Popis |
|------------------|----------|--|
| F440300031 | 1 | CryoCube F440n , objem 440 litrů |
| 6001021410 | 8 | Mrazicí stojan: Řada CryoCube F440, 4 in/102 mm, boční přístup, nerezová ocel |
| 6001021210 | 8 | Mrazicí stojan_ Řada CryoCube F440, 2 in/53 mm, boční přístup, nerezová ocel |

Nabídková cena:

| | | |
|-------------------------------|------|----------------------|
| Nabídková cena bez DPH | | 292 145,00 Kč |
| DPH | 21 % | 61 350,45 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | | 353 495,45 Kč |

Splatnost: 30 dní

Cena zahrnuje dopravu do místa plnění, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a předání veškeré potřebné dokumentace.

Záruční lhůta: **24 měsíců**, provádíme autorizovaný záruční i pozáruční servis
Dodací lhůta: 4 – 6 týdnů od přijetí závazné objednávky nebo podpisu kupní smlouvy
Příloha č.1 vyplněné Technické požadavky

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.
Nabídka je platná do 31.01.2023.

S úctou,

Kopřiva Petr
obchodní reprezentant
MEDESA s.r.o.
Telefon: +420 461723542
Mobil: +420 602156411
Email: petr.kopriva@medesa.cz

Příloha č.1

Technické požadavky:

- skříňový typ boxu (orientace na výšku) **ANO**
- teplotní rozsah: -50 až -86 °C **ANO od -50 ° C do -86 ° C**
- vnitřní užitečný objem: **ANO 440 l**
 - o minimálně 420 l
 - o maximálně 460 l
- silný kompresor pro rychlé obnovení teploty zpět na -80 °C po otevření boxu **ANO**
- dvoustupňový kaskádový chladicí systém se 2 uzavřenými chladicími okruhy **ANO**
- 5 komorové provedení pro snadné uskladnění vzorků **ANO**
- chlazení vzduchem **ANO**
- maximální vnější rozměry (š x h x v): 100 x 100 x 220 cm **ANO 95,5 x 89,8 x 195,0 cm**
- rozhraní přístroje pro komunikaci s externími systémy (vzdálené rozhraní alarmu) -
systému správy budovy **ANO**
- vnější digitální ukazatel teploty (displej) **ANO**
- napětí 220 – 240 V **ANO 230 V, 50Hz**