

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění**

Obchodní název nabízeného plnění:	<b>Clarius L7 HD</b>	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- ultrazvukový cévní doppler	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	<b>Clarius L7 HD (B-mód/barevný doppler/PW spektrální doppler /M-mód)</b>
- zobrazení číselné hodnoty a časové křivky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	<b>číselné hodnoty a spektrální časová křivka</b>
- USB port pro přenos dat do PC (tabletu, mobilu) k zobrazení, editaci a archivaci nebo bezdrátově	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	<b>Bezdrátový wi-fi přenos dat do tabletu, mobilu</b>
- SW pro archivaci a editaci dat součástí dodávky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	<b>výpočet řady různých doppler. veličin a indexů</b>
- ukládání dat do přístroje nebo kartu nebo průběžné ukládání do tabletu/telefonu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	<b>průběžné ukládání dat do tabletu/telefonu</b>
- sondy zvlášť pro hluboko umístěné cévy a periferní cévy a kalcifikované artérie, nebo univerzální sonda pro hluboko umístěné cévy a periferní cévy a kalcifikované artérie	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	<b>L7 HD univerzální cévní skener 4-13 MHz, 0-11 cm</b>

V **Brně** dne: [REDACTED]

[REDACTED]

.....  
*(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)*  
**Ing. Radomír Kubák, CSc., jednatel, MEDATA, spol.s r.o.**

[REDACTED]