

## KUPNÍ SMLOUVA č. 19-2-22

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Název: **Nemocnice Slaný, příspěvková organizace**  
Sídlo: Politických vězňů 576, 274 01 Slaný  
IČO: 00875295  
DIČ: CZ00875295  
Zastoupený: MUDr. Štěpánem Votočkem, ředitelem  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B., vložka 1463  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú. 27-6107220297/0100  
na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

**Prodávající:** **medisap,s.r.o.**  
se sídlem: Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3  
IČ: 48029360  
DIČ: CZ48029360  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14601  
Zastoupen: ing. Martinem Kalošem, jednatelem  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 5275572/0800  
na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. OZ, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané **Dodávka anesteziologických přístrojů část č. 2 s názvem „Anesteziologický přístroj nejvyšší třídy pro všechny věkové skupiny, včetně monitoru vitálních funkcí“** (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).

### **1. Předmět smlouvy**

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu:

#### **1.1.1. Anesteziologický přístroj nejvyšší třídy pro všechny věkové skupiny, včetně monitoru vitálních funkcí 1 ks**

dále jen „zboží“, „zařízení“ nebo „předmět plnění“, dle Specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo. Příloha č. 1 obsahuje kopii technické dokumentace s popisem nabízeného plnění předložené v nabídce prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce.

1.2. Prodávající se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit služby spočívající v instalaci, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Prodávající se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.

#### **1.2.1. Služby spočívající v dopravení předmětu plnění na místo určení**

- 1.2.2. Služby spočívající v instalaci zboží zahrnují jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením).
- 1.2.3. Služby spočívající v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného zboží.
- 1.2.4. Služby spočívající v implementaci zboží zahrnují zejména procesy uskutečňování teoretických analýz a plánovaných postupů za účelem uvedení zboží do plného provozu.
- 1.2.5. Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti. Případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle platného zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), pro jeho obsluhu, obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel. Prodávající prokáže kupujícímu vhodným způsobem dodržení technických parametrů dodaného zařízení. Prodávající se zavazuje, že v případě potřeby kupujícího o provedení opakované instruktáže např. z důvodu změny obsluhujícího personálu provést opakovanou bezplatnou instruktáž, avšak pouze jedenkrát.
- 1.3. Součástí předmětu plnění je vedle zařízení kompletní příslušenství, zejména ustavení v místě plnění, sestavení a propojení pořizovaného zařízení, instruktáž obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení a jeho vybalení a kontrola, uvedení do plného provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
- 1.4. Součástí předmětu plnění je zpracování a předání:
  - 1.4.1. Instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v plné verzi v českém a anglickém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na USB nebo na jiném nosiči dat,
  - 1.4.2. prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy v souladu s § 8 odst. zákona 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích (certifikát DC),
  - 1.4.3. příslušné dokumentace dle zákona o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle atomového zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,
  - 1.4.4. dokumentace vyplývající z provedení bodu č. 1.2.2. až 1.2.5 této smlouvy
  - 1.4.5. zajištění periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruční doby, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží. Provádění těchto služeb není součástí kupní ceny. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy poskytování těchto služeb bude prováděno za úplatu, uzavřou spolu samostatné cenové ujednání na zajištění těchto služeb.
- 1.5. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy a certifikát osoby provádějící instruktáž dle zákona o zdravotnických prostředcích.
- 1.6. Zařízení musí být nové (s rokem výroby nikoliv nižším než 2021), nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
- 1.7. Prodávající prohlašuje, že:
  - 1.7.1. předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - 1.7.2. je výlučným vlastníkem zařízení,

- 1.7.3. na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob,
- 1.7.4. není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat,
- 1.7.5. zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
- 1.8. Prodávající dále prohlašuje, že:
  - 1.8.1. kvalitativní a technické vlastnosti zařízení odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, v případě zdravotnického prostředku zejména právními předpisy upravujícími problematiku zdravotnických prostředků, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným kupujícím v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;
  - 1.8.2. zařízení je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR. Zejména, že u zařízení byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zařízení, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, je prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. Prodávající předloží kupujícímu rovněž kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se k zařízení.
- 1.9. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy předmět plnění dle této smlouvy není zdravotnickým prostředkem dle zákona o zdravotnických prostředcích a v případě, že taková povinnost nevyplývá z pokynů výrobce, nevztahují se na prodávajícího povinnosti dle této smlouvy, vyplývající ze zákona o zdravotnických prostředcích.
- 1.10. Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.
- 1.11. Prodávající prohlašuje, že přístrojové vybavení splňuje technické, hygienické, humánní, bezpečnostní a další standardy dle předpisů Evropské unie a odpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují k předmětu plnění.
- 1.12. Prodávající bere na vědomí, že kupující je poskytovatelem zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jako takový je povinen zachovávat bezpečnosti zdravotních dat pacientů, včetně veškerých povinností vyplývajících pro takového poskytovatele v oblasti kybernetické bezpečnosti. Prodávající se proto zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost ke splnění veškerých povinností kupujícího dle platné právní úpravy v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména poté vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a to hlavně v případě, že se prodávající stane tzv. "Poskytovatelem základní služby" dle této vyhlášky. V takovém případě bere prodávající na vědomí a zavazuje se k poskytnutí součinnosti pro implementaci povinností dle Přílohy č. 7 vyhlášky, o kybernetické bezpečnosti.

## 2. Kupní cena

- 2.1. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to ve výši:

|                                      |                     |           |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| Kupní cena bez DPH celkem činí:      | 1 597 300,00        | Kč        |
| při sazbě DPH 21 % činí výše DPH     | 335 433,00          | Kč        |
| <b>celková kupní cena včetně DPH</b> | <b>1 932 733,00</b> | <b>Kč</b> |

- 2.2. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
- 2.3. Kupní cena včetně DPH je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen, kursových změnách a změnách sazby daně z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena je cenou konečnou, maximální a nepřekročitelnou po celou dobu trvání smlouvy.
- 2.4. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy včetně provedení služeb spočívajících v jeho instalaci, příp. montáži či implementaci a uvedení do plného provozu, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a to zejména pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, clo, dopravu do místa určení včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží a vstupní validace. V kupní ceně je rovněž zahrnut záruční servis zařízení – záruka za jakost. To vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

### **3. Platební podmínky**

- 3.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Součástí faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí zboží.
- 3.2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.
- 3.3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
- 3.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
- 3.5. Za prodlení s úhradou faktury není kupující povinen kromě smluvního úroku z prodlení dle předchozího odstavce hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

### **4. Termín plnění**

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. 5. této smlouvy nejpozději do 16 týdnů ode dne doručení výzvy kupujícího k zahájení plnění, která může nastat nejprve po účinnosti této smlouvy. Kupující předpokládá, že k zaslání jeho výzvy dojde ve 3.Q či 4.Q roku 2022.
- 4.2. Zadavatel si vyhrazuje možnost prodloužení realizace termínu plnění v případě, že dodavatel doloží výpadek materiálu nebo výrobků potřebných k výrobě požadovaného plnění, či vlastního omezení provozu, zejména z důvodu probíhající epidemie COVID 19, případně válečného konfliktu na Ukrajině. V takovém případě bude realizace prodloužena o počet dní, ve kterých trvaly výše uvedené důvody.

### **5. Místo plnění a dodací podmínky**

- 5.1. Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího na adrese: Politických vězňů 576, 274 01 Slaný.

- 5.2. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.
- 5.3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy včetně převzetí předmětu plnění určen [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- 5.4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy včetně předání předmětu plnění určen [REDACTED]
- 5.5. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
- 5.6. Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího.
- 5.7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
- 5.7.1. zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
  - 5.7.2. zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do plného provozu, provedena vstupní validace,
  - 5.7.3. byla provedena instruktáž obsluhujícího personálu, dle platného zákona o zdravotnických prostředcích,
  - 5.7.4. zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
- 5.8. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
- 5.9. Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
- 5.9.1. označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
  - 5.9.2. název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
  - 5.9.3. číslo kupní smlouvy,
  - 5.9.4. označení dodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo, UDI kód, pokud již jím dodávané zařízení disponuje
  - 5.9.5. datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
  - 5.9.6. stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
  - 5.9.7. jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.
  - 5.9.8. Prokázání parametrů dodávky v souladu se zadávací dokumentací příslušené zakázky
- 5.10. Předávací protokol podepíše a opatří otisky razítek oprávnění zástupci pověřeni k předání a převzetí předmětu plnění. Takto opatřený dodací list/předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

## **6. Záruční podmínky**

- 6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží, spočívající v tom, že dodané zboží, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty, budou po celou záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachovají si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
- 6.2. Záruční doba se sjednává v délce **24** měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
- 6.3. Záruční servis pro záruku za jakost bude prodávající provádět bezplatně (je již obsažen ve sjednané ceně).
- 6.4. Po dobu záruční doby prodávající zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní

organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru. **Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy poskytování těchto služeb bude prováděno za úplatu, uzavřou spolu samostatné cenové ujednání na zajištění těchto služeb.** To vše po dobu záruky, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně 1x ročně. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

- 6.5. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění a zahájit záruční opravu nejpozději první pracovní den následující po dni nahlášení záruční vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.
- 6.6. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
- 6.7. Za záruční vady nebudou považovány takové, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 6.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
- 6.9. Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.
- 6.10. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace, oprávněná dle platné právní úpravy výrobce k provádění servisu na daném zařízení (uvést obchodní jméno, sídlo, IČO):  
Název: medisap,s.r.o. – servisní středisko  
Sídlo: Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3  
IČ: 48029360  
zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp zn C14601.
- 6.11. Prodávající čestně prohlašuje, že osoba definovaná v bodě 6.10 této smlouvy splňuje veškeré požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích pro výkon činnosti servisní organizace.
- 6.12. Maximální doba provedení záruční opravy se sjednává v délce nejvýše do 5 pracovních dní od okamžiku převzetí reklamace prodávajícím. Pokud by to charakter vady vyžadoval (např. nákup speciálních součástek), pak se sjednává délka záruční opravy na 10 pracovních dní od okamžiku převzetí reklamace prodávajícím, s tím, že je možné maximální dobu záruční opravy v odůvodněných případech po předchozí domluvě s kupujícím prodloužit.
- 6.13. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 14 kalendářních dnů ode dne jejího nahlášení kupujícím, je povinen bezplatně poskytnout kupujícímu obdobné zboží, tak aby bylo možné zabezpečit odpovídající lékařské výkony. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 6.14. Pokud prodávající bude v prodlení s termínem provedení záručního servisu, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02% z pořizovací ceny dodaného zboží za každý i započatý den prodlení.
- 6.15. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení opravy v místě instalace.

## **7. Zvláštní ustanovení o DPH**

- 7.1. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.

- 7.2. V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou je kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:
- 7.2.1. na prodávajícího zdanitelného plnění bude vyhlášeno insolvenční řízení,
  - 7.2.2. prodávající nebude schopen na požádání kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
  - 7.2.3. prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany kupujícího.
- 7.3. V případě, že prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.
- 7.4. Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že kupující splnil vůči prodávajícímu svůj závazek ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

## **8. Odstoupení od smlouvy**

- 8.1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 8.2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
- 8.2.1. prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
  - 8.2.2. prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
  - 8.2.3. zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší než 60 kalendářních dnů;
  - 8.2.4. jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
  - 8.2.5. nemožnost odstranění vady dodaného zařízení;
  - 8.2.6. v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
- 8.3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

## **9. Odpovědnost za škodu**

- 9.1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
- 9.2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 9.3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu, tj. podpisem předávacího protokolu.

## **10. Smluvní pokuty**

- 10.1. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku 4. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
- 10.3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

#### **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany jsou povinny zneprístupnit třetím osobám informace ze smlouvy, které smluvní strany považují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Pro účely tohoto ustanovení považují smluvní strany za svoje obchodní tajemství především tyto části smlouvy, data a informace: technická specifikace nabízeného plnění – produktová data výrobce předložena v kap e) Technická specifikace.
- 11.2. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.3. Práva a pohledávky smluvní stran vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 11.5. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
- 11.6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 11.7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 11.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.9. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.

11.10. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

11.11. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři smlouvy.

11.12. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

11.13. Prodávající je povinen zajistit po celou dobu trvání této smlouvy:

- a) Důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet.
- b) Plnění výše uvedených podmínek zajistí Prodávající i u svých poddodavatelů, včetně řádného a včasného plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této smlouvy.
- c) Eliminaci dopadu na životní prostředí ve snaze o udržitelný rozvoj.

11.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace zařízení

Příloha č. 2 – Rekapitulace nabídkové ceny

Ve Slaném dne .....

V Praze dne 01. listopadu 2022

**KUPUJÍCÍ:**

**MUDr. Štěpán  
Votoček**

Digitálně podepsal MUDr.  
Štěpán Votoček  
Datum: 2022.11.04 10:24:50  
+01'00'

MUDr. Štěpán Votoček  
ředitel

**PRODÁVAJÍCÍ:**

**Ing.  
Martin  
Kaloš**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Martin Kaloš  
Datum:  
2022.11.03  
07:56:28 +01'00'

Ing. Martin Kaloš  
Jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Specifikace zařízení

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry<br>(účastník vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních ANO / NE)      | Účastníkem nabízená hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Název přístroje:</b>                                                                                                                                          |                             |
| Aisys CS2, monitor Carescape B650, modul PDM, NMT, výrobce GE Healthcare<br>(účastník uvede přesné obchodní označení, model, výrobce)                            |                             |
| <b>Medicinský účel, použití:</b>                                                                                                                                 |                             |
| Anesteziologický přístroj nejvyšší třídy pro všechny věkové skupiny, včetně monitoru vitálních funkcí.<br>Záruka 24 měsíců, prohlášení o shodě na celý přístroj. |                             |
| <b>Anesteziologický přístroj:</b>                                                                                                                                |                             |
| Anesteziologický přístroj pro všechny věkové skupiny.                                                                                                            |                             |
| Připojení na rozvody O2, N2O, vzduch.                                                                                                                            |                             |
| Na podvozku s brzděnými kolečky.                                                                                                                                 |                             |
| Min. 3 zásuvky na materiál.                                                                                                                                      |                             |
| Rozhraní v ČJ.                                                                                                                                                   |                             |
| Rameno pro fixaci vaku k ruční ventilaci, jehož polohu může anesteziolog nastavit jak vertikálně, tak i horizontálně podle potřeby.                              |                             |
| Integrovaný elektronicky řízený ventilátor, pneumatický pohon ventilátoru na vzduch.                                                                             |                             |
| Systém stojatého vaku ve válci se snadnou vizuální kontrolou netěsnosti systému.                                                                                 |                             |
| Test přístroje a patientského okruhu.                                                                                                                            |                             |
| Baterie na min. 60 minut provozu.                                                                                                                                |                             |
| Dotykový ovládací displej ventilátoru min. 15" uchycený na polohovatelném rameni.                                                                                |                             |
| Monitorace ventilačních parametrů, zobrazení trendu compliance.                                                                                                  |                             |
| Elektronický plně automatický směšovač čerstvé směsi s hypoxickou ochranou.                                                                                      |                             |
| Průtokoměry O2, N2O, AIR zobrazené na obrazovce ventilátoru, dávkování medicínských plynů pro LOW FLOW a MINIMAL FLOW anestézii.                                 |                             |
| Možnost použití anestetik Desflurane, Sevoflurane.                                                                                                               |                             |
| Nastavování celkového průtoku a FiO2.                                                                                                                            |                             |
| Výstup pro jednocestný (neuzavřený) okruh.                                                                                                                       |                             |
| Výstup pro kyslíkové brýle.                                                                                                                                      |                             |
| Odsávačka bronchů ovladatelná z anesteziologického přístroje s možností nastavení intenzity sání, držák s 2 oky na nádoby pro odsávání.                          |                             |
| Elektronicky řízené dávkování plynů z obrazovky ventilátoru (možnost zadat FiO2 a celkový průtok).                                                               |                             |
| Režim zpětnovazební ventilace na základě zadání hodnoty koncentrace anestetika ve výdechu pacienta.                                                              |                             |
| Systém odvodu přebytečných plynů vč. hadice pro připojení do centrálního sání.                                                                                   |                             |
| Minimálně 3 elektrické zásuvky, každá samostatně jištěna, jedna z nich jištěna na 1,5 A (pro odpařovač Desfluranu).                                              |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>Plynová analýza:</u></b>                                                                                                                                                                                                         |  |
| Analýza inspiria i expiria (anestetika, O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> ).                                                                                                                                          |  |
| Paramagnetické měření O <sub>2</sub> .                                                                                                                                                                                                 |  |
| Automatická identifikace anestetika.                                                                                                                                                                                                   |  |
| Návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu ventilátoru.                                                                                                                                                                                |  |
| Minimální alveolární koncentrace (MAC) vztažená na věk pacienta.                                                                                                                                                                       |  |
| Kompletní příslušenství pro provoz.                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b><u>Ventilátor:</u></b>                                                                                                                                                                                                              |  |
| Přepínání mezi řízenou a manuální ventilací.                                                                                                                                                                                           |  |
| Možnost zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta formou procedury.                                                                                                                                            |  |
| Možnost napojení jednocestného okruhu pro ventilaci maskou.                                                                                                                                                                            |  |
| Ventilační režimy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objemově řízená ventilace - plně řízená i synchronizovaná.</li> <li>• Tlakově řízená ventilace - plně řízená i synchronizovaná.</li> <li>• CPAP</li> <li>• SIMV</li> </ul> |  |
| VT až 1500 ml.                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Dechová frekvence až 80 dechů/min.                                                                                                                                                                                                     |  |
| Nastavitelný poměr inspiria k expiriu minimálně 2 : 1 až 1 : 6.                                                                                                                                                                        |  |
| Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50 % doby trvání inspiria.                                                                                                                                                                   |  |
| Max. PEEP min. 30 cm H <sub>2</sub> O.                                                                                                                                                                                                 |  |
| Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu.                                                                                                                                                                                                 |  |
| Samostatný vývod kyslíku pro oxygenoterapii (podávání O <sub>2</sub> maskou/nosními brýlemi).                                                                                                                                          |  |
| Nezávislý průtokoměr O <sub>2</sub> pro inhalační terapii.                                                                                                                                                                             |  |
| Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak.                                            |  |
| Elektronicky řízené odpařovače z obrazovky ventilátoru.                                                                                                                                                                                |  |
| <b><u>Příslušenství:</u></b>                                                                                                                                                                                                           |  |
| Integrovaná odsávačka vč. příslušenství – pohon (kyslík, vzduch, variabilně elektrická).                                                                                                                                               |  |
| Resterilizovatelný patientský set.                                                                                                                                                                                                     |  |
| Tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O, AIR).                                                                                                                              |  |
| Držák na 1 záložní tlakovou lahev s plynem.                                                                                                                                                                                            |  |
| Flexibilní rameno vaku pro manuální ventilaci s možností vertikálního i horizontálního nastavení polohy.                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>Monitor vitálních funkcí:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Monitor modulární konstrukce s barevným displejem min 15“.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky s tlačítky rychlého přístupu (domovská obrazovka, ztišení alarmů, zamčení obrazovky – tato tlačítka musí být vždy viditelná).                                                                                                                                                     |  |
| Multiparametrový modul (EKG, SpO2, NIBP, IBP, respirace, teplota) s baterií na min. hodinu provozu.                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Umístění na rameno současně s displejem ventilátoru nad sebou tak, aby mohl anesteziolog ovládat polohu obou displejů najednou pouze jednou rukou. Rameno musí umožnit otočení displejů o 180 stupňů, možnost výškového nastavení dvojice obrazovek, možnost naklopení dvojice obrazovek podle polohy anesteziologa. |  |
| Modulární konstrukce, 3 sloty na moduly.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Minimálně 5 profilů zobrazení.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Obrazovka minimálně 6 křivek.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Grafické a číselné trendy – záznam min. 24h.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Rameno pro uchycení kabelů měřených parametrů (zabránění prověšení a tím namáhání konektorů a připojení u pacienta).                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b><u>Měřené parametry:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3 a 5 svodů včetně zobrazení tepové frekvence.                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Automatická analýza a záznam základních arytmií.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| SpO2 senzor pro opakované použití na prst.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Respirace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Měření dvou teplot, čidlo pro opakované použití – kožní.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Měření NIBP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 velikosti manžet pro děti (od 15 kg váhy)</li><li>• 3 velikosti manžet pro dospělé (střední malá, střední, velká)</li></ul>                                                                                                                                                |  |
| Měření NMT, zobrazení na displeji monitoru vitálních funkcí.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Měření 4x IBP se zobrazením křivky a numerické hodnoty.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Základní příslušenství pro měření všech požadovaných parametrů.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

Zkratky:

SS – spec sheet daného produktu + číslo stránky

IfU – návod k použití daného produktu + číslo stránky

Et Con – speciální dodatek (návod) Et control -

## Dodatečné informace

Rameno pro uchycení kabelů měřených parametrů (zabránění prověšení a tím namáhání konektorů a připojení u pacienta).

Vyobrazení:



položky dodávky Anesteziologický přístroj nejvyšší třídy pro všechny věkové skupiny, včetně monitoru vitálních funkcí 1 ks

položka

ks

anesteziologický přístroj Aisys CS2 vč příslušenství

modul plynové analýzy CaiOVE vč příslušenství

monitor vitálních funkcí CARESCAPE B650 vč příslušenství

multiparametrový modul PDM vč příslušenství

modul měření NMT vč příslušenství

## **Příloha č. 2 – Rekapitulace nabídkové ceny**

Anesteziologický přístroj nejvyšší třídy pro všechny věkové skupiny, včetně monitoru vitálních funkcí  
1 ks

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Nabídková cena celkem bez DPH | 1 597 300,00 Kč |
| DPH 21 %                      | 335 433,00 Kč   |
| Nabídková cena celkem vč DPH  | 1 932 733,00 Kč |