

Příloha č. 1 d) - Technická specifikace - MR kompatibilní monitor SpO2

ČÁST 4: MR kompatibilní monitor SpO2

Interní číslo části 4 VZ: 2022_025_04_00

Dodavatel (účastník, název / IČ)		Saegeling Medizintechnik, s.r.o., IČ: 26259311
Výrobce		INVIVO, a division of Philips Medical System
Model nabídnutého přístroje		Expression MR400
Položka číslo	Požadovaný parametr s uvedenou mezní hodnotou požadavku	Hodnota požadovaného parametru pro nabízený systém (Vyplní účastník)
1.	Monitor životních funkcí pro použití u pacientů všech věkových skupin (novorozenců, dětí, dospělých pacientů) při vyšetření na přístroji magnetické rezonance	ANO
1.1	Pro použití v prostředí MRI s magnety o síle statického magnetického poli min. 1,5 Tesla až 3 Tesla	ANO
1.2	min. 15" dotykový barevný displej, polohovatelný	ANO
1.3	zobrazení min. 4 volitelných křivek současně, ostatní údaje v numerickém zobrazení na displeji	ANO
1.4	optický alarm s úhlem viditelnosti 360°	ANO
1.5	provoz na i na baterie, výdrž min. 6 hod. vč. ukazatele stavu baterie	ANO
1.6	transportní vozík, mobilní do prostření MR	ANO
1.7	náhledový displej pro bezdrátový přenos dat a komunikaci, včetně přenosu dat do nemocničního systému komunikačním protokolem HL7	ANO
2.	požadované parametry monitoringu	
2.1	bezdrátové SpO2	ANO
2.2	bezdrátové EKG s možností kardiálního monitoringu, kontinuální kontrola stavu EKG svodů a elektrod	ANO
2.3	NIBP, manuální měření, automatické měření vč. možnosti nastavení intervalu měření v rozsahu 1 min. až 30 min.	ANO
2.4	IBP, min. 2-kanálové	ANO
2.5	univerzální teplotní senzor	ANO
2.6	měření EtCO2	ANO
2.7	analýza anesteziologických plynů	ANO
3.	požadované příslušenství	
3.1	součástí dodávky bude základní příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů a to min. 2 ks ke každému měřenému parametru min. však NIBP, SpO2, EKG	ANO