

Nabídka č. 3220114

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Obj. č. 2600141640

V Novém Strašecí 26.10.2022

CENOVÁ NABÍDKA – oprava RTG přístroje Samsung GC85A

(v.č. 51FMM3GJB00001D)

Popis	Množství	Cena v Kč za jed. bez DPH	Cena v Kč celkem bez DPH	Cena v Kč celkem vč. 21 %DPH
Oprava detektoru KR14MI9002582ADWCYJ9I0030	6 hod	1.500,-	9.000,-	10.890,-
Cestovné	60 km	14,-	840,-	1.016,40
MI92-02452A- Assy PBA-Main, S4335A-W_R1	1 ks	181.083,-	181.083,-	219.110,43
Celkem			190.923,-	231.016,83

Přesto, že vadný detektor je pod zárukou, nemůže být uznána vzhledem k mechanickému poškození detektoru – všechny čtyři šokové senzory byly aktivovány, detektor byl prohnutý – viz foto v příloze.

Nabídka platí do 30.11.2022

Předem děkuji za potvrzení odsouhlasené nabídky na e-mailovou adresu:

S pozdravem







