

Příloha č. 1 - Technické podmínky - Rotory pro ultracentrifugu Optima XPN-80

Typové označení přístroje

Rotory SW 41 Ti a SW 32 Ti pro ultracentrifugu Optima XPN-80

Základní požadavky zadavatele: Plně kompatibilní rotory pro ultracentrifugu Beckman Optima XPN-80, včetně funkce automatické identifikace rotorů centrifugou

Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry)	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Titanový rotor s výkyvnými závěsy s maximální kapacitou alespoň 6 zkumavek o maximálním objemu alespoň 10 ml a zároveň ne více než 15 ml, maximální dosažitelná odstředivá síla alespoň 280 000 x g, možnost použití dalších lahviček a zkumavek různých objemů	Ano	<i>Ano, PN 331336 Rotor SW 41 Ti detaily viz technická specifikace v nabídce na str.</i>
Titanový rotor s výkyvnými závěsy s maximální kapacitou alespoň 6 zkumavek o maximálním objemu alespoň 30 ml a zároveň ne více než 40 ml, maximální dosažitelná odstředivá síla alespoň 175 000 x g, možnost použití dalších lahviček a zkumavek různých objemů, konstrukce rotoru musí umožnit vkládání vzorku i když je rotor umístěn v centrifuze	Ano	<i>Ano, PN 369694 Rotor SW 32 Ti detaily viz technická specifikace v nabídce na str.</i>
Součástí dodávky každého rotoru je stojánek na rotor a závěsy, sada náhradních těsnění, mazivo pro těsnění, sada základních zkumavek/lahviček pro stáčení vzorků	Ano	<i>Ano, detaily viz technická specifikace v nabídce na str.</i>
Záruka na rotory alespoň 60 měsíců, součástí dodávky musí být bezplatná kontrola a údržba rotorů alespoň jedenkrát během záruční lhůty	Ano	<i>Ano, detaily viz technická specifikace v nabídce na str.</i>

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmiňené dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).