

Ocenění dodávky včetně požadované minimální technické specifikace dodávky
Objednatel : Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Adresa : Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava

IČ : 70631816

Prodávající : SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.

Adresa : Kettnerova 1940/1, 155 00 Praha 5

IČ : 054 57 955

Název předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: „ Pořízení polovertikalizačních postelí“
Dodací lhůta: do 31.01. 2023
1. Ocenění dodávek (předmětu koupě):

Popis	MJ	Množství celkem	v Kč bez DPH	
			Jednotková cena/MJ	Celková cena/MJ
Dodávka polovertikalizační postele	ks	3	54800	164400
Doprava	ks	1	1000	1000
Zaškolení obsluhy	ks	1	1000	1000
Celková cena za dodávku bez DPH v Kč:				166400
Platná sazba DPH v Kč				25080
Celková cena za dodávku včetně DPH v Kč:				191480

2. Plnění požadované minimální a absolutní technické specifikace dodávky hodnocené zadavatelem, která je předmětem ocenění dodávky:

A - absolutní parametr H - hodnocený parametr	Požadovaná minimální technická specifikace dodávky	plnění hodnoceného parametru dle nabídky uchazeče (doplň prodávající)	plnění hodnoceného parametru dle nabídky uchazeče vyplní zadavatel
		ANO/NÉ	ANO/NÉ
Pečovatelské lůžko			
TECHNICKÉ PARAMETRY			
A	Plně elektricky polohovatelná postel	ANO	
A	Nejnižší možná poloha zdvíhu ložné plochy od podlahy max. 25 cm, nejvyšší možná poloha zdvíhu od podlahy minimálně 80 cm	ANO	
A	Rozměr ložné plochy max. 200 x min. 90 cm	ANO	
A	Ovladač lůžka se selektivní možností blokování jednotlivých funkcí	ANO	
R	Autoregrese pouze zádového dílu maximálně o 8 cm, bez autoregrese stehenního dílu!	ANO	
A	Výška dolní části obou čel lůžka max. 15 cm od země	ANO	
A	Elektricky nastavitelný zádový díl, od 0° do minimálně 70°	ANO	
A	Elektricky nastavitelný stehenní díl, od 0° do minimálně 40°	ANO	
R	Anti-Trendelenburgova poloha, elektricky od 0° do minimálně 16°	ANO	
R	Možnost Trendelenburgovy pozice na separátním ovladači, elektricky od 0° do minimálně 16°	ANO	
R	Nosnost minimálně 225 Kg	ANO	
A	4 x Dělené samonosné teleskopické postranice (poměr 55:45), výška minimálně 41 cm. Minimálně 6 různých poloh každé postranice. Možnost výměny postranic mezi sebou bez nutnosti použít nářadí, snížení / zvýšení potřebného prostoru v dolní / horní části lůžka (90 :	ANO	

	110 cm / 110 : 90 cm)		
A	Možnost odejmout postranice i čela bez použití nářadí a používat lůžko bez nich (pro mobilní klienty, při transportu lůžka mezi místnostmi)	ANO	
A	Nouzové uvolnění opěry zad – v případě výpadku el. energie nebo poruchy motoru lze opěru zad uvolnit ručně nebo použitím 9V baterie	ANO	
R	Kvalitní 4 x dvojitá kola o průměru max. 50 mm, plně skrytá ve sloupech,	ANO	
R	možnost 8 x dvojitá kolečka o průměru maximálně 50 mm, plně skrytá ve sloupech	ANO	
A	Možnost volby centrální brzdy po párech nebo centrální brzdy	ANO	

Řádky technické specifikace předmětu dodávky tvoří minimální požadovanou specifikaci dodávky. Tato minimální požadovaná specifikace může být uchazečem (dodavatelem) rozšířena.

Případné rozšíření specifikace dodávky prodávajícím, nehodnocené zadavatelem: **(doplň prodávající)**

předmět specifikace	Rozšířená technická specifikace předmětu dodávky
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
1.6	

Datum: **11. 11. 2020**

Vypracoval: Pavel Srostlík

**Ing. Dalibor
Šoral**

Digitálně podepsal Ing.
Dalibor Šoral
Datum: 2022.11.11
11:07:06 +01'00'

.....
Ing. Dalibor Šoral
jednatel
SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.