



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění
pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Kupující: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
sídlo: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: Pr 1229
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

2. Prodávající: **Promedeus s.r.o.**
sídlo: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
jednající: [REDACTED]
zapsán v: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 92724
IČ: 04939948
DIČ: CZ04939948
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

II.

Význam a účel smlouvy

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-030634 pod názvem „**Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika**“.

Zadávací řízení bylo rozděleno na 11 částí. Prodávající předložil v zadávacím řízení nabídku na část číslo 8 VZ s názvem: „**Elektrochirurgický generátor**“, která se stala vítěznou nabídkou (dále jen „NABÍDKA“). NABÍDKA byla zpracována podle zadávací dokumentace kupujícího (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. V případě rozporu má ZADÁVACÍ DOKUMENTACE přednost před NABÍDKOU.

Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky a dalších souvisejících služeb. Obě smluvní



strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a ve vzájemné shodě uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), tuto smlouvu.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka zdravotnického prostředku/ů typového označení / výrobce:
 - 1.1. ARC 400/BOWA
souhrnně označených pro účely této smlouvy jako „přístroje“ nebo „přístroj“.
 - 1.2. Součástí dodávky je:
 - doprava přístrojů do místa instalace vč. dopravních a manipulačních prostředků, zabalení, vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;
 - instalace přístrojů a jejich zprovoznění vč. veškerého použitého materiálu potřebného ke kompletní instalaci přístroje;
 - instruktáž personálu kupujícího;
 - záruční doba v délce trvání podle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
 - provádění veškerého servisu a oprav v záruční době,
 - technická podpora;
 - manuál obsluhy zařízení v ČJ
2. U předmětu smlouvy podle čl. III. odst. 1 této smlouvy prodávající garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů a dostupnost spotřebního materiálu po dobu deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 8 let od jeho předání kupujícímu.
3. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu předmět koupě, uvedený v čl. III. odst. 1 a v čl. IV. této smlouvy, jakož i další služby, součásti a doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožnit kupujícímu nabytí k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou a v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vlastnické právo ve prospěch svého zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, IČ 70888337, sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít, pokud nemá vady, a zaplatit za něho kupní cenu na základě vystavené faktury.
4. Předmětem této smlouvy je dále sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle **přílohy č. 3** této smlouvy.

IV.

Předmět koupě

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka přístrojů typového označení podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, technických parametrů a vlastností minimálně v rozsahu podle specifikace požadované kupujícím v **příloze č. 1** této smlouvy. Přesná specifikace přístrojů a příslušenství



dodávaných prodávajícím, která vyhovuje požadavkům kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a zahrnuje technické parametry přístrojů podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, je uvedena v **příloze č. 2** této smlouvy. Předmět koupě bude nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku.

2. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem a podle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKY.
3. Součástí dodávky přístrojů je dále předání veškeré dokumentace vztahující se k přístrojům, která je potřebná pro nakládání s přístroji a pro jejich provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zejména pak prohlášení o shodě, registrace na SÚKL, technická dokumentace, návod v českém jazyce, pokyny pro údržbu, certifikace servisního technika dodavatele výrobcem umožňující provádět servis na daném zdravotnickém prostředku apod. Je-li k provozování přístroje třeba jakékoliv programové vybavení či software, poskytuje tímto prodávající kupujícímu nevýhradní, ničím neomezenou licenci k jeho užití. Pro odstranění pochybností se sjednává, že odměna za poskytnutí licence je součástí kupní ceny.
4. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu spotřební materiál podle **přílohy č. 2** této smlouvy na základě objednávky Kupujícího za ceny uvedené v **příloze č. 2** této smlouvy. Pro úpravu cen spotřebního materiálu platí ustanovení uvedené v odst. 4 **přílohy č. 3** této smlouvy obdobně.
5. **Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu koupě:**
Kupující jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Dodání technicky upraveného typu přístroje:

Vyhrazená změna se týká druhu pořizované dodávky přístroje a spočívá v dodání technicky upraveného typu přístroje (např. aktualizované verze), oproti přístroji, který byl nabídnut v rámci NABÍDKY, za splnění následujících podmínek:

- a) přístroj nabízený prodávajícím v NABÍDCE se již nevyrábí nebo byl výrobcem nahrazen aktualizovanou verzí přístroje, případně je možné dodat přístroj, který má lepší technické parametry;
- b) prodávající nemohl aktualizovanou verzi přístroje zahrnout do NABÍDKY, neboť technicky aktualizovaná verze přístroje nebyla v době podání NABÍDKY na trhu dostupná;
- c) změna přístroje nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;
- d) cena aktualizované verze přístroje bude shodná s cenou přístroje, který prodávající nabídl v NABÍDCE;
- e) aktualizovaná verze přístroje musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než přístroj nabízený v NABÍDCE;
- f) změna přístroje musí být vždy předem projednána s kupujícím a kupujícím musí být



schválena dodatkem k této smlouvě; prodávající nemůže vymáhat na kupujícím účelově změnu přístroje, pokud s jeho záměnou kupující nevysloví souhlas.

V.

Kvalitativní požadavky na přístroje

1. Přístroje musí splňovat požadavky kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a dále veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN. Přístroje budou dodány jako nové, dosud nepoužívané a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku, ne repasované, ne demo verze.
2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem přístrojů a že na přístrojích nevážnou žádné věcné ani právní vady.

VI.

Doba, místo, způsob a jakost plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat přístroje nejpozději do 30.11.2022.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího viz článek I. této smlouvy.
3. O dodání přístrojů, včetně jejich instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu kupujícího, instruktáž obsluhy kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepiší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. X. odst. 7 této smlouvy. Pokud budou přístroje dodávány po částech, sepiší smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
4. Nebezpečí za škodu na přístrojích a vlastnické právo k přístrojům přechází na kupujícího okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
5. Prodávající je povinen písemně uvědomit o datu dodávky přístrojů pověřeného zaměstnance kupujícího uvedeného v čl. X. odst. 7 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj bude poškozený nebo rozbitý, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.



VII.

Kupní cena a platební podmínky

- Kupující se za přístroje zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

cena bez DPH	1.798.500,00 Kč
DPH sazby 21 %	377.685,00 Kč
cena celkem vč. DPH	2.176.185,00 Kč

(slovy: dvěmilionystosedmdesátšesttisícstoosmdesátpětkorunčeských)
- Úhrada celé kupní ceny bude kupujícím provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku přístroje dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, se splatností faktury do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Součástí faktury musí být dodací list potvrzený oprávněnou osobou kupujícího podle čl. X. odst. 7 této smlouvy, jinak faktura nebude proplacena. Úhradu faktury provede kupující bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Úhradou kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude uskutečněna v Kč.
- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů, jinak je kupující oprávněn, a to i opakovaně, vrátit ji prodávajícímu k opravě. Lhůta splatnosti v takových případech běží až dnem doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny mj. též údaje o typovém označení a specifikace dodaného přístroje.
- Kupní cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, provádění záručního servisu, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístrojům a veškeré další náklady prodávajícího nutné ke splnění povinností kupujícího k dodávce přístrojů dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VIII.

Záruční podmínky a servis

- Prodávající odpovídá za vady, které má přístroj v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastností stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastností obvyklé. Záruční doba činí **24 měsíců** a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
- Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu plnou záruku na dodané přístroje, tj. bezplatné opravy a bezplatné povinné kontroly dle legislativy a doporučení výrobce. Během trvání záruční doby není prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady na náhradní díly, ani jakékoliv jiné náklady týkající se servisní podpory.



3. Prodávající je povinen nastoupit k odbornému zásahu na odstranění vady přístroje zjištěné v záruční době do **48** hodin (reakční doba) od oznámení vady (reklamace) kupujícím. Reklamace bude kupujícím uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo a potvrzena elektronickou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu, a to v přiměřené lhůtě po zjištění vady kupujícím.

Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 4 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta, která může být maximálně 14 kalendářních dnů, prodávající je však povinen ve lhůtě 48 hodin od oznámení vady předložit kupujícímu návrh na řešení opravy reklamované vady a sjednat s kupujícím termín pro odstranění reklamované vady. V případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna do 4 pracovních dnů ode dne jejího oznámení (reklamace) kupujícím.

V případě, že bude doba opravy delší jak 1 týden, je dodavatel povinen na vyžádání zadavatele bezplatně zapůjčit náhradní přístroje.

Ukáže-li se, že vada přístroje je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní přístroj stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na kupujícího v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy. Kupující má právo navrhnout prodávajícímu jiné řešení.

4. Doba záruční doby se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení závady do provedení opravy.
5. Hlášení závad, reklamací a havárií přijímá prodávající na tel. č. ■■■■■■ nebo e-mailové adrese objednavky@promedeus.cz, nebo datovou schránkou vphr8zb.
6. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření reklamované vady soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

IX.

Sankční ujednání

1. V případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží v termínu dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním záručních vad dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, jejíž splnění není



zajištěno jinou smluvní pokutou, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny bez DPH stanovené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy za každý případ porušení.

4. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny v termínu dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
5. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu.

X.

Ostatní ujednání

1. Předmět koupě je pořizován v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU, název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“, reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“). Smluvní strany jsou povinny:
 - a) při realizaci Projektu a jeho propagaci se řídit pravidly, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou veřejně dostupná na www.mmr.cz,
 - b) na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací Projektu (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat Projekt takto:

Název Projektu: „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“
reg. č. Projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387
 - c) uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací Projektu a jeho financováním po dobu 10 let od úhrady závěrečné platby příjemci Projektu (zadavateli), tj. odepsání z účtu Ministerstva pro místní rozvoj – poskytovatele dotace – (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2031.
2. Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Plnění této povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.
3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele nebo v registru smluv úplné znění kupní smlouvy vč. všech dodatků a příloh.



pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je prodávající povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující prodávajícího výslovně upozorňuje, že předmět smlouvy je pořizován ze zdrojů Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“) a včasné splnění závazků prodávajícího je zásadní pro čerpání finančních prostředků z IROP.
2. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) v případě ohrožení čerpání finančních prostředků z IROP v důsledku prodloužení prodávajícího má kupující právo od této smlouvy jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002–2005 OZ s účinky ex tunc
 - b) v případě prodloužení prodávajícího se splněním závazku z této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů s účinky ex tunc.
 - c) předmět koupě vykazuje nejméně 3 x se opakující totožnou vadu
 - d) předmět koupě vykazuje vadu pro níž nelze předmět koupě užívat a prodávající takovou vadu neodstraní ve lhůtě 4 dnů od dne reklamace nebo dle dodatečné lhůty do 14 dnů ode dne reklamace dle čl. VIII. odst. 3.
3. Odstoupením od smlouvy nezajímá právo kupujícího na náhradu vzniklé újmy a zaplacení smluvní pokuty za již vzniklé prodloužení prodávajícího.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy smluvních stran z ní vyplývající a jejím textem výslovně neupravené se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím
Příloha č. 2 – Specifikace dodávaných přístrojů
Příloha č. 3 – Sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na pozáruční servis přístrojů
4. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.



5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. V případě soudního sporu se smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místně příslušným soudem je Okresní soud ve Znojmě.
7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě, vyjma změny pověřených pracovníků dle čl. X. odst. 7 a 8 této smlouvy. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena v elektronické podobě.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, případně dnem uveřejnění v registru smluv, jedná-li se o smlouvu, na kterou se povinnost uveřejnění vztahuje a na kterou se neuplatní výjimka ve smyslu ust. § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
11. Účastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu této smlouvy, že tato je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně osvědčují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.
12. Případná neplatnost některého ujednání této kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
13. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by tato smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeno a prodávající odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
14. Prodávající souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“


15. Prodávající prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.

V Brně dne 18.9.2022

Ve Znojmě, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:





Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím

Minimální technické požadavky (technické parametry)

část 8 VZ: Elektrochirurgický generátor - 3 ks

Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje	
--	--

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Pozn.: Na všechny číselné parametry elektrochirurgického generátoru je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
Závazné charakteristiky a požadavky				
1	Kombinovaný elektrochirurgický generátor s monopolární, bipolární a pokročilou bipolární technologií pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu	ano		mandatorní požadavek
2	Automatické, trvalé a spolehlivé zatažení cév kardiovaskulárního a lymfatického systému tkáně do průměru 7 mm včetně pomoci nedomulovaného a modulovaného sinusového střídavého napětí	ano		mandatorní požadavek
3	Zatažení cév odolává minimálně trojnásobku normálního systolického tlaku	ano		mandatorní požadavek
4	Pokročilá bipolární technologie (max. 200-350 W), s nepřetržitou zpětnovazební regulací, měřením odporu tkáně, dodávka se přizpůsobuje naměřenému odporu, po dokončení tkáňového efektu zastaví přívod energie	ano		mandatorní požadavek
5	Maximální teplota branží nástrojů při pokročilé bipolární koagulaci nepřesáhne 70°C po jedné a 90°C po několikanásobné aktivaci	ano		mandatorní požadavek
6	Dotyková barevná obrazovka s úhlopříčkou min. 9" je rozdělena do čtyř sekcí umožňujících sledování a uživatelské zadávání nastavení a možností, které jsou pro dané aplikace dostupné, nastavení ovládání v českém jazyce, možnost uzamčení obrazovky	ano		mandatorní požadavek
7	Nastavení odpovídající konfigurace pokročilé bipolární technologie, monopolárních i bipolárních nástrojů na základě automatické detekce nástrojů (RFID) a nastavení doporučených parametrů, u nástrojů s čipem zobrazení názvu nástroje, jeho katalogového a sériového čísla a zbývajícího počtu použití nástroje	ano		mandatorní požadavek
8	monopolární režimy (řez – čistý; smíšený; speciální monopolární; mikro; laparoskopický; koagulace – soft; fulgurace; shared fulgurace; shared spray; shared cutting; spray)	ano		mandatorní požadavek
9	Možnost kontaktní simultánní koagulace 2 nástroji monopolární (shared koagulace fulgurace, shared cutting), bipolární simultánní koagulace 2 nástroji	ano		mandatorní požadavek
10	Možnost bezkontaktní simultánní koagulace 2 nástroji (shared koagulace spray)	ano		mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

11	Maximální výkon pro monopolární řez 400 W	max 400 W		mandatorní požadavek
12	Maximální výkon pro monopolární koagulaci 250 W	max 250 W		mandatorní požadavek
13	Možnost měnit monopolární i bipolární nastavení generátoru přímo z operačního pole ručkou nebo pedálem	ano		mandatorní požadavek
14	Speciální monopolární mód umožňující dynamickou změnu efektu (kombinace hemostáze a disekce) – silnější hemostáze při zpomalení a rychlejší disekci při zrychlení pohybu aktivní elektrody	ano		mandatorní požadavek
15	Bipolární koagulace: min. tři bipolární režimy, možnost funkce autobipolar (max. 120 W)	max. 120 W		mandatorní požadavek
16	U bipolárního režimu „přesný“ krok od min. 0,1 W	od min. 0,1 W		mandatorní požadavek
17	Bipolární resekce: 2 režimy, výkon až 860 W	až 860 W		mandatorní požadavek
18	Bipolární řez max.: 200 W	max.: 200 W		mandatorní požadavek
19	Bipolární koagulace max.: 120 W	max.: 120 W		mandatorní požadavek
20	Nastavení hemostatického efektu od 1 do 9	od 1 do 9		mandatorní požadavek
21	Obsahuje endoskopické módy pro gynekologické či urologické endoresekce, podpora urologické plazmové vaporizace	ano		mandatorní požadavek
22	Monopolární režim, bipolární režim a pokročilou bipolární technologii lze používat současně, bez nutnosti přepínání generátoru	ano		mandatorní požadavek
23	Elektrochirurgický generátor využívá monitorovací systém kvality kontaktu REM k monitorování kvality el. kontaktu mezi neutrální elektrodou a pacientem, je vybaven zvukovým a optickým alarmem v případě problému, chybová a informační hlášení jsou textová, zobrazují kroky, jak danou chybu odstranit v českém jazyce, při narušení rozhraní pacient/podložka dojde k deaktivaci monopolární energie	ano		mandatorní požadavek
24	Software v českém jazyce	ano		mandatorní požadavek
25	Systém aktualizace softwaru – software je snadno aktualizovatelný prostřednictvím USB konektoru bez nutnosti připojení on-line na server	ano		mandatorní požadavek
26	Elektrochirurgický generátor je možno připojit k externím systémům – odsávání kouře a argonové jednotce	ano		mandatorní požadavek
27	Automatický systém testování i během provozu	ano		mandatorní požadavek
28	Minimalizace ulpívání a zuhelnatění tkáně, minimální šíření tepla do přilehlých oblastí při použití pokročilé bipolární technologie a nástrojů	ano		mandatorní požadavek
29	Pro pokročilou bipolární koagulaci je možné použít jednorázové i autoklávatelné nástroje	ano		mandatorní požadavek
30	Návod k ovládání přístroje v českém jazyce, zobrazení instruktážního videa na displeji generátoru	ano		mandatorní požadavek
31	Jednoznačné tóny výstrahy bez možnosti jejich záměny	ano		mandatorní požadavek
32	Možnost připojení nástrojů pro laparoskopické i laparotomické zákroky	ano		mandatorní požadavek
33	Alarmové hlášení akustické a optické, spolu s uvedením poruchy/závady na obrazovce a návrhem řešení v českém jazyce	ano		mandatorní požadavek
34	Dostupnost laparoskopických i laparotomických nástrojů o průměru 5 mm i 10 mm pro pokročilou bipolární koagulaci s řezem	ano		mandatorní požadavek
35	Pro pokročilou bipolární koagulaci pro otevřené výkony: možnost použití nástroje s minimální délkou čelistí 16 mm a integrovaným nožem, rotace čelistí nástroje 360°, aktivace ruční nebo pomocí pedálu	ano		mandatorní požadavek
36	Pro pokročilou bipolární koagulaci: 5 mm nástroj s rovnými zaoblenými branžemi, minimální délkou čelistí 16 mm, integrovaným mechanickým nožem, délkou řezu 15 mm, možnost rotace čelistí nástroje minimálně v rozmezí do 360°, 2 délky dřívku nástroje pro otevřené nebo laparoskopické operace, aktivace ruční nebo pomocí pedálu	ano		mandatorní požadavek
37	Pro pokročilou bipolární koagulaci pro otevřené výkony: resterilizovatelné kleště s nožní aktivací, minimálně 4 různé délky	ano		mandatorní požadavek
38	Vysoká bezpečnost pacienta, operátora a obsluhujícího personálu	ano		mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

39	Kontrola chyby na výstupu, SW kontrola doby aktivace	ano		mandatorní požadavek
40	Přesné řízení výkonu v oblasti nízkých hodnot jeho nastavení	ano		mandatorní požadavek
41	Možnost ovládní ručně nebo pomocí nožního spínače, možnost autostartu s nastavením délky prodlevy u bipolární koagulace	ano		mandatorní požadavek
42	Možnost připojení 2 monopolárních a 3 bipolárních nástrojů, popř. 2 monopolárních, 2 bipolárních a 1 nástroje s pokročilou bip. technologií současně	ano		mandatorní požadavek
43	Nastavení monopolárního a bipolárního režimu uživatelským zadáním nebo automaticky	ano		mandatorní požadavek
44	Generátor je programovatelný s pamětí na 300 programů, možnost oblíbených programů, možnost exportu a nahrání programů pomocí přenosného klíče	ano		mandatorní požadavek
45	Možnost alfanumerického popisu každého programu	ano		mandatorní požadavek
46	Po vypnutí a zapnutí generátoru se zobrazí poslední používaný program	ano		mandatorní požadavek
47	Možnost připojení zařízení automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole	ano		mandatorní požadavek
48	Váha generátoru max. 12,5 kg	ano		mandatorní požadavek
49	Ukazatel termínu připomenutí termínu údržby	ano		mandatorní požadavek
50	Požadované příslušenství ke každému generátoru	1 ks dvojitého monopolárního pedálu	1 ks	mandatorní požadavek
51		1 ks bipolárního pedálu	1 ks	mandatorní požadavek
52		100 ks jednorázových neutrálních elektrod	100 ks	mandatorní požadavek
53		1 ks kabelu pro připojení neutrální elektrody	1 ks	mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

Příloha č. 2 Kupní smlouvy Specifikace dodávaných přístrojů

Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika

část 8 VZ: Elektrochirurgický generátor - 3 ks

Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje	ARC 400
--	---------

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Pozn.: Na všechny číselné parametry elektrochirurgického generátoru je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závaznost
Závazné charakteristiky a požadavky				
1	Kombinovaný elektrochirurgický generátor s monopóly, bipóly a pokročilou bipóly technologií pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu	ano	ano	mandelomí požadavek
2	Automatické, trvalé a spolehlivé ztavení cév kardiovaskulárního a lymfatického systému tkání do průměru 7 mm včetně pomoci nemodulovaného a modulovaného sinusového střídavého napětí	ano	ano	mandelomí požadavek
3	Ztavení cév odolává minimálně trojnásobku normálního systolického tlaku	ano	ano	mandelomí požadavek
4	Pokročilá bipóly technologie (max. 200-350 W), s nepřetržitou zpětnovazební regulací, měřením odporu tkáně, dodávka se přizpůsobuje naměřenému odporu, po dokončení tkáňového efektu zastaví přívod energie	ano	ano	mandelomí požadavek
5	Maximální teplota brandí nástrojů při pokročilé bipóly koagulaci nepřesáhne 70°C po jedné a 90°C po několikanásobné aktivaci	ano	ano	mandelomí požadavek
6	Dotyková barevná obrazovka s úhlopříčkou min. 9" je rozdělena do čtyř sekcí umožňujících sledování a uživatelské zadávání nastavení a možností, které jsou pro dané aplikace dostupné, nastavení ovládání v českém jazyce, možnost uzamčení obrazovky	ano	ano	mandelomí požadavek
7	Nastavení odpovídající konfigurace pokročilé bipóly technologie, monopóly i bipóly nástrojů na základě automatické detekce nástrojů (RFID) a nastavení doporučených parametrů, u nástrojů s čipem zobrazení názvu nástroje, jeho katalogového a sériového čísla a zbyvajících počtu použití nástroje	ano	ano	mandelomí požadavek
8	Monopóly režimy (řez – čistý, smíšený, speciální monopóly, mikro; laparoskopický; koagulace – soft, fulgurace; shared fulgurace; shared spray; shared cutting; spray)	ano	ano	mandelomí požadavek
9	Možnost kontaktní simultánní koagulace 2 nástrojů monopóly (shared koagulace fulgurace, shared cutting), bipóly simultánní koagulace 2 nástrojů	ano	ano	mandelomí požadavek
10	Možnost bezkontaktní simultánní koagulace 2 nástrojů (shared koagulace spray)	ano	ano	mandelomí požadavek
11	Maximální výkon pro monopóly řez 400 W	max 400 W	ano	mandelomí požadavek
12	Maximální výkon pro monopóly koagulaci 250 W	max 250 W	ano	mandelomí požadavek
13	Možnost měnit monopóly i bipóly nastavení generátoru přímo z operačního pole ručkou nebo	ano	ano	mandelomí požadavek
14	Speciální monopóly mód umožňující dynamickou změnu efektu (kombinace hemostáze a disekce) – silnější hemostáze při zpomalení a rychlejší disekci při zrychlení pohybu aktivní elektrody	ano	ano	mandelomí požadavek
15	Bipóly koagulace: min. tři bipóly režimy, možnost funkce autobipolar (max. 120 W)	max. 120 W	ano	mandelomí požadavek
16	U bipóly režimu „přesný“ krok od min. 0,1 W	od min. 0,1 W	ano	mandelomí požadavek
17	Bipóly resekce: 2 režimy, výkon až 860 W	až 860 W	ano	mandelomí požadavek
18	Bipóly řez max.: 200 W	max.: 200 W	ano	mandelomí požadavek
19	Bipóly koagulace max.: 120 W	max.: 120 W	ano	mandelomí požadavek
20	Nastavení hemostatického efektu od 1 do 9	od 1 do 9	ano	mandelomí požadavek
21	Obsahuje endoskopické módy pro gynekologické či urologické endoresekcce, podpora urologické plazmové koagulační	ano	ano	mandelomí požadavek
22	Monopóly režim, bipóly režim a pokročilou bipóly technologii lze používat současně, bez nutnosti přepínání generátoru	ano	ano	mandelomí požadavek
23	Elektrochirurgický generátor využívá monitorovací systém kvality kontaktu REM k monitorování kvality el. kontaktu mezi neutrální elektrodou a pacientem, je vybaven zvukovým a optickým alarmem v případě problému, chybová a informační hlášení jsou textová, zobrazují kroky, jak danou chybu odstranit v českém jazyce, při narušení rozhraní pacientopříloha dojde k deaktivaci monopóly energie	ano	ano	mandelomí požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

24	Software v českém jazyce	ano	ano	mandelomi požadavek
25	System aktualizace softwaru – software je snadno aktualizovatelný prostřednictvím USB konektoru bez nutnosti připojení on-line na server	ano	ano	mandelomi požadavek
26	Elektrochirurgický generátor je možné připojit k externím systémům – odsávání kouře a argonové jednotce	ano	ano	mandelomi požadavek
27	Automatický systém testování i během provozu	ano	ano	mandelomi požadavek
28	Minimalizace uplívání a zubeinatlání tkáně, minimální šíření tepla do přilehlých oblastí při použití pokročilé bipolární technologie a nástrojů	ano	ano	mandelomi požadavek
29	Pro pokročilou bipolární koagulaci je možné použít jednorázové i autoklavovatelné nástroje	ano	ano	mandelomi požadavek
30	Návod k ovládání přístroje v českém jazyce, zobrazení instruktážního videa na displeji generátoru	ano	ano	mandelomi požadavek
31	Jednoznačné tóny výstrahy bez možnosti jejich záměny	ano	ano	mandelomi požadavek
32	Možnost připojení nástrojů pro laparoskopické i laparotomické zákroky	ano	ano	mandelomi požadavek
33	Alarmové hlášení akustické a optické, spolu s uvedením poruchy/závady na obrazovce a návrhem řešení v českém jazyce	ano	ano	mandelomi požadavek
34	Dostupnost laparoskopických i laparotomických nástrojů o průměru 5 mm i 10 mm pro pokročilou bipolární koagulaci s řezem	ano	ano	mandelomi požadavek
35	Pro pokročilou bipolární koagulaci pro otevřené výkony: možnost použití nástroje s minimální délkou čelisti 16 mm a integrovaným nožem, rotace čelisti nástroje 360°, aktivace ruční nebo pomocí pedálu	ano	ano	mandelomi požadavek
36	Pro pokročilou bipolární koagulaci: 5 mm nástroj s rovnými zaoblenými bránžemi, minimální délkou čelisti 16 mm, integrovaným mechanickým nožem, délkou řezu 15 mm, možnost rotace čelisti nástroje minimálně v rozmezí do 360°, 2 délky drůtky nástroje pro otevřené nebo laparoskopické operace, aktivace ruční nebo pomocí pedálu	ano	ano	mandelomi požadavek
37	Pro pokročilou bipolární koagulaci pro otevřené výkony: restenilizovatelné kleště s nožní aktivací, minimálně 4 různé délky	ano	ano	mandelomi požadavek
38	Vysoká bezpečnost pacienta, operátora a obsluhujícího personálu	ano	ano	mandelomi požadavek
39	Kontrola chyby na výstupu, SW kontrola doby aktivace	ano	ano	mandelomi požadavek
40	Přesné řízení výkonu v oblasti nízkých hodnot jeho nastavení	ano	ano	mandelomi požadavek
41	Možnost ovládání ručně nebo pomocí nožního spínače, možnost autostartu s nastavením délky prodlevy u bipolární koagulace	ano	ano	mandelomi požadavek
42	Možnost připojení 2 monopolárních a 3 bipolárních nástrojů, popř. 2 monopolárních, 2 bipolárních a 1 nástroje s pokročilou bip. technologií současně	ano	ano	mandelomi požadavek
43	Nastavení monopolárního a bipolárního režimu uživatelským zadáním nebo automaticky	ano	ano	mandelomi požadavek
44	Generátor je programovatelný s pamětí na 300 programů, možnost oblíbených programů, možnost exportu a nahrání programů pomocí přenosného klíče	ano	ano	mandelomi požadavek
45	Možnost alfanumerického popisu každého programu	ano	ano	mandelomi požadavek
46	Po vypnutí a zapnutí generátoru se zobrazí poslední používaný program	ano	ano	mandelomi požadavek
47	Možnost připojení zařízení automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operace	ano	ano	mandelomi požadavek
48	Váha generátoru max. 12,5 kg	ano	ano	mandelomi požadavek
49	Ukazatel termínu připomenutí termínu údržby	ano	ano	mandelomi požadavek
50		1 ks dvojitého monopolárního pedálu	1 ks	ano
51	Požadované příslušenství ke každému generátoru	1 ks bipolárního pedálu	1 ks	ano
52		100 ks jednorázových neutrálních elektrod	100 ks	ano
53		1 ks kabelu pro připojení neutrální elektrody	1 ks	ano

Ceník spotřebního materiálu

Katalogové číslo	Popis	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
816-112	Neutrální elektrody jednorázové, dělené, balení 100 ks	4574,-	5534,54
802-030	Rukojeti se 2 tlačítka, nožem, kabelem, jednorázové, balení 50 ks	8732,-	10565,72
800-000	Čistící papírky na nože, balení 50 ks	4069,-	4923,49



Příloha č. 3 Kupní smlouvy

Sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na pozáruční servis přístrojů

1. Prodávající se zavazuje na výzvu Kupujícího uzavřít servisní smlouvu na pozáruční servis přístrojů dle ujednání níže, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy kupujícího. Kupující vyzve prodávajícího k uzavření smlouvy nejpozději do 3 měsíců po uplynutí záruční doby. Cenové podmínky pro provádění servisních služeb po ukončení záruční doby uvedené v odst. 2 této přílohy č. 3 smlouvy se nezmění po dobu prvního roku od skončení záruční doby za přístroj. Tato doba bude prodloužena, pokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví, na dobu, po kterou budou přístroje kupujícím využívány, přičemž cenové podmínky uvedené v odst. 2 této přílohy č. 3 smlouvy se mohou upravit v závislosti na míře inflace v souladu s odst. 4 této přílohy č. 3 smlouvy. Servisní smlouvu nesmí prodávající vypovědět v době dle věty první v odst. 4 této přílohy č. 3 smlouvy. Výpovědní doba servisní smlouvy se sjednává v délce 3 měsíců. Reakční doba servisního zásahu je stanovena na max. 48 hodin. Doba pro odstranění závady bude 4 pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě delší dílenské opravy je dodavatel povinen zapůjčit náhradní přístroj.
2. Cenové podmínky pro budoucí servisní smlouvu sjednávají smluvní strany takto:
 - 2.1. Fixní roční náklady za provádění BTK, pravidelných kontrol dle legislativy a doporučení výrobce, revizí, validací ve výši 12.000,00 Kč bez DPH / rok. V ceně BTK jsou započteny ceny takového materiálu, který je předepsán výrobcem k výměně v rámci BTK.
 - 2.2. Hodinová sazba za provádění servisu odborným servisním technikem ve výši 1.600,00 Kč bez DPH / hod.
 - 2.3. Účtovaná částka za 1 výjezd tam i zpět ze servisního střediska dodavatele do místa servisního zásahu v sídle kupujícího při provádění pozáručního servisu ve výši 2.159,00 Kč bez DPH / 1 výjezd.
 - 2.4. Cenové podmínky lze změnit po 1 roce trvání servisní smlouvy podle odst. 4 této přílohy.
3. Z údajů podle odst. 2 této přílohy smlouvy bude vypočítána cena za skutečně provedené servisní služby. Náklady za servisní služby uhradí kupující prodávajícímu na základě faktury – daňového dokladu. Faktura musí být vždy doložena servisním výkazem potvrzeným pracovníkem kupujícího, jinak nebude uhrazena.

Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, v němž byly servisní služby poskytovány.

Splatnost daňových dokladů je do 30 kalendářních dnů od doručení do sídla kupujícího.
4. Ceny za servisní služby podle odst. 2 této přílohy smlouvy nelze měnit po dobu 1 roku od skončení záruční doby za přístroj. V dalších letech trvání servisní smlouvy lze cenu servisních služeb změnit v důsledku změny míry průměrné inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok za těchto podmínek:

Pro účely dalšího textu je cena servisních služeb podle odst. 2 této přílohy smlouvy označena jako „cena“.

 - a) V každém následujícím roce trvání servisní smlouvy (po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj) může být cena upravena v závislosti na hodnotě míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Úpravy ceny mohou být



- provedeny tak, že se ceny zvýší / sníží maximálně o stejné %, o které se změní míra inflace proti míře inflace v předchozím kalendářním roce.
- b) Úpravy ceny mohou být provedeny v okamžiku, kdy budou vydány oficiální údaje ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, platnost úpravy ceny je však možné uplatňovat smluvními stranami zpětně k datu, kdy uplynula doba dle písm. a) (tj. po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj) a dále vždy dalších 12 měsíců.
 - c) O úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vydání oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Neučiní-li tak, cena zůstane v platnosti po dalších 12 měsících platnosti servisní smlouvy.
 - d) K úpravě ceny může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného písemného dodatku k servisní smlouvě.
 - e) Pokud dojde k dohodě smluvních stran, mohou smluvní strany uplatnit změny ceny k datu, kdy uplynula doba dle písm. a) (tj. po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj) a dále vždy dalších 12 měsíců (v dalších letech trvání servisní smlouvy). V takovém případě jsou smluvní strany povinny provést doúčtování / vrácení částek odpovídajících sjednané úpravě ceny za platební období, ve kterém byla účtována původně sjednaná cena.
5. Adresa servisního střediska prodávajícího: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno.
6. Sankce za nedodržení servisních podmínek:
- a) V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním vady, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že prodávající nedodrží reakční dobu, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za 24 hodin prodlení.