

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě

Monitor vitálních funkcí - specifikace minimálních požadavků

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice Prostějov Gastro**
Kód ID: **2017065**
Množství: **2 ks**

- Monitor vitálních funkcí s barevným displejem a min. rozlišením SVGA. ANO, PROCARE B20 výrobce GE Healthcare, rozlišení SVGA
- Ovládání v českém jazyce ANO
- Plochá barevná obrazovka min. 10“ ANO, 10,4“
- Zobrazení minimálně 4 - ti křivek současně ANO, 6 křivek
- Trendy grafické i numerické min. za 24 hodin, s možností rozšíření na 72 hodin ANO, 72 hodin
- Jednoduché intuitivní ovládání ANO
- Měření parametry EKG (3 svody), analýza ST segment, arytmie, respirace, NIBP, SpO2 ANO
- S veškerým potřebným příslušenstvím pro provoz ANO
- Provoz na akumulátory, minimálně 4 hod ANO
- Fixace monitoru k polici ANO

Monitorovací systém - specifikace minimálních požadavků

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice Prostějov NIP**
Kód ID: **2017001**
Množství: **1 ks**

Centrální stanice s barevným monitorem minimálně 19“ – 1 ks
CSCS2 výrobce GE Healthcare

- Připojení minimálně 9 monitorů (přenos dat na centrálu se zobrazením min. 9 pacientů) – **uved'te**, ANO, až 16 monitorů a 16 pacientů
- Možnost rozšíření až na 16 monitorů – **uved'te** ANO, 16 monitorů
- Obousměrná komunikace s připojenými monitory ANO
- Možnost sledování každého pacienta v reálném čase (minimálně 4 křivky u každého pacienta současně) ANO, 4 křivky u každého pacienta
- Možnost zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrální stanici ANO
- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, kontinuální záznam křivek 24 hodin ANO, 24 hodin
- Režim pro zobrazení vybraného monitoru, možnost ovládat monitory dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení, apod.) ANO
- 19“ plochý displej 1ks ANO
- Záložní zdroj UPS ANO

- Menu v českém jazyce ANO
- Laserová tiskárna ANO
- Archivace všech nasbíraných dat na pacienta v pdf souborech a jejich přenos do PC - **uved'te Ano / Ne** ANO
- Propojení se stávající centrální stanicí GE Healthcare (instalovanou v prosinci 2016), obousměrná komunikace – alarmy, editace dat sledovaných pacientů ANO

Monitor vitálních funkcí – minimální technické parametry

Množství: 9 ks

- Modulární monitor vitálních funkcí s režimy pro novorozence, děti a dospělé s barevným displejem a min. rozlišením SVGA. ANO, PROCARE B40 a CARESCAPE B450 výrobce GE Healthcare
- Ovládání v českém jazyce ANO
- Plochá barevná obrazovka min. 10“ ANO, 12“
- Zobrazení min. 6-ti křivek současně ANO
- Zrendy grafické i numerické minimálně za 24 hodin, s možností rozšíření na 72 hodin ANO
- Jednoduché intuitivní ovládání ANO
- Základní multiparametrický modul: sledované parametry EKG (3 – 5 svodů), analýza ST, respirace, NIBP, 2 x IBP (možnost rozšíření až na 4 x IBP), **SpO2 Massimo**, ANO
- 2 ks přenositelných modulů pro měření EtCO2 (možnost využití stávajících modulů) ANO, využití stávajících modulů E-minic
- S veškerým potřebným příslušenstvím pro provoz ANO
- Fixace monitoru k polici ANO

Monitor vitálních funkcí - specifikace minimálních požadavků

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice Prostějov ARO**
 Kód ID: **2017034**
 Množství: **2 ks**

- Monitor musí zahrnovat monitoraci vitálních funkcí, včetně EtCO2, ANO, CARESCAPE B450 výrobce GE Healthcare
- Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem a minimálním rozlišením SVGA. ANO, SVGA
- Ovládání v českém jazyce ANO
- Plochá barevná obrazovka min. 12“ – dotyková ANO, 12“
- Zobrazení min. 6 křivek současně ANO, 6 křivek

Zadavatel: Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1
Prostějov 796 04



- Trendy grafické i numerické min. za 24 hodin, s možností rozšíření na 72 hodin ANO
- Jednoduché intuitivní ovládání ANO
- Základní multiparametrický modul: sledované parametry EKG (5 svodů), analýza ST, respirace, NIBP, 2 IBP, SpO2, teplota ANO, sledované parametry EKG (5 svodů), analýza ST, respirace, NIBP, 2 IBP, SpO2, teplota
- Hemodynamické kalkulace ANO
- 1 ks přenositelný modul pro měření EtCO2 (1 ks modulu přenositelného mezi oběma monitory) – ANO, uveďte ANO, modul F-mimic
- Možnost rozšíření o moduly PICCO, EEG, kalorimetrie – uveďte ANO, možnost rozšíření o moduly PICCO, EEG, kalorimetrie
- S veškerým potřebným příslušenstvím pro provoz ANO
- Fixace monitoru k polici ANO
- Kompatibilita se stávajícím monitorovým vybavením výrobce GE Healthcare (příslušenství a centrální monitor) – uveďte ANO, kompatibilita se stávajícím monitorovým vybavením výrobce GE Healthcare

Účastník tímto čestně prohlašuje, že nabízený monitor vitálních funkcí PROCARE B20, PROCARE B40, CARESCAPE B450 a centrální stanice CSCS2 výrobce GE Healthcare splňují zcela výše uvedené minimální technické požadavky stanovené zadavatelem.

V Praze dne 5. dubna 2017

