

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky	CO detektory BW CLIP – tříleté, bezúdržbové
Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČO: 48145122
Druh řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie - na dodávky

CO detektor BW CLIP - tříletý, bezúdržbový, počet kusů 20

- tříletý provoz bez údržby, nabíjení kalibrace
- alfanumerický LCD nepřetržitě ukazující jak dlouhá doba životnosti ještě zbývá a nastavení alarmu
- ukládá 35 posledních událostí, včetně údajů o detekovaných špičkových hodnotách plynu
- umožňuje stahování zaznamenaných dat do počítače pomocí stanice IntelliDox, nebo MicroDock II
- odolný, neklouzavý povrch, IP 66/67
- vestavěný nárazuvzdorný rám
- klasifikováno jako bezpečné podle evropského certifikačního standardu CE
- má dvě hodnoty nastavitelného alarmu (dolní a horní)
- při zvukovém je hlasitost tónu 95dB a vizuální alarm je jasným LED světlem
- signalizace alarmu je akustická, světelná a vibrační
- malá velikost: 28 x 50 x 81 mm
- plně funkční autotesty jsou na senzor, baterii, elektroniku a zvukově-vizuální alarmy
- přístroj je v nepřetržitém provozu, jediné tlačítko slouží k uvedení do provozu a k testu
- úchyt na opasek či kapsu, testovací souprava, baterie a instrukce v českém jazyce jsou součástí výbavy
- životnost zaručena při 3-5 minutách alarmu denně
- Váha: 76g
- 1. stupeň alarmu: 35 ppm (stavitelný rozsah: 5 - 200 ppm)
- 2. stupeň alarmu: 200 ppm (stavitelný rozsah: 5 - 200 ppm)
- rozsah měření: 0-300 ppm

Čestně prohlašuji, že dodané zboží bude splňovat výše uvedenou specifikaci.

V Pardubicích dne 25.11.2022

[Redacted], obchodní zástupce

(jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele/Prodávajícího nebo jeho jménem)