



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Číslo Projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_ 121/0016252

KUPNÍ SMLOUVA

číslo: 22-2-112

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb.,
„Občanský zákoník“

Smluvní strany

- 1. Kupující:** **Fakultní Thomayerova nemocnice**
Sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel
DIČ: CZ00064190
IČ: 00064190
Číslo účtu: XXX
Banka: XXX
Zapsán v OR: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr,
vl. 1043
Vyřizuje: [OU OU]
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen kupující)

a

- 2. Prodávající:** **medisap,s.r.o.**
Sídlo: Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
Zastoupen: Ing. Milanem Šamánkem jednatelem společnosti
DIČ: CZ48029360
IČ: 49029360
Číslo účtu: XXX
Registrovaný a zveřejněný dle §96 odst. 1 zákona o DPH
Banka: XXX
Zapsán v obch. rejstříku: Městského soudu v Praze sp zn C14601
Vyřizuje: [OU OU]
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen prodávající)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem:

„H - lůžka a postele“ - část 3 VZ, číslo zakázky ve VVZ: Z2022-030578 vyhlášené dne 29.7.2022



1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka 3 ks inkubátorů neonatálních pro intenzivní péči Giraffe Omnibed Carestation (zařízení, SW, technologie, vybavení), 1 ks Lůžko resuscitační pro novorozence Panda iRes, výrobce Datex-Ohmeda, Inc. součást GE Healthcare

dle specifikace uvedené v Příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně

- zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), instalace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu,
- měření a kontroly předmětu dodávky včetně protokolů s vyznačenou dobou platnosti: prvotní záznam o odborné údržbě - elektrická kontrola popř. výchozí elektrotevize, prvotní bezpečnostně technické kontrola (BTK), kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování, měření, kontroly a úkony údržby včetně použitého materiálu a výměny dílů; tyto a další dotčené předmětem dodávky v souladu např. se zákony 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění,
- komplexní instruktáž k používání / obsluze (zaškolení) příslušných zaměstnanců, tj. obsluhujícího personálu a techniků kupujícího, dodání protokolu o instruktáži k používání / obsluze zařízení při předání a dále pak 2 x ročně po dobu záruky na zařízení.

2. Cena

2.1 Cena

Cena plnění je stanovena dohodou, zahrnuje níže uvedené jednotlivé komponenty (např. cena přístroje, montáž (instalace) včetně uvedení do provozu, doprava, instruktáž k používání / obsluze zařízení) a činí:

Kupní cena za ks bez DPH	Kč
Kupní cena celkem bez DPH	2 800 000,00 Kč
DPH 15%	Kč
DPH 21%	588 000,00 Kč
Kupní cena celkem vč. DPH	3 388 000,00 Kč

Příslušná specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, pojištění, instalace předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, odborná údržba a požadavky zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění, požadavky zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění a komplexní instruktáž k používání / obsluze (zaškolení) příslušných zaměstnanců, tj. obsluhujícího personálu a techniků kupujícího v rozsahu článku č. 1. Předmět smlouvy.



Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a jakékoliv více náklady oproti této kupní smlouvě jsou nepřipustné. Kupní cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

3. Platební podmínky a fakturace

3.1. Platební podmínky

Zálohy nebudou poskytovány.

3.2. Fakturace

Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena převodním příkazem po doručení faktury ve dvojitým vyhotovení vystavené prodávajícím a to takto:

Kupní cena bude kupujícím zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání předmětu smlouvy, se splatností 60 dnů po jejím doručení kupujícím. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a dále tyto náležitosti:

- den splatnosti,
- odvolávka na smlouvu,
- číslo Projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016252
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh.

Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá.

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u prodávajícího zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a odst. 6, z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), prodávající strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za prodávajícího jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.



Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k Předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do roku 2031, pokud není v právních předpisech stanovena lhůta delší.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději **do 16 týdnů** ode dne uzavření smlouvy.

4.2. Přejímka předmětu smlouvy:

Předmět smlouvy je pokládán za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu po povinné prohlídce kupujícím, komplexní instruktáži k používání / obsluze (zaškolení) a podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat zaměstnanec pověřený statutárním zástupcem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jim zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

V případě, že pověřený zaměstnanec kupujícího odmítne předávací protokol pro jakékoliv nesrovnalosti podepsat, nebo v případě, kdy vytčené vady zboží odmítne podepsat zaměstnanec prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit.

4.3. Doklady vztahující se k předmětu smlouvy

Předmět smlouvy bude dodán včetně potřebné dokumentace (1ks ke každému jednomu zařízení v tištěné podobě a 2ks CD nebo jiném elektronickém nosiči), tzn.:

- návod na obsluhu v českém jazyce - výrobcem autorizovaný český originál (v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb.,
- prohlášení o shodě (s určenou a uvedenou třídou ZP),
- instalační protokol, dodací a záruční list,
- protokoly k měření a kontrolám předmětu dodávky (včetně vyznačení doby platnosti): prvotní záznam o odborné údržbě - elektrická kontrola popř. výchozí elektrevize, prvotní bezpečnostně technické kontrola (BTK), kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování a měření; tyto a další v souladu se zákony č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění, č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění,
- protokol o instruktáži (zaškolení) obsluhy v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. v platném znění,
- oprávnění školitele k provádění instruktáže (školení), na základě podmínek určených výrobcem v návodu na obsluhu a v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění,
- příslušnou dokumentaci dle zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, č. 263/2016 Sb., atomový



zákon v platném znění (pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje),

4.4. Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele (Václavská 800, Praha 4 – Krč).

Pokyny pro dodání a instalaci:

Areál FTN

4.5. Součinnost smluvních stran

Prodávající zajistí přítomnost zaměstnanců kupujícího na instruktáži k používání / obsluze zařízení (předmětu smlouvy).

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující se zavazuje umožnit příjezd dopravci do místa plnění na dobu nezbytně nutnou ke složení předmětu smlouvy.

Prodávající se zavazuje oznámit termín dodání předmětu smlouvy minimálně 5 dnů před plánovaným termínem zaměstnancům oddělení zdravotnické techniky kupujícího na email:

ozt-nakup@ftn.cz

V případě potřeby zajištění spolupráce IT a technického servisu (připojení k NIS, LIS, datovému uložení, vzdálené datové připojení, komunikace mezi zařízeními nebo součástmi zařízení s využitím datových rozvodů v FTN, atd.) je nutné informovat kupujícího minimálně **10 dní před termínem dodání** předmětu smlouvy z důvodu včasného nastavení, zajištění dostatečné kapacity sítě – přípojných bodů a nastavení komunikačních protokolů.

4.6. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním předmětu smlouvy kupujícímu, tj. po podpisu předávacího protokolu.

Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním předmětu smlouvy. Dokladem o předání se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněnými zástupci kupujícího a prodávajícího.

4.7. Smluvní pokuty

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmětu smlouvy a jeho uvedením do provozu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny předmětu smlouvy za



každý započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.

V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle bodu 4.3. této smlouvy kupujícímu, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží za každý započatý den až do splnění této povinnosti.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro odstranění závad stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 %, z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. Smluvní strany tak výslovně sjednávají odlišnou úpravu od § 2050 zák.č. 89/2012 Sb.

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle čl. 3.2. této smlouvy, může prodávající požadovat úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.8. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy.
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a § 2106 občanského zákoníku)
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

5.1. Záruka

Prodávající bude po dobu záruky přístroje 24 měsíců zajišťovat bezplatně záruční opravy a odbornou údržbu (elektrické kontroly popř. elektorevize, BTK, kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování, měření, kontroly a úkony údržby včetně použitého materiálu a výměny dílů); tyto a další dotčené předmětem dodávky v souladu např. se zákony č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění, č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění. Záruka počíná běžet od uvedení přístroje do provozu a vztahuje se na plnou funkčnost předmětu smlouvy.

Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít po dobu záruky vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují. Součástí záruky



jsou pravidelné zákonné prohlídky zdarma.

Kontroly, prohlídky, měření a zkoušky výše uvedené: Prodávající je po dobu záruky povinen na tyto nastoupit před vypršením lhůty a včas dodat protokoly na oddělení FTN zajišťující servis a správu přístrojových zdravotnických prostředků, a to tak aby nebyly porušeny požadavky a doporučení výrobce uvedené v návodu k obsluze a další legislativní požadavky (normy a zákony platné v ČR). Bude-li prodávající vyzván kupujícím, prodávající má povinnost na tyto Kontroly, prohlídky, měření a zkoušky výše uvedené nastoupit do 10-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních.

5.2. Servisní podmínky

Servisní služby v záruční době budou zajišťovány „365 dní v kalendářním roce“. Prodávající doloží, že je oprávněnou osobou k provádění servisu.

Prodávající je povinen zahájit odstraňování nahlášené závady/poruchy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení závady (na e-mail prodávajícího), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Prodávající je povinen odstranit nahlášené závady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů následujících po dni nahlášení závady v případech, kdy není třeba k odstranění závad výměna určitého dílu vezeného ze zahraničí; v těchto případech do 10 pracovních dnů následujících po dni nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Po odstranění závady je prodávající povinen prokazatelně předat kupujícímu servisní výkaz, ve kterém bude specifikována závada, datum a čas zahájení opravy závady, způsob odstranění závady a datum a čas odstranění závady.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZÁRUČNÍ SERVIS:

za prodávajícího / smluvní strana

Název společnosti: medisap, s.r.o. - Servisní středisko, Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Jméno a příjmení kontaktní osoby: [OU OU]

Telefon:

E-mail:

5.3. Reklamáce

Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu kupujícím, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:

- právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
- právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického hlediska,
- právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady. Za opakující se vady pokládají smluvní strany výskyt vady nejméně 3 krát.



Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou zaměstnanci kupujícího, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.

V ostatních případech platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

6. Závěrečná ustanovení

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Prodávající nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající.

Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat prostřednictvím Objednatele požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena předmětu smlouvy včetně DPH.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny před obecnými soudy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad 50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pro případ, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, se smluvní strany zavazují, že informace označené jako obchodní tajemství zůstanou utajeny. Zveřejnění smlouvy do registru smluv provede kupující. Potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv bude prodávajícímu doručeno do datové schránky automaticky správcem registru smluv.

Písemnosti mezi smluvními stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 – položkové členění

[OU OU] = osobní údaj

V Praze dne 1.12.2022

V Praze dne 29.11.2022

.....
Za kupujícího:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel

.....
Za prodávajícího:

Ing. Milan Šamánek
jednatel společnosti



Příloha č. 1 - Technická specifikace

Část 3 VZ	Inkubátor neonatální pro intenzivní péči 3ks	Projekt: A3-065-RT
------------------	---	---------------------------

1. *Technické požadavky:*

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, 1. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. *Medicínský účel:* inkubátor pro neonatální intenzivní péči o novorozence

3. *Kompatibilita:*

4. *Specifikace:* GE Healthcare Giraffe OmniBed Carestation

(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

5. *Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.*

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
Inkubátor pro intenzivní péči o novorozence		
1. Kombinovaný inkubátor pro komplexní péči o novorozence – kombinace inkubátoru a vyhřívaného lůžka v jenom přístroji	ano	str. 27 návod k obsluze
2. Váha integrovaná vyjímatelná pro novorozence s hmotností v rozmezí min. 500 g až 8 kg, zobrazení údajů na displeji (číselně, graficky, trend přírůstku hmotnosti s historií min. deseti vážení)	ano	str. 32 návod k obsluze
3. Výška lůžka nastavitelná, rozsah min. 30 cm, možnost využití nožního pedálu	ano	str. 138 návod k obsluze
4. Bezdotykové utišení alarmu pro eliminaci přenosu infekce	ano	str. 48 návod k obsluze
5. Minimalizace poklesu teploty při otevření inkubátoru (manuálně aktivovaný teplotní štít)	ano	Str. 83 návod k obsluze
6. Stěna inkubátoru dvojitá (minimalizace tepelných ztrát)	ano	str. 124 návod k obsluze
7. Víko inkubátoru zajišťující viditelnost do inkubátoru	ano	Str. 123 návod k obsluze
8. Panel čelní i oba boční panely inkubátoru otevíratelné, boční panely odstranitelné	ano	str. 124 návod k obsluze
9. Prostupy do inkubátoru pro kabely a okruhy	ano	str. 28 návod k obsluze
10. Provozní režim řízení teploty uvnitř inkubátoru manuálně v závislosti na teplotě pokožky novorozence	ano	str. 29 návod k obsluze
11. Monitorace tělesné teploty min. z 2 čidel (čidla součástí nabídky), zobrazení obou teplot na displeji	ano	str. 29 návod k obsluze
12. Regulace teploty uvnitř inkubátoru v rozsahu minimálně až 39°C po krocích maximálně 0,1°C	ano	str. 135 návod k obsluze
13. Zvlhčování bakteriostatickým systémem v rozsahu minimálně 40% až 95% s krokem maximálně 5%	ano	str. 135 návod k obsluze



14. Dezinfekce kompletního systému zvlhčování-hygienicky bezpečný systém zvlhčování, průhledná nádoba pro vizuální kontrolu vodní hladiny	ano	str. 28, 128 návod k obsluze
15. Servoregulace kyslíku v rozsahu minimálně 22% až 65% obj. s přesností minimálně 5% obj.	ano	str. 137 návod k obsluze
16. Držák ventilačních okruhů	ano	str. 139 návod k obsluze
17. Prostor pro uložení RTG kazety, 2ks miska odkládací uvnitř inkubátoru	ano	Ano, str. 76 návod k obsluze
18. Náklon polohovatelné otočné matrace minimálně 12°, ovládaní uvnitř inkubátoru výhodou	ano	str. 138 návod k obsluze
19. Displej ovládací, možnost ovládání z obou stran	ano	str. 35 návod k obsluze
20. Trendy paměťové: teplota, hmotnostní přírůstky, nastavení vlhkosti, atd. (min. 48h) pro monitorované hodnoty pro rychlé zpětné vyhodnocení průběhu péče a stanovení dalšího postupu	ano	str. 84 návod k obsluze
21. Alarmy akustické a optické (nastavitelné), nápověda řešení alarmů na displeji	ano	str. 58, 35 návod k obsluze
22. Světlo vyšetřovací LED na husím krku, se zdrojem energie z inkubátoru (pro snadnější transport)	ano	str. 140 návod k obsluze
23. Šuplík dvojité (nebo dva šuplíky) na příslušenství součástí přístroje, otvírání na obě strany	ano	str. 30, 122 návod k obsluze



Část 3 VZ	Lůžko resuscitační pro novorozence 1ks	Projekt: A3-057-RT
------------------	---	---------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel. (viz položka: č. B/10)
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: Vyhřívání lůžka s integrovanou resuscitační sadou pro použití na porodních sálech

3. Kompatibilita: není požadována

4. Specifikace:

(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1. Lůžko vyhřívání s integrovanou resuscitační jednotkou pro dvojčata	ano	Návod k obsluze doplňkový systém, str. 14
2. Podvozek mobilní, čtyři brzděná kolečka	ano	Návod obsluhy, str.13
3. Výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu min. 20 cm	ano	Brožura str.7
4. Náklon matrace s vizuální kontrolou náklonu na třech stranách přístroje (integrované vodováhy) pro přesné zvážení hmotnosti novorozence	ano	Návod obsluhy, str. 59
5. Matrace s max. rozměrem 56x70 cm	ano	Návod obsluhy, str. 78
6. Změna náklonu z jedné krajní polohy do druhé do 2 vteřin, náklon matrace min. 12° na obě strany	ano	Návod obsluhy, str. 54
7. Všechny bočnice uživatelsky odstranitelné pro lepší přístup k novorozenci a snadnou dezinfekci patientského prostoru	ano	Návod obsluhy, str.13
8. 2ks zásuvek, otevíratelné ze dvou podélných stran a zamykatelné	ano	Návod obsluhy, str.11
9. Otočná polička na příslušenství uživatelsky výškově nastavitelná (nosnost min. 8 kg)	ano	Návod obsluhy, str. 75
10. Držák na odsávací nádobu (nádobu na odsávání s filtrem součástí dodávky)	ano	Návod obsluhy, str.13
11. Možnost uchycení láhve se směsí	ano	Návod obsluhy, str.13
12. Madlo pro snadnou manipulaci s lůžkem určené pouze pro transport lůžka	ano	Návod obsluhy, str.13
13. Držák RTG kazety	ano	Návod obsluhy, str. 56
14. Světlo vyšetřovací polohovací, integrované v přístroji (pokrývající preferovanou část matrace)	ano	Návod obsluhy, str. 56
15. Integrované plošné světlo s variabilní intenzitou (pokrývající celou matraci lůžka), ovládání na panelu přístroje	ano	Návod obsluhy, str. 56



16. Horní panel se zabudovaným zářičem do těla lůžka (integrovaný, nikoliv natáčecí zářič)	ano	Návod obsluhy, str. 19
17. Displej ovládací barevný (integrovaný v přístroji pro ovládání z obou stran lůžka zároveň) vč. zobrazení nápovědy při alarmových situacích	ano	Návod obsluhy, str.13
18. Trendy: SpO2, nastavené teploty, teploty dítěte, výkon topného tělesa	ano	Návod obsluhy, str.22
19. Integrovaný SpO2 modul, technologie Masimo, s rozsahem měření min. 30–100 % včetně pletysmografické křivky, tepové frekvence a trendů pro možnost zpětné kontroly	ano	Brožura str. 8
20. Integrovaná funkce monitoringu srdeční frekvence a EKG pomocí hrudních svodů, časovač spuštění doby monitoringu	ano	Brožura str. 6
21. Váha integrovaná (vážení v rozmezí 500 – 8000g), stanovené měřidlo	ano	Návod obsluhy, str.58
22. Akustická a optická signalizace alarmů s potlačením alarmů při zahřívací fázi po neomezenou dobu	ano	Návod obsluhy, str.25
23. Bezdotykové tišení alarmů (pro eliminaci možnosti přenosu infekce z přístroje na dítě)	ano	Návod obsluhy, str.25
24. Tlačítko Apgar pro aktivaci alarmů a zároveň spuštění funkce časovače	ano	Návod obsluhy, str.44
25. Integrovaná časomíra na displeji s upozorněním obsluhy na nutnost stanovení Apgar skóre	ano	Návod obsluhy, str.44
26. Regulace teploty s manuální i automatickou regulací	ano	Návod obsluhy, str. 17
27. Provozní režim řízený teplotou novorozence dle kožního čidla	ano	Návod obsluhy, str. 17
28. Zobrazení aktuálních a nastavených hodnot na ovládací obrazovce	ano	Návod obsluhy, str. 27
29. Automatický test při zapnutí, a během provozu	ano	Návod obsluhy, str. 16
30. Integrovaný resuscitační modul v lůžku zahrnující směšovač vzduchu a kyslíku, manometry a dva průtokoměry, T-resuscitátor	ano	Návod k obsluze doplňkový systém, str. 14
31. Přednastavení režimu resuscitace, stejné ovládání všech otočných regulačních prvků integrovaného resuscitačního modulu (zvyšování FiO2, průtok plynů, PIP a intenzity odsávání po směru hodinových ručiček)	ano	Návod k obsluze doplňkový systém, str. 14
32. Sekundární výstup ze směšovače plynů s nezávislou regulací průtoku	ano	Návod k obsluze doplňkový systém, str. 14
33. Odsávačka integrovaná, nastavení intenzity, provozní rozsah min. 0–140 mmHg	ano	Brožura str. 8
34. Připojení vzduch/O2 z centrálního rozvodu i tlakových lahví současně, s tlakovou prioritou z centrálního rozvodu	ano	Návod k obsluze doplňkový systém, str. 20,24



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Příloha č. 2 - Položkové členění

	Počet kusů	jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně 21 % DPH
Inkubátor neonatální pro intenzivní péči Giraffe OmniBed Carestation	3	700 000,-	2 100 000,-	2 541 000,-
Lůžko resuscitační pro novorozence Panda iRES	1	700 000,-	700 000,-	847 000,-
			2 800 000,-	3 388 000,-