



|                  |   |                           |
|------------------|---|---------------------------|
| <b>Část 2 VZ</b> | <b>Polohovací lůžko pro kojence 2ks</b> | <b>Projekt: A3-018-RT</b> |
|------------------|---|---------------------------|

**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel. (viz položka: č. B/10)
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Medicínský účel:** lůžko elektricky polohovatelné dětské

**3. Kompatibilita:** není požadována

**4. Specifikace: lůžka TOM 2, matrace CliniCare10P**  
(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

**5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.**

| Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry   | Splnění požadavku<br><br>Ano/Ne | Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat |
|--|---------------------------------|--|
| 1. Bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 50637:2017 v platném znění   | Ano                             | Prohlášení o shodě   |
| 2. Konstrukce lůžka stabilní a snadno čistitelná   | Ano                             | Návod na použití   |
| 3. Bezpečná provozní zátěž min. 70 kg.   | Ano, 80 kg                      | Návod na použití – str. 26   |
| 4. <b>Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu 60-80cm (pro bezpečnou práci personálu a bezpečnou péči)</b>   | Ano, 61,4-86,4 cm               | Návod na použití – str. 26   |
| 5. Ložná plocha dvoudílná elektricky polohovatelná, rozměr min 130x70cm, min. zádový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotoru  | Ano, 137 x 70 cm                | Návod na použití – str. 26   |
| 6. Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru  | Ano, 15°                        | Návod na použití – str. 26   |
| 7. Čela plastová odnímatelná průhledná s otvory pro vedení hadic ventilátoru   | Ano                             | Návod na použití – str. 25   |
| 8. Postranice spustitelné s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, aretovatelné min. ve 4 výškách, zabezpečení celé délky ložné plochy  | Ano                             | Návod na použití – str. 56   |
| 9. Automatická blokáce spouštění postranic při zatížení pacientem zevnitř  | Ano                             | Cenová nabídka   |
| 10. Panel ovládací centrální sesterský s ochranou proti nechtěné aktivaci a možností blokáce (zámky) jednotlivých funkcí   | Ano                             | Návod na použití – str. 44 – 47  |
| 11. Kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr minimálně 125 mm  | Ano, 125 mm                     | Návod na použití – str. 26   |
| 12. Lišty a držáky postranní oboustranné univerzální na příslušenství  | Ano                             | Návod na použití – str. 60   |
| 13. Ochranná kolečka v rozích lůžka  | Ano                             | Návod na použití – str. 24   |
| 14. Baterie zálohová s autodiagnostikou kapacity a životnosti  | Ano                             | Návod na použití – str. 41 – 43  |
| 15. Automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochranných funkcí fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) | Ano                             | Cenová nabídka   |
| 16. Kabel přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU 230-240V   | Ano                             | Návod na použití – str. 27   |



Příloha č. 1. Technická specifikace

|   |                     |                                 |
|---|---------------------|---------------------------------|
| 17. Svorka pro vyrovnání el. potenciálu   | Ano                 | Návod na použití – str. 35      |
| 18. Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad   | Ano                 | Cenová nabídka                  |
| 19. <b>Matrace antidekubitní pasivní</b>  | <b>CliniCare10P</b> |                                 |
| 20. Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 10 cm  | Ano, 10 cm          | Návod na použití – str. 62      |
| 21. Nosnost min. 50kg   | Ano, 72 kg          | Návod na použití – str. 62      |
| 22. Jádru matrace kombinované ze studené PUR pěny a viskoelastické (paměťové) pěny pro dobré rozložení tlaku, všechny pěny se sníženou hořlavostí, jádru matrace s prořezy nebo perforací pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení tvaru při polohování lůžka | Ano                 | Návod na použití – str. 62      |
| 23. Potah snadno snímatelný, zip minimálně ze tří stran (270°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra  | Ano                 | Návod na použití – str. 62      |
| 24. Materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí   | Ano                 | Návod na použití – str. 63 – 65 |