

OBJEDNÁVKA č.: 2022/11/6- JOZnačka: 2022/11/6- JO
Vyřizuje: ██████████ OZT nemocnice
Tel.: ██████████
Fax: ██████████
E-mail: ██████████
Datum: 03.11.2022**MIELE spol. s.r.o.**
Hněvkovského 81 B
617 00 BRNO

Dobrý den,

prosím o provedení technických kontrol u níže uvedených myček nejpozději do konce měsíce listopadu.

Název zařízení	Typ zařízení	Inv.číslo	Int.Ev.číslo	Výr.číslo	Umístění
MYČKA - mycí a desin. Automat	G7826 EL TA BO AV OXI	██████████	██████████	██████████	centrální sterilizace
MYČKA - mycí a desin. automat	G7826 EL TA BO AV				centrální sterilizace
MYČKA MIELE	G 7883 CD				patologie
MYČKA MIELE	G 7883 CD				OKB
MYČKA MIELE	G 7883 AE WES DK SST				mikrobiologie
MYČKA SE SUŠIČKOU	G 7893 AE WES TA DK AD SST FETT				Lékarna I. patro


Servis požadujeme v době od 7: 00 do 14: 00 hodin a po telefonické domluvě s oddělením.

Tel.: ██████████

Ostatní nahlásím po oznámení termínu alespoň 2 dny předem.

Děkuji.

S pozdravem

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.