

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU_identifikační kód Projektu: LX22NPO5103

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

„DODÁVKA KLECOVÉHO SYSTÉMU, AUTOMATICKÉHO LÍHŇOVÉHO SYSTÉMU A POČÍTAČE/ANALYZÁTORU BUNĚK PRO ODDĚLENÍ VIROVÉ A BUNĚČNÉ GENETIKY V RÁMCI PROJEKTU EXCELES NIVB“

Část 1: Klecový systém

Interní evidenční číslo zakázky VZ 22/639 ÚMG

Popis předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka a instalace nového, dosud neužívaného, nerepasovaného, plně funkčního klecového systému (24 kohoutích klecí, 30 klecí pro nosnice a 12 klecí pro odchov kuřic), včetně veškerého nezbytného příslušenství, zaškolení obsluhy a záručního servisu.

Dodavatel KOVOBEL, výrobní družstvo tímto čestně prohlašuje, že nabízený předmět plnění má veškeré technické vlastnosti a splňuje veškeré technické parametry uvedené v kupní smlouvě a v čl. 3.5 výzvy k podání nabídek (ZD) výše uvedené veřejné zakázky, když níže blíže specifikuje vlastnosti jím nabízeného předmětu plnění:

Absolutní minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, tj. klecový systém, a jejich splnění dodavatelem:

Klecový systém:

Výrobce:	KOVBEL, výrobní družstvo, Cihlářská 503, 344 01 Domažlice
Typ:	SKN-20 RCH-60, SKK-31 R-60

	Požadovaná funkce či parametr:	Splnění parametru:	Popis parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:
1.1	Rozměry individuálních kohoutích klecí v mm (šířka x hloubka x výška): 300 x 600 x 600 až 640	ANO	- 300 x 600 x 600 – 640 mm
1.2	Rozměry individuálních klecí pro nosnice v mm (šířka x hloubka x výška): 240 x 600 x 460 až 540	ANO	- 240 x 600 x 460 – 540 mm



Financováno Evropskou unií – Next Generation EU_ identifikační kód Projektu: LX22NPO5103

1.3	Rozměry klecí pro hromadný odchov kuřic v mm (šířka x hloubka x výška): 1200 x 600 x 500	ANO	- 1200 x 600 x 500 mm
1.4	Napájení pomocí níplových linií a nádržek. Uložení v příčné stěně klece s odkapovým žlábkem. Vodní filtr a elektromagnetický ventil na vstupu.	ANO	- níplové linie, nádržky - v příčné stěně, žlábek - filtr, el. uzávěr
1.5	Venkovní koryta pro ruční krmení	ANO	- venkovní koryto, ruční plnění
1.6	Vykulovací žlab pro ruční sběr vajec (jen u klecí pro nosnice)	ANO	- vykulovací žlab pro ruční sběr
1.7	Trusné desky a šuplíky pro ruční odklizení trusu	ANO	- kombinace desky, šuplíky, ruční odkliz
1.8	Všechny klece obohacené o hřadovací bidla	ANO	- individuální klece obohacené o bidla
1.9	Dvířka umístěná v horním závěsu výklopná dovnitř	ANO	- výklopná dvířka, horní závěs
1.10	Etážové uspořádání s vnitřním LED osvětlením každé etáže a s možností volitelného času a intenzity světla	ANO	- vnitřní LED osvětlení odchovných klecí
1.11	Dno klece s pletivem 20 x 20 mm	ANO	- dno odchovné klece oko 20 x 20 mm
1.12	Součástí předmětu plnění je také dodání a instalace systému v místě plnění a zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele oprávněným pracovníkem dodavatele v českém nebo anglickém jazyce k ovládní a obsluze systému, v nezbytném rozsahu a na náklady dodavatele.	ANO	- dodávka vč. instalace, zaškolení
1.13	Dodavatel poskytuje na dodávaný systém (včetně veškerých součástí a příslušenství) záruku v délce min. 24 měsíců od data řádného předání, převzetí a instalace systému v místě plnění, včetně	ANO	- 24 měsíců

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU _identifikační kód Projektu: LX22NPO5103

	vedení evidence servisních zásahů.		
1.14	Dodavatel garantuje dostupnost placeného pozáručního servisu předmětu plnění a dostupnosti náhradních dílů po dobu nejméně 24 měsíců od dne skončení záruční doby.	ANO	24 měsíců

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nespĺňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi „ANO/NE“ odpověď „NE“, popř. ve sloupci „Popis parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem“ uvede údaj či informace, které budou v rozporu s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou splňovat), nespĺňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a taková nabídka bude vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

V Domažlicích dne 25.11.2022		 KOVOBEL, výrobní družstvo ② Jihlavská 503 • 344 01 Domažlice tel: 379 724 441 • Fax: 379 722 552 IČ: 00028894 • DIČ: CZ00028894
	Ing. Pavel Beber – předseda představenstva Podpis dodavatele ¹	

¹Při podání nabídky elektronickou formou, postačí zadavateli podpis Přílohy č. 3 výzvy/přílohy č. 1 smlouvy elektronicky tak, že účastník podá nabídku do elektronického nástroje <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ustmolgen> pod svým jménem a heslem.