

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Zdravotnické přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 3. - Elektrická odsávačka					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, Rokycany, 337 22			IČO:	26360900
Statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	PROMOS spol. s r. o. projekce, montáže, servis				
Sídlo:	Starozuberská 1445, 75654 Zubří			IČO:	42866103
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Mikůš, tel: 603 213 823, email: jiri.mikus@promos-vm.cz		Kontaktní osoba:	Petr Vaigl, tel: 725284 328, email: vaigl@promos-vm.cz	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybnosti si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO / NE
1.	Elektrická odsávačka		DOPLNÍ DODAVATEL	Název: SA 01HT Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce: Elmaslar DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO, 60l/min ANO, 93,3kPa ANO, 42dB Max. 500W 22,7 Kg Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE	
Závazná specifikace zadavatele: Elektrická odsávačka Spolehlivý elektrický sací agregát pro trvalý provoz Min. 6 let záruka na sací elektrický agregát Pojízdný stabilní stojan Manometr pro snadnou orientaci dosahovaného podtlaku s barevně dělenou stupnicí Trojnásobná ochrana proti přesáti Bezpečnostní regulátor podtlaku Světelná indikace chodu Madlo pro jednoduchou manipulaci s přístrojem Láhev na sekret o objemu 2 litry s možností používání jednorázových vaků na sekret Systém pro uchycení libovolné velikosti lahví a dalšího příslušenství na stojan (min. pro dvě láhve na sekret, Thoraxové sání, zásobník na katetry) Snadné, rychlé a bezpečné odpojování hadic sacího okruhu Odkládací police na příslušenství Odkládací koš na příslušenství Kompletní odsávací okruh Minimální sací výkon: 42 l/min. Dosažitelný podtlak: min. -90 kPa Minimální provozní hluchost, použití pro trvalý provoz Minimální elektrický příkon Nízká hmotnost U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.					
				V Zubří dne 14. 04. 2022 Zpracoval: Petr Vaigl	

