

Příloha č. 3a - Závazný vzor kupní smlouvy a servisní smlouvy (pro část 1 VZ)

Zadavatel si vyhrazuje právo provést formálně právní úpravy znění níže uvedených vzorů smluv. Provedené úpravy však nenaruší obsah předmětu plnění těchto smluv (zejména jejich podstatné náležitosti) a nebudou mít vliv na soulad konečného znění smluv se zadávacími podmínkami VZ.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

1. Fakultní nemocnice Bulovka

sídlo: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
IČO: 00064211
DIČ: CZ00064211
zastoupená: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem nemocnice
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16231081/0710
datová schránka: n9hiezm

(dále jen „**Kupující**“)

a

2. F medical s.r.o.

zapsaná: v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33057
sídlo: Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jasminem Draganovičem, jednatelem
IČO: 02464454
DIČ: CZ02464454
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
č. účtu: 70022002/2700
datová schránka: jpt8zcw

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka, instalace stacionárních RTG**“

přístrojů se stropním závěsem včetně pozáručního servisu", „**Část 1 Skiografický-skiaskopický RTG přístroj stacionární pro kliniku ortopedie**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) je realizace předmětné veřejné zakázky, tj. dodávka 1 ks stacionárního RTG přístroje včetně příslušenství, jehož technickou specifikaci dokládá Prodávající v příloze č. 1 této Smlouvy (stacionární RTG přístroj dále jako „**zboží**“ nebo též jako „**přístroj**“).

2. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednané v této Smlouvě, resp. její příloze č. 1 a Kupující je povinen zboží řádně dodané bez vad převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle článku II. Smlouvy, způsobem dle čl. IV. Smlouvy a za podmínek ve Smlouvě dále stanovených.
3. Součástí kompletní dodávky zboží včetně případného příslušenství, je zejména doprava zboží do místa plnění, uvedení do rutinního (klinického) provozu, provedení technického a aplikačního zaškolení uživatelů v sídle zadavatele, poskytování dalších plnění po dobu záruky přístroje jako pravidelné technické kontroly – bezpečnostně technické kontroly (dále jen „**BTK**“) dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o zdravotnických prostředcích**“) a zkoušky dlouhodobé stability (dále jen „**ZDS**“) dle § 68 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**atomový zákon**“) a dále též předání následujících dokumentů Kupujícímu:
 - a) záruční list,
 - b) platné prohlášení o shodě¹, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou osobou (pokud platná legislativa takové doklady ke zboží vyžaduje),
 - c) dále návod k použití a údržbě v ČJ 1x na CD (nebo USB/flash disku) + 1x v tištěné podobě ke každému kusu dodaného zboží,
 - d) osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány dle zvláštních předpisů pro jednotlivé druhy zboží k tomu oprávněnými osobami (pokud platná legislativa takové doklady ke zboží vyžaduje),
 - e) seznam a certifikáty osob provádějící technické a aplikační zaškolení a servisní činnosti dle zákona o zdravotnických prostředcích,
 - f) dodací list,
 - g) protokol z přijímací zkoušky provedené osobou s příslušným platným povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „**SÚJB**“) v souladu s § 26 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje,
 - h) protokol o měření rozptýleného záření,

¹ Kupující požaduje, aby Prodávající předložil prohlášení o shodě a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložené prohlášení o shodě musí být v souladu s jedním z níže uvedených bodů:

- Prohlášení o shodě v souladu se směrnicí evropské rady 93/42/EHS (MDD), pokud bylo vydáno do 25. 5. 2021 včetně a je stále platné, nebo
- Prohlášení o shodě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2017/745 (MDR), pokud bylo vydáno od 26. 5. 2021 včetně

Prohlášení o shodě musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce v souladu § 8 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

- i) protokol o výchozí elektrické revizi,
 - j) DICOM RDSR (Radiation Dose Structure Report s radiačními parametry), obsahující také nezbytné údaje pro výpočet orgánových a efektivních dávek metodologií PCXMC v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.
4. Prodávající prohlašuje, že je: ~~výrobcem*~~ / ~~dovozcem*~~ / distributorem* zboží (***nehodící se škrtně**).
 5. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodáváného zboží, resp. že tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením dodávky zboží Kupujícím.
 6. Prodávající dále prohlašuje, že zboží dodané dle této Smlouvy bude nové, nepoužívané a nerepasované. Dodávka již použitého, repasovaného, modernizovaného zboží se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Současně prohlašuje, že veškeré dodané zboží je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
 7. Prodávající podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky Prodávajícího podané v rámci veřejné zakázky. Kupující je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Prodávající k jejich předložení nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Kupujícího.
 8. Kupující uzavírá s Prodávajícím tuto Smlouvu za účelem realizace regionálního operačního programu s názvem „**FNB - rozvoj a modernizace vybavení chirurgických a diagnostických oborů**“, reg. č. : **CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016326** (dále jen „**Projekt**“), který byl předložen ke spolufinancování z Evropské unie konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dotace jsou poskytovány prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „**Řídící orgán**“). Kupující za tímto účelem zadal veřejnou zakázku. Na základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro realizaci veřejné zakázky vybrána, v souladu s ZZVZ, jako nejvhodnější nabídka Prodávajícího.

Článek II. Kupní cena

1. Kupní cena zboží uvedeného v článku I. této Smlouvy byla dohodnuta ve výši:

6 976 312,00 Kč bez DPH

1 465 025,52 Kč výše DPH 21 %

8 441 337,52 Kč včetně DPH 21%
2. Kupní cena bez DPH je konečná, její podrobný výpočet je uveden v příloze č. 2 Smlouvy. Kupní cenu v Kč včetně DPH je možné překročit pouze tehdy, dojde-li po uzavření této Smlouvy v době do dodání zboží ke změně právních předpisů upravujících sazbu DPH náležející k předmětu této Smlouvy. Za správnost stanovení výše a výpočtu DPH odpovídá Prodávající.
3. Faktura musí obsahovat název a reg. č. Projektu – viz čl. I. odst. 8 Smlouvy.
4. Kupní cena pokrývá veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, tj. s dodávkou přístroje, včetně nákladů na dopravu až do místa plnění, vč. poplatků, pojištění atd. Kupní cena zahrnuje také náklady Prodávajícího související s dodávkou a instalací přístroje v místě plnění, včetně nákladů na zprovoznění a předvedení přístroje Kupujícímu, na vyškolení vybraného personálu (2-3 osoby) Kupujícího, na záruční plnění a dále pravidelné realizace BTK a ZDS přístroje v době záruky apod.

5. Kupující se stává vlastníkem zboží po předání a převzetí zboží bez vad dodacím listem podepsaným oběma zástupci smluvních stran (viz čl. III. odst. 3 a násl. Smlouvy).

Článek III. Dodací podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající zboží uvedené v čl. I. této Smlouvy dodá Kupujícímu ve lhůtě **do 12 týdnů ode dne doručení písemné výzvy Kupujícího**, přičemž **do 2 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu technologický projekt pro instalaci přístroje**. Kupující zašle písemnou výzvu k zahájení plnění dle předchozí věty na kontaktní údaje Prodávajícího uvedené v záhlaví této Smlouvy v návaznosti na získání dotačních prostředků a vydání právního aktu Řídícího orgánu Projektu, kterým bude rozhodnuto o realizaci předmětu této Smlouvy, ne však dříve než po nabytí účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o konkrétním datu dodání zboží Prodávající vyrozumí Kupujícího, nejpozději 5 pracovních dnů předem, a to e-mailem zaslaným na adresu oprávněné osoby Kupujícího uvedenou v odst. 5 tohoto čl. Smlouvy.
2. Prodávající dodá zboží tak, že zboží vybalí, zkompletuje, nainstaluje v souladu s dodaným technologickým projektem pro instalaci přístroje a předá na konkrétním místě, určeném Kupujícím na dodací adrese zboží uvedené v odst. 5 níže, současně zajistí provedení technického a aplikačního zaškolení vybraným osobám Kupujícího. Prodávající současně Kupujícímu předá ke zboží doklady dle čl. I. odst. 3 této Smlouvy.
3. Řádné dodání zboží potvrdí Prodávajícímu odpovědný zaměstnanec Kupujícího podpisem dodacího listu, čímž dojde ke splnění závazku Prodávajícího dodat zboží Kupujícímu. Dodací list musí obsahovat zejména tyto náležitosti: specifikaci zboží, místo a datum předání zboží, způsobilost zboží k použití za účelem uvedeným v prohlášení o shodě a návodech k použití a jiné uživatelské dokumentaci v rámci legislativních podmínek země Kupujícího, způsobilost obsluhy zboží a jsou – li nezbytné, pak i protokoly zkušební, měřicí, cejchovací, revizní a další. Nedílnou součástí příloh dodacího listu tvoří doklady uvedené v čl. I. odst. 3 této Smlouvy. Naplnění výše uvedených požadavků dále potvrdí Prodávající na dodacím listu výslovným prohlášením: „**Výše uvedený výčet dodaných položek zboží splňuje výrobcem uváděné parametry, je plně funkční a bezpečné pro použití při poskytování zdravotní péče pracovníky Kupujícího**“.
4. Odpad, vzniklý při dodání zboží na místě je Prodávající povinen na své náklady odstranit.
5. Místo plnění je Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň. Pověřeným a přejímajícím odpovědným zaměstnancem je: [REDAKCE], tel.: + [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
6. Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se zbožím nebyla dodána Smlouvou specifikovaná dokumentace a doklady.
7. V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku určité zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční zboží, splňující veškeré parametry specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů počínající dnem následujícím po příslušném termínu dodání, nebylo-li mezi zástupci smluvních stran dohodnuto jinak. Ustanovení odstavce 3 a násl. v tomto případě platí obdobně.
8. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím, ke kterému dojde podpisem dodacího listu dle tohoto článku Smlouvy.

9. Pro řádnou funkci zboží je nutné provádět pravidelné odborné prohlídky a odbornou údržbu přístroje dle zákona o zdravotnických prostředcích – a to především BTK a ZDS, jejichž cena je zahrnuta v kupní ceně zboží, které provádí Prodávající v rámci záručního servisu, jehož rozsah a podmínky jsou uvedeny v čl. V. této Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že poskytování pozáručního servisu přístroje je předmětem samostatné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
10. Prodávající se zavazuje dodržovat požadavky na bezpečnost komunikační sítě a zajistit bezpečný provoz veškerého softwaru spojeného s dodávkou zboží dle platné legislativy – viz samostatný článek Smlouvy upravující licenční ujednání.
11. Technické a aplikační zaškolení uživatelů v sídle Kupujícího musí být provedeno na takové úrovni, aby účastníci tohoto zaškolení dosáhli kvalifikace pro provádění zaškolení dalších pracovníků Kupujícího (s vydáním potvrzení nebo certifikátu příslušnému pověřenému zaměstnanci Kupujícího). Pokud uživatelé Kupujícího nedosáhnou takové kvalifikace, pak se Prodávající zavazuje po dobu užívání zboží dodaného dle této Smlouvy provádět bezplatně zaškolení nového personálu Kupujícího dle zákona o zdravotnických prostředcích, avšak maximálně 3x v průběhu jednoho kalendářního roku. Prodávající provede zaškolení do 10 pracovních dní od doručení písemné výzvy k jejímu provedení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kupující se zavazuje postupovat při žádosti o poskytnutí technického aplikačního zaškolení personálu hospodárně – tj. zaškolení najednou pro více osob, apod.

Článek IV. Platební podmínky

1. Prodávající po dodání zboží vystaví jeden daňový doklad – fakturu (dále jen „**faktura**“) ve lhůtě do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým je den předání zboží dodacím listem, který bude obsahovat údaje o Kupujícím tak, jak jsou uvedeny v záhlaví a v článku III. této Smlouvy, jakož i všechny zákonné náležitosti.
2. Kupující uhradí kupní cenu dle faktury Prodávajícího, vystavené v souladu s odst. 1 tohoto článku Smlouvy do 30 dnů ode dne jejího vystavení a doručení Kupujícímu.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto Smlouvou a právními předpisy a bude splatná v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku Smlouvy, a to bezhotovostním převodem v Kč na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného Kupujícím. Faktura vystavená Prodávajícím musí obsahovat název a reg. č. Projektu – viz čl. I. odst. 8 této Smlouvy.
4. Nebude-li faktura obsahovat veškeré zákonné náležitosti a náležitosti stanovené touto Smlouvou, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu a vyžadovat její doplnění. Nová (30denní) lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet znovu od začátku ode dne, kdy Prodávající doručí doplněnou, opravenou nebo nově vystavenou fakturu Kupujícímu.
5. Pro úhradu nákladů vynaložených Prodávajícím za poskytnutí servisních úkonů nespádajících pod záruční servis (blíže viz čl. V. odst. 6 a příloha č. 4 Smlouvy) se přiměřeně použijí ustanovení tohoto článku Smlouvy. Za den zdanitelného plnění se považuje den předání řádně opraveného zboží Prodávajícím Kupujícímu.

Článek V. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít po celou záruční dobu (specifikovanou v odst. 3 tohoto článku Smlouvy) požadované funkcionality/vlastnosti a jakost. Prodávající odpovídá za

vady zboží, které se projeví při jeho předání a dále za vady, které se projeví v průběhu záruční doby, kterými je odchylka/odchylky od funkčnosti či parametrů zboží, deklarovaných v dokladech ke zboží nebo v této Smlouvě. Tato vada se v každém jednotlivém případě považuje za porušení povinností Prodávajícího plynoucích ze Smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, což Prodávající musí Kupujícímu v každém případě prokázat.

2. Jde-li o vadu zboží, pro kterou některá jeho deklarovaná funkcionalita/vlastnost nefunguje, i částečně, či pro kterou nelze zboží použít k jeho účelu, jde o porušení Smlouvy podstatným způsobem. V ostatních případech vad jde o nepodstatné porušení Smlouvy.
3. Záruční doba zboží činí **24 měsíců**, a to ode dne potvrzení dodacího listu Kupujícím, potvrzujícím řádné dodání zboží.
4. Kupující zjištěné (zá)vady zboží reklamuje v záruční době písemně (e-mailem) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od zjištění vady, na e-mail: [REDAKCE] nebo telefonicky + [REDAKCE] (denně mezi 8:00 – 16:00 v pracovních dnech) nebo specializovanou SW aplikací určenou pro hlášení (zá)vad www.fmedical.cz/servisni-podpora. V reklamaci Kupující vždy (zá)vadu zboží či její projev popíše, uvede požadovaný způsob odstranění (zá)vady (odstranění bezplatným dodáním nového zboží nebo jeho části bez (za)vady nebo dodáním chybějícího zboží nebo jeho části nebo bezplatným odstraněním (zá)vady opravou vadného zboží nebo jeho části) a připojí kontaktní spojení na osobu, která bude při odstranění (zá)vady poskytovat Prodávajícímu nezbytnou součinnost.
5. Prodávající se zavazuje písemně potvrdit přijetí reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 12 hodin od doručení reklamace na některý v odst. 4 uvedený způsob notifikace (reakční doba).
6. Prodávající se zavazuje provádět u Kupujícího servis zboží v záruční době pouze osobami autorizovanými výrobcem přístroje. Po dobu záruky zboží zajišťuje jeho servis Prodávající v místě plnění, není-li to proveditelné tak na adrese: Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové, tel: + [REDAKCE], kontaktní email: [REDAKCE] / firma autorizovaná výrobcem (poddodavatel Prodávajícího), jehož sídlo, kontaktní údaje, příp. místo provádění záručního servisu je uvedeno v příloze v příloze č. 4 Smlouvy. Za plnění závazků vyplývajících ze záručního servisu plně odpovídá Prodávající, a to i v případě využití firmy autorizované výrobcem zboží/poddodavatelem Prodávajícího. Součástí záručního servisu jsou pravidelné BTK a ZDS dle doporučení výrobce.
7. V rámci BTK se Prodávající zavazuje dle doporučení výrobce přístroje realizovat zejména:
 - a) periodické ověřování parametrů a funkčnosti přístroje, vykonání předepsaných funkčních kontrol přístroje, kontrolu přesnosti, vyčištění nepřístupných částí, výměnu povinně měnitelných náhradních dílů a kitů, kontrolu chybových událostí a dalších činností v návaznosti na předpis a doporučení výrobce přístroje,
 - b) periodické ověřování metrologického charakteru (metrologické ověření, kalibrace atd.), jednání se o přístroj s měřicí funkcí, na který se aplikují ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) periodické elektrické kontroly přístroje dle ČSN EN 62353 ED.2, resp. jinou srovnatelnou národní normou členského státu EU, jež je verzí evropské normy EN 62353:2014.

Výsledek BTK musí být Kupujícímu sdělen Prodávajícím písemně i elektronicky formou vystaveného a podepsaného protokolu o provedení BTK, další zjištěné skutečnosti a výsledek BTK v podobě doporučení pro další použití přístroje.

8. V rámci provádění ZDS musí být výsledek ZDS Kupujícím sdělen Prodávajícím písemně i elektronicky formou vystaveného a podepsaného protokolu o provedení (revize) ZDS, obsahující naměřené hodnoty, další zjištěné skutečnosti a celkový výsledek ZDS v podobě doporučení pro další použití přístroje.
9. Servisní zásah ve vztahu k odstraňování reklamované (zá)vady bude zahájen na místě Kupujícího nejpozději do 48 hodin od oznámení (zá)vady a (zá)vada bude odstraněna nejpozději do 24 hodin od zahájení servisního zásahu bez použití náhradních dílů, resp. do 72 hodin od zahájení servisního zásahu s použitím náhradních dílů. Náklady na odstraňování záručních (zá)vad zboží nese Prodávající ze svého, a to včetně veškerých nákladů souvisejících s jejich odstraněním.
10. V případě výskytu (zá)vad přístroje nespadaajících pod záruční servis (tj. konkrétně a pouze mechanické poškození způsobené Kupujícím, klimatické podmínky a další okolnosti vyšší moci) je Prodávající oprávněn účtovat náklady spojené s řešením takové (zá)vady, a to na servisní činnost (resp. na příslušné servisní zásahy) a náklady na dopravu, jakož i náklady na náhradní díly dodané v rámci takového mimozáručního servisu. Ustanovení tohoto článku Smlouvy týkající se záručního servisu se obdobně použijí i pro mimozáruční servis dle tohoto odstavce. Záruční doba na servisní zásahy provedené v rámci mimozáručního servisu činí 6 měsíců ode dne podpisu příslušného servisního výkazu Kupujícím. Záruční doba na náhradní díly dodané v rámci mimozáručního servisu činí 12 měsíců ode dne podpisu příslušného servisního výkazu Kupujícím. Další podmínky mimozáručního servisu dle tohoto odstavce, včetně cenových ujednání, resp. též včetně sumarizace některých podmínek dle tohoto odstavce, jsou upraveny v příloze č. 4 Smlouvy.
11. Prodávající garantuje dostupnost servisu zboží včetně náhradních dílů po dobu běžnou pro tento typ přístroje, avšak nejméně 5 let od dodání přístroje Prodávajícím.
12. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.
13. Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, na další nároky z vad zboží se použijí ust. § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

Článek VI. Sankční ujednání

1. Při prodlení Prodávajícího s plněním jeho závazku uvedeného v čl. I. odst. 7 Smlouvy má Kupující právo požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že Prodávající nedodrží dodací lhůtu uvedenou v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění uvedené v čl. II. odst. 1 Smlouvy včetně DPH, za každý i jen započatý den prodlení.
3. V případě, že Prodávající nedodrží některou ze lhůt pro odstranění (zá)vady, uvedenou v čl. V. odst. 9 této Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícím v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), za každý i jen započatý den prodlení.
4. V případě, že Kupující nedodrží lhůtu splatnosti dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, případně výši platby kupní ceny podle čl. II. odst. 1 této Smlouvy má Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky (v Kč včetně DPH) za každý i jen započatý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody Prodávajícího.
5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování příslušnou smluvní stranou.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky dle této Smlouvy.

Článek VII. Licenční ujednání

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje poskytnout/zajistit Kupujícímu jako součást plnění a za cenu zahrnutou v kupní ceně zboží licenci k užívání SW, který je nedílnou a neoddělitelnou součástí dodávaného zboží (včetně všech aktualizací získaných po celou záruční dobu) a to k užití pro potřeby Kupujícím. Licence budou poskytnuty jako nevýhradní a na dobu trvání majetkových autorských práv k příslušnému SW zboží. Bližší označení a popis SW je uveden v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytnutou licenci nelze vypovědět, a tedy že pro licenční ujednání podle této Smlouvy se nepoužije ani ustanovení § 2370 Občanského zákoníku, přičemž se Prodávající zavazuje zajistit, aby jeho dispoziční právo k příslušnému SW trvalo minimálně po celou záruční dobu zboží s tím, že nese odpovědnost za škody vzniklé Kupujícímu z důvodu nedodržení tohoto závazku.
3. Prodávající se současně zavazuje poskytnout/zajistit Kupujícímu všechny dostupné aktualizace (upgrade) SW zboží a to minimálně po celou záruční dobu zboží podle této Smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že plnění dle této Smlouvy, která jsou předmětem jakéhokoliv práva duševního vlastnictví je oprávněn distribuovat a poskytovat třetím osobám (vč. Kupujícího). Kupující se zavazuje po celou dobu užívání poskytnutého plnění dodržovat licenční podmínky, které jsou součástí dodaného SW zboží.
5. Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že veškeré aktualizace a přechody na novější verze SW vztahující se k dodanému zboží budou respektovat oficiální doporučení jejich výrobce a rovněž budou pocházet ze zdrojů určených výrobcem.

Článek VIII. Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem Prodávajícím, tzn. pokud:
 - a) dodávka zboží dle této Smlouvy není v souladu s některým z ustanovení čl. I. Smlouvy, nebo dodané zboží nemá technické parametry uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, nebo pokud specifikace či technické parametry dodaného zboží neodpovídají uživatelskému manuálu předaného současně se zbožím, nebo
 - b) pokud se na zboží projeví vada, uvedená v čl. V. odst. 2., věta první nebo
 - c) prodávající bude s dodáním zboží v prodlení o více než 1 měsíc.
2. Prodávající má právo odstoupit od této Smlouvy v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem Kupujícím, tzn., pokud se Kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy delším než 1 měsíc.
3. V případě odstoupení od Smlouvy tato Smlouva zaniká od počátku, tzn., že smluvní strany jsou si povinny bez odkladu vrátit přijatá plnění, přičemž Kupující je povinen zajistit pověřeným zaměstnancům Prodávajícího přístup do prostor k předmětu Smlouvy a převzetí dodaného zboží, a to nikoli dříve, než bude Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena.

4. Ostatní nároky smluvních stran z titulu odstoupení od Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této Smlouvy uvedené v čl. VI., a v čl. IX. odst. 1 a 7 Smlouvy.

Článek IX. Ostatní ustanovení

1. Prodávající se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané Kupujícím k dispozici v souvislosti s plněním této Smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Kupujícím, která mu vznikne na základě této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající je oprávněn postoupit jakékoli své právo a/nebo jakoukoli svou pohledávku za Kupujícím, která mu vznikne na základě této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Jakékoli započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s tímto odstavcem, bude neplatné.
3. Kupující je oprávněn započíst svou pohledávku proti pohledávce Prodávajícího z této Smlouvy z důvodu:
 - a) prodlení Prodávajícího s plněním jeho smluvních povinností, nebo
 - b) škody způsobené Kupujícím, nebo
 - c) opakovaného neplnění povinností Prodávajícím, nebo
 - d) existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Kupujícího vůči Prodávajícímu.
4. Prodávající je oprávněn plnit Smlouvu, nebo její část prostřednictvím poddodavatelů, avšak výlučně a pouze poddodavatelů uvedených v Poddodatelském schématu v příloze č. 3 Smlouvy a zavazuje se, že poskytne Kupujícím aktuální seznam poddodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny poddodavatele. V případě, že Prodávající nehodlá tuto Smlouvu plnit s pomocí poddodavatelů, předloží místo Poddodatelského schéma čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost taktéž uvede v příloze č. 3 Smlouvy.
5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení Smlouvy nahradí jiným smluvním ujednáním odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné.
6. Doručování písemností dle této Smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním převzetí písemnosti nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo doručováním prostřednictvím datových schránek smluvních stran nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní zásilky nebo dodáním do datové schránky druhé smluvní strany nebo dnem doručení e-mailem. Za poslední známou adresou smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy příp. nová adresa, kterou smluvní strana druhé straně písemně oznámila.
7. Prodávající a jeho zaměstnanci se zavazují k zajištění ochrany informací, citlivých dat a osobních údajů Kupujícího nebo jeho pacientů, se kterými při plnění této Smlouvy přijde do styku. Prodávající se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto údajích i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucí k ochraně údajů, by zabránili jakémukoli zneužití dat

a osobních údajů. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých ujednání tohoto článku Smlouvy i po ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu.

8. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že bez výhrad souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a berou na vědomí, že Kupující uveřejní tuto Smlouvu v Registru smluv za podmínky a ve lhůtě dle zákona o registru smluv.
9. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Prodávající se současně zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací této Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv změna v této Smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí podpůrně ustanoveními Občanského zákoníku o kupní smlouvě (ustanovení § 2079 a násl.).
3. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
4. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
5. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem Kupujícího v České republice.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv zajistí Kupující.
8. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem Smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2 - Výpočet kupní ceny
 - Příloha č. 3 - Poddodavatelské schéma / Čestné prohlášení
 - Příloha č. 4 – Podmínky záručního servisu

[Elektronicky podepsán dne 6.12.2022]

Mgr. Jan Kvaček
ředitel nemocnice

Fakultní nemocnice Bulovka

Kupující

[Elektronicky podepsán dne 24.11.2022]

Ing. Jasmin Draganovič
jednatel

F medical s.r.o.

Prodávající

Příloha č. 7a TS RTG ORT

Technická specifikace - Dodávka, instalace stacionárních RTG přístrojů se stropním závěsem včetně pozáručního servisu	
Část 1 - Skiografický-skiaskopický RTG přístroj stacionární pro kliniku ortopedie	
Skiografický-skiaskopický RTG přístroj stacionární se stropním závěsem pro kliniku ortopedie	
Požadované minimální technické a uživatelské parametry:	
	Dodavatel vyplní
Základní požadavky	
1. Digitální skiografický systém nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy se stropním závěsem rentgenky	ANO
2. Elevační vyšetřovací stůl	ANO
3. Sklopný vertigraf	ANO
4. Generátor	ANO
5. Kolimátor	ANO
6. DAP metrem se třemi digitálními detektory	ANO
7. Zajištění vynikající kvality snímků v digitální podobě, manipulaci se snímky	ANO
8. Záznam dávky	ANO
9. Funkce autotracking a autopositioning a možnosti provádět automatické snímkování dlouhých kostí, tomosyntézu a využívat funkce umělé inteligence	ANO
Rentgenka a kolimátor	
1. Rozměr malého ohniska max. 0,6 mm	0,6 [mm]
2. Rozměr velkého ohniska max. 1,3 mm	1,2 [mm]
3. Rychloobrátková anoda (min. 9700 ot/min)	9700 [ot/min]
4. Tepelná kapacita anody min. 350 kHU	400 [HU]
5. Obdélníková clona s manuální i automatickou kolimací dle zvoleného orgánového programu	ANO
6. Přídavná filtrace s volitelným nastavením filtrů, kombinace filtračních materiálů Al+Cu	ANO
7. 3D kamera umístěná v kolimátoru pro live záznam umožňující snadné polohování bez záření	ANO
8. Měření úhlu náklonu volného detektoru v reálném čase s barevnou vizualizací sesouhlasení detektoru s rentgenkou na dotykové obrazovce umístěné na krytu rentgenky	ANO
9. Plně integrovaný DAP metr pro měření dávky na pacienta	ANO

10. Na výstupu drážky pro zasunutí přídavných zařízení o šířce cca 175 mm (pro zasunutí dozimetru při měření ZPS)	ANO
Generátor	
1. Výkon generátoru min. 80 kW	80 [kW]
2. Nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů	ANO
3. 3 ionizační komůrky současně využitelné pro expoziční automatiku	ANO
4. Rozsah expozičních časů min. od 1 ms	1 - 6300 [ms]
Detektor (2 ks) pro stůl a vertigraf	
1. Rozměry aktivní plochy detektoru min. 41,5 x 41,5 cm	43 x 43 [cm]
2. Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 μm	140 [μm]
3. DQE min. 65%	75 [%]
4. Hlubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů	16 bitů
5. Automatické nabíjení detektoru ve stole i ve vertigrafu, provedení detektoru s kabelovým napájením	ANO
6. Detektor lze volně vyndat a použít jako bezdrátový s akumulátorovým provozem pro případ poruchy bezdrátového detektoru (uživatelská záměna detektoru ze stolu nebo vertigrafu bez nutnosti zásahu servisní organizace)	ANO
7. Typ scintilátoru CsI	ANO
8. Hmotnost detektoru vč. Akumulátoru max. 3,8 kg	3,7 [kg]
Bezdrátový přenosný detektor pro volné expozice (1 ks)	
1. Provedení detektoru bezdrátové	ANO
2. Rozměry aktivní plochy detektoru min. 41,5 x 34 cm	42,6 x 35,2 [cm]
3. DQE (0,05 lp/mm RQA5) min. 65%	66 [%]
4. Rozlišení detektoru (velikost pixelu) max. 150 μm	148 [μm]
5. Hlubkové rozlišení při A/D konverzi min. 16 bitů	16 bitů
6. Detektor lze též použít v bucky stolu či vertigrafu např. pro případ poruchy kabelového detektoru (uživatelská záměna bez nutnosti zásahu servisní organizace)	ANO
7. Typ scintilátoru CsI	ANO
8. Hmotnost detektoru vč. akumulátoru max. 3,5 kg	2,8 [kg]
Příslušenství pro přenosný detektor	
1. Náhradní akumulátor včetně nabíječky (pokud je akumulátor vyjímatelný a dobíjí se samostatně)	ANO

2. Protektor na provádění snímků při zátěži vestoje s nosností min. 250 kg	250 [kg]
3. Pouzdro detektoru s madlem pro snadnou manipulaci	ANO
4. Laterální držák pro upevnění detektoru ke stolu pro horizontální snímkování	ANO
Pacientský stůl	
1. Výškové nastavení plovoucí desky stolu min. 35 cm	35 [cm]
2. Motoricky nastavitelná plynulá výška stolu v rozsahu min. od 55 cm do 85 cm	55 - 90 [cm]
3. Nosnost stolu s možností dalšího pohybu stolu min. 320 kg	320 [kg]
4. Délka desky stolu min. 220 cm	220 [cm]
5. Šířka desky stolu min. 80 cm	81 [cm]
6. Podélný pohyb desky stolu min. ± 30 cm	+60/-50 [cm]
7. Příčný pohyb desky stolu min. ± 12 cm	+/-12 [cm]
8. Podélný pohyb bucky min. 50 cm s automatickým sledováním zářiče min. 50 cm	50 [cm]
9. Otočná bucky pro případ využití s bezdrátovým detektorem formátu 41,5 x 34 cm	ANO
10. Ovládací prvky pro plovoucí desku a pohyb stolu umístěné na obou stranách stolu	ANO
11. Matrace s omyvatelným povrchem odolným dezinfekčním prostředkům	ANO
12. Sada pacientských madel	ANO
13. Kompresní pás	ANO
Vertigraf	
1. Motorizované i manuální výškové nastavení Bucky	ANO
2. Ovládací tlačítka na nastavení výšky a sklápění z obou stran vertigrafu	ANO
3. Nejnižší možná vzdálenost středu detektoru od podlahy max. 34 cm	33,5 [cm]
4. Vertikální posuv min. 149 cm	149,5 [cm]
5. Motorizované i manuální sklápění jednotky detektoru min. $-20^\circ / +90^\circ$	$-20/+90 [^\circ]$
6. Tlačítko pro rozsvěcení světla kolimátoru umístěné na vertigrafu	ANO
7. Otočná bucky pro případ využití s bezdrátovým detektorem formátu 41,5 x 34 cm	ANO
8. Madla pro úchop pacienta včetně laterálních	ANO
Stropní teleskopický závěs rentgenky	

1. Rozsah pohybu v podélném směru min. 350 cm	358 [cm]
2. Rozsah pohybu v příčném směru min. 250 cm	297 [cm]
3. Rotace rentgenky okolo vertikální osy min. $\pm 135^\circ$	+/-180 [°]
4. Rotace rentgenky okolo horizontální osy min. $\pm 120^\circ$	+/-120 [°]
5. Rychlost automatického posunu ve všech rovinách X,Y,Z min. 0,25 m/s	0,3 m/s
6. Barevná dotyková obrazovka min. 7" pevně integrovaná ke krytu rentgenky pro zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu rentgenky, SID	ANO
7. Bezdrátový dálkový ovladač pohybů stropního závěsu a pro ovládání kolimátoru	ANO
8. Antikolizní systém	ANO
9. Uvolnění brzd všech pohybů stiskem jednoho tlačítka	ANO
Automatizace pohybů	
1. Automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu	ANO
2. Automatický svislý pohyb rentgenky pro centraci při změně výšky vertigrafu	ANO
3. Automatický podélný pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném a rotačním polohování rentgenky	ANO
4. Automatické nastavení polohy všech komponent dle zvoleného anatomického programu	ANO
5. Automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve stole pro snímkování dlouhých kostí a páteře v leže	ANO
6. Automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve vertigrafu pro snímkování dlouhých kostí a páteře ve stoje	ANO
Obrazová akvizice a zpracování	
1. Akviziční stanice s kompletním ovládáním v českém jazyce	ANO
2. Čas zobrazení náhledového snímku max. 5 s	3 [s]
3. Krátkodobá záznamová kapacita min. 3000 snímků	5000 [snímků]
4. Možnost současného otevření více vyšetření	ANO
5. Základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek a úhlů)	ANO
6. Pokročilý postprocessing snímku s optimalizovaným zobrazením bez ohledu na vyšetřovanou anatomii	ANO
7. Pokročilé anotace snímků (značky polohy pacienta, vložení předdefinovaných textů, vložení volného textu s možností odkazu šipkou)	ANO
8. Nástroje pro měření vč. ortopedických nástrojů (měření rozdílných délek nohou, skoliózy)	ANO
9. Možnost zadání emergentního (neznámého) pacienta s následnou úpravou dat	ANO

10. Softwarové nástroje pro plně automatické spojení snímků dlouhých struktur, možnost spojení alespoň 3 snímků s možností manuální korekce	ANO
11. Software pro tomosyntézu pro 3D zobrazení mikrofraktur, ledvinových kamenů apod.	ANO
12. Software pro snímkování dětských pacientů (automatické nastavení expozičních parametrů dle věku pacienta, a to bez zásahu obsluhy díky RČ pacienta)	ANO
13. Software pro zobrazení katétrů (Catheter processing)	ANO
14. Software pro korekci rozptylu při snímkování bez mřížky (expoziční na patientském lůžku apod.) bez závislosti na vyšetřované anatomii či velikosti pacienta	ANO
15. Možnost nastavení povinné identifikace obsluhy	ANO
16. Software využívající videozáznam pacienta v reálném čase a umělou inteligenci pro vyznačení snímkové oblasti přímo na těle pacienta vč. zobrazení aktivních AEC komor. SW musí též doporučovat případné úpravy polohy pacienta a upozorňovat na podexponované/přexponované oblasti.	ANO
17. Software pro automatické nastavení expozičních parametrů na základě 3D vizualizace tloušťky vyšetřované anatomie pro snížení expoziční dávky (s možností manuální korekce)	ANO
18. Software pro automatický ořez, automatickou rotaci pořízeného snímku do základní polohy pro jeho popis, bez ohledu na polohu detektoru při snímkování (s možností manuální korekce)	ANO
19. DICOM monitor min. 22"	22 ["]
20. UPS záloha napájení	ANO
Propojení se systémem PACS/NIS	
1. DICOM Export/Storage	ANO
2. DICOM Print	ANO
3. DICOM Media (záznam snímků na CD/DVD)	ANO
4. DICOM Modality Worklist	ANO
5. DICOM MPPS	ANO
6. DICOM RDSR - sledování a report o dávce záření a IHF REM profilů	ANO
7. Zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS	ANO
Příslušenství	
1. Podstavec pro pacienta k vertigrafu s nosností min. 200 kg pro provádění automatického snímkování dlouhých anatomických struktur včetně prostředku pro standardní umístění pacienta dovolujícího přesné stanovení zvětšení (v různé vzdálenosti struktur od detektoru) a zobrazení kalibrované mřížky viditelné na snímku	250 [kg]
2. Podložka pod pacienta na stůl pro provádění automatického snímkování dlouhých kostí vleže	ANO
3. Sekundární clony s fokusací 100 cm pro stůl; 150 cm a 180 cm pro vertigraf	ANO
Předinstalační příprava	

1. Dodání technologického projektu pro instalaci přístroje do 2 týdnů od podpisu smlouvy	ANO
Posouzení shody dle harmonizovaných technických norem řady ČSN EN 60601, zadavatel umožňuje dodavatelům v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení	
1. ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost nebo rovnocenné řešení	60601-1
2. ČSN EN 60601-2-28 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost sestav zdroje rentgenového záření a rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku nebo rovnocenné řešení	60601-2-28
3. ČSN EN 60601-2-54 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiografii a skiaskopii nebo rovnocenné řešení	60601-2-54

Příloha č. 5a ZD

Cenová nabídka - Přístroj a jeho příslušenství

Popis	Název a typ	Počet	Cena bez DPH za 1 ks	Cena bez DPH celkem	DPH 21%	Cena vč. DPH celkem
Skiografický-skiaskopický RTG přístroj stacionární	DR 600	1	5 204 062,00 Kč	5 204 062,00 Kč	1 092 853,02 Kč	6 296 915,02 Kč
Detektor pro stůl a vertigraf	XD+ 17	2	573 750,00 Kč	1 147 500,00 Kč	240 975,00 Kč	1 388 475,00 Kč
Detektor bezdrátový vč. příslušenství	DR 14s	1	624 750,00 Kč	624 750,00 Kč	131 197,50 Kč	755 947,50 Kč
				6 976 312,00 Kč	1 465 025,52 Kč	8 441 337,52 Kč

Pozn.:

Dodavatel vyplní název a typ

Dodavatel vyplní cenu za 1 ks, bez DPH.

Výsledná cena použita pro hodnocení nabídek.

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

Prodávající čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu plnit Smlouvu pomocí poddodavatelů.

Příloha č. 4 - Podmínky záručního servisu

Záruční doba	Počet 24 měsíců	
Záruční servis	Nástup na opravu do 48 hodin od oznámení vady (písemná reklamacce vady nebo požadavek na opravu) a vada bude odstraněna nejpozději do 24 hodin od zahájení opravy bez použití náhradních dílů, resp. do 72 hodin od zahájení opravy s použitím náhradním dílů.	
BTK a ZD na náklady dodavatele	Po dobu záruky vždy před uplynutím jednoho roku provozu přístroje, neurčí-li výrobce jinou lhůtu	1xza 12 měsíců
Servisní organizace	Název, sídlo, kontaktní údaje (telefon, email)	F medical s.r.o., Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové, tel: + [redacted] kontaktní email: [redacted]

Podmínky poskytování servisních úkonů nespádajících pod záruční servis

Příkladný výčet servisních úkonů nespádajících pod záruční servis	<ul style="list-style-type: none"> - závady a vady přístroje způsobené chybnou obsluhou v rozporu s návodem k použití, - neautorizovaný zásah do přístroje, - poškození přístroje způsobené vnějšími vlivy (vytopení, požár apod.), - poškození přístroje vlivem napětí v el. síti Kupujícího apod. 	
Způsob jejich poskytování	Nástup na opravu do 48 hodin od oznámení vady a vada bude odstraněna nejpozději do 24 hodin od zahájení bez použití náhradních dílů, do 72 hodin od zahájení opravy s použitím náhradní dílů.	
Cenová ujednání	Cena servisního zásahu (Kč bez DPH / hod.) V jednotkové ceně není zahrnuta cena dílů, jež je nutné použít při opětovném zprovoznění přístroje	1 490,00
	Dopravní náklady (Kč bez DPH / 1 cesta tam i zpět)	3 248,00
Záruční doba poskytována na servisní úkony	Min. 6 měsíců. Záruční doba na náhradní díly dodané v rámci mimozáručního servisu činí 12 měsíců ode dne podpisu příslušného servisního výkazu Kupujícím.	
Servisní organizace	Název, sídlo, kontaktní údaje (telefon, e-mail)	F medical s.r.o., Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové, tel: + [redacted] kontaktní email: [redacted]