

Minimální požadované technické parametry

Videokapilaroskop, 1 ks

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Účastníkem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	x	ABE.TEC s.r.o.	x
Výrobce	x	Optilia Inspection Systems	x
Typ/model	x	Optilia Digital Videocapillaroscopy system, Extentive OP-120 022	x
Systém barevné digitální videokapilaroskopie, přenosný	Ano	Ano	Podmínka
Digitální videomikroskop, CMOS senzor min. 5 Mp (pixel)	Ano Min. 5 Mp	Ano	Podmínka
Zvětšení	100x ; 200x	Ano	Podmínka
Kontaktní a bezkontaktní adaptéry pro požadovaná zvětšení	Ano	Ano	Podmínka
Stolní držák pro videomikroskop	Ano	Ano	Podmínka
Zaostřovací stojánek pro videomikroskop	Ano	Ano	Podmínka
Nožní pedál pro ukládání obrazu	Ano	Ano	Podmínka
Systémový stojan na kolečkách	Ano	Ano	Podmínka
Transportní kufřík	Ano	Ano	Podmínka
Kompatibilní pracovní stanice (notebook) s předinstalovaným ovládacím SW součástí nabídky	Ano	Ano	Podmínka
Ovládací SW, umožňující ukládání, archivaci a následné zpracování obrazu, měřicí funkce – možnost uložení měření do databáze a správu patientských dat. Nejvyšší SW verze v rámci nabízeného modelu videomikroskopu.	Ano	Ano	Podmínka

Datum: 16. 11. 2022

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat:

Podpis osoby oprávněné za dodavatele

.....