

Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění

Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU III	
Část 2	
<p>Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimálními nebo maximálními úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)</p>	<p style="text-align: center;">Účastníkem nabízená hodnota</p> <p>(Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonnosti apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvěděl některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.)</p> <p>Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)</p>

Položka č. 2 Operační stůl	Model - typové/výrobní označení	Výrobce
		SU-03.91
Počet kusů: 1 ks	Účastníkem nabízená hodnota	
Mobilní operační stůl elektrohydraulický.	Elektrohydraulický mobilní operační stůl	
Konfigurace operační desky stolu:		
- opěrka hlavy na celé šíři desky stolu	ANO	
- integrovaná ležňová lavice v zádové opěře s min. zdvihem 140mm	ANO, zdvih 150 mm	
- sedací segment	ANO	
- nožní díly dělené levý a pravý	ANO	
- deska operačního stolu s možností změny konfigurace hlava - nohy	ANO	
- všechny segmenty desky operačního stolu vybavené po celé délce nerezovými eurolišti pro připojení příslušenství	ANO	
- všechny segmenty operační desky snadno demontovatelné bez potřeby manipulace se šrouby, nebo použití nástrojů.	ANO	
- eurolišti u sedacího a zádového sementu vybaveny záračkami pro ochranu nezajištěného příslušenství před náhodným vypsáním.	ANO	
Celková délka operační desky stolu min. 2000mm.	2060 mm	
Celková šířka desky stolu max. 600 včetně eurolišť.	550 mm	
Nastavení výšky desky stolu pomocí dálkového ovladače min. v rozmezí 680 až 1050 mm (bez matrace)	680 - 1080 mm pomocí dálkového ovladače	
Nastavení úhlu sklonu zádové opěrky dálkovým ovladačem min. -35° až +80°.	-40° to +80° dálkovým ovladačem	
Nastavení opěrky hlavy min -50° až +50° (+/- 5°)	-50° to +55° manuálně	
Laterální náklon min +30°	30°	
Trendelenburg min. 30°.	40°	
Anti-trendelenburg min. 30°.	40°	
Nastavení nožních dílů individuálně v min rozsahu -90° až +25°.	-90° až +25°	
Možnost abdukce nožních dílů v úhlu 0° až 180°.	abdukce 180°	
Podélný posun operační desky min. 330mm. Bezkrakový pojezd. Možnost uzamčení desky stolu v jakémkoliv poloze.	podélný posun desky 340 mm, bezkrakové s možností aretace v kterémkoliv bodě	
Dálkový ovladač	ANO	
Dálkový ovladač umožňuje minimálně:		
- změnu výšky operační desky stolu	ANO	
- podélné náklony desky stolu	ANO	
- nastavení sklonu zádové opěrky	ANO	
- vyrovnání desky stolu jedním tlačítkem do nulové polohy.	ANO	
Stůl je vybaven dálkovým ovládním s podsvícenými klávesami, s informací o stavu nabití baterie.	ANO	
Operační stůl je vybaven integrovaným akumulátorem s nabíječkou	ANO	
Základna ve tvaru písmene T pro dobrý přístup personálu ze všech stran.	ANO	
Mobilní základna s brzdou aktivovanou pomocí nožního pedálu.	ANO	
Bezpečné matrace odnímatelné, antistatické, Tloušťka matrace min. 40mm.	ANO tloušťka matrace 50 mm	
Příslušenství:		
- minimálně 1ks - anesteziologický rám	ANO	
- minimálně 2ks - područka anesteziologická stavitelná horizontálně.	ANO	
- minimálně 2ks - pás pro fixaci ruky na eurolišti	ANO	
- minimálně 2ks - boční opěrky pro fixaci pacienta v laterální poloze horizontálně i vertikálně stavitelné	ANO	
- minimálně 1ks - abdominální pás pro fixaci pacienta na eurolišti	ANO	
- minimálně 1ks - pás pro fixaci dolních končetin pacienta	ANO	
- minimálně 1 sada - zarážky ramen pacienta	ANO	
- minimálně 1 sada - zarážky na dolní končetiny	ANO	
Součástí nabídky je také mobilní minimálně jednoramenné operační světlo :		
- otočné přímé rameno zakončené otočným kloubem, které umožňuje volné otáčení kopule ve dvou osách x a y a pomocí min. 210°	Otočné přímé rameno zakončené otočným kloubem, které umožňuje volné otáčení kopule ve dvou osách x a y a pomocí min. 210°	
- intenzita osvětlení ze vzdálenosti 1m minimálně 50000 lux.	Intenzita osvětlení ze vzdálenosti 1 m 60000 lux	
- průměr osvětlovacího pole min. 18cm.	Průměr osvětlovacího pole 20 cm	
- barevná teplota min. 4200 K.	barevná teplota 4200 K	

- hloubka osvětlení min. 120cm.		Hloubka osvětlení 130 cm			
Celková nabídková cena veřejné zakázky:					
Položka	Počet kusů	Nabídková cena bez DPH za kus	Nabídková cena bez DPH celkem	DPH	Cena celkem vč. DPH
2. Opatrný stůl	1	413 000,00 Kč	413 000,00 Kč		413 000,00 Kč
Nabídková cena VZ CELKEM		413 000,00 Kč	413 000,00 Kč	- Kč	413 000,00 Kč