



## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění  
pozdějších předpisů  
mezi níže uvedenými smluvními stranami  
(dále jen „smlouva“)

### I.

#### Smluvní strany

1. Kupující: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**  
sídlo: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo  
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel  
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: Pr 1229  
IČ: 00092584  
DIČ: CZ00092584  
bank. spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „kupující“)

2. Prodávající: **VEXIM s.r.o.**  
sídlo: Újezd 408/21, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha  
jednající: [REDACTED]  
zapsán v: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 87453  
IČ: 26688654  
DIČ: CZ26688654  
bank. spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „prodávající“)

### II.

#### Význam a účel smlouvy

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-030639 pod názvem „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“.

Zadávací řízení bylo rozděleno na 9 částí. Prodávající předložil v zadávacím řízení nabídku na část číslo **1 VZ** s názvem: „Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS“ která se stala vítěznou nabídkou (dále jen „NABÍDKA“). NABÍDKA byla zpracována podle zadávací dokumentace kupujícího (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. V případě rozporu má ZADÁVACÍ



DOKUMENTACE přednost před NABÍDKOU.

Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky a dalších souvisejících služeb. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a ve vzájemné shodě uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), tuto smlouvu.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka zdravotnického prostředku/ů nebo vybavení typového označení / výrobce:
  - 1.1. Velkoplošné monitory PHILIPS 276E8VJSB A LG 43UN700-B souhrnně označených pro účely této smlouvy jako „přístroje“ nebo „přístroj“.
  - 1.2. Součástí dodávky je:
    - doprava přístrojů do místa instalace vč. dopravních a manipulačních prostředků, zabalení, vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;
    - instalace přístrojů a jejich zprovoznění vč. veškerého použitého materiálu potřebného ke kompletní instalaci přístroje;
    - instruktáž personálu kupujícího;
    - záruční doba v délce trvání podle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
    - provádění veškerého servisu a oprav v záruční době,
    - technická podpora;
    - manuál obsluhy zařízení v ČR
2. U předmětu smlouvy podle čl. III. odst. 1 této smlouvy prodávající garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů a dostupnost spotřebního materiálu po dobu deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 8 let od jeho předání kupujícímu.
3. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu předmět koupě, uvedený v čl. III. odst. 1 a v čl. IV. této smlouvy, jakož i další služby, součásti a doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožnit kupujícímu nabytí k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou a v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vlastnické právo ve prospěch svého zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, IČ 70888337, sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít, pokud nemá vady, a zaplatit za něho kupní cenu na základě vystavené faktury.

### IV.

#### Předmět koupě

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka přístrojů typového označení podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, technických parametrů a vlastností minimálně v rozsahu podle specifikace



požadované kupujícím v **příloze č. 1** této smlouvy. Přesná specifikace přístrojů a příslušenství dodávaných prodávajícím, která vyhovuje požadavkům kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a zahrnuje technické parametry přístrojů podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, je uvedena v **příloze č. 2** této smlouvy. Předmět koupě bude nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku.

2. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem a podle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKY.
3. Součástí dodávky přístrojů je dále předání veškeré dokumentace vztahující se k přístrojům, která je potřebná pro nakládání s přístroji a pro jejich provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zejména pak prohlášení o shodě, registrace na SÚKL, technická dokumentace, návod v českém jazyce, pokyny pro údržbu, certifikace servisního technika dodavatele výrobcem umožňující provádět servis na daném zdravotnickém prostředku apod. Je-li k provozování přístroje třeba jakékoliv programové vybavení či software, poskytuje tímto prodávající kupujícímu nevýhradní, ničím neomezenou licenci k jeho užití. Pro odstranění pochybností se sjednává, že odměna za poskytnutí licence je součástí kupní ceny.
4. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu spotřební materiál podle **přílohy č. 2** této smlouvy na základě objednávky Kupujícího za ceny uvedené v **příloze č. 2** této smlouvy. Pro úpravu cen spotřebního materiálu platí ustanovení uvedené v odst. 4 **přílohy č. 3** této smlouvy obdobně.
5. **Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu koupě:**  
Kupující jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

#### **Dodání technicky upraveného typu přístroje:**

Vyhrazená změna se týká druhu pořizované dodávky přístroje a spočívá v dodání technicky upraveného typu přístroje (např. aktualizované verze), oproti přístroji, který byl nabídnut v rámci NABÍDKY, za splnění následujících podmínek:

- a) přístroj nabízený prodávajícím v NABÍDCE se již nevyrábí nebo byl výrobcem nahrazen aktualizovanou verzí přístroje, případně je možné dodat přístroj, který má lepší technické parametry;
- b) prodávající nemohl aktualizovanou verzí přístroje zahrnout do NABÍDKY, neboť technicky aktualizovaná verze přístroje nebyla v době podání NABÍDKY na trhu dostupná;
- c) změna přístroje nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;
- d) cena aktualizované verze přístroje bude shodná s cenou přístroje, který prodávající nabídl v NABÍDCE;
- e) aktualizovaná verze přístroje musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než přístroj nabízený v NABÍDCE;



- f) změna přístroje musí být vždy předem projednána s kupujícím a kupujícím musí být schválena dodatkem k této smlouvě; prodávající nemůže vymáhat na kupujícím účelově změnu přístroje, pokud s jeho záměnou kupující nevysloví souhlas.

## V.

### Kvalitativní požadavky na přístroje

1. Přístroje musí splňovat požadavky kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a dále veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN. Přístroje budou dodány jako nové, dosud nepoužívané a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku, ne repasované, ne demo verze.
2. Proávající prohlašuje, že je vlastníkem přístrojů a že na přístrojích nevzná žádné věcné ani právní vady.

## VI.

### Doba, místo, způsob a jakost plnění

1. Proávající se zavazuje dodat přístroje nejpozději do 25.3.2023.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího viz článek I. této smlouvy.
3. O dodání přístrojů, včetně jejich instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu kupujícího, instruktáž obsluhy kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepsí smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. X. odst. 7 této smlouvy. Pokud budou přístroje dodávány po částech, sepsí smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
4. Nebezpečí za škodu na přístrojích a vlastnické právo k přístrojům přechází na kupujícího okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
5. Proávající je povinen písemně uvědomit o datu dodávky přístrojů pověřeného zaměstnance kupujícího uvedeného v čl. X. odst. 7 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj bude poškozený nebo rozbitý, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.



## VII.

### Kupní cena a platební podmínky

- Kupující se za přístroje zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

cena bez DPH	59.044,70 Kč
DPH sazby 21 %	12.399,39 Kč
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>71.444,90 Kč</b>

(slovy: Sedmdesátjedentisícčtyřistačtyřicetčtyři koruny české devadesát haléřů vč. DPH)
- Úhrada celé kupní ceny bude kupujícím provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku přístroje dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, se splatností faktury do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Součástí faktury musí být dodací list potvrzený oprávněnou osobou kupujícího podle čl. X. odst. 7 této smlouvy, jinak faktura nebude proplacena. Úhradu faktury provede kupující bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Úhradou kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude uskutečněna v Kč.
- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů, jinak je kupující oprávněn, a to i opakovaně, vrátit ji prodávajícímu k opravě. Lhůta splatnosti v takových případech běží až dnem doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny mj. též údaje o typovém označení a specifikace dodaného přístroje.
- Kupní cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, provádění záručního servisu, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístrojům a veškeré další náklady prodávajícího nutné ke splnění povinností kupujícího k dodávce přístrojů dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## VIII.

### Záruční podmínky a servis

- Prodávající odpovídá za vady, které má přístroj v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruční doba činí **24 měsíců** a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
- Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu plnou záruku na dodané přístroje, tj. bezplatné opravy a bezplatné povinné kontroly dle legislativy a doporučení výrobce. Během trvání záruční doby není prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady na náhradní díly, ani jakékoliv





jiné náklady týkající se servisní podpory.

3. Prodávající je povinen nastoupit k odbornému zásahu na odstranění vady přístroje zjištěné v záruční době do **48** hodin (reakční doba) od oznámení vady (reklamace) kupujícím. Reklamace bude kupujícím uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo a potvrzena elektronickou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu, a to v přiměřené lhůtě po zjištění vady kupujícím.

Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 4 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta, která může být maximálně 14 kalendářních dnů, prodávající je však povinen ve lhůtě 48 hodin od oznámení vady předložit kupujícím návrh na řešení opravy reklamované vady a sjednat s kupujícím termín pro odstranění reklamované vady. V případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna do 4 pracovních dnů ode dne jejího oznámení (reklamace) kupujícím.

V případě, že bude doba opravy delší jak 1 týden, je dodavatel povinen na vyžádání zadavatele bezplatně zapůjčit náhradní přístroje.

Ukáže-li se, že vada přístroje je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícím bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní přístroj stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na kupujícího v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy. Kupující má právo navrhnout prodávajícímu jiné řešení.

4. Doba záruční doby se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení závady do provedení opravy.
5. Hlášení závad, reklamací a havárií přijímá prodávající na tel. č. ■■■■■■ nebo e-mailové adrese [vexim@vexim.cz](mailto:vexim@vexim.cz), nebo datovou schránkou vtucacay.
6. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícím vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření reklamované vady soudně znalecký posudek, jehož výrok se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

## IX.

### Sankční ujednání

1. V případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží v termínu dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním záručních vad dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH



za každý započatý den prodlení.

3. V případě, že prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, jejíž splnění není zajištěno jinou smluvní pokutou, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny bez DPH stanovené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy za každý případ porušení.
4. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny v termínu dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
5. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu.

## X.

### Ostatní ujednání

1. Předmět koupě je pořizován v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU, název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“, reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“). Smluvní strany jsou povinny:
  - a) při realizaci Projektu a jeho propagaci se řídit pravidly, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou veřejně dostupná na [www.mmr.cz](http://www.mmr.cz),
  - b) na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací Projektu (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat Projekt takto:

Název Projektu: „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“  
reg. č. Projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/00/0016387
  - c) uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací Projektu a jeho financováním po dobu 10 let od úhrady závěrečné platby příjemci Projektu (zadavateli), tj. odepsání z účtu Ministerstva pro místní rozvoj – poskytovatele dotace – (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2031.
2. Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Plnění této povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.
3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností







13. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je prodávající povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Kupující prodávajícího výslovně upozorňuje, že předmět smlouvy je pořizován ze zdrojů Integrovaného operačního programu (dále jen "IROP") a včasné splnění závazků prodávajícího je zásadní pro čerpání finančních prostředků z IROP.
2. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
  - a) v případě ohrožení čerpání finančních prostředků z IROP v důsledku prodloužení prodávajícího má kupující právo od této smlouvy jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002–2005 OZ s účinky ex tunc
  - b) v případě prodloužení prodávajícího se splněním závazku z této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů s účinky ex tunc.
  - c) předmět koupě vykazuje nejméně 3 x se opakující totožnou vadu
  - d) předmět koupě vykazuje vadu pro níž nelze předmět koupě užívat a prodávající takovou vadu neodstraní ve lhůtě 4 dnů od dne reklamace nebo dle dodatečné lhůty do 14 dnů ode dne reklamace dle čl. VIII. odst. 3.
3. Odstoupením od smlouvy nezajímá právo kupujícího na náhradu vzniklé újmy a zaplacení smluvní pokuty za již vzniklé prodloužení prodávajícího.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy smluvních stran z ní vyplývající a jejím textem výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím  
Příloha č. 2 – Specifikace dodávaných přístrojů
4. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému,



neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. V případě soudního sporu se smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místně příslušným soudem je Okresní soud ve Znojmě.
7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě, vyjma změny pověřených pracovníků dle čl. X. odst. 7 a 8 této smlouvy. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena v elektronické podobě.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, případně dnem uveřejnění v registru smluv, jedná-li se o smlouvu, na kterou se povinnost uveřejnění vztahuje a na kterou se neuplatní výjimka ve smyslu ust. § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
11. Účastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu této smlouvy, že tato je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně osvědčují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.
12. Případná neplatnost některého ujednání této kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
13. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by tato smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeno a prodávající odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“*

14. Prodávající souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
15. Prodávající prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.

V Praze, dne .....

Ve Znojmě, dne .....





## Příloha č. 1 Kupní smlouvy Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím

### Minimální technické požadavky (technické parametry)

Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje	
--	--

### POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
<b>Monitor - 2 ks</b>				
Technické parametry				
1	Úhlopříčka displeje ["]: 27- rozměr viditelné části obrazu	27"		mandatorní požadavek
2	Bezrámečkové provedení	ano		mandatorní požadavek
3	Nativní rozlišení - skutečné rozlišení zobrazovacího prvku LCD-Liquid Crystal Display 3840 x 2160 (4K UHD - Ultra High Definition)	ano		mandatorní požadavek
4	Doba odezvy displeje 5 ms: - Označuje dobu, za kterou je monitor zvládne zpracovat požadavek na změnu obrazu z počítače.	5ms		mandatorní požadavek
5	Opakovací frekvence, doba potřebná na to, aby se pixel rozsvítil a opět zhasl	60 Hz		mandatorní požadavek
6	Typ displeje: IPS (In-Plane Switching) je technologie pro displeje z tekutých krystalů (LCD). IPS patří mezi aktivní TFT	ano		mandatorní požadavek
7	Poměr stran	16:9		mandatorní požadavek
8	Jas [cd/m2]: 350 – candela na m2-svítilnost na m2	350 cd/m2		mandatorní požadavek
9	Rozečť bodů	0,155 mm		mandatorní požadavek
10	Statický kontrast [1]: 1 000 (Hodnota statického kontrastu nám dává poměr mezi zobrazením černé a bílé, když jsou na displeji zobrazeny obě dvě barvy v 50 % podílu)	ano		mandatorní požadavek
11	Dynamický kontrast [1]: 20 000 000 (Hodnota dynamického kontrastu nám dává rozdíl mezi celou bílou plochou a celou černou plochou obrazovky)	ano		mandatorní požadavek
12	Barevná škála NTSC (91%), NTSC (109%)	ano		mandatorní požadavek
13	MultiView technologie-aktivní propojení dvou zařízení	ano		mandatorní požadavek
Vlastnosti obrazovky				
14	Úhel horizontálního pohledu [°]: 178, pohled ze strany na stranu	178°		mandatorní požadavek
15	Úhel vertikálního pohledu [°]: 178, pohled shora dolů	178°		mandatorní požadavek
16	Povrch displeje: matný	ano		mandatorní požadavek
17	Obraz v obraze (PIP/PBP) – picture in picture, picture by picture-obraz vedle obrazu	ano		mandatorní požadavek
18	Redukce modré složky, slouží pro snížení efektu nespavosti	ano		mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

19	Flicker reduction-redukce blikání monitoru	ano		mandatorní požadavek
20	Rovná obrazovka	ano		mandatorní požadavek
Fyzické vlastnosti				
21	šířka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	610 - 615 mm		mandatorní požadavek
22	výška (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	460 - 470 mm		mandatorní požadavek
23	hloubka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	180 - 190 mm		mandatorní požadavek
24	hmotnost (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	4 - 5 kg		mandatorní požadavek
25	Balení obsahuje: HDMI kabel	ano		mandatorní požadavek
Ostatní parametry				
26	Barva: Černá	ano		mandatorní požadavek
27	Energetická třída: G	ano		mandatorní požadavek
28	Spotřeba	31 kWh/1000 hod		mandatorní požadavek
Vstupy / Výstupy				
29	DisplayPort 1x (DisplayPort je digitální rozhraní navržené organizací VESA)	ano		mandatorní požadavek
30	HDMI 2x, HDMI je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu	ano		mandatorní požadavek
31	HDMI 2.0 2x, HDMI 2.0 je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu ve vyšší třídě	ano		mandatorní požadavek
32	Audio rozhraní: 3,5mm zdířka pro sluchátka	ano		mandatorní požadavek
<b>Monitor - 3 ks</b>				
Technické parametry				
33	Úhlopříčka displeje ["]: 43 - rozměr viditelné části obrazu	43"		mandatorní požadavek
34	Nativní rozlišení - skutečné rozlišení zobrazovacího prvku LCD-Liquid Crystal Display 3840 x 2160 (4K UHD - Ultra High Definition)	ano		mandatorní požadavek
35	Doba odezvy displeje 8 ms: - Označuje dobu, za kterou je monitor zvládne zpracovat požadavek na změnu obrazu z počítače.	8 ms		mandatorní požadavek
36	Opakovací frekvence, doba potřebná na to, aby se pixel rozsvítil a opět zhasl	60 Hz		mandatorní požadavek
37	Typ displeje: IPS (In-Plane Switching) je technologie pro displeje z tekutých krystalů (LCD). IPS patří mezi aktivní TFT	ano		mandatorní požadavek
38	Poměr stran	16:9		mandatorní požadavek
39	Jas [cd/m2]: 350 – candela na m2-svitivost na m2	400 sd/m2		mandatorní požadavek
40	Statický kontrast 1 000:1 (Hodnota statického kontrastu nám dává poměr mezi zobrazením černé a bílé, když jsou na displeji zobrazeny obě dvě barvy v 50 % podílu)	ano		mandatorní požadavek
41	Dynamický kontrast [ :1]: 20 000 000 (Hodnota dynamického kontrastu nám dává rozdíl mezi celou bílou plochou a celou černou plochou obrazovky)	ano		mandatorní požadavek
42	Barevná škála: NTSC (National Television System(s) Committee) standard kódování analogového televizního signálu - (72%)	ano		mandatorní požadavek
43	MultiView technologie-aktivní propojení dvou zařízení	ano		mandatorní požadavek
Vlastnosti obrazovky				
44	Úhel horizontálního pohledu [°]: 178, pohled ze strany na stranu	178°		mandatorní požadavek
45	Úhel vertikálního pohledu [°]: 178, pohled shora dolů	178°		mandatorní požadavek





„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stoly a úložné prostředky“

46	Povrch displeje: matný	ano		mandatorní požadavek
47	Obraz v obraze (PIP/PBP) – picture in picture, picture by picture-obraz vedle obrazu	ano		mandatorní požadavek
48	Redukce modré složky, slouží pro snížení efektu nespavosti	ano		mandatorní požadavek
49	Flicker reduction-redukce blikání monitoru	ano		mandatorní požadavek
50	Rovná obrazovka	ano		mandatorní požadavek
Fyzické vlastnosti				
51	šířka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	95 - 99 mm		mandatorní požadavek
52	výška (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	64 - 68 mm		mandatorní požadavek
53	hloubka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	27 - 29 mm		mandatorní požadavek
54	hmotnost (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	17 - 18 kg		mandatorní požadavek
Ostatní parametry				
55	Barva: Černá	ano		mandatorní požadavek
Vstupy / Výstupy				
56	DisplayPort 1.4 1x (DisplayPort je digitální rozhraní navržené organizací VESA)	ano		mandatorní požadavek
57	HDMI 2x, HDMI je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu.	ano		mandatorní požadavek
58	HDMI 2.0 4x, HDMI 2.0 je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu ve vyšší třídě.	ano		mandatorní požadavek
59	USB-Universal Serial Bus hub	ano		mandatorní požadavek
60	USB-C	ano		mandatorní požadavek
61	Audio rozhraní: 3,5 mm zdířka pro sluchátka	ano		mandatorní požadavek
62	Reproduktory o výkonu 2x10W	ano		mandatorní požadavek



## Příloha č. 2 Kupní smlouvy Specifikace dodávaných přístrojů

Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje	PHILIPS 27E8VJSB LG 43UN700-B
--	----------------------------------

### POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
<b>Monitor - 2 ks</b>				
Technické parametry				
1	Úhlopříčka displeje ["]: 27- rozměr viditelné části obrazu	27"	27"	mandatorní požadavek
2	Bezrámečkové provedení	ano	ano	mandatorní požadavek
3	Nativní rozlišení - skutečné rozlišení zobrazovacího prvku LCD-Liquid Crystal Display 3840 x 2160 (4K UHD - Ultra High Definition)	ano	ano	mandatorní požadavek
4	Doba odezvy displeje 5 ms: - Označuje dobu, za kterou je monitor zvládne zpracovat požadavek na změnu obrazu z počítače.	5ms	5ms	mandatorní požadavek
5	Opakovací frekvence, doba potřebná na to, aby se pixel rozsvítil a opět zhasl	60 Hz	60Hz	mandatorní požadavek
6	Typ displeje: IPS (In-Plane Switching) je technologie pro displeje z tekutých krystalů (LCD). IPS patří mezi aktivní TFT	ano	ano	mandatorní požadavek
7	Poměr stran	16:9	16:9	mandatorní požadavek
8	Jas [cd/m2]: 350 – candela na m2-svítilnost na m2	350 cd/m2	350cd/m2	mandatorní požadavek
9	Rozečč bodů	0,155 mm	0,155 mm	mandatorní požadavek
10	Statický kontrast [1]: 1 000 (Hodnota statického kontrastu nám dává poměr mezi zobrazením černé a bílé, když jsou na displeji zobrazeny obě dvě barvy v 50 % podílu)	ano	ano (1000)	mandatorní požadavek
11	Dynamický kontrast [1]: 20 000 000 (Hodnota dynamického kontrastu nám dává rozdíl mezi celou bílou plochou a celou černou plochou obrazovky)	ano	ano (20000000)	mandatorní požadavek
12	Barevná škála NTSC (91%), NTSC (109%)	ano	ano	mandatorní požadavek
13	MultiView technologie-aktivní propojení dvou zařízení	ano	ano	mandatorní požadavek
Vlastnosti obrazovky				
14	Úhel horizontálního pohledu [°]: 178, pohled ze strany na stranu	178°	178°	mandatorní požadavek
15	Úhel vertikálního pohledu [°]: 178, pohled shora dolu	178°	178°	mandatorní požadavek
16	Povrch displeje: matný	ano	ano (matný)	mandatorní požadavek
17	Obraz v obraze (PIP/PBP) – picture in picture, picture by picture-obraz vedle obrazu	ano	ano	mandatorní požadavek
18	Redukce modré složky, slouží pro snížení efektu nespavosti	ano	ano	mandatorní požadavek
19	Flicker reduction-redukce blikání monitoru	ano	ano	mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

20	Rovná obrazovka	ano	ano	mandatorní požadavek
Fyzické vlastnosti				
21	šířka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	610 - 615 mm	613mm	mandatorní požadavek
22	výška (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	460 - 470 mm	466mm	mandatorní požadavek
23	hloubka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	180 - 190 mm	189mm	mandatorní požadavek
24	hmotnost (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	4 - 5 kg	4,84 kg	mandatorní požadavek
25	Balení obsahuje: HDMI kabel	ano	ano	mandatorní požadavek
Ostatní parametry				
26	Barva: Černá	ano	ano	mandatorní požadavek
27	Energetická třída: G	ano	ano	mandatorní požadavek
28	Spotřeba	31 kWh/1000 hod	31kWh/1000 hod	mandatorní požadavek
Vstupy / Výstupy				
29	DisplayPort 1x (DisplayPort je digitální rozhraní navržené organizací VESA)	ano	ano	mandatorní požadavek
30	HDMI 2x, HDMI je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu	ano	ano	mandatorní požadavek
31	HDMI 2.0 2x, HDMI 2.0 je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu ve vyšší třídě	ano	ano	mandatorní požadavek
32	Audio rozhraní: 3,5mm zdířka pro sluchátka	ano	ano	mandatorní požadavek
<b>Monitor - 3 ks</b>				
Technické parametry				
33	Úhlopříčka displeje ["]: 43 - rozměr viditelné části obrazu	43"	43"	mandatorní požadavek
34	Nativní rozlišení - skutečné rozlišení zobrazovacího prvku LCD-Liquid Crystal Display 3840 x 2160 (4K UHD - Ultra High Definition)	ano	ano	mandatorní požadavek
35	Doba odezvy displeje 8 ms: - Označuje dobu, za kterou je monitor zvládne zpracovat požadavek na změnu obrazu z počítače.	8 ms	9 ms	mandatorní požadavek
36	Opakovací frekvence, doba potřebná na to, aby se pixel rozsvítil a opět zhasl	60 Hz	61 Hz	mandatorní požadavek
37	Typ displeje: IPS (In-Plane Switching) je technologie pro displeje z tekutých krystalů (LCD). IPS patří mezi aktivní TFT	ano	ano	mandatorní požadavek
38	Poměr stran	16:9	16:9	mandatorní požadavek
39	Jas [cd/m2]: 350 – candela na m2-svítilnost na m2	400 sd/m2	400 cd/m2	mandatorní požadavek
40	Statický kontrast 1 000:1 (Hodnota statického kontrastu nám dává poměr mezi zobrazením černé a bílé, když jsou na displeji zobrazeny obě dvě barvy v 50 % podílu)	ano	ano	mandatorní požadavek
41	Dynamický kontrast [1:]: 20 000 000 (Hodnota dynamického kontrastu nám dává rozdíl mezi celou bílou plochou a celou černou plochou obrazovky)	ano	ano	mandatorní požadavek
42	Barevná škála: NTSC (National Television System(s) Committee) standard kódování analogového televizního signálu - (72%)	ano	ano	mandatorní požadavek
43	MultiView technologie-aktivní propojení dvou zařízení	ano	ano	mandatorní požadavek
Vlastnosti obrazovky				
44	Úhel horizontálního pohledu [°]: 178, pohled ze strany na stranu	178°	178°	mandatorní požadavek
45	Úhel vertikálního pohledu [°]: 178, pohled shora dolů	178°	178°	mandatorní požadavek
46	Povrch displeje: matný	ano	ano	mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

47	Obraz v obraze (PIP/PBP) – picture in picture, picture by picture-obraz vedle obrazu	ano	ano	mandatorní požadavek
48	Redukce modré složky, slouží pro snížení efektu nespavosti	ano	ano	mandatorní požadavek
49	Flicker reduction-redukce blikání monitoru	ano	ano	mandatorní požadavek
50	Rovná obrazovka	ano	ano	mandatorní požadavek
Fyzické vlastnosti				
51	šířka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	95 - 99 mm	96,77 mm	mandatorní požadavek
52	výška (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	64 - 68 mm	64,77 mm	mandatorní požadavek
53	hloubka (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	27 - 29 mm	27,43 mm	mandatorní požadavek
54	hmotnost (splněním požadavku je v hodnota v daném rozpětí)	17 - 18 kg	17,51 kg	mandatorní požadavek
Ostatní parametry				
55	Barva: Černá	ano	ano	mandatorní požadavek
Vstupy / Výstupy				
56	DisplayPort 1.4 1x (DisplayPort je digitální rozhraní navržené organizací VESA)	ano	ano	mandatorní požadavek
57	HDMI 2x, HDMI je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu.	ano	ano	mandatorní požadavek
58	HDMI 2.0 4x, HDMI 2.0 je označení přenosu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu ve vyšší třídě.	ano	ano	mandatorní požadavek
59	USB-Universal Serial Bus hub	ano	ano	mandatorní požadavek
60	USB-C	ano	ano	mandatorní požadavek
61	Audio rozhraní: 3,5 mm zdička pro sluchátka	ano	ano	mandatorní požadavek
62	Reproduktory o výkonu 2x10W	ano	ano	mandatorní požadavek

**Ceník spotřebního materiálu: není spotřební materiál**